



EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA &lt;sigma.supel@gmail.com&gt;

---

**RECURSO: Edital P.E. 539/2022 - SUPEL Superintendência Estadual de Licitações/RO**

2 mensagens

---

**Maria Luiza Kuhnen** <maria.kuhnen@imexmedicalgroup.com.br>  
Para: "sigma.supel@gmail.com" <sigma.supel@gmail.com>  
Cc: Licitação Imex <licitacao@imexmedicalgroup.com.br>

7 de novembro de 2022 13:18

Á

**SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO****EQUIPE DE LICITAÇÃO SIGMA****PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 539/2022/SIGMA/SUPEL/RO****A/C: SR(A). NILSÉIA KETES – PREGOEIRA**

Prezada, boa tarde.

Conforme conversado por telefone, registramos aqui a nossa intenção de recorrer contra a nossa desclassificação, uma vez que atendemos ao solicitado.

Qualquer dúvida ou necessitando de mais informações, estou à disposição.

Atenciosamente,

**Maria Luiza Kuhnen da Silva***Auxiliar de Licitação***48 3251-8800 – 8946 | Skype: live:.cid.b7fc851b1ded35fb****Imex Medical Group do Brasil**

Rua das Embaúbas, 601

Fazenda Santo Antônio | São José | SC | 88104-561

[www.imexmedicalgroup.com.br](http://www.imexmedicalgroup.com.br)

---

**Imex Service** | Seu novo ambiente para abertura de chamados!

**EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA** <sigma.supel@gmail.com>  
Para: Maria Luiza Kuhnen <maria.kuhnen@imexmedicalgroup.com.br>

7 de novembro de 2022 14:14

Senhor(a) Licitante,

Considerando a análise realizada o produto ofertado por vossa empresa é de fio e a capacidade da seringa é de 65ml, assim, não atende às exigências:

**"possuindo controle remoto na sala de comando do equipamento, sem fio e seringas com capacidade entre intervalo de 100 a 200 ml"**

**Descrição do Edital:** Bomba Injetora de Contraste - Bomba injetora de contraste para uso em equipamento ressonância magnética (MULTIVA 1.5T). Com cabeça injetora para duas **seringas com capacidade entre intervalo de 100 a 200 ml**, capaz de injetar o meio de contraste com 6 fases de injeção. Deve possuir display digital com indicação dos parâmetros básicos de injeção e sistema de detecção de extravasamento, **possuindo controle remoto na sala de comando do equipamento, sem fio**, incluindo pedestal para sala de exame (RM). 220 V 1F 60 Hz

Considerando o pedido de intenção de recurso de vossa empresa, concedemos a oportunidade através deste e-mail para que apresente comprovação de que seu produto atende a todas as exigências do Edital, visto que o prazo de intenção de recurso já precluiu.

Caso seja verificado que o produto atende o Pregoeiro de ofício poderá voltar a fase do sistema Comprasnet para então aceitar sua proposta.

Aguardamos sua comprovação no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis.

Atenciosamente.

**Nilseia Ketes Costa**

Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Equipe SIGMA/SUPEL**

