



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0036294704202088
1.2. Nº Procedimento	PE 00539/2022
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamento e Material Permanente (Bomba Injetora de Contraste, Suporte de Soro para Ressonância Magnética) para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, visando atender a Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia, assistindo a unidade Hospital Regional de Cacoal - HRC.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Fracassado

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	12.255.403/0001-60	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
TOTALS					R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	1	Bomba Injetora de Contraste - Bomba injetora de contraste para uso em equipamento ressonância magnética (MULTIVA 1.5T). Com cabeça injetora para duas seringas com capacidade entre intervalo de 100 a 200 ml, capaz de injetar o meio de contraste com 6 fases de injeção. Deve possuir display digital com indicação dos parâmetros básicos de injeção e sistema de detecção de extravasamento, possuindo controle remoto na sala de comando do equipamento, sem fio, incluindo pedestal para sala de de exame (RM). 220 V 1F 60 Hz
2	2	Suporte de Soro para Ressonância Magnética - Equipamento para sala de ressonância magnética, em alumínio ou material compatível com a sala de RM, suporte de soro com 4 pés e rodízios, incluindo coluna em tubo de alumínio, haste de regulagem de altura em tubo de alumínio, engate duplo para duas bolsas de soro ou sangue

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	02/08/2022	ELABORAÇÃO DO EDITAL	09/08/2022	7
2	09/08/2022	ENVIO DOS AUTOS À PGE PARA ANÁLISE JURÍDICA DO EDITAL	16/09/2022	38
3	16/09/2022	ENVIO DOS AUTOS À GECOMP-SESAU PARA AJUSTES NO TERMO DE REFERÊNCIA CONFOME PARECER.	11/10/2022	25
4	11/10/2022	RETIFICAÇÃO DO EDITAL/ PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO	19/10/2022	8
5	19/10/2022	AGUARDANDO ABERTURA	07/11/2022	19
6	07/11/2022	ABERTURA/INTENÇÃO DE RECURSO/ DESCLASSIFICAÇÃO DE EMPRESA/ CERTAME FRACASSADO/ FINALIZAÇÃO/ EMISSÃO DO RELATÓRIO FINAL	14/11/2022	7
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 104

Observações:

*

Certifica-se que a única empresa participante do certame manifestou-se via e-mail 0033588288 sobre a intenção de recorrer da decisão que desclassificou sua proposta, visto ter perdido o prazo de intencionar no sistema Comprasnet, assim, foi concedido à empresa o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação da peça recursal. Transcorrido o prazo de 03 (três) dias úteis concedidos sem apresentação de peça recursal a Pregoeira declara o presente certame fracassado conforme ata de julgamento 0033442951.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, segunda-feira, 14 de novembro de 2022 .

NILSEIA KETES
Pregoeiro Oficial
Matricula 300061141

BRUNA KAREN BORGES RODRIGUES

Equipe Apoio

Matrícula

JÉSSICA BAZÁN PADILHA GRACILIANO

Equipe Apoio

Matrícula 300130071