



Equipe Delta SUPEL/ RO <delta.supel@gmail.com>

Esclarecimento pregão 686/2022

1 mensagem

25 de novembro de 2022 08:13

São Gonçalo, 24 de novembro de 2022

AO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES- SUPEL

PREGÃO ELETRÔNICO: 686/20222022

A/C Ilmo. Sr. Pregoeiro



PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

nos termos do art. 41 §1º da Lei nº 8666/93, em face da especificação dos itens abaixo elencados, por entendê-los contrário à legislação aplicável, suscitando para tanto as razões de fato e de direito a seguir deduzidas conforme os motivos a seguir:

1. DA TEMPESTIVIDADE

Conforme item 5.1 do Edital, os pedidos de esclarecimentos sobre o Pregão Eletrônico poderiam ser dirigido até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública assim o envio desta Impugnação e Pedido de Esclarecimentos mostra-se manifestamente tempestivo.

2. DOS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS

2.1.O presente Edital tem como objeto a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de bens e serviços comuns. visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo 'EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSAO' - (Materiais Medico-Hospitalares/Penso - Equipos Parenterais com cedencia, em regime de comodato, de bombas de infusao) - EXERCICIO 2022/2023.

2.2. Neste sentido, requer-se esclarecimento quanto aos seguintes itens:

2.3. Na clausula 7.4.3 há a descrição de que o atendimento estaria circunscrito a 3 lotes para a macrorregião 1 e 1 lote para a macrorregião 2. Neste sentido, solicitamos a prestação de informações de quais seriam os hospitais da região 1 e 2 e quais lotes são para a região 1 e 2.

2.4. Quanto ao cronograma, queira nos esclarecer se seria possível seguir um cronograma de instalação por hospital com entregas parceladas.

2.5. A clausula 4.1.3 – dispõe sobre o atendimento dos chamados em 24 hrs, logo solicitamos esclarecer se seria possível ser considerado o primeiro atendimento como on-line via telefone ou outro método online.

2.6. Não há solicitação de seguimento de silicone no equipo, ponto que requeremos o devido esclarecimento.

2.7. Quanto ao descritivo de bomba : da maneira como esta descrita há uma interpretação dúbia no descritivo da Bombas, podendo ter no mínimo 2 parâmetros, logo se faz necessário esclarecer quais seria os parâmetros adequados.

4. DO PEDIDO

Isto posto, requer o recebimento do presente pedido de esclarecimento, dando-lhe provimento para que seja providenciada a devida retificação ou justificativa de modo que as mesmas se apresente com características mínimas, genéricas e essenciais para a definição do objeto permitindo-se a participação de outros fabricantes, fato que ampliará a disputa e, por consequência, ocasionará uma redução significativa de preços permitindo uma gestão mais

racional dos recursos públicos, como prenunciam os princípios que regem as licitações públicas.



Estamos a disposição.

Atenciosamente,



The information contained in this communication is confidential, may be attorney-client privileged, may constitute inside information, and is intended only for the use of the addressee. It is the property of the company of the sender of this e-mail. Unauthorized use, disclosure, or copying of this communication or any part thereof is strictly prohibited

and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by return e-mail and destroy this communication and all copies thereof, including all attachments.