

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0053.466947/2020-16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 338/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 110/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 25/11/2022

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 10/11/2022

**ANEXO ÚNICO DA ATA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	Termômetro clínico infravermelho digital de testa, com acuracidade comprovada, visor digital colorido que muda de cor de acordo com os resultados; de fácil visualização, alimentação a pilha AAA de 1,5 e ou bateria (inclusa); (sensor) resistente à água. Necessário 01 por enfermaria para evitar infecção cruzada.	38,00	UND	INFRARED	R\$ 124,74	R\$ 57,89	-53,59	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI
0002	Pilha AAA DESCRITIVO: Pilhas AAA para oxímetro	390,00	UND	MAXPRINT	R\$ 2,87	R\$ 2,51	-12,54	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO
0003	Pilhas C (médias) DESCRITIVO: Pilhas C (médias) para utilização em oftalmoscópio, otoscópio e laringoscópio.	94,00	UND	MAXPRINT	R\$ 3,82	R\$ 3,57	-6,54	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO
0004	Eletrocardiógrafo DESCRITIVO: Equipamento de 12 canais que verifica e grava eletrocardiograma do paciente. Ele fornece aos usuários o registro de ECG 's do paciente, os parâmetros de medida para diagnóstico e autoanálise. A informação do paciente e a identificação do usuário são impressas com o ECG no relatório de saída e é eficaz para o controle do hospital. Para uma operação conveniente, os ECG 's podem ser verificados e gravados pressionando a tecla de atalho. Então, o ECG é impresso em um relatório tamanho A4 após aplicar filtros, calcular os parâmetros de medida e autoanálise.	3,00	UND	ALFAMED	R\$ 5.496,00	R\$ 5.496,00	0,00	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI
0005	Pistola PARA LIMPEZA DESCRITIVO: Conjunto de pistolas composto por 3 pistolas para limpeza: Equipamento para auxiliar e aumentar a velocidade e segurança no processo de pre-limpeza, reduzindo a carga microbiana, indicado para os artigos canulados da endoscopia e da CME. Bico em silicone individualizado identificado por cores (detergente, água e ar) Acionamento por pedal. Diluição direta no equipamento, atende a todos os detergentes a partir de 2ml por litro. Mangueira em espiral flexível de no mínimo 3,5 m e no máximo 4,0 metros, com sistema de engate rápido; Punho de silicone ergonômico e isolado termicamente para segurança do operador; conter dispositivo de controle da pressão do fluxo de água e ar através de regulagem localizada na própria pistola, possuir bico universal ou bicos que oferecem uma ampla variedade e flexibilidade de garantir uma limpeza interna apropriada de instrumentos cirúrgicos específicos como cânulas, tubos em silicones, cateteres, seringas e outros materiais que contenham lúmen; Rack de parede, para fixar e guardar os acessórios; Engate rápido, para fácil e ágil mudança para o uso com água ou ar comprimido; Adaptador, para conexão com a rede de ar ou água e também a mangueira da pistola.	1,00	UND	SANDERS DO BRASIL	R\$ 11.942,00	R\$ 11.940,00	-0,02	SANDERS DO BRASIL LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0053.466947/2020-16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 338/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 110/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 25/11/2022

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 10/11/2022

0006	Pulseira de Identificação DESCRITIVO: Fita especial para impressão de pulseiras de identificação de pacientes que garanta a segurança de informação com impressão térmica resistente ao processo do banho e assepsia realizada no paciente. Compatível com a impressora de pulseiras TSC. Leve, durável, respirável, resistente à água, à abrasão, ao tempo e a penetração bacteriana; Tamanho: 29cm x 2,5cm; Rolo com 200 unidades de pulseiras para Impressão Individual (utilizada para identificação de pacientes).	3.654,00	UND	BH BAND	R\$ 226,94	R\$ 161,64	-28,77	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI
0007	Oftalmoscópio DESCRITIVO: Possui reostato liga/desliga com controle de intensidade de luz, iluminação com lâmpada 2,5V, perfeita transmissão de luz; cabeça com conexão tipo baioneta, lente removível tipo lupa, com aumento de 4x, sistema vedado para otoscopia pneumática, cabo metálico recartilhado com acabamento fosco acetinado para 2 pilhas C (médias); espéculo permanente autoclavável; acompanha 5 espéculos reutilizáveis de encaixe metálico com trava (baioneta). Espéculos de fácil limpeza e desinfecção, autoclavável a 134°C; 01 Cabo 2,5 V para 2 pilhas C médias, 01 Lâmpada Halógena de 2,5V	1,00	UND	MD	R\$ 940,98	R\$ 940,98	0,00	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI
0008	Otoscópio DESCRITIVO: Possui reostato liga/desliga com controle de intensidade de luz, iluminação com lâmpada 2,5V, perfeita transmissão de luz; cabeça com conexão tipo baioneta, lente removível tipo lupa, com aumento de 4x, sistema vedado para otoscopia pneumática, cabo metálico recartilhado com acabamento fosco acetinado para 2 pilhas C (médias); espéculo permanente autoclavável; acompanha 5 espéculos reutilizáveis de encaixe metálico com trava (baioneta). Espéculos de fácil limpeza e desinfecção, autoclavável a 134°C; 01 Cabo 2,5 V para 2 pilhas C médias, 01 Lâmpada Halógena de 2,5V.	1,00	UND	MIKATOS	R\$ 661,50	R\$ 661,50	0,00	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI
0009	Máscara de alto fluxo DESCRITIVO: Máscara com reservatório é considerada uma máscara de alta concentração de oxigênio	107,00	UND	GASLIVE	R\$ 24,90	R\$ 24,90	0,00	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI
0010	Máscara para ventilação não invasiva (VNI) DESCRITIVO: Máscara para ventilação não invasiva de tamanho grande com suporte para presilha.	107,00	UND	GASLIVE	R\$ 675,00	R\$ 654,20	-3,08	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI
0011	Conexão Y para ar comprimido DESCRITIVO: Corpo em Alumínio Injetado com pintura eletrostática, niples em latão cromado e borboleta em polipropileno, válvula de impacto em todos os pontos de saída. Sua pressão de trabalho é de 8 kgf/cm². Necessário 02 por leito pois enquanto 1 em uso, outro em limpeza.	30,00	UND	HAOXI	R\$ 71,81	R\$ 71,81	0,00	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0053.466947/2020-16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 338/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 110/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 25/11/2022

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 10/11/2022

0012	Fluxômetro de ar comprimido DESCRITIVO: Fluxômetro de ar comprimido para rede canalizada, indicado para uso medicinal. Função de controlar a vazão do gás, de acordo com volume recomendado. Fabricado em metal cromado, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto e botão para regulação de fluxo. Conexões de entrada e saída padrão ABNT NBR 11906. Necessário 02 por leito pois enquanto 1 em uso, outro em limpeza.	60,00	UND	ANDRAMED	R\$ 69,45	R\$ 45,00	-35,21	HRMEDICAL SOLUCOES LTDA
0013	Fluxômetro de oxigênio DESCRITIVO: Fluxômetro de oxigênio para rede canalizada, indicado para uso medicinal. Função de controlar a vazão do gás, de acordo com volume recomendado. Fabricado em metal cromado, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto e botão para regulação de fluxo. Conexões de entrada e saída padrão ABNT NBR 11906. Necessário 02 por leito pois enquanto 1 em uso, outro em limpeza.	60,00	UND	ANDRAMED	R\$ 69,45	R\$ 48,00	-30,89	HRMEDICAL SOLUCOES LTDA
0014	Válvula reguladora de pressão para oxigênio DESCRITIVO: Pressão de entrada: Máximo de 75kgf/cm² (bar). Regulável. Escala de pressão do manômetro: 0 à 11 kgf/cm². Pressão de saída: 0 à 7 Kgf/cm² (bar). Regulável. Necessário 02 por leito pois enquanto 1 em uso, outro em limpeza.	110,00	UND	ANDRAMED	R\$ 248,00	R\$ 127,00	-48,79	HRMEDICAL SOLUCOES LTDA
0015	Válvula reguladora de pressão para ar comprimido DESCRITIVO: Válvula reguladora de pressão para ar comprimido Pressão de entrada: Máximo de 7kgf/cm² (bar). Escala de Pressão do Manômetro: 0 à 11kgf/cm. Conexão de entrada e saída: normas ABNT; Pressão de saída: 0 à 7kgf/cm² (bar) Regulável. Necessário 02 por leito pois enquanto 1 em uso, outro em limpeza.	110,00	UND	ANDRAMED	R\$ 314,97	R\$ 132,00	-58,09	HRMEDICAL SOLUCOES LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0053.466947/2020-16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 338/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 110/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 25/11/2022

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 10/11/2022

0016	Aparelho para Terapia de Alto Fluxo Nasal. A Terapia de Alto Fluxo Nasal oferece ao paciente suporte ventilatório através de uma cânula nasal, ofertando fluxos que podem variar desde os 2l/ min para o paciente infantil ou até 60l/min para o paciente adulto sem a necessidade de utilização de sistema de ar comprimido. DESCRITIVO: Especificação: Volume de água de circulação: Aproximadamente 400 ml, incluindo o tubo de fornecimento e o cartucho. Montagem: A pinça montada na parte traseira adapta-se a hastes IV com diâmetro de até 38 mm. Conexões de gás: Acessórios DISS padrão que não podem ser trocados para Ar e oxigênio medicinal. Energia de backup: Quatro baterias AA de hidreto metálico de níquel de 4,8V (não podem ser substituídas pelo usuário). Fornecimento de gás: Ar e oxigênio médico em pressões de entrada entre 4 e 85 psi (28-586 KPa). DESEMPENHO Temperatura: Intervalo de: 33 a 43°C na saída do tubo de fornecimento, ajustável Resolução – 1°C Precisão – ± 2°C Tempo de aquecimento: ± 2°C do ponto definido de 33°C < 5 minutos (em ambiente a 23°C) Umidificação: Em conformidade com a ISO8185-2007 Umidificadores das vias respiratórias para uso médico, parágrafo 101. Porcentagem de oxigênio: Intervalo – 21 a 100% de O2 Precisão – ± 2% Resolução – 1%	3,00	UND	FISHER E PAYKEL	R\$ 35.350,67	R\$ 24.966,66	-29,37	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
------	---	------	-----	-----------------	---------------	---------------	--------	------------------------------------

**Israel Evangelista Da Silva**  
Superintendente Estadual de Licitações

**Rafaela Ramiro Pontes**  
Coordenadora do Registro de Preços

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	Travessa Padre Lino Aderaldo, 377 - Nova Brasília	SENADOR POMPEU - CE	Francisco Adriano Costa Souza	881.351.013-68	(88) 99932-6025 / 99271-0838
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	AV TUIUTI SALA 01, 1370 - VILA MORANGUEIRA	MARINGA - PR	CAROLINE KOZAR DOS SANTOS	116.101.419-54	(44) 3026-1011
05.756.359/0001-07	SANDERS DO BRASIL LTDA	Av. Sebastião Reginaldo da Cunha, 500 - Viana	SANTA RITA DO SAPUCAI - MG	Alexander Coelho	984.579.696-68	(35) 3473-7550 / 7565
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	RUA MÉXICO, 1086 - NOVA PORTO VELHO	PORTO VELHO - RO	ODAIR JOSÉ DO NASCIMENTO	422.640.142-53	(69)3222-7302/ (69) 3224-1656 / (69) 9966-4094
31.445.696/0001-93	HRMEDICAL SOLUCOES LTDA	Av. Padre Vieira, LT 03 QD 38, - Jardim Catarina	SAO GONCALO - RJ	Rafael Rabelo	140.053.827-03	(21)98997-9878

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

**Nº DO PROCESSO:** 0053.466947/2020-16**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 338/2022**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS - SESAU**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 110/2022**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 25/11/2022**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 10/11/2022

40.014.621/0001-49	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Rua: SO11 Quadro 103 Sul, 47 Sala 02 Conjunto 03 - Plano Diretor Sul	PALMAS - TO	Jackeline Teodora Coelho	015.305.151-57	(62) 3241-5555
--------------------	------------------------------------	--	-------------	--------------------------	----------------	----------------