

## Resultado por Fornecedor



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Nº 00641/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

### RESULTADO POR FORNECEDOR

#### 11.280.752/0001-70 - S & C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	<u>Lenco</u> De <u>Tecido</u>	Unidade	1	R\$ 44.686,7500	R\$ 44.686,7500	R\$ 44.686,7500

Marca: Ecel

Fabricante: Ecel

Modelo / Versão: Beta Jet SDM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lavadora Termodesinfectora: Braços aspersores de líquidos sem contato com materiais que cobrem toda a área de limpeza; Possui doze programações (opcional até cinquenta), sendo seis pré-programadas e seis abertas para programação do usuário; Volume de água consumido por fase: 25 litros. Impressora para documentação do processo; Alarmes de segurança com indicação visual e sonora para baixa temperatura, falta de água, abertura da porta, falta de detergente e sistema de proteção contra superaquecimento; Possui três entradas de água (água fria, água quente e água desmineralizada); Sistema de super secagem por turbina para circulação de ar quente filtrado por filtro absoluto (HEPA) e de vácuo; Sistema de segurança que impede a abertura das portas acidentalmente; Iluminação Interna da câmara; Atende a norma internacional ISO 15883; Dimensões externas: (L x A x P) 0,94 x 2,1 x 0,74m; Duas portas basculantes, em vidro, para visualização e acompanhamento do processo de limpeza; Rack com cinco níveis e capacidade de até dez cestos DIN; Uma bomba dosadora, com opcional até quatro, para controle de injeção de soluções; Temperatura da Água: 80 a 93°C; Ciclos com período de duração entre 1 a 30 minutos; • Alimentação: 220 V ou 380 V / 60Hz trifásico.

**Total do Fornecedor: R\$ 44.686,7500**

#### 11.488.758/0001-37 - ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	<u>Lenco</u> De <u>Tecido</u>	Unidade	1	R\$ 56.089,4300	R\$ 52.000,0000	R\$ 52.000,0000

Marca: BRASMEDICAL

Fabricante: BRASMEDICAL

Modelo / Versão: CBR400

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTROLADOR DEDICADO MICROPROCESSADO COM CONTROLE DE CICLOS • CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERADORA POR SENSOR E TEMPO • VOLUME INTERNO DE 393 LITROS • CESTOS/PRATELEIRAS/BANDEJAS REMOVÍVEIS PARA INSTRUMENTAIS • POTENCIA 4KW A 6KW • AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIAS EM AÇO INOX • ALIMENTAÇÃO 220V • AJUSTE DE TEMPERATURA ATÉ 95° PRODUTO ISENTO DE REGISTRO ANVISA

**Total do Fornecedor: R\$ 52.000,0000**

#### 37.182.085/0001-86 - NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>Lenco</u> De <u>Tecido</u>	Unidade	1	R\$ 860,7900	R\$ 310,0000	R\$ 310,0000

Marca: SONOSOUND

Fabricante: SONOSOUND

Modelo / Versão: BABY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Detector Fetal: TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY Sonar utilizando para detectar batimentos cardíacos fetais. - Modelo portátil. Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume - Ausculta de batimentos cardíacos a partir da 10ª semana. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. - Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25MHz. Faixa de medida do BFC de 50 a 240bpm. - Alojamento para transdutor. Alimentação por baterias 9V- LED indicador de bateria fraca. Acompanha fone de ouvido biauricular para ausculta individual e estojo.

7	<u>Lenco</u> De <u>Tecido</u>	Unidade	2	R\$ 639,0000	R\$ 319,5000	R\$ 639,0000
---	-------------------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: MIKATOS

Fabricante: MIKATOS

Modelo / Versão: TK007

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Otoscópio: Composto por lâmpada é de LED de 3.5 volts, que utilize tecnologia de fibra óptica para condução da luminosidade, incluindo uma lente, equipamento podendo ser utilizado com bateria recarregável ou módulos de parede, devendo ser fornecido cabo e carregador. Equipamento deverá ser fornecido com espúculos reusáveis nas medidas aproximadas 2, 2,5, 3, 4 e 5 mm, 3 de cada medida.

8	<u>Lenco</u> De <u>Tecido</u>	Unidade	7	R\$ 670,9500	R\$ 52,5000	R\$ 367,5000
---	-------------------------------	---------	---	--------------	-------------	--------------

Marca: MOBIL

Fabricante: MOBIL

Modelo / Versão: 60

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Oxímetro de Pulso: Visor LED para fácil leitura; Indicação de Sinal de Pulso, FC, SPO2 e Carga de Bateria; Funciona com 02 baterias AA; Fácil operação; Desligamento automático quando sem uso

**Total do Fornecedor: R\$ 1.316,5000****37.842.193/0001-38 - VIZAMED INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	<u>Lenco</u> De <u>Tecido</u>	Unidade	1	R\$ 266.467,1300	R\$ 210.700,0000	R\$ 210.700,0000

**Marca:** SOTER**Fabricante:** VIZAMED INDUSTRIA E COMERCIO**Modelo / Versão:** TS-300

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lavadora Termodesinfectora: Braços aspersores de líquidos sem contato com materiais que cobrem toda a área de limpeza; Possui doze programações (opcional até cinquenta), sendo seis pré-programadas e seis abertas para programação do usuário; Volume de água consumido por fase: 25 litros. Impressora para documentação do processo; Alarmes de segurança com indicação visual e sonora para baixa temperatura, falta de água, abertura da porta, falta de detergente e sistema de proteção contra superaquecimento; Possui três entradas de água (água fria, água quente e água desmineralizada); Sistema de super secagem por turbina para circulação de ar quente filtrado por filtro absoluto (HEPA) e de vácuo; Sistema de segurança que impede a abertura das portas acidentalmente; Iluminação Interna da câmara; Atende a norma internacional ISO 15883; Dimensões externas: - WDS-380D (LxAxP) 0,94 x 2,1 x 0,74m; Duas portas basculantes, em vidro, para visualização e acompanhamento do processo de limpeza; Rack com cinco níveis e capacidade de até dez cestos DIN; Uma bomba dosadora, com opcional até quatro, para controle de injeção de soluções; Temperatura da Água: 80 a 93 °C; Ciclos com período de duração entre 1 a 30 minutos; • Alimentação: 220 V ou 380 V / 60Hz trifásico

**Total do Fornecedor: R\$ 210.700,0000****44.239.382/0001-86 - PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Lenco</u> De <u>Tecido</u>	Unidade	2	R\$ 558.525,0000	R\$ 202.500,0000	R\$ 405.000,0000

**Marca:** LUFERCO**Fabricante:** PHOENIX**Modelo / Versão:** 39209

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave horizontal marca Lufenco, modelo 39209, capacidade de 254 litros, procedência nacional, Registro ANVISA nº 80004710004, funciona por meio de vapor saturado, estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 9 programas, com display touch screen, manômetro e manovacuômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna possui dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. 02 (duas) portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical/guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico - tubulações e conexões do conjunto hidráulico de material anticorrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor em aço inoxidável; possui bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que impossibilita o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não excede ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Acessórios: 02 carros externos para acomodação dos materiais, 01 carro interno para acomodação dos materiais, 01 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave), 01 impressora. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

**Total do Fornecedor: R\$ 405.000,0000****Valor Global da Ata: R\$ 713.703,2500**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

**Voltar**

## Pregão/Concorrência Eletrônica



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

### Termo de Adjudicação do Pregão

Nº 00641/2022

Às 13:58 horas do dia 06 de dezembro de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00641/2022, referente ao Processo nº 0036.292213/2021-, o Pregoeiro, Sr(a) MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

### Resultado da Adjudicação

#### Item: 1

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Autoclave Hospitalar Horizontal. Obs. Descritivo completo, conforme Termo de Referência.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor Estimado:** R\$ 558.525,0000

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Adjudicado para:** PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 405.000,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	02/12/2022 11:04:37	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86, Melhor lance: R\$ 405.000,0000

#### Item: 2

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Balança analítica de precisão: Resolução de 0,005/01mg capacidade de 520 g detecção automática, indicador compacto, tensão 110/220 V.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 3

**Valor Estimado:** R\$ 20.364,7500

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

#### Item: 3

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Detector Fetal: TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY Sonar utilizando para detectar batimentos cardíacos fetais. - Modelo portátil. Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume - Ausculta de batimentos cardíacos a partir da 10ª semana. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. - Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25MHz. Faixa de medida do BFC de 50 a 240bpm. - Alojamento para transdutor. Alimentação por baterias 9V- LED indicador de bateria fraca. Acompanha fone de ouvido biauricular para ausculta individual e estojo.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 860,7900

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Adjudicado para:** NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 350,0000 , com valor negociado a R\$ 310,0000 .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	02/12/2022 11:04:38	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86, Melhor lance: R\$ 350,0000, Valor Negociado: R\$ 310,0000

**Item: 4**

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Laringoscópio Adulto: (5 Lâminas) - Kit com lâminas curvas: em aço inox, 0, 1, 2, 3 e 4, Energia através de pilha/bateria recarregável, tecnologia Fibra Óptica, incluindo pilhas/bateria recarregáveis e carregado.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 8

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 6.877,4400

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	18/11/2022 12:42:43	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado.

**Item: 5**

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Lavadora Termodesinfectora. Obs. Descrição completa, conforme Termo de Referência.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 266.467,1300

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** VIZAMED INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 210.700,0000 .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	02/12/2022 11:04:39	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VIZAMED INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 37.842.193/0001-38, Melhor lance: R\$ 210.700,0000

**Item: 6**

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Lavadora Ultrassônica: Tensão elétrica (volts) = 220vac; Volume total da cuba = 58 litros; Volume útil de água = 50 litros; Aquecimento até 65º; Painel de controle digital; Com filtro de proteção da bomba; Material do gabinete e tampa= aço inox 420; Material da cuba e cesto = aço inox 304; Ciclo ajuste de ultrassom de 1 a 60 minutos; Entrada água automática com registro com conexão ¾ ou ½; Saída de água automática com registro com conexão ¾ ou ½; Tampa basculante – acrílico transparente 6 mm; Amortecedores de proteção na tampa, fusível de proteção de entrada; Sistema de ajuste do fluxo intermitente com ajuste de tempo de 5 a 30 segundos p/minuto; Rodízios com freios para deslocamento e transporte; Peso = 90 kg; Dimensões da cuba de lavagem comprimento = 700 mm; Quantidade de bicos para canulados = 30 bicos; Especificações da bomba = 1/2 cv, vazão máxima l/hora = 2400, peso = 4,8 kg. Dimensões do cesto = comprimento = 590, largura = 310, altura = 165 mm. Dimensões da lavadora = altura = 1000 mm, largura = 400, altura = 210 mm. Registro ANVISA/MS: 80402459002.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 44.686,7500

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** S & C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 44.686,7500 .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Cancelado no julgamento	02/12/2022 10:37:30	Item cancelado no julgamento. Motivo: 1. Empresas inabilitadas; 2. Valor acima do estimado.
Volta de fase	02/12/2022 11:06:11	Volta de Fase para Habilitação
Cancelado no julgamento	05/12/2022 11:18:26	Item cancelado no julgamento. Motivo: Para correção da inabilitação da empresa S
Volta de fase	05/12/2022 12:45:16	Volta de Fase para Julgamento
Adjudicado	06/12/2022 13:58:48	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: S & C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 11.280.752/0001-70, Melhor lance: R\$ 44.686,7500

**Item: 7****Descrição:** Lenco De Tecido**Descrição Complementar:** Otoscópio: Composto por lâmpada é de LED de 3.5 volts, que utilize tecnologia de fibra óca para condução da luminosidade, incluindo uma lente, equipamento podendo ser utilizado com bateria recarregável ou módulos de parede, devendo ser fornecido cabo e carregador. Equipamento deverá ser fornecido com espelhos reusáveis nas medidas aproximadas 2, 2,5, 3, 4 e 5 mm, 3 de cada medida.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 639,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 775,0000 , com valor negociado a R\$ 639,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	02/12/2022 11:04:40	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86, Melhor lance: R\$ 775,0000, Valor Negociado: R\$ 639,0000

**Item: 8****Descrição:** Lenco De Tecido**Descrição Complementar:** Oxímetro de Pulso: Visor LED para fácil leitura; Indicação de Sinal de Pulso, FC, SPO2 e Carga de Bateria; Funciona com 02 baterias AA; Fácil operação; Desligamento automático quando sem uso.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7**Valor Estimado:** R\$ 670,9500**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 367,5000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	02/12/2022 11:04:40	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86, Melhor lance: R\$ 367,5000

**Item: 9****Descrição:** Lenco De Tecido**Descrição Complementar:** Secadora de Traquéias: Equipamento totalmente em aço inox ANSI 304 ou 316; Câmara com capacidade de 355 litros; Capacidade para 42 traqueias (adulto e infantil); Racks com capacidade de 7 traqueias; Engate das traqueias removíveis para facilitar a operação e assepsia; Câmara com capacidade de até 10 prateleiras para cestos; Memória ajustável para 3 ciclos diferentes de secagem; Temperatura de secagem programável de 30 a 90°C; Tempo de secagem de 5 a 60 minutos; Porta frontal em vidro temperado; Suporte para excesso de líquidos no interior da câmara de secagem; Sistema de secagem com filtro de ar HEPA; Tamanho reduzido mas com espaço interno bem dimensionado; Dimensões Internas da Camara (L x A x P): 595 x 1570 x 380 mm; Dimensões Externas (L x A x P): 700 x 2100 x 400 mm; Teclado na altura da visão do usuário e de fácil utilização (1,55m de altura).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 56.089,4300**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Adjudicado para:** ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI , **pelo melhor lance de** R\$ 52.000,0000 .

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Adjudicado	02/12/2022 11:04:41	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.488.758/0001-37, Melhor lance: R\$ 52.000,0000

**Item: 10**

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Simulador de Cabeça para Intubação. Obs. Descrição completa, conforme o Termo de Referência.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 4.313,2000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Fim do documento**

## ■ DECLARAÇÕES

**UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO**

**Pregão Nº 6412022 - (Decreto Nº 10.024/2019)**

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social/Nome</b>	<b>Porte da Empresa</b>
44.239.382/0001-86	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	Demais (Diferente de ME/EPP)
<b>Data Declarações:</b> 08/11/2022 10:29	<b>Declaração MEE/EPP:</b> NÃO	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
61.374.161/0001-30	BAUMER S A	Demais (Diferente de ME/EPP)
<b>Data Declarações:</b> 17/11/2022 16:00	<b>Declaração MEE/EPP:</b> NÃO	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
37.182.085/0001-86	NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 17/11/2022 16:00	<b>Declaração MEE/EPP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 17/11/2022 16:02	<b>Declaração MEE/EPP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
39.346.590/0001-44	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 17/11/2022 17:13	<b>Declaração MEE/EPP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
28.767.561/0001-30	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 17/11/2022 17:57	<b>Declaração MEE/EPP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
11.488.758/0001-37	ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 17/11/2022 18:04	<b>Declaração MEE/EPP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
12.704.512/0001-18	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 17/11/2022 18:17	<b>Declaração MEE/EPP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
11.280.752/0001-70	S & C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 17/11/2022 19:31	<b>Declaração MEE/EPP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 18/11/2022 00:15	<b>Declaração MEE/EPP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>

**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM  
**Declaração de Acessibilidade:** SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM  
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

30.323.616/0001-64 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

ME/EPP

**Data Declarações:** 18/11/2022 07:50 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM  
**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM  
**Declaração de Acessibilidade:** SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM  
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

27.792.194/0001-61 POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

ME/EPP

**Data Declarações:** 18/11/2022 07:54 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM  
**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM  
**Declaração de Acessibilidade:** SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM  
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

37.842.193/0001-38 VIZAMED INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

ME/EPP

**Data Declarações:** 18/11/2022 08:33 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM  
**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM  
**Declaração de Acessibilidade:** SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM  
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM



Imprimir o  
**Relatório**

Fechar