

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 108/2022/SESAU-CAFIINP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.082728/2022-58							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 686/2022/DELTA/SUPEL/RO, "EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO"							
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS							
<b>Método:</b> Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
<b>Objetivo:</b> Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
LOTE	ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
		ID: 8264 e 10497 - EQUIPO FOTOSENSÍVEL - EQUIPO ORIGINAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM SISTEMA LINEAR E/OU ROTATIVO, ESTÉRIL;	LABORATÓRIO B. BRAUN	B.Braun	80136990743	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		tubulação flexível, atóxica com lanceta de perfuração para frascos rígidos ou flexíveis, respirador lateral com 0,4 micra (variação +/- 0,2 micra), câmara de gotejamento	GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS	LIGA LIFE	80317519008	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
	1.1						

<p>flexível, filtro de 15 micra (variação +/- 2 micra); com pinça de controle gravitacional, conexão "luer-lock", com medida de 230 cm (variação +/- 20 cm); embalagem individual com grau cirúrgico com bomba de infusão em comodato. Conforme RDC 539 de 30/08/2021 da ANVISA/MS e com selo do INMETRO.</p>	<p>SAMTRONIC</p>	<p>SAMTRONIC</p>	<p>10188530059</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
<p>ID: 8265 e 10498 - EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE – EQUIPO ORIGINAL ESPECÍFICO PARA UTILIZAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO, recomendado pelo fabricante do equipamento para administração de sangue ou hemocomponentes por bomba de infusão em sistema linear e/ou rotativo; estéril; de uso único; Apirogênico; atóxico; tubo de comprimento de 230 cm (variação +/- 20 cm), em pvc transparente, flexível, intermediário de segmento de silicone grau médico para uso sobre o sistema de infusão; ponta perfurante padrão</p>	<p>LABORATÓRIO B. BRAUN</p>	<p>B.Braun</p>	<p>80136990440</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
	<p>GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS</p>	<p>LIGA LIFE</p>	<p>80317510048</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>

1	<p>ISO contendo protetor, entrada para captação de solução e abertura para descompressão do frasco contendo filtro de ar antibacteriológico de 0,2 micra (variação +/- 0,2 micra), em sua lateral; câmara gotejadora macrogotas, flexível, transparente, contendo filtro interno de 200 micra (variação +/- 20 micra), pinça rolete com cortafluxo, terminal conector tipo luer-lock com capa protetora e sistema de controle do preenchimento, firme e de fácil remoção. embalagem individual, em grau cirúrgico, contendo etiqueta com dados de fabricação, identificação do fabricante, procedência, esterilização, validade, número de lote e registro no ministério da saúde. solicitamos amostra do produto para análise/parecer e treinamento no ato da entrega e quantas vezes forem necessários para reciclagem da equipe. Conforme RDC 539 de 30/08/2021</p>	SAMTRONIC	SAMTRONIC	10188530062	DE ACORDO COM O SOLICITADO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
---	--	-----------	-----------	-------------	----------------------------	--

	da ANVISA/MS e com selo do INMETRO					
	ID: 10375 e 10496 - EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS - EQUIPO ORIGINAL EM SISTEMA LINEAR E/OU ROTATIVO, ESTÉRIL; apirogênico; atóxico; tubo medindo 230 cm (variação +/- 20 cm), transparente, flexível, intermediário de segmento de silicone grau médico para uso sobre o sistema de infusão, ponta perfurante contendo protetor, entrada para captação de solução e abertura para descompressão do frasco contendo filtro de ar antibacteriológico de 0,4 micra	LABORATÓRIO B. BRAUN	B.Braun	80136990755	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS	LIGA LIFE	80317510005	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

1.3	<p>(variação +/- 0,2 micra) em sua lateral; câmara gotejadora macrogotas, flexível, transparente contendo filtro interno de 15 micra (variação +/- 2 micra); pinça rolete com corta - fluxo; injetor lateral tipo "y", preferencialmente, sem a necessidade de utilização de agulha; terminal conector tipo "luer-lock" com capa protetora e sistema de controle do preenchimento; embalagem individual em grau cirúrgico com bomba de infusão em comodato. Conforme RDC 539 de 30/08/2021 da ANVISA/MS e com selo do INMETRO.</p>	SAMTRONIC	SAMTRONIC	10188530058	DE ACORDO COM O SOLICITADO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
-----	--	-----------	-----------	-------------	----------------------------	--

2.1	<p>ID: 8264 e 10497 - EQUIPO FOTOSSENSÍVEL - EQUIPO ORIGINAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM SISTEMA LINEAR E/OU ROTATIVO, ESTÉRIL; tubulação flexível, atóxica com lanceta de perfuração para frascos rígidos ou flexíveis, respirador lateral com 0,4 micra (variação +/- 0,2 micra), câmara de gotejamento flexível, filtro de 15 micra (variação +/- 2 micra); com pinça de controle gravitacional, conexão "luer-lock", com medida de 230 cm (variação +/- 20 cm); embalagem individual com grau cirúrgico com bomba de infusão em comodato. Conforme RDC 539 de 30/08/2021 da ANVISA/MS e com selo do INMETRO.</p>	<p>LABORATÓRIO B. BRAUN</p>	<p>B.Braun</p>	<p>80136990743</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
		<p>GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS</p>	<p>LIGA LIFE</p>	<p>80317510005</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
		<p>SAMTRONIC</p>	<p>SAMTRONIC</p>	<p>10188530059</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
	<p>ID: 8265 e 10498 - EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE – EQUIPO ORIGINAL ESPECÍFICO PARA UTILIZAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO, recomendado pelo fabricante do</p>	<p>LABORATÓRIO B. BRAUN</p>	<p>B.Braun</p>	<p>80136990440</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>

2	2.2	<p>equipamento para administração de sangue ou hemocomponentes por bomba de infusão em sistema linear e/ou rotativo; estéril; de uso único; Apirogênico; atóxico; tubo de comprimento de 230 cm (variação +/- 20 cm), em pvc transparente, flexível, intermediário de segmento de silicone grau médico para uso sobre o sistema de infusão; ponta perfurante padrão ISO contendo protetor, entrada para captação de solução e abertura para descompressão do frasco contendo filtro de ar antibacteriológico de 0,2 micra (variação +/- 0,2 micra), em sua lateral; câmara gotejadora macrogotas, flexível, transparente, contendo filtro interno de 200 micra (variação +/- 20 micra), pinça rolete com corta-fluxo, terminal conector tipo luer-lock com capa protetora e sistema de controle do preenchimento, firme e de fácil remoção. embalagem individual, em grau</p>	GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS	LIGA LIFE	80317510048	DE ACORDO COM O SOLICITADO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
			SAMTRONIC	SAMTRONIC	10188530062	DE ACORDO COM O SOLICITADO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>

		<p>cirúrgico, contendo etiqueta com dados de fabricação, identificação do fabricante, procedência, esterilização, validade, número de lote e registro no ministério da saúde. solicitamos amostra do produto para análise/parecer e treinamento no ato da entrega e quantas vezes forem necessários para reciclagem da equipe.</p> <p>Conforme RDC 539 de 30/08/2021 da ANVISA/MS e com selo do INMETRO.</p>					
		<p>ID: 10375 e 10496 - EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS - EQUIPO ORIGINAL EM SISTEMA LINEAR E/OU ROTATIVO, ESTÉRIL; apirogênico; atóxico; tubo medindo 230 cm (variação +/- 20 cm), transparente, flexível, intermediário de segmento de silicone grau médico para uso sobre o sistema de infusão, ponta perfurante contendo protetor, entrada para</p>	<p>LABORATÓRIO B. BRAUN</p>	<p>B.Braun</p>	<p>80136990755</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
			<p>GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS</p>	<p>LIGA LIFE</p>	<p>80317519007</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>

2.3	<p>captação de solução e abertura para descompressão do frasco contendo filtro de ar antibacteriológico de 0,4 micra (variação +/- 0,2 micra) em sua lateral; câmara gotejadora macrogotas, flexível, transparente contendo filtro interno de 15 micra (variação +/- 2 micra); pinça rolete com corta - fluxo; injetor lateral tipo "y", preferencialmente, sem a necessidade de utilização de agulha; terminal conector tipo "luer-lock" com capa protetora e sistema de controle do preenchimento; embalagem individual em grau cirúrgico com bomba de infusão em comodato. Conforme RDC 539 de 30/08/2021 da ANVISA/MS e com selo do INMETRO.</p>	SAMTRONIC	SAMTRONIC	10188530058	DE ACORDO COM O SOLICITADO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
	<p>ID: 8264 e 10497 - EQUIPO FOTOSENSÍVEL - EQUIPO ORIGINAL PARA</p>	LABORATÓRIO B. BRAUN	B.Braun	80136990743	DE ACORDO COM O SOLICITADO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>

3.1	<p>ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM SISTEMA LINEAR E/OU ROTATIVO, ESTÉRIL; tubulação flexível, atóxica com lanceta de perfuração para frascos rígidos ou flexíveis, respirador lateral com 0,4 micra (variação +/- 0,2 micra), câmara de gotejamento flexível, filtro de 15 micra (variação +/- 2 micra); com pinça de controle gravitacional, conexão "luer-lock", com medida de 230 cm (variação +/- 20 cm); embalagem individual com grau cirúrgico com bomba de infusão em comodato. Conforme RDC 539 de 30/08/2021 da ANVISA/MS e com selo do INMETRO</p>		GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS	LIGA LIFE	80317510005	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
			SAMTRONIC	SAMTRONIC	10188530059	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
	<p>ID: 8265 e 10498-EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE – EQUIPO ORIGINAL ESPECÍFICO PARA UTILIZAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO, recomendado pelo</p>		LABORATÓRIO B. BRAUN	B.Braun	80136990440	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

3	3.2	<p>fabricante do equipamento para administração de sangue ou hemocomponentes por bomba de infusão em sistema linear e/ou rotativo; estéril; de uso único; Apirogênico; atóxico; tubo de comprimento de 230 cm (variação +/- 20 cm), em pvc transparente, flexível, intermediário de segmento de silicone grau médico para uso sobre o sistema de infusão; ponta perfurante padrão ISO contendo protetor, entrada para captação de solução e abertura para descompressão do frasco contendo filtro de ar antibacteriológico de 0,2 micra (variação +/- 0,2 micra), em sua lateral; câmara gotejadora macrogotas, flexível, transparente, contendo filtro interno de 200 micra (variação +/- 20 micra), pinça rolete com cortafluxo, terminal conector tipo luer-lock com capa protetora e sistema de controle do preenchimento, firme e de fácil remoção. embalagem</p>	GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS	LIGA LIFE	80317510048	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		SAMTRONIC	SAMTRONIC	10188530062	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	

<p>individual, em grau cirúrgico, contendo etiqueta com dados de fabricação, identificação do fabricante, procedência, esterilização, validade, número de lote e registro no ministério da saúde. solicitamos amostra do produto para análise/parecer e treinamento no ato da entrega e quantas vezes forem necessários para reciclagem da equipe. Conforme RDC 539 de 30/08/2021 da ANVISA/MS e com selo do INMETRO.</p>					
<p>ID: 10375 e 10496 - EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS - EQUIPO ORIGINAL EM SISTEMA LINEAR E/OU ROTATIVO, ESTÉRIL; apirogênico; atóxico; tubo medindo 230 cm (variação +/- 20 cm), transparente, flexível, intermediário de segmento de silicone grau médico para uso</p>	<p>LABORATÓRIO B. BRAUN</p>	<p>B.Braun</p>	<p>80136990755</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
	<p>GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS</p>	<p>LIGA LIFE</p>	<p>80317519007</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>

	<p>3.3 sobre o sistema de infusão, ponta perfurante contendo protetor, entrada para captação de solução e abertura para descompressão do frasco contendo filtro de ar antibacteriológico de 0,4 micra (variação +/- 0,2 micra) em sua lateral; câmara gotejadora macrogotas, flexível, transparente contendo filtro interno de 15 micra (variação +/- 2 micra); pinça rolete com corta - fluxo; injetor lateral tipo "y", preferencialmente, sem a necessidade de utilização de agulha; terminal conector tipo "luer-lock" com capa protetora e sistema de controle do preenchimento; embalagem individual em grau cirúrgico com bomba de infusão em comodato. Conforme RDC 539 de 30/08/2021 da ANVISA/MS e com selo do INMETRO.</p>	SAMTRONIC	SAMTRONIC	10188530058	DE ACORDO COM O SOLICITADO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
--	---	-----------	-----------	-------------	----------------------------	--

4.1	<p>ID: 8264 e 10497 - EQUIPO FOTOSSENSÍVEL - EQUIPO ORIGINAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM SISTEMA LINEAR E/OU ROTATIVO, ESTÉRIL; tubulação flexível, atóxica com lanceta de perfuração para frascos rígidos ou flexíveis, respirador lateral com 0,4 micra (variação +/- 0,2 micra), câmara de gotejamento flexível, filtro de 15 micra (variação +/- 2 micra); com pinça de controle gravitacional, conexão "luer-lock", com medida de 230 cm (variação +/- 20 cm); embalagem individual com grau cirúrgico com bomba de infusão em comodato. Conforme RDC 539 de 30/08/2021 da ANVISA/MS e com selo do INMETRO.</p>	<p>LABORATÓRIO B. BRAUN</p>	<p>B.Braun</p>	<p>80136990743</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
		<p>GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS</p>	<p>LIGA LIFE</p>	<p>8031751005</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
		<p>SAMTRONIC</p>	<p>SAMTRONIC</p>	<p>10188530059</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
	<p>ID: 8265 e 10498 - EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE – EQUIPO ORIGINAL ESPECÍFICO PARA UTILIZAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO,</p>	<p>LABORATÓRIO B. BRAUN</p>	<p>B.Braun</p>	<p>80136990440</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>

4	4.2	recomendado pelo fabricante do equipamento para administração de sangue ou hemocomponentes por bomba de infusão em sistema linear e/ou rotativo; estéril; de uso único; Apirogênico; atóxico; tubo de comprimento de 230 cm (variação +/- 20 cm), em pvc transparente, flexível, intermediário de segmento de silicone grau médico para uso sobre o sistema de infusão; ponta perfurante padrão ISO contendo protetor, entrada para captação de solução e abertura para decompressão do frasco contendo filtro de ar antibacteriológico de 0,2 micra (variação +/- 0,2 micra), em sua lateral; câmara gotejadora macrogotas, flexível, transparente, contendo filtro interno de 200 micra (variação +/- 20 micra), pinça rolete com corta-fluxo, terminal conector tipo luer-lock com capa protetora e sistema de controle do preenchimento, firme e de fácil remoção.	GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS	LIGA LIFE	80317510048	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
			SAMTRONIC	SAMTRONIC	10188530062	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

<p>embalagem individual, em grau cirúrgico, contendo etiqueta com dados de fabricação, identificação do fabricante, procedência, esterilização, validade, número de lote e registro no ministério da saúde. solicitamos amostra do produto para análise/parecer e treinamento no ato da entrega e quantas vezes forem necessários para reciclagem da equipe. Conforme RDC 539 de 30/08/2021 da ANVISA/MS e com selo do INMETRO</p>					
<p>ID: 10375 e 10496 - EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS - EQUIPO ORIGINAL EM SISTEMA LINEAR E/OU ROTATIVO, ESTÉRIL; apirogênico; atóxico; tubo medindo 230 cm (variação +/- 20 cm), transparente, flexível, intermediário de segmento de silicone grau médico para uso sobre o sistema de infusão, ponta perfurante contendo protetor, entrada para</p>	<p>LABORATÓRIO B. BRAUN</p>	<p>B.Braun</p>	<p>80136990755</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
	<p>GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS</p>	<p>LIGA LIFE</p>	<p>80317519007</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>

4.3	<p>captação de solução e abertura para descompressão do frasco contendo filtro de ar antibacteriológico de 0,4 micra (variação +/- 0,2 micra) em sua lateral; câmara gotejadora macrogotas, flexível, transparente contendo filtro interno de 15 micra (variação +/- 2 micra); pinça rolete com corta - fluxo; injetor lateral tipo "y", preferencialmente, sem a necessidade de utilização de agulha; terminal conector tipo "luer-lock" com capa protetora e sistema de controle do preenchimento; embalagem individual em grau cirúrgico com bomba de infusão em comodato. Conforme RDC 539 de 30/08/2021 da ANVISA/MS e com selo do INMETRO.</p>	SAMTRONIC	SAMTRONIC	10188530058	DE ACORDO COM O SOLICITADO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
-----	--	-----------	-----------	-------------	----------------------------	--

Porto Velho, 06 de dezembro de 2022.

**SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO**

Farmacêutica - CAF II / SESAU - RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Técnico**, em 06/12/2022, às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)

---



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 08/12/2022, às 09:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0034184828** e o código CRC **699AC694**.

---

**Referência:** Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.082728/2022-58

SEI nº 0034184828



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.082728/2022-58

Assunto: Análise das propostas das empresas.

Ao cumprimentá-la, em resposta ao solicitado no despacho (0034010526), com pedido de análise das propostas das empresas:

1. LABORATÓRIO B. BRAUN S.A. (0034010175) PARA OS **LOTES 1, 2 e 3** E REMANESCENTE PARA O **LOTE 4**;
2. GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA (0034010427) PARA O **LOTE 4** E REMANESCENTE PARA OS **LOTES 1, 2 e 3**;
3. SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (0034010453) REMANESCENTE PARA TODOS OS **LOTES**, SENDO ELES: **1, 2, 3 e 4**.

Em consulta à proposta apresentada pela empresa GBD Comercio, para os produtos dos lotes 1, 2 e 3 com comodatos de bombas, não encontramos na descrição o tamanho dos equipamentos, desta forma diligenciamos junto à empresa o envio dessas informações e anexamos aos autos id 0034198709

Informamos que realizamos as seguintes análises:

**Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:**

Com base nas análises presentes no Parecer Técnico Farmacêutico 108 (0034184828) no formato SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pela empresa/licitante, está em acordo com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos tais itens **aptos**.

Salvo melhor juízo é o que se tem para o momento.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente.

**JEFERSON FREITAS LOPES**

Coordenador  
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 08/12/2022, às 09:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0034185375** e o código CRC **8055D2B6**.

**Referência:** Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.082728/2022-58

SEI nº 0034185375