



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

**ADENDO**

**MODIFICADOR Nº 01**

Pregão Eletrônico Nº. **221/2022/SUPEL/RO.**

Processo Administrativo: **0036.176129/2021-13**

**Objeto:** : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Osmoses Reversas Portáteis, visando atender a demanda do serviço de Nefrologia da SESAU-RO, por um período de 12 (doze) meses.

A Superintendência Estadual de Licitações, através da Pregoeira condutora da licitação epigrafada, **COMUNICA** aos interessados em especial às empresas que adquiriram o Ato Convocatório que a Unidade requisitante realizou alterações nas especificações do objeto, em virtude das impugnações interpostas ao certame, assim, para fins de elaboração de propostas os interessados devem considerar as seguintes especificações:

Osmose reversa portátil para processo hemodialítico de operação simples, vazão de no mínimo 120 l/h, que atenda no mínimo duas máquinas de diálise, possuindo pré-tratamento integrado, tendo carenagem que seja leve, possibilitando ser carregada e resistente à oxidação, preferencialmente em material não ferroso(material polimérico/fibra de vidro/ resina/...), equipamento compacto com rodízios permita multi direcionamento e transporte sobre os próprios rodízios, tendo sistema de bombeamento de alta pressão em material resistentes a oxidação e ataques químicos, tendo sistema acústico que propicie funcionamento silencioso devido operação em unidades de terapia intensiva, sistema para monitoramento da água tratada, sistema de proteção que identifique diminuição do fluxo de água (baixa pressão de água), realizando automaticamente o desligamento do equipamento, em caso de falta de água ou baixa pressão de entrada, ter dois pré filtros de carvão ativado para redução do cloro livre, um pré filtro em polipropileno 5 micras para retenção de sólidos em suspensão, o mínimo possível de unidade de membrana, manômetros informando a pressão de entrada e a pressão antes da membrana, Condutivímetro digital para o monitoramento, possuindo sistema que visa evitar o desperdício de água, mecanismo para drenar a água tratada que não é consumida pela máquina de hemodiálise, dispositivo de prevenção de falha no sistema provocado por acumulo de ar devido troca de filtros, alarmes: para falta de água, condutividade elevada , falhas ou sobrecarga do sistema de bombeamento.

Em atendimento ao art. 22 do Decreto Estadual nº. 26.182/2021, e ainda, ao § 4º, do Art. 21, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, fica estabelecido para abertura do certame, para dia **29/12/2022 às 10h00 (horário de Brasília)** no sistema [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br)

Porto Velho, data e hora do sistema.

**Nilseia Ketes Costa**  
Pregoeira/SIGMA/SUPEL/RO  
Mat. 300061141

(assinado eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **Nilseia Ketes Costa, Pregoeiro(a)**, em 14/12/2022, às 13:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0034416106** e o código CRC **A19384CD**.

Referência: Caso responda este(a) Adendo, indicar expressamente o Processo nº 0036.176129/2021-13

SEI nº 0034416106