



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0036308067201909
1.2. Nº Procedimento	PE 00077/2022
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Hospitalares para atender as necessidades da Policlínica Oswaldo Cruz - POC.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	09.251.627/0001-90	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
2	34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA
4	51.961.258/0001-95	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
5	13.200.879/0001-67	LUANNA FREIRE FELIX LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	NÃO
2	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	SIM	NÃO
3	51.961.258/0001-95	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	NÃO	NÃO
4	09.251.627/0001-90	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	SIM	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
5	34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	NÃO	R\$ 31.682,58	R\$ 31.682,58	0%
6	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	SIM	NÃO	R\$ 11.715,65	R\$ 10.586,90	-9,63%
10	51.961.258/0001-95	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 178.045,07	R\$ 178.045,07	0%
11	09.251.627/0001-90	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	SIM	NÃO	R\$ 1.957,64	R\$ 1.390,00	-29%
18	34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	NÃO	R\$ 6.363,50	R\$ 6.363,50	0%
19	34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	NÃO	R\$ 3.318,40	R\$ 3.318,40	0%
TOTAIS					R\$ 233.082,84	R\$ 231.386,45	-0,73%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	1	FOTÓFORO – para uso em cirurgias. Descrição técnica: LED com iluminação coaxial, compacto, temperatura de cor referência de 6250°K, luz brilhante e branca 50.000 lux, com uma distância de trabalho de 250 mm, 3W e alta potência com 50.000 horas de tempo de serviço, íris de regulagem contínua, foco de 20mm a 100mm (a uma distância de 500mm) reostato com indicador luminoso, sinal sonoro de desligamento e regulagem de luminosidade integrado, montado sobre a cinta da cabeça, deve permitir adaptação para micro câmeras ou lupas HR e HRP, cinta de cabeça profissional macia, Acumulador compacto mPack, 6V, com indicador luminoso de recarga e do consumo, indicador do tempo restante de carga, com tempo de serviço de 10 horas e pode ser conectado direto à fonte de energia para tempo de serviço ilimitado, recarga total da bateria em apenas 2 horas, compatível com todos os instrumentos de 6V, bateria recarregável de Íons Lítio e transformador de tomada em 110-240V. Garantia mínima de 6 meses e assistência técnica em Rondônia (envio para fora do Estado por conta do fornecedor).
2	2	ASPIRADOR PARA CONSULTÓRIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA 110/220V MONOFÁSICO, 50/60HZ, 36W OU MAIS, VÁCUO ACIMA DE 50MMHG, FILTRO DE MICROPARTÍCULAS.
3	3	OTOSCOPIO 3,5 V. Descrição Técnica: Iluminação halógena HPX de 3,5V, deve ser fornecido com lâmpada. Conjunto deve conter Otopscopio, cabo. Iluminador de garganta e espelhos. Simples e rápida desconexão da cabeça do otoscopia para utilização do iluminador de garganta. Fibra óptica para transmissão da luz fria garantindo um campo de trabalho sem reflexo, aquecimento ou obstrução do campo visual quando utilizado instrumental para visualização superior da membrana timpânica. Lente de visão ampla o que permite o uso de instrumentação sob magnificação. Com bateria recarregável de Íons Lítio e transformador de tomada em 110-240V.
4	4	EQUIPAMENTO PARA LAVAGEM DE OUVIDO POR MEIO DE JATO CONTÍNUO, UNIFORME E REGULÁVEL. RECIPIENTE COM ÁGUA AQUECIDA A 37°C COM REGULÁVEL TEMPERATURA AUTOMÁTICA, CANETA PARA LAVAGEM. PEDAL PARA ACIONAMENTO E BOTÃO PARA REGULAGEM DO JATO. ALÇA PARA TRANSPORTE. 110/220V (MONOFÁSICO, FONTE: 11X14X14CM. RECIPIENTE: 16X14X30CM
5	7	AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL com capacidade para 60 litros 220 volts. autoclave microprocessada com caldeira vertical simples, cilíndrica em aço inoxidável aisi 304 ou superior; gabinete externo retangular em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo em epoxi texturizado; tampo em chapa de aço inoxidável, montado sobre quatro pés de borracha; instruções de uso gravadas no equipamento; aquecimento através de elemento blindado de imersão em tubo de aço inoxidável ou cobre cromado; tampa de bronze fundido estanhado internamente ou aço inoxidável aisi 304 polido ou superior, com sistema de fechamento hermetico por meio de prisioneiros reversíveis e manipuladores revestidos de material isolante sobre guarnição de silicone; abertura da tampa através de pedal disposto na parte frontal inferior, sendo a tampa pivotada com rebatimento para a lateral; válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a máxima pressão de trabalho admissível; manômetro de duas escalas, sendo uma de pressão em atmosferas e outra relativa de temperatura em graus celsius; pressão de operação: 1,5 atm; pressão máxima: 3,0 atm; temperatura de operação de 127°C; temperatura máxima de 143°C; sensor de temperatura pt-100 classe 1;...
6	8	BISTURI ELÉTRICO: COM CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND E COAGULAÇÃO, OFERECENDO ASSIM 3 TIPOS DE CORRENTE PARA USO EM ELETROCIRURGIA, CONTROLE SUAVE DE POTÊNCIA, SELEÇÃO DE FUNÇÕES, SAÍDAS ISOLADAS E CHECK-UP TOTAL. COM ACESSÓRIOS: 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL 1 PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA MONO 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (150 X 100 X0,5)MM 1 CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA 1 ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=2,1MM) 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=6,0MM) 1 ELETRODO TIPO ALÇA PEQ. (Ø=4,2MM) 1 ELETRODO TIPO AGULHA (85MM) 1 ELETRODO TIPO AGULHA DEPILAÇÃO 1 MANUAL DO USUÁRIO 1 CERTIFICADO DE GARANTIA
7	9	APARELHO DE MAPEAMENTO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL ADULTO COMPLETO
8	12	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR LED Características mínimas: •ódulos intensidade luminosa (LED) mínima 120.000 lux a uma distância mínima de 1 metro do campo operatório. Índice de reprodução de cor >95% e diâmetro do campo luminoso de 100 a 360 mm; Painel de controle em LCD na faixa de 3200K a 5000K. Estrutura tubular em aço com pintura em tinta epóxi (eletrostática a pó) cor branca (derivada) e acabamento em polietileno ou qualidade superior. Movimentação com giro de 360° ilimitado na cúpula; Acessórios: - Quatro (4) manoplas de silicone, retirável e autoclavável, Sistema de Emergência automático com bateria auxiliar em caso de falta ou falta de energia elétrica. Vida útil do módulo de intensidade luminosa (LED) no intervalo (30.000 horas - 60.000 horas). Bateria com carga monitorada por LEDs com autonomia superior a 3 horas; Alimentação de energia Bivolt automático (127/220 v) - Frequência 50/60Hz; Registro na ANVISA;
9	13	PONTEIRA ELETRODO CAUTERIO LÂMINA CURVA - PARA BISTURI ELETRÔNICO
10	14	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO ALÇA OVAL 25X10MM PARA BISTURI ELETRÔNICO
11	15	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO BOLA DE 4,2MM PARA BISTURI ELETRÔNICO EMAI
12	16	PONTEIRA ELETRODO CAUTÉRIO MICROEM TIPO BAIONETA
13	17	PONTEIRA ELETRODO CAUTÉRIO TIPO ALÇA 13MM PARA BISTURI ELETRÔNICO MEDCIR
14	20	GRAVADOR DE HOLTER DIGITAL COM SOFTWARE PARA ANÁLISE DE HOLTER COMPLETO, PARA ADULTO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	09/12/2021	Elaboração do edital	13/12/2021	4
2	13/12/2021	Envio dos autos à PGE para análise jurídica do edital	19/01/2022	37
3	19/01/2022	Envio dos autos à GECOMP-SESAU para adequação no termo de referência - Instrução processual	20/01/2022	1
4	21/01/2022	Envio dos autos à GEPEAP-SUPEL para atendimento de parecer	01/02/2022	11
5	09/02/2022	Retificação do edital/ publicações de aviso de licitação	11/02/2022	2
6	09/02/2022	Certidão justificativa de alteração de número de pregão	10/02/2022	1
7	10/02/2022	Aguardando abertura	21/02/2022	11
8	22/02/2022	Recebimento de impugnações e pedidos de esclarecimentos/ envio dos autos à GECOMP-SESAU para análise e manifestação/SUSPENSÃO	28/03/2022	34
9	30/03/2022	Envio dos autos à GAP-SUPEL para cotação de preços	11/05/2022	42
10	11/05/2022	Elaboração de novo edital	18/05/2022	7
11	02/06/2022	Publicações de aviso de prosseguimento	03/06/2022	1
12	15/06/2022	Pedido de esclarecimento recebido e encaminhado a GECOMP-SESAU para análise e manifestação	15/09/2022	92
13	15/09/2022	Resposta/ aviso de prosseguimento de licitação/ aguardando abertura	28/09/2022	13
14	28/09/2022	Validação de propostas/ habilitações/ ata/ finalização/ emissão do relatório final	15/12/2022	78
15	29/09/2022	Abertura/ aceitação de propostas/ envios dos autos à GECOMP-SESAU para análise técnica das propostas	28/11/2022	60
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 394

Observações:

*

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, quinta-feira, 15 de dezembro de 2022 .

NILSEIA KETES
Pregoeiro Oficial
Matrícula 300061141

JÉSSICA BAZÁN PADILHA GRACILIANO
Equipe Apoio
Matrícula 300130071

BRUNA KAREN BORGES RODRIGUES
Equipe Apoio
Matrícula