



ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI
C.N.P.J. : 05.923.871/0001-09 - I. E. : 626.682.052.110
E-Mail : negocios@alpharad.com.br
Site : <http://www.alpharad.com.br>

Ao Órgão 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO. Pregão Eletrônico N° 6802022. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R\$ Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|-------|--------------------------|-------------|
| 2 | AGULHA DE LOCALIZAÇÃO MAMÁRIA COM FIO TIPO KOPANS PARA A MARCAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA DE LESÕES NÃO PALPÁVEIS ORIENTADA POR ULTRASSONOGRÁFIA. FIO COM GANCHO NA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO E PORÇÃO ESPESSE PARA AUXILIAR NA ORIENTAÇÃO DURANTE A CIRURGIA, TAMANHO 20 GA X 10 CM. RMS: 80634880041 MARCA: MEDAX FABRICANTE: MEDAX MODELO/VERSÃO: SR 20X10 | UNIDADE | 24,00 | 150,00 | 3.600,00 |
| 3 | AGULHA DE LOCALIZAÇÃO MAMÁRIA COM FIO TIPO KOPANS PARA A MARCAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA DE LESÕES NÃO PALPÁVEIS ORIENTADA POR ULTRASSONOGRÁFIA. FIO COM GANCHO NA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO E PORÇÃO ESPESSE PARA AUXILIAR NA ORIENTAÇÃO DURANTE A CIRURGIA, TAMANHO 20 GA X 7,5 CM. RMS: 80634880041 MARCA: MEDAX FABRICANTE: MEDAX MODELO/VERSÃO: SR 20X10 | UNIDADE | 24,00 | 150,00 | 3.600,00 |
| | | | | Valor total da proposta: | 7.200,00 |

O valor total dessa proposta é de R\$7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

Dados Comerciais:

Banco: do Brasil - 001

Agência: 1557-1

C/C: 108.126-8

Validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias.

Prazo de entrega: 30 dias

Prazo para pagamento: 30 dias

Garantia dos produtos: 12 meses

Observações:

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação e se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.

Declaramos que na presente proposta os preços ofertados englobam todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

Declaramos por se trata de empresa de microempresa, optamos pelo simples nacional.

Nome: Evelyn Almeida Santos Pereira

Cargo: Analista de Licitação Sênior

CPF: 370.978.918-40

RG: 41.588.039-7

Data de Nascimento: 19/06/1987

Endereço: Rua Londres, 297 - Vila Metalúrgico - Santo André - CEP: 090220-320

E-mail Institucional: negocios@alpharad.com.br

E-mail pessoal: licita@alpharad.com.br

Telefone: (11) 3356-0335

Produto embalado individualmente.

Santo André, 27 de Dezembro de 2022



ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI
C.N.P.J. : 05.923.871/0001-09 - I. E. : 626.682.052.110
E-Mail : negocios@alpharad.com.br
Site : <http://www.alpharad.com.br>

Representante Legal


ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI - ME
Evelyn Almeida Santos Pereira
Procuradora
RG.: 41.588.039-7
CPF: 370.978.918-40

EVELYN ALMEIDA SANTOS PEREIRA

RG:41.588.039-7

CPF:370.978.918-40

Descrição Técnica: Agulha para marcação de nódulo mamário em mamografia, ultrassonografia e estereotaxia, marcação em centímetros e fio guia.

Nome Comercial: Sinurep

Código: SR

Marca: Medax

Fabricante: Medax Medical Devices

Procedência: Itália

Distribuidor: Alparad (Representação Exclusiva no Brasil)

Medidas: 20gx06cm / 20gx08cm e 20gx10cm / 20gx12cm / 20gx16cm

Registro no Ministério da Saúde: 80634880041

Apresentação: Caixa com vinte unidades

Prazo de Validade: 5 anos após data de fabricação

Embalagem: Unitária - Blister.

Produto Estéril. Esterilizado por Óxido de Etileno

Produto de Uso Único. Proibido Reutilizar ou Reprocessar

INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Agulha de marcação de nódulo mamário é um sistema de marcação de lesão preciso e fácil de usar em mamografia, ultrassonografia e estereotaxia.

É um sistema de marcação de que permite localização precisa de lesões não palpáveis.

Com uma cânula siliconizada, permite a colocação de profundidade mais precisa com entrada e retirada suave.

O sistema de marcação de lesão com fio permite ser carregada da parte traseira da cânula, após agulha ter sido localizada na lesão. Um refinamento de sistemas anteriores de orientação pelo fio, a pós-carga evita a marcação prematura e é facilitada por um início de cânula em forma de funil. A agulha possui graduações de 1,0 cm claramente visíveis na orientação, permitindo colocação exata da agulha.



MARKED VERSION

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

| Detalhes do Produto | |
|---------------------|---|
| Nome da Empresa | ALPHARAD INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP |
| CNPJ | 11.367.066/0001-30 |
| Autorização | 8.06.348-8 |
| Produto | Agulha para Localização de Nódulo Mamário |

| Modelo Produto Médico |
|---|
| SINUREP: SR20060-00; SR20080-00; SR20120-00; SR20160-00; SR20100-00; SR20100-01; SR20060-01; SR20080-01; SR20120-01; SR20160-01; SR20100-02; SR20100-03; SR20060-02; SR20080-02; SR20120-02; SR20160-02; SR20100-04; SR20100-05; SR20060-03; SR20080-03; SR20120-03; SR20160-03; SR20060-04; SR20080-04; SR20120-04; SR20160-04; SR20060-05; SR20080-05; SR20120-05; SR20160-05. SR20060-D0; SR20080-D0; SR20120-D0; SR20160-D0; SR20100-D0; SR20100-D1; SR20060-D1; SR20080-D1; SR20120-D1; SR20160-D1; SR20100-D2; SR20100-D3; SR20060-D2; SR20080-D2; SR20120-D2; SR20160-D2; SR20100-D4; SR20100-D5; SR20060-D3; SR20080-D3; SR20120-D3; SR20160-D3; SR20060-D4; SR20080-D4; SR20120-D4; SR20160-D4; SR20060-D5; SR20080-D5; SR20120-D5; SR20160-D5 |

| Tipo de Arquivo | Arquivos | Expediente, data e hora de inclusão |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------|
| <i>[sem dados cadastrados]</i> | | |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Nome Técnico | Agulhas |
| Registro | 80634880041 |
| Processo | 25351538250201606 |
| Fabricante Legal | MEDAX S.R.L. UNIPERSONALE |
| Classificação de Risco | II - MEDIO RISCO |
| Vencimento do Registro | VIGENTE |
| Situação | <i>[sem dados cadastrados]</i> |
| Data de Publicação | <i>[sem dados cadastrados]</i> |