



## GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 6/2023/SESAU-CAFIINP

De: **SESAU-CAFIINP**Para: **SUPEL- DELTA**Processo Nº: **0036.583984/2021-87**Assunto: **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho - DELTA (0034892957)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 732/2022/DELTA/SUPEL/RO**, esta Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II/SESAU-RO, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PE Nº 732/2022/DELTA/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.583984/2021-87						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 732/2022/DELTA/SUPEL/RO						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
<b>Método:</b> Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, pros catálogos dos materiais.						
<b>Objetivo:</b> Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de c						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 8 CONFECCIONADA EM <b>SILICONE PURO</b> TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	STAR COMERCIO	MEDIX	80495510042	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
		CIENTIFICA	MEDIX	80495510039	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
		NRX MEDICAL	MEDIX	80495510042	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
2	SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 10 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	STAR COMERCIO	MEDIX	80495510042	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
		NRX MEDICAL	MEDIX	80495510042	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
		CIENTIFICA	MEDIX	80495510039	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI

3	SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 12 CONFECCIONADA EM <b>SILICONE PURO</b> TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	BIONUTRI	WELL LEAD	10150470609	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO E SILICONIZADO, NÃO ATEI SOLICITADO (SILICONE F
		STAR COMERCIO	MEDIX	80495510042	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
		CIENTIFICA	MEDIX	80495510039	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
4	SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 14 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	STAR COMERCIO	MEDIX	80495510042	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
		CIENTIFICA	MEDIX	80495510039	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
		NRX MEDICAL	MEDIX	80495510042	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
5	SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 16 CONFECCIONADA EM <b>SILICONE PURO</b> TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	STAR COMERCIO	MEDIX	80495510042	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
		BIONUTRI	WELL LEAD	10150470609	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO E SILICONIZADO, NÃO ATEI SOLICITADO (SILICONE F
		NRX MEDICAL	MEDIX	80495510042	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
6	SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 18 CONFECCIONADA EM <b>SILICONE PURO</b> TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	STAR COMERCIO	MEDIX	80495510042	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
		NRX MEDICAL	MEDIX	80495510042	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
		SALUTARY	MEDIX	80495510040	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM BORRACHA NATURAL SILIC NÃO ATENDE AO SOLIC (SILICONE PURO).
7	SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 20 CONFECCIONADA EM <b>SILICONE PURO</b> TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	STAR COMERCIO	MEDIX	80495510042	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
		NRX MEDICAL	MEDIX	80495510042	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
		SALUTARY CENTRO	MEDIX	80495510040	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM BORRACHA NATURAL SILIC NÃO ATENDE AO SOLIC (SILICONE PURO).
8	SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 22 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	NRX MEDICAL	MEDIX	80495510042	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
		STAR COMERCIO	MEDIX	80495510042	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
		SALUTARY	MEDIX	80495510040	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM BORRACHA NATURAL SILIC NÃO ATENDE AO SOLIC (SILICONE PURO).

9	SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 24 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	STAR COMERCIO	MEDIX	80495510042	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
		SALUTARY	MEDIX	80495510040	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM BORRACHA NATURAL SILIC NÃO ATENDE AO SOLIC (SILICONE PURO).
		HOSPSHOP	WELL LEAD	10150470484	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
10	SONDA FOLEY TRES VIAS INFANTIL COM BALÃO Nº 6 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	ITEM DESERTO				
11	SONDA FOLEY TRES VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 8 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	ITEM DESERTO				
12	SONDA FOLEY TRES VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 10 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	ITEM DESERTO				
13	SONDA FOLEY TRES VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 12 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	ITEM DESERTO				
14	SONDA FOLEY TRES VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 14 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	HOSPSHOP	WELL LEAD	10150470484	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
		GRADUAL	WELL LEAD	10150470484	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
15	SONDA FOLEY TRES VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 20 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	STAR COMERCIO	MEDIX	80495510042	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
		HOSPSHOP	WELL LEAD	10150470484	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
		NRX MEDICAL	MEDIX	80495510042	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI

16	SONDA FOLEY TRES VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 24 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	HOSPSHOP	WELL LEAD	10150470484	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
		MEDIMAC	ADVANTIVE	10296900145	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
		CIENTIFICA	ADVANTIVE	10296900145	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FI ANEXO À PROPOSTA, O PF OFERTADO ATENDE AO SOI
17	SONDA FOLEY <b>TRES VIAS INFANTIL</b> COM BALÃO Nº 06 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONIZADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	MEDIMAC	ADVANTIVE	10296900144	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO, AF MEDIDAS DE FISCALIZAÇÃO (RECOLHIMENTO, SUSPE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRI USO).
18	SONDA FOLEY <b>TRES VIAS ADULTO</b> COM BALÃO Nº 08 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONIZADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	MEDIMAC	ADVANTIVE	10296900144	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO, AF MEDIDAS DE FISCALIZAÇÃO (RECOLHIMENTO, SUSPE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRI USO).
		NOEM MEDICAL	SOLIDOR	10369460176	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO ( 30mL – 16, 18, 20, 22, 24, NÃO ATENDE AO SOLICITA VIAS Nº 08).
19	SONDA FOLEY TRES VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 10 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONIZADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	MEDIMAC	ADVANTIVE	10296900144	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO, AF MEDIDAS DE FISCALIZAÇÃO (RECOLHIMENTO, SUSPE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRI USO).
		NOEM MEDICAL	SOLIDOR	10369460176	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO ( 30mL – 16, 18, 20, 22, 24, NÃO ATENDE AO SOLICITA VIAS Nº 08).
20	SONDA FOLEY TRES VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 12 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONIZADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	MEDIMAC	ADVANTIVE	10296900144	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO, AF MEDIDAS DE FISCALIZAÇÃO (RECOLHIMENTO, SUSPE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRI USO).
		NOEM MEDICAL	SOLIDOR	10369460176	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO ( 30mL – 16, 18, 20, 22, 24, NÃO ATENDE AO SOLICITA VIAS Nº 08).
21	SONDA FOLEY TRES VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 14 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONIZADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	MEDIMAC	ADVANTIVE	10296900144	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO, AF MEDIDAS DE FISCALIZAÇÃO (RECOLHIMENTO, SUSPE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRI USO).
		NOEM MEDICAL	SOLIDOR	10369460176	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO, AF MEDIDAS DE FISCALIZAÇÃO (RECOLHIMENTO, SUSPE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRI USO).

(assinado eletronicamente)

JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA

Farmacêutica - CAF II/SESAU-RO

2. **DA CONCLUSÃO:**

3.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

3.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 732/2022/DELTA/SUPEL/RO**, informo-vos que a proposta ofertada pela empresa/licitante, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta ofertada pela empresa, para o item:

I - **MEDIMAC - (item 17, 18, 19, 20, 21)**II - **NOEM MEDICAL - (item 18, 19, 20, 21)**III - **BIONUTRI - (item 03, 05)**

IV - **SALUTARY - (item 06, 07, 08, 09)**

3.3. Informo-vos que as propostas ofertadas pelas empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas, para os itens:

- I - CIENTIFICA MEDICA - **item 01, 02, 03, 04 e 16.**
- II - GRADUAL COMÉRCIO - **item 14.**
- III - HOSPSHOP PRODUTOS - **item 09, 14, 15, 16.**
- IV - MEDIMAC - **item 16.**
- V - NRX MEDICAL SYSTEMS - **item 01, 02, 04, 05, 07, 08, 15**
- VI - STAR COMERCIO - **item 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 15.**

3.4. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

3.6. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)

**REGINALDA MAIA DE SÁ**  
Coordenadora/Adjunta  
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza, Técnico**, em 10/01/2023, às 09:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 10/01/2023, às 10:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0034929332** e o código CRC **D75E6A94**.