



EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA <sigma.supel@gmail.com>

**IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N.
623/2022/SIGMA/SUPEL/RO**

luis.segundo@editalassessoria.com.br <luis.segundo@editalassessoria.com.br>
Para: sigma.supel@gmail.com

2 de dezembro de 2022 20:01

Prezada Sra. Pregoeira,

segue anexo, tempestivamente, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N.
623/2022/SIGMA/SUPEL/RO com as devidas razões.

At.

Luis C. Segundo

www.editalassessoria.com.br

EDITAL ASSESSORIA E CONSULTORIA

(34) 98402-5789

 **IMPUGNAÇÃO.pdf**
181K

IMPUGNAÇÃO

ILUSTRÍSSIMA SRA. **NILSEIA KETES COSTA** - PREGOEIRA OFICIAL DA SUPEL-RO (Mat. 300061141)

A empresa **EDITAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.194.738/0001-89, através de seu representante Legal **Luis Carlos Inácio Junqueira Segundo** portador do CPF nº 013.396.256-36, vem respeitosamente através deste, interpor a presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. **623/2022/SIGMA/SUPEL/RO**, pelos seguintes fundamentos de fato e de direito:

A) DA TEMPESTIVIDADE

Conforme determinado no Item 13.1 do Edital qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital até o terceiro dia útil que anteceder a data de abertura:

3.1. Até 03 (três) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer cidadão e licitante poderá IMPUGNAR o instrumento convocatório deste PREGÃO ELETRÔNICO, conforme art. 24 do Decreto Estadual nº 26.182, DE 24 DE JUNHO DE 2021, devendo o licitante mencionar o número do pregão, o ano e o número do processo licitatório, manifestando-se PREFERENCIALMENTE via e-mail: sigma.supel@gmail.com ...

B) DOS MOTIVOS

I- OBJETO – FALTA DE DESCRIÇÃO SUCINTA E CLARA DO OBJETO.

O Art. 40 da Lei 8.666/93 define os requisitos mínimos obrigatórios dos Editais. O inciso I determina que o OBJETO deve estar disponível com a descrição SUCINTA e CLARA.

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;

O objeto da presente licitação se refere ao Registro de Preços para futura contratação de materiais de consumo hospitalar com disponibilização de equipamentos em comodato, *in verbis*:

“2.1. Do Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de consumo (Eletrodo Monopolar, Tesoura para sistema de vídeo com equipamento em comodato, Cateter ureteral, Bainha Flexor e outros) para atender o setor de Urologia do Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB, por um período de 12 (doze) meses, a pedido da Secretaria de Estado da Saúde.”(grifo nosso)

O ANEXO I do Edital apresenta a LISTA DE MATERIAL licitado com a descrição de cada item. No entanto, somente nos itens 2 e 50 contém a descrição do tipo de equipamento deverá ser apresentado em regime de comodato, não apresentando nenhuma informação sobre a obrigatoriedade ou não de apresentação de equipamentos em regime de comodato para os demais itens.

Embora os equipamentos em regime de comodato não geram nenhum custo para a administração, o fornecedor precisa calcular o custo da disponibilização destes equipamentos. Sem a descrição exata dos equipamentos em comodato dos demais itens será impossível para o licitante dimensionar corretamente a sua proposta, considerando que o critério de avaliação da proposta será POR ITEM.

C) DOS PEDIDOS

- I) Requer que seja dado provimento a presente impugnação como tempestiva;
- II) Requer que seja disponibilizado de forma sucinta e clara da lista de equipamentos de que deverão ser fornecidos em regime de comodato para todos os itens;

Neste Termos,

Pede Deferimento.

Uberlândia, 02 de dezembro de 2022

Luis Carlos I. J. Segundo



Pedido de Esclarecimentos - PREGÃO 623/2022/SIGMA/SUPEL/RO - PROCESSO 0049.216877/2020-16

Marianne <marianne@atsmail.com.br>
Para: sigma.supel@gmail.com

1 de dezembro de 2022 15:35

Em atendimento ao princípio isonômico da participação de empresas com ofertas de bens nacionais ou estrangeiros e da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, bem como visando fomentar ainda mais a disputa, se faz imprescindível considerar no instrumento convocatório as informações específicas acerca dos itens abaixo. Por isso, tempestivamente a empresa ATS Produtos Médico-Cirúrgicos Ltda., solicita os seguintes esclarecimentos:

Menciona-se no item 1 do ANEXO I – QUADRO ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVO E MEMÓRIA DE CÁLCULO do presente edital:

ITEM 01

“Eletrodo Monopolar para Ressecção Endoscópica tipo ALÇA, BOLA E FACA (Compatível com modelo pinça Robi, da marca Karl Storz). O tipo solicitado será informado ao fornecedor no momento do pedido bem como na nota de empenho.”

- **No descritivo acima, solicita “eletrodo Monopolar para Ressecção Endoscópicas” compatível com modelo de pinça Robi da marca Karl Storz, todavia, eletrodo para ressecção é utilizado com ressectoscópio e não com pinça Robi, portanto pedimos esclarecimento se o órgão pede realmente eletrodo para ressecção ou algum tipo de instrumento para utilização com a pinça Robi da referida marca.**

ITEM 19

“Kit Nefrostomia Percutânea com Sonda Balão no 14 Fr. Cateter balão fabricado em silicone, biocompatível e radiopaco 10Fr por 30cm, 2ML o volume do balão; Acompanha dilatadores com diferentes calibres (6,7,9,10,12,14 Fr), balão com capacidade de 2ml, guia metálico em aço inoxidável 0,035” x 90cm, cânula de punção, introdutor com bainha (peel away) – para os tamanhos 14F.”

- **O item solicitado acima, pede que a sonda tenha tamanho 14 fr, porém gostaríamos de saber qual seria a margem de tamanho para cotar, visto que o tamanho mais pedido nos procedimentos é o de 12 fr.**

ITEM 24

“PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULOS, estéril, descartável, nitinol, 5 Fr., 60 cm de comprimento, 4 fios de metal, cesta com 12 mm de diâmetro.”

- **O item acima solicita que o tamanho da pinça seja de 5 fr x 60 cm, porém, essa medida pode ser incompatível com a maioria dos ureteroscópio que possuem canal de trabalho para passagem de instrumento de até 4 fr, o tamanho mais utilizado no mercado é o de 3 fr x 90 cm. Tal esclarecimento visa evitar que sejam enviadas cotações de material que não se encaixem aos moldes da Administração Pública e à Contratada.**

ITEM 40, 41 E 42

40 - *“Fibra laser para litotripsia a laser, Diâmetro = 270microm compatível com laser dornier MED TECH H 30.”*

41 - *“Fibra laser para litotripsia a laser, Diâmetro = 400microm compatível com laser dornier MED TECH H 30.”*

42 - *“Fibra laser para litotripsia a laser, Diâmetro = 600microm compatível com laser dornier MED TECH H 30.”*

- **Nos três itens acima, não houve a descrição se as fibras tratam de produto descartável ou reutilizável, sendo que seus valores possuem grande diferença, gostaríamos de esclarecimento de qual está sendo solicitada.**

Considerando que o propósito maior da licitação é instituir disputa uniforme entre os concorrentes em todas as parcelas que compõem o escopo contratado, faz-se legítimo o pedido para que V. Sas., promovam revisão do Edital nos moldes explicitados, para que a administração usufrua das melhores condições comerciais, assegurando a competitividade no certame e conseqüentemente, a proposta mais vantajosa.

Nestes termos, pede deferimento.

Atenciosamente,

Marianne Silva

Analista de Faturamento/Convênio

www.atsmedical.com.br

+55 62 98241-4100 marianne@atsmail.com.br

Av. do Café, nº. 38, Qd. 140, Lt. 04, Setor Santa Genoveva

CEP 74672-620 - Goiânia / Goiás - Fone: +55 62 3202-1947 / 3261-8086

The logo consists of the letters 'ATS' in a bold, blue, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the 'S'. The logo is set against a white background with a thin blue border.



EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA <sigma.supel@gmail.com>

Esclarecimento Pe 623-2022

Andreia Silva - Russer <licitacao01@russer.com.br>
Para: sigma.supel@gmail.com

30 de novembro de 2022 07:19

Boa tarde.

Venho através deste solicitar esclarecimento referente ao item 01 - Eletrodo Monopolar para Ressecção Endoscópica tipo ALÇA, BOLA E FACA (Compatível com modelo pinça Robi, da marca Karl Storz). O tipo solicitado será informado ao fornecedor no momento do pedido bem como na nota de empenho.

Referente ao descritivo acima pede que os eletrodos sejam compatíveis com a pinça ROBI, esta pinça é utilizada para laparoscopia e não para ressecção ,será que os eletrodos deverão ser compatíveis com elemento de trabalho 27050 ou 27040 da Storz?

Agradeço a atenção e fico no aguardo de um possível retorno.

Att,



EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA <sigma.supel@gmail.com>

(sem assunto)

Andreia Silva - Russer <licitacao01@russer.com.br>
Para: sigma.supel@gmail.com

2 de dezembro de 2022 10:23

Bom dia Sr. Pregoeiro.

Venho através deste solicitar esclarecimento referente ao item 01 - Eletrodo Monopolar para Ressecção Endoscópica tipo ALÇA, BOLA E FACA (Compatível com modelo pinça Robi, da marca Karl Storz). O tipo solicitado será informado ao fornecedor no momento do pedido bem como na nota de empenho. Referente ao descritivo acima pede que os eletrodos sejam compatíveis com a pinça ROBI, esta pinça é utilizada para laparoscopia e não para ressecção ,será que os eletrodos deverão ser compatíveis com elemento de trabalho 27050 ou 27040 da Storz?

Outra duvida seria quanto ao comodato treinamentos e manutenção:

O Comodato seria referente aos itens 02 e 50? com os treinamentos de equipamento e manutenção?

Agradeço a atenção e fico no aguardo de um possível retorno.

Att,