



EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA &lt;sigma.supel@gmail.com&gt;

---

## Esclarecimento Pe 623-2022

---

**Andreia Silva - Russer** <licitacao01@russer.com.br>  
Para: sigma.supel@gmail.com

30 de novembro de 2022 07:19

Boa tarde.

Venho através deste solicitar esclarecimento referente ao item 01 - Eletrodo Monopolar para Ressecção Endoscópica tipo ALÇA, BOLA E FACA ( Compatível com modelo pinça Robi, da marca Karl Storz). O tipo solicitado será informado ao fornecedor no momento do pedido bem como na nota de empenho.

Referente ao descritivo acima pede que os eletrodos sejam compatíveis com a pinça ROBI, esta pinça é utilizada para laparoscopia e não para ressecção ,será que os eletrodos deverão ser compatíveis com elemento de trabalho 27050 ou 27040 da Storz?

Agradeço a atenção e fico no aguardo de um possível retorno.

Att,



EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA &lt;sigma.supel@gmail.com&gt;

---

**(sem assunto)**

---

**Andreia Silva - Russer** <licitacao01@russer.com.br>  
Para: sigma.supel@gmail.com

2 de dezembro de 2022 10:23

Bom dia Sr. Pregoeiro.

Venho através deste solicitar esclarecimento referente ao item 01 - Eletrodo Monopolar para Ressecção Endoscópica tipo ALÇA, BOLA E FACA ( Compatível com modelo pinça Robi, da marca Karl Storz). O tipo solicitado será informado ao fornecedor no momento do pedido bem como na nota de empenho. Referente ao descritivo acima pede que os eletrodos sejam compatíveis com a pinça ROBI, esta pinça é utilizada para laparoscopia e não para ressecção ,será que os eletrodos deverão ser compatíveis com elemento de trabalho 27050 ou 27040 da Storz?

Outra duvida seria quanto ao comodato treinamentos e manutenção:

O Comodato seria referente aos itens 02 e 50? com os treinamentos de equipamento e manutenção?

Agradeço a atenção e fico no aguardo de um possível retorno.

Att,