



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2023/SESAU-CAFIINP

De: **SESAU-CAFIINP**

Para: **SUPEL-DELTA**

Processo Nº: **0036.442075/2021-90**

Assunto: **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-DELTA (0035663311)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 783/2022/DELTA/SUPEL/RO**, esta Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II/SESAU-RO, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PE Nº 783/2022/DELTA/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA.						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0036.442075/2021-90						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 783/2022/DELTA/SUPEL/RO - CÂNULAS						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS.						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA

8	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 07 (13 MM DIÂMETRO). FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MEDICALTEC - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TAYLOR	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO "CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA , MARCA TAYLOR", TAMANHOS (MÉDIA STANDARD DE 0,0 AO 06 , NÃO ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO. APÓS CONSULTA EM SÍTIOS ELETRÔNICOS.
		SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA	FRADEL-MED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDAME - BRASIL	80039960001	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO "CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA FRADEL-MED", TAMANHOS (MÉDIA STANDARD DE 0,0 AO 06 , NÃO ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO.
9	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 08 (14 MM DIÂMETRO). FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MEDICALTEC - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TAYLOR	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO "CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA , MARCA TAYLOR", TAMANHOS (MÉDIA STANDARD DE 0,0 AO 06 , NÃO ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO. APÓS CONSULTA EM SÍTIOS ELETRÔNICOS.
		SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA	FRADEL-MED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDAME - BRASIL	80039960001	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO "CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA FRADEL-MED", TAMANHOS (MÉDIA STANDARD DE 0,0 AO 06 , NÃO ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO.

(assinado eletronicamente)

MÁRCIO LUÍS CORREIA DUARTE

Farmacêutico - CAF II/SESAU-RO

2. DA CONCLUSÃO:

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO N°783/2022 /DELTA/SUPEL/RO**, informo-vos que a proposta ofertada pela empresa/licitante, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta ofertada pela empresa, para o(s) item(ns):

I - **MEDICALTEC - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (itens 08 e 09)**

II - **SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA - (itens 08 e 09)**

2.3. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.4. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador

CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Luis Correia Duarte, Técnico**, em 08/02/2023, às 19:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 09/02/2023, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0035714036** e o código CRC **BAD9AB9C**.