



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 25/2023/SESAU-CAFIINP

De: **SESAU-CAFIINP**

Para: **SUPEL-DELTA**

Processo Nº: 0036.445020/2021-31

Assunto: **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-DELTA (0036310708)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 844/2022/DELTA/SUPEL/RO**, esta Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II/SESAU-RO, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PE Nº 844 /2022/DELTA/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA.
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0036.445020/2021-31
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 844 /2022/DELTA/SUPEL/RO - SERINGAS E AGULHAS
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS.
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.

ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 0,40 X 13 MM (EM POLEGADAS 27 G X 1/2") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	BRAMED	WILTEX	10150470669	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		INFINITY PHARMA	WILTEX	10150470517	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		STAR COMERCIO	27G CINZA MEDIO	80026180047	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
2	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 1,20 X 25 MM (EM POLEGADAS 18 G X 1") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	INFINITY PHARMA	YESOMED	10150470422	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERADO ,(AGULHA ROMBA TUBULAR DE METAL NÃO HIPODÉRMICA PARA ASPIRAÇÃO) NÃO ATENDE AO SOLICITADO,(AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 1,20 X 25 MM (EM POLEGADAS 18 G X 1") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO.)
		BRAMED	SOL	80937150001	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O TAMANHO DO PRODUTO OFERTADO , NÃO ATENDE AO SOLICITADO,(AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 1,20 X 25 MM (EM POLEGADAS 18 G X 1") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO,

						CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS).
		STAR COMERCIO	18 G ROSA	80026180047	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
3	SERINGA DE 1 ML COM AGULHA 0,33X13MM (EM POLEGADAS 29G X 1/2") DESCARTÁVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, ESTÉRIL, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	REDE HEALTHY CENTER	INJEX	REGISTRO NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM CONSULTA AO SÍTE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE, A MARCA OFERTADA NÃO ATENDE AO SOLICITADO, (SERINGA DE 1 ML COM AGULHA 0,33X13MM (EM POLEGADAS 29G X 1/2"), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA).
		2MJ MANAUS LTDA	DESCARPACK / 1 ML x 29G)	REGISTRO NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA FIXA), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32).
		CIENTIFICA MEDICA	SOL-MILLENNIUM	80937150003	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA/FABRICA DO TAMANHO DO PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO.
4	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 0,3 X 8 MM (EM POLEGADAS 30 G X 5/16") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	HOSPDROGAS COMERCIAL	SR	81.391.540.002	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO (0,3 X 8 MM (EM POLEGADAS 30 G X 5/16"), NÃO FABRICA /PRODUZ O TAMANHO QUE ATENDE.
		BRAMED	SR	80026180047	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		STAR COMERCIO	30 G X 5/16 AMARE LO	80026180047	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
5	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE	ITEM Nº 5 DAS PROPOSTAS NÃO CONFERE COM O ITEM DA SAMS 0033391878 E QUADRO COMPARATIVO (0034488678).				

	SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 1,60 X 40 MM (EM POLEGADAS 16 G X 1 1/2") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.					
6	SERINGA DE 1 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL , LUER LOCK, ESTÉRIL, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA	STAR COMERCIO	DESCARPACK/ LUER LOCK COD 0324201	10330660103	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		HOSPDRUGAS COMERCIAL	SR	80.026.180.014	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (SERINGA HIPODÉRMICA DE USO ÚNICO COM AGULHA) NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SERINGA DE 1 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER LOCK)
		JR LACERDA MATERIAL	SR	REGISTRO NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO.

(assinado eletronicamente)

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica - CAF II/SESAU-RO

2. DA CONCLUSÃO:

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO N°844/2022 /DELTA/SUPEL/RO**, informo-vos que a proposta ofertada pela empresa/licitante, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta ofertada pela empresa, para o item:

- I - **NFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDIC - (item 02)**
- II - **BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA - (item 02)**
- III - **REDE HEALTHY CENTER DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - (item 03)**
- IV - **2MJ MANAUS LTDA - (item 03)**
- V - **CIENTIFICA MEDICA - (item 03)**
- VI - **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - (itens 04,06)**

Em análise técnica das propostas ofertadas pelas empresas para o item nº 05, **identificamos que os itens ofertados pelas empresas não confere com o solicitado na SAMS**. Sendo assim solicitamos que envie novamente a proposta correta de acordo com a **SAMS** para este item.

2.3. Informo-vos que as propostas ofertadas pelas empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas, para os itens:

- I - **BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA - (item 01)**
- II - **INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDIC - (item 01)**
- III - **STAR COMERCIO LTDA - (itens 01,02 ,06)**
- IV - **JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - (item 06)**

2.4. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.5. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador

CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 09/03/2023, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 10/03/2023, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0036401945** e o código CRC **9F9918D4**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.445020/2021-31

SEI nº 0036401945