

925373.8472022 .15076 .5098 .565116862

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**
Nº 00847/2022

Às 10:00 horas do dia 09 de março de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 39 /2022 de 28/03/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 00280813012022-31, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00847/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos de Laboratório, visando atender as necessidades básicas desta Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Balança analítica**Descrição Complementar:** Balança Analítica Capacidade: 320 G, Resolução: 0,1 MG, Diâmetro Prato: 90 MM, Tipo Painel: Tft Colorido Touchscreen , Características Adicionais: Conexão Usb, Rs232 , Voltagem: 110/220v V, Tempo Medição: 1,5 S, Frequência: 50/60 H**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 24.766,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 14.554,0000 .****Item: 2****Descrição:** Medidor condutividade**Descrição Complementar:** Medidor Condutividade Precisão Relativa: 2,00 PER, Tipo Display: Alfanumérico/Iluminado/2 Linhas X 16 Caracteres , Tensão Alimentação: 6 V, Largura: 150 MM, Modelo: De Bolso , Tipo: Digital**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 553,1700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 539,0000 .****Item: 3****Descrição:** Bureta**Descrição Complementar:** Bureta Tipo: Digital , Volume: 50 ML, Escala: Precisão De Até 3 Casas Decimais , Acessórios: Com Válvula De Segurança**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 29.242,4000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 21.500,0000 .****Item: 4****Descrição:** Seladora elétrica**Descrição Complementar:** Seladora Elétrica Tipo: Bancada , Aplicação: Distribuir E Selar Amostra Água , Capacidade: 100ml Por Carga , Características Adicionais: Eletrônica , Voltagem: 115/220**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 67.849,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 57.978,0000 .**

Histórico**Item: 1 - Balança analítica**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 9.984,0000	R\$ 19.968,0000	07/03/2023 11:33:20
<p>Marca: MARTE Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: AUX320 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ANALITICA MODELO AUX320 MARCA : MARTE/SHIMADZU Descrição: As balanças da série AU são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Display LCD retroiluminado que possibilita leituras fáceis e confortáveis em qualquer condição de iluminação ambiente. Software para a medição de gravidade específica, contagem de peças e porcentagem. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função windows direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados. Função psc, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente. Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário. Função modo cal: o peso de calibração interno, movido por motor, possibilita a autocalibração ou calibração acionada através de um toque no teclado. Atende as normas GLP/GMP/ISO 9000. Os relatórios de calibrações podem ser gerados com data e hora, fornecidos pelo relógio interno da balança. Especificações técnicas: Carga máxima: 320 g Leitura: 0,1 mg Repetitividade: < 0,15 mg Linearidade: +/- 0,3 mg Classe de exatidão: I Unidades de pesagem disponíveis: g, mg, quilate. Voltagem: bivolt automático de 90 a 240 V Frequência: 50/60 Hz Temperatura de trabalho: 5 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos Dimensões do equipamento: 220x330x310 mm (CxLxA) Diâmetro do prato: 80 mm Consumo de energia: 7va Peso do equipamento: 7,0 Kg Possui saída RS232C Calibração automática com peso interno Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0124 de 05 de Abril de 2011.este modelo de balança Porte da empresa: ME/EPP</p>							
60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	07/03/2023 13:58:51
<p>Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: AUX320 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AS BALANÇAS DA SÉRIE AU SÃO AS MAIS RECENTES BALANÇAS ANALÍTICAS DE ESCALA ÚNICA PROJETADAS COM A TECNOLOGIA UNIBLOC. PROPORCIONAM RESPOSTAS RÁPIDAS E EXCELENTE ESTABILIDADE. O SISTEMA UNIBLOC É PRODUZIDO PELO PROCESSO DE DESCARGA ELÉTRICA DE ALTA PRECISÃO ATRAVÉS DE CONDUTORES À UM BLOCO DE ALUMÍNIO, SUBSTITUINDO DESSA FORMA OS MECANISMOS DE SENSORES ELETROMAGNÉTICOS. FUNÇÃO WINDOWS DIRECT : A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE COM O COMPUTADOR EM APLICAÇÕES DO WINDOWS®. NÃO HÁ NECESSIDADE DE SOFTWARES ESPECIAIS PARA INTERFACEAR COM PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO E PROGRAMAS ESPECIAIS PARA LABORATÓRIO. FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS: INDICA NO DISPLAY O NÚMERO DE PEÇAS PELA DETERMINAÇÃO DA MASSA DA AMOSTRA. AS OPÇÕES DE QUANTIDADES PARA DETERMINAR A MASSA DA UNIDADE SÃO 10, 20, 50, E 100 PEÇAS. DISPLAY ANALÓGICO: GRÁFICOS DE BARRAS INDICAM CLARAMENTE O PESO TOTAL (INCLUINDO O PESO DE TARA) COMO PARTE DA CAPACIDADE TOTAL UTILIZADA PELA BALANÇA. FUNÇÃO COMPARADORA: É POSSÍVEL A SELEÇÃO DE LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS, ONDE O DISPLAY INDICARÁ SE A AMOSTRA ESTÁ DENTRO DA FAIXA, ACIMA OU ABAIXO. DISPLAY LCD RETROILUMINADO QUE POSSIBILITA LEITURAS FÁCEIS E CONFORTÁVEIS EM QUALQUER CONDIÇÃO DE ILUMINAÇÃO AMBIENTE. SOFTWARE PARA A MEDIÇÃO DE GRAVIDADE ESPECÍFICA, CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGEM. FUNÇÃO AUTO PRINT: AUTOMATICAMENTE LIBERA DADOS DE SAÍDA A CADA PESAGEM REALIZADA. COMBINADA COM A FUNÇÃO WINDOWS DIRECT, PERMITE UM SISTEMA PRÁTICO DE PESAGEM E ARQUIVO DE DADOS. FUNÇÃO PSC, CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICA: A AUTOCALIBRAÇÃO É ACIONADA POR VARIAÇÕES SIGNIFICATIVAS NA TEMPERATURA AMBIENTE. FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR DE INTERVALOS: OS REGISTROS DE PESAGENS PODEM SER ENVIADOS A COMPUTADORES OU IMPRESSORAS EXTERNAS EM INTERVALOS PRÉ-DETERMINADOS PELO USUÁRIO. FUNÇÃO MODO CAL: O PESO DE CALIBRAÇÃO INTERNO, MOVIDO POR MOTOR, POSSIBILITA A AUTOCALIBRAÇÃO OU CALIBRAÇÃO ACIONADA ATRAVÉS DE UM TOQUE NO TECLADO. ATENDE AS NORMAS GLP/GMP/ISO 9000. OS RELATÓRIOS DE CALIBRAÇÕES PODEM SER GERADOS COM DATA E HORA, FORNECIDOS PELO RELÓGIO INTERNO DA BALANÇA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARGA MÁXIMA: 320 G LEITURA: 0,1 MG REPETITIVIDADE: < 0,15 MG LINEARIDADE: +/- 0,3 MG CLASSE DE EXATIDÃO: I UNIDADES DE PESAGEM DISPONÍVEIS: G, MG, QUILATE. VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO DE 90 A 240 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TEMPERATURA DE TRABALHO: 5 A 40°C TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 3 SEGUNDOS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: 220X330X310 MM (CXLXA) DIÂMETRO DO PRATO: 80 MM CONSUMO DE ENERGIA: 7VA PESO DO EQUIPAMENTO: 7,0 KG POSSUI SAÍDA RS232C CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA COM PESO INTERNO MODELO APROVADO PELO INMETRO CONFORME PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0124 DE 05 DE ABRIL DE 2011. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	2	R\$ 12.350,0000	R\$ 24.700,0000	08/03/2023 15:29:33
<p>Marca: Bel Fabricante: Bel Modelo / Versão: Analítica</p>							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica Capacidade: 320 G, Resolução: 0,1 MG, Diâmetro Prato: 90 MM, Tipo Painel: Tft Colorido Touchscreen , Características Adicionais: Conexão Usb, Rs232 , Voltagem: 110/220v V, Tempo Medição: 1,5 S, Frequência: 50/60 H

Porte da empresa: ME/EPP

49.512.159/0001-84 49.512.159 Sim Sim 2 R\$ 12.383,0000 R\$ 24.766,0000 06/03/2023
BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON 20:05:13

Marca: BEL EQUIPAMENTOS

Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA

Modelo / Versão: BL0009-IN - M314Ai H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica 320g com calibração interna automática, leitura 0,0001g (0,1mg), temperatura de operação 5 a 40°C, saída RS232, comutação automática de 110V a 240V, bivolt, repetibilidade ≤ 0,01mg, calibração com peso interno, com bloqueio de calibração com peso padrão, atendendo a nova norma do INMETRO, manual em português, kit contendo fonte de alimentação, com capa decobertura.

Porte da empresa: ME/EPP

46.538.607/0001-20 J F ALVES DE MORAIS Sim Sim 2 R\$ 12.383,0000 R\$ 24.766,0000 08/03/2023
20:54:58

Marca: shimadzu

Fabricante: shimadzu

Modelo / Versão: shimadzu

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica 320g com calibração interna automática, leitura 0,0001g (0,1mg), temperatura de operação 5 a 40°C, saída RS232, comutação automática de 110V a 240V, bivolt, repetibilidade ≤ 0,01 mg, calibração com peso interno, com bloqueio de calibração com peso padrão, atendendo a nova norma do INMETRO, manual em português, kit contendo fonte de alimentação, com capa de cobertura.

Porte da empresa: ME/EPP

27.206.864/0001-10 M2W DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Sim Sim 2 R\$ 14.000,0000 R\$ 28.000,0000 07/03/2023
10:09:35

Marca: WEBLABOR

Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: M314AI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, capacidade de 310 grama, precisão de 4 casas (0,0001g), calibração interna, compacta de alta tecnologia ideal para laboratórios, indústrias, universidades e escolas. Possui display LCD retroiluminado com regulação de contraste para facilitar a visualização dos dados. Unidade de pesagem selecionável: Penn, onctr, grain, tael, hon, tael sgp, tael roc e momme. Função conta-peças. Soma de pesos. Pesagem percentual. Função de carga de ruptura. Base do prato e prato de pesagem em inox, capela com vidros de correr, capa plástica de proteção, fonte de alimentação e manual de instruções em português. Capacidade: 310g; Resolução: 0.0001g; Repetibilidade: 0.0001g; Linearidade: ± 0.0002g; Dimensão do prato: Ø 80mm; Calibração: interna automática; Tempo de resposta: menos de 2 segundos; Temperatura de trabalho: 5 – 35°C; Interface: serial RS232; Dimensões externas: (LxAxP) 210x320x340mm; Alimentação: 110-230Vac 50/60Hz; out 24V 500mA 13VA.

Porte da empresa: ME/EPP

23.239.321/0001-49 JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA Sim Não 2 R\$ 14.044,0000 R\$ 28.088,0000 08/03/2023
16:28:31

Marca: BEL EQUIPAMENTOS

Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: M314Ai H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica 310g com calibração interna automática, leitura 0,0001g (0,1mg), temperatura de operação 5 a 40°C, saída RS232, comutação automática de 110V a 240V, bivolt, repetibilidade ≤ 0,01mg, calibração com peso interno, com bloqueio de calibração com peso padrão, atendendo a nova norma do INMETRO, manual em português, kit contendo fonte de alimentação, com capa decobertura.

Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89 CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Sim Sim 2 R\$ 17.000,0000 R\$ 34.000,0000 08/03/2023
15:13:41

Marca: SHIMADZU

Fabricante: SHIMADZU

Modelo / Versão: AUX320

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA – MOD. AUX-320 – MARCA: SHIMADZU – PROCEDÊNCIA JAPONESA As balanças da série AU são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia Unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema Unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função Windows Direct: a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do Windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Display LCD retroiluminado que possibilita leituras fáceis e confortáveis em qualquer condição de iluminação ambiente. Software para a medição de gravidade específica, contagem de peças e porcentagem. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função Windows direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de

dados. Função PSC, calibração totalmente automática: a auto calibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente. Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário. Função modo cal: o peso de calibração interno, movido por motor, possibilita a auto calibração ou calibração acionada através de um toque no teclado. Atende as normas GLP/GMP/ISO 9000. Os relatórios de calibrações podem ser gerados com data e hora, fornecidos pelo relógio interno da balança. Especificações Técnicas: Carga máxima: 320 g Leitura: 0,1 mg Repetitividade: < 0,15 mg Linearidade: +/- 0,3 mg Classe de exatidão: I Unidades de pesagem disponíveis: g, mg, quilate. Voltagem: bivolt automático de 90 a 240 V Frequência: 50/60 Hz Temperatura de trabalho: 5 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos Dimensões do equipamento: 220x330x310 mm (CxLxA) Diâmetro do prato: 80 mm Consumo de energia: 7va Peso do equipamento: 7,0 Kg Possui saída RS232C Calibração automática com peso interno Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/Dimel nº 0124 de 05 de Abril de 2011. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções.

Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95 ROYAL Sim Sim 2 R\$ 20.000,0000 R\$ 40.000,0000 08/03/2023 17:25:12
 ATACADISTA E
 COMERCIO LTDA

Marca: BEL EQUIPAMENTO

Fabricante: BEL EQUIPAMENTO

Modelo / Versão: M314AiH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica - CARACTERÍSTICAS: LCD retro iluminado com regulagem de contraste; Capela com vidros de correr; Saída serial RS232. Funções: Unidade de pesagem selecionável, Contagem de peças, Limites, Pesagem percentual, Soma pesos, Pesagem animais, Função Densidade sólidos e líquidos, Função carga de ruptura; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade: Consultar variação; Resolução: 0,0001g; Carga mínima: 0,01g; Prato: 80 mm; Calibração: Automática; Peso: Interno; Homologado Inmetro: (H); Fonte de Alimentação: Bivolt - 110-230Vac; Repetibilidade: 0,0002g; Linearidade: ± 0,0003g; Tempo de Resposta: = 4 segundos. Pesagem mínima: 0,0010g; Tamanho: 345x215x345h (mm); Bivolt automático 110-230Vac, 50/60Hz; saída 24V 500mA 13VA; Aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994;

Porte da empresa: ME/EPP

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E Sim Sim 2 R\$ 25.000,0000 R\$ 50.000,0000 09/03/2023 09:28:21
 SERVICO LTDA

Marca: Ohaus

Fabricante: Ohaus

Modelo / Versão: 320g

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica 320g com calibração interna automática, leitura 0,0001g (0,1mg), temperatura de operação 5 a 40°C, saída RS232, comutação automática de 110V a 240V, bivolt, repebilidade 0,01 mg, calibração com peso interno, com bloqueio de calibração com peso padrão, atendendo a nova norma do INMETRO, manual em português, kit contendo fonte de alimentação, com capa de cobertura.

Porte da empresa: ME/EPP

33.518.624/0001-54 TECHANAV Sim Sim 2 R\$ 33.504,1800 R\$ 67.008,3600 08/03/2023 11:50:55
 SOLUCOES EM
 EQUIPAMENTO E
 COMERCIO
 ATACADISTA E
 VAREJISTA LTDA

Marca: SHIMADZU

Fabricante: SHIMADZU

Modelo / Versão: SHIMADZU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica 320gr 0,1mg (0,0001g) Unibloc Com Calibração Automática PSC AUX320 Shimadzu Características da Balança Analítica 320gr 0,1mg (0,0001g) Unibloc Com Calibração Automática PSC AUX320 Shimadzu A Balança Analítica 320gr com calibração automática modelo AUX são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia UniBloc. Que proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. Diversas funções de aplicação e a calibração totalmente automáticas PSC suportam as exigências do uso profissional. Autocalibração totalmente automática PSC: PSC é a calibração totalmente automática ativada pela variação na temperatura ambiente. Relatório de Calibração GLP/GMP/ISO: Relatórios de calibração podem ser automaticamente impressos na impressora eletrônica opcional. Data e Horário são também registrados, atendendo os requisitos de GLP/GMP/ISO. Função WindowsDirect: A Balança Analítica se comunica diretamente com o microcomputador nos aplicativos do Windows®. Sem a necessidade de programas específicos para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e softwares de laboratórios. WindowsDirect funciona com Windows® 95, 98, 2000, NT4.0, ME e XP. É necessário que o microcomputador seja compatível com IBM PC/AT. Temporizador de intervalos: Os resultados das pesagens podem ser transferidos para periféricos externos em intervalos pré-determinados. Opcional - Kit de Medição de Densidade - Modelo SMK-401: Simples medidores de densidade com base em balanças de precisão. Combinação de balanças e kit de medição de densidade torna o equipamento de medição de densidade útil para amostras sólidas. Software para medição de densidade é pré-instalado para AUW-D/AUW/AUX/AUY, AW / AX / AY, UW / UX, e EL / ELB Series. A Densidade líquida também pode ser medido com uma chumbada (com exceção de EL / ELB Series). Especificações Técnicas - Impressora EP-100 (Opcional) - Compatível com registros de qualidade ISO/GLP/GMP: Sim (apoio); - Display LCD: Não; - Relógio embutido: Sim; - Função de impressão customizada: Limitada; - Função de prevenção de alteração de dados (proteção com senha): Não; - Cálculos estatísticos: Sim; - Configuração automática: Sim; - Software de configuração: Sim; - Método de impressão: Matriz de pontos de impacto alternativo de 8 pinos; - Velocidade de impressão: Aproximadamente 1,7 linhas/segundo; - Caracteres por linha: 24 ou 40; - Tipo de papel: normal; bobina de papel; papel de etiqueta 57,5 mm x 50 mm; - Interface: USB tipo B fêmea, RS232(D-sub 9pin macho); - Possibilidade de ser operada a bateria: não; Especificações Técnicas - Impressora EP-110 (Opcional) - Compatível com registros de qualidade ISO/GLP/GMP: Sim (total apoio); - Display LCD: Sim; - Relógio embutido: Sim; - Função de impressão customizada: Sim; - Função de prevenção de alteração de dados (proteção com senha): Sim; - Cálculos estatísticos: Sim; - Configuração automática: Sim; - Software de configuração: Não; - Método de impressão: Matriz de pontos de impacto alternativo de 8 pinos; - Velocidade de impressão: Aproximadamente 1,7 linhas/segundo; - Caracteres por linha: 24 ou 40; - Tipo de papel: normal; bobina de papel; papel de etiqueta 57,5 mm x 50 mm; - Interface: USB tipo B fêmea, RS232(D-sub 9pin macho); - Possibilidade de ser operada a bateria: sim;

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 67.008,3600	33.518.624/0001-54	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 40.000,0000	24.103.721/0001-95	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 34.000,0000	38.419.205/0001-89	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 28.088,0000	23.239.321/0001-49	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 28.000,0000	27.206.864/0001-10	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 24.766,0000	49.512.159/0001-84	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 24.766,0000	46.538.607/0001-20	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 24.700,0000	07.783.734/0001-33	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 20.000,0000	60.431.715/0001-20	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 19.968,0000	05.364.996/0001-38	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 24.298,0000	38.419.205/0001-89	09/03/2023 10:00:32:553
R\$ 19.500,0000	27.206.864/0001-10	09/03/2023 10:01:15:547
R\$ 19.110,0000	60.431.715/0001-20	09/03/2023 10:03:21:530
R\$ 18.500,0000	27.206.864/0001-10	09/03/2023 10:03:46:353
R\$ 17.575,0000	60.431.715/0001-20	09/03/2023 10:04:01:167
R\$ 17.200,0000	27.206.864/0001-10	09/03/2023 10:04:15:373
R\$ 16.700,0000	60.431.715/0001-20	09/03/2023 10:04:35:157
R\$ 15.320,0000	27.206.864/0001-10	09/03/2023 10:04:49:230
R\$ 15.000,0000	60.431.715/0001-20	09/03/2023 10:05:08:583
R\$ 19.568,6400	24.103.721/0001-95	09/03/2023 10:08:37:273
R\$ 49.999,9900	33.518.624/0001-54	09/03/2023 10:08:47:370
R\$ 23.082,0000	23.239.321/0001-49	09/03/2023 10:10:13:233
R\$ 24.270,6000	46.538.607/0001-20	09/03/2023 10:10:27:227
R\$ 14.554,0000	60.431.715/0001-20	09/03/2023 10:11:25:217

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/03/2023 10:00:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/03/2023 10:13:26	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	09/03/2023 10:13:26	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/03/2023 10:32:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/03/2023 10:40:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20.
Aceite de proposta	09/03/2023 11:00:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 14.554,0000.
Habilitação de fornecedor	17/03/2023 10:20:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Medidor condutividade

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	1	R\$ 550,0000	R\$ 550,0000	08/03/2023 15:29:33
	Marca: Hanna/akso Fabricante: Hanna/akso Modelo / Versão: Portail						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor Condutividade Precisão Relativa: 2,00 PER, Tipo Display: Alfanumérico/Iluminado/2 Linhas X 16 Caracteres , Tensão Alimentação: 6 V, Largura: 150 MM, Modelo: De Bolso , Tipo: Digital						
	Porte da empresa: ME/EPP						
46.538.607/0001-20	J F ALVES DE MORAIS	Sim	Sim	1	R\$ 553,1700	R\$ 553,1700	08/03/2023 20:54:58

Marca: Ak52**Fabricante:** Ak52**Modelo / Versão:** Ak52**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Condutividade de bolso faixa de medição 0 a 3999 microSiemens/cm, temperatura 0 a 50°C, resolução 1 microSiemens/cm, exatidão + ou - 3 microSiemens/cm, grau de proteção IP54 (resistente a água) com compensação automática de temperatura, indicação de pilha ou bateria fraca, congelamento da leitura no visor, desligamento automático após 5 minutos de inatividade, eletrodo substituível, com eletrodo para sobressalente para substituição, solução para calibração do equipamento.**Porte da empresa:** ME/EPP

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.700,0000	R\$ 1.700,0000	08/03/2023 15:13:41
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: AKSO**Fabricante:** AKSO**Modelo / Versão:** EC BASIC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONDUTIVÍMETRO DE BOLSO – MOD. EC BASIC – MARCA: AKSO – PROCEDÊNCIA CHINESA O EC Basic une em um instrumento de bolso 4 medições: condutividade, salinidade, TDS e temperatura. Possui eletrodo substituível, congelamento da leitura no visor e compensação automática de temperatura (ATC). O EC Basic é excelente parceiro para os produtores de hidropônicos, devido a sua ampla faixa de medição. Outro ponto que vale a pena ser lembrado é que o instrumento pode ser ajustado em até 2 pontos: 12.88mS/cm e 1413uS/cm. Faixas de medição: Condutividade: 0 a 9999 µS/cm | 10.00 a 19.99 mS/cm | 20.0 a 400.0 mS/cm Temperatura: 0 a 60.0°C TDS: 0 a 9999 ppm | 10.0 a 200.0 ppt Salinidade: 0 a 9999 ppm | 10.0 a 200.0 ppt | 0 a 25% Resolução: Condutividade: 1µS/cm | 0.01mS/cm | 0.1mS/cm Temperatura: 0.1°C TDS: 0.1 ppm | 0.1 ppt Salinidade: 1ppm | 0.1ppt | 0.01% Exatidão: Condutividade: ± 2% F.S. Temperatura: ± 1.0°C TDS: ± 2% F.S. Salinidade: ± 2% F.S. Ajuste de condutividade: 1413µS/cm e 12.88mS/cm Compensação automática de temperatura (ATC): 0 a 60°C Grau de proteção: IP65 Desligamento automático: 5 minutos Temperatura de operação: 0 a 60°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Alimentação: 4,5Vdc (3 pilhas LR44) Dimensões (LxAxP): 38 x 183 x 38mm Peso: 80g Funções adicionais: - Indicação de nível de carga das pilhas - Congelamento da leitura no visor (HOLD) ACOMPANHA: 1 Eletrodo sobressalente para futura substituição, 2 soluções padrão condutividade 1413 e 1288.**Porte da empresa:** ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	08/03/2023 17:25:12
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SATRA**Fabricante:** SATRA**Modelo / Versão:** DDB 12L**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor condutividade - O Condutivímetro portátil foi desenvolvido para ser utilizado para medição precisa de condutividade e temperatura em campo. O equipamento pode ser aplicado para a mensuração da condutividade da água no monitoramento de água de torneira, aquicultura, análise ambiental, impressão ou tingimento, galvanização, indústrias de bebidas ou pesquisa científica. CONFIGURAÇÕES: Faixa de medição: 0-5000 S Resolução: 1 S Precisão: ± 2 S + 1% da escala total Calibração de condutividade: Solução padrão 1413 S Resolução de temperatura: 0,1°C/°F Temperatura de trabalho: 0-50°C (32-122°F) Compensação automática de temperatura: 0-50°C**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	24.103.721/0001-95	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 1.700,0000	38.419.205/0001-89	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 553,1700	46.538.607/0001-20	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 550,0000	07.783.734/0001-33	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 539,0000	24.103.721/0001-95	09/03/2023 10:08:19:843

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	09/03/2023 10:00:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/03/2023 10:10:20	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	09/03/2023 10:10:20	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/03/2023 10:48:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/03/2023 11:00:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Aceite de proposta	09/03/2023 11:52:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 539,0000.
Habilitação de fornecedor	17/03/2023 10:20:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Bureta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.021.728/0001-65	J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA Marca: WITEG Fabricante: WITEG Modelo / Versão: TITREX STANDARD, REF. 5.497.050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BURETA DIGITAL, MOD. TITREX STANDARD, REF. 5.497.050, 50 ML, WITEG Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 6.950,0000	R\$ 27.800,0000	03/03/2023 16:13:26
03.010.937/0001-36	EPPENDORF DO BRASIL LTDA Marca: EPPENDORF Fabricante: EPPENDORF Modelo / Versão: 4965000017 - Bureta Eletrônica Top Buret™ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: EPPENDORF - MODELO: 4965000017 - Bureta Eletrônica Top Buret™ - EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE - FABRICANTE: EPPENDORF - REGISTRO ANVISA: ISENTO - PROCEDÊNCIA: IMPORTADO - DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO EPPENDORF: Dispensador/titulador manual de reagentes, modelo Top-Buret M , 2,5 ml por rotação, com válvula de recirculação, válvula de alternância, tubo de aspiração telescópico, tubo de dispensação, três adaptadores para rosca de 40/38/32, 2 microbaterias de 1,5 V microbaterias. Certificado de qualidade. •Técnica de dispensação contínua e sem impulsos; a aspiração e diluição do líquido é feita em uma única etapa. •Acoplável a frascos com rosca de 45 mm (acompanha três adaptadores para rosca de 40/38/32) •Volume de dispensação na faixa de 0,01 mL a 999,9 mL •Válvula de dispensação que evita o retorno do líquido • Cânula de dispensação com rotação de 360 ° •Cânula de dispensação ajustável horizontalmente a 142-220 mm; e verticalmente a 10-200 mm •Tubo de aspiração extensível para o ajuste automático de comprimentos de 210-370 mm •Alta resistência a substâncias químicas (selo Teflon) •Módulo de espera: 5 minutos após inatividade •Capacidade da bateria: 4500 litros de reagentes •Partes eletrônicas removíveis •Estrutura modular que facilita a assistência técnica •Programa simples de calibração •Fácil limpeza •Indicação do nível da bateria •Conexão opcional a filtro seco Dados técnicos: Volume: 25 ml / Imprecisão: ± 0.2 % / Imprecisão (CV): ≤ 0.1 %. - DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM CONFORME EDITAL: Bureta digital eletrônica, capacidade de 50 mL, incremento de 0,01mL, precisão de +ou- 0,1, mínimo três adaptadores disponíveis, tubo extensível, modo de recirculação, com sistema zero perca de reagentes, resistente a ácidos e álcalis, fácil desmontagem e limpeza, bloco da válvula autoclavável a 121°C, corte automático de energia após 3 minutos, manual em português. - Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	4	R\$ 7.133,0000	R\$ 28.532,0000	08/03/2023 12:30:31
46.538.607/0001-20	J F ALVES DE MORAIS Marca: TITREX Fabricante: TITREX Modelo / Versão: TITREX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bureta digital eletrônica, capacidade de 50 mL, incremento de 0,01mL, precisão de +ou- 0,1, mínimo três adaptadores disponíveis, tubo extensível, modo de recirculação, com sistema zero perca de reagentes, resistente a ácidos e álcalis, fácil desmontagem e limpeza, bloco da válvula autoclavável a 121°C, corte automático de energia após 3 minutos, manual em português. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 7.310,6000	R\$ 29.242,4000	08/03/2023 20:54:58
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO Marca: Titrex Fabricante: Titrex Modelo / Versão: Digital 50ml Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Bureta Tipo: Digital , Volume: 50 ML, Escala: Precisão De Até 3 Casas Decimais , Acessórios: Com Válvula De Segurança Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 7.462,2500	R\$ 29.849,0000	08/03/2023 15:29:33
00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA Marca: BRAND Fabricante: BRAND Modelo / Versão: 4760161 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BURETA DIGITAL TITRETTE 50ml CLASSE A BRAND C/VÁLVULA PURGA (3 CASAS DECIMAIS ATÉ 19,999ml)C/CERTIFICADO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	4	R\$ 8.355,0000	R\$ 33.420,0000	07/03/2023 17:04:24
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: WITEG Fabricante: WITEG Modelo / Versão: TITREX (5.497.050)	Sim	Sim	4	R\$ 9.800,0000	R\$ 39.200,0000	08/03/2023 15:13:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BURETA DIGITAL 50ML – MOD. TITREX (5.497.050) – MARCA: WITEG – PROCEDÊNCIA ALEMÃ OFERECEMOS!! A Bureta digital TITREX é ideal para uma titulação rápida e sensível “gota a gota”. Um instrumento simula todos os volumes até 99,99 ml. Além disso, a titulação é possível sem qualquer perda de reagente! Desde a purga de ar, necessária para uma titulação precisa, até a desmontagem da bureta no final da titulação - o reagente, que não é necessário para a titulação, volta para o frasco! A exatidão e a precisão do TITREX são da mais alta qualidade. Nossas faixas de erro são melhores do que aquelas exigidas pela ISO 8655-3. A função de memória permite salvar até 1000 valores, que podem ser transferidos para um computador e lidos por meio do software incluído. Instrumento de precisão de alta qualidade, feito na Alemanha Maior exatidão e precisão, nossas faixas de erro são melhores do que os requisitos DIN EN ISO 8655-3 Resistente à maioria dos ácidos e álcalis 0% de perda de reagente - purga de ar e drenagem em um circuito fechado Bloco de válvula rotativo 360° para sua segurança adicional Instrumento dois-em-um: dosagem e titulação Cobre a faixa de volume completa de até 50ml quando usado como dispensador e até 99,99ml quando usado como bureta Ajuste de volume fácil e preciso Válvulas verticais: sem sedimentação, sem contaminação 100% livre de gotejamento ao se girar a cânula em 180° Sem erros de transcrição devido ao armazenamento automático de valores e à possibilidade de transferir valores para um computador via interface RS232 (adaptador USB opcional disponível) Calibragem: padrão com água de 20 °C O software permite salvar a próxima data de calibragem A recalibragem para líquidos de diferentes viscosidades possíveis Adequado para a determinação do teor de ácido no leite Fácil de desmontar e limpar, bloco de válvula autoclavável a 121 °C Corte automático de energia após três minutos Incluindo bateria NiMH 1,2V 2100mAh Certificado individual, rótulo CE e número de série Marcação DE-M de acordo com a lei de calibragem alemã

Porte da empresa: ME/EPP

08.467.485/0001-30 BIOQUIMICA Sim Sim 4 R\$ 10.000,0000 R\$ 40.000,0000 08/03/2023 10:23:35

INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Marca: BOECO/ALE

Fabricante: BOECO/ALE

Modelo / Versão: 50ML

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BURETA DIGITAL ELETRÔNICA, CAPACIDADE DE 50 ML, INCREMENTO DE 0,01ML, PRECISÃO DE +OU- 0,1, MÍNIMO TRÊS ADAPTADORES DISPONÍVEIS, TUBO EXTENSÍVEL, MODO DE RECIRCULAÇÃO, COM SISTEMA ZERO PERCA DE REAGENTES, RESISTENTE A ÁCIDOS E ÁLCALIS, FÁCIL DESMONTAGEM E LIMPEZA, BLOCO DA VÁLVULA AUTOCLAVÁVEL A 121°C, CORTE AUTOMÁTICO DE ENERGIA APÓS 3 MINUTOS

Porte da empresa: ME/EPP

48.982.775/0001-36 FRFA Sim Sim 4 R\$ 13.000,0000 R\$ 52.000,0000 08/03/2023 12:31:48

PRODUTOS
PARA
LABORATORIO
LTDA

Marca: SARTORIUS

Fabricante: SARTORIUS

Modelo / Versão: SARTORIUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bureta digital eletrônica, capacidade de 50 mL, incremento de 0,01mL, precisão de +ou- 0,1, mínimo três adaptadores disponíveis, tubo extensível, modo de recirculação, com sistema zero perca de reagentes, resistente a ácidos e álcalis, fácil desmontagem e limpeza, bloco da válvula autoclavável a 121°C, corte automático de energia após 3 minutos, manual em português. - MARCA:SARTORIUS

Porte da empresa: ME/EPP

23.239.321/0001-49 JKLAB Sim Não 4 R\$ 14.500,0000 R\$ 58.000,0000 08/03/2023 16:28:31

PRODUTOS E
SOLUCOES
PARA
LABORATORIOS
LTDA

Marca: MICROLIT

Fabricante: MICROLIT

Modelo / Versão: TI-50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bureta digital eletrônica, capacidade de 50 mL, incremento de 0,01mL, precisão de +ou- 0,1, mínimo três adaptadores disponíveis, tubo extensível, modo de recirculação, com sistema zero perca de reagentes, resistente a ácidos e álcalis, fácil desmontagem e limpeza, bloco da válvula autoclavável a 121°C, corte automático de energia após 3 minutos, manual em português.

Porte da empresa: ME/EPP

33.518.624/0001-54 TECHANAV Sim Sim 4 R\$ 41.970,0000 R\$ 167.880,0000 08/03/2023 11:50:55

SOLUCOES EM
EQUIPAMENTO
E COMERCIO
ATACADISTA E
VAREJISTA
LTDA

Marca: GLASSLAB

Fabricante: GLASSLAB

Modelo / Versão: GLASSLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bureta Digital Biotrate 0-50ml Resistência Química Extremamente Alta Lh-723082 Sartorius Informações do Produto: Biotrate é uma bureta digital premium equipada com funções sofisticadas para fácil titulação. peças e materiais de alta qualidade garantem resultados altamente precisos e precisos, bem como longa vida útil. Biotrate oferece alta resistência química e é uma solução inteligente para titulação de vários líquidos com precisão e segurança. O Biotrate é fácil e conveniente de usar devido ao seu display eletrônico grande e claro, rodas de operação suaves e cabeçote dispensador giratório de 360°. Especificações Técnicas: Bureta digital com alta resistência química; Cilindro em vidro borossilicato; Volume de 50 ml e legibilidade de 0,01ml. Totalmente autoclavável; Possui cabeça rotacional em 360°; Sistema de recirculação para meios de cultura; Dígitos grandes de fácil leitura e ajuste pelo usuário para diferentes tipos de líquidos. Modelo Bureta digital com alta resistência química; Categoria Equipamentos de Laboratório Marca GLASSLAB Itens

Inclusos 1UN Bureta digital com alta resistência química;
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 167.880,0000	33.518.624/0001-54	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 58.000,0000	23.239.321/0001-49	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 52.000,0000	48.982.775/0001-36	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 40.000,0000	08.467.485/0001-30	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 39.200,0000	38.419.205/0001-89	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 33.420,0000	00.398.022/0002-32	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 29.849,0000	07.783.734/0001-33	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 29.242,4000	46.538.607/0001-20	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 28.532,0000	03.010.937/0001-36	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 27.800,0000	18.021.728/0001-65	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 33.419,9900	48.982.775/0001-36	09/03/2023 10:00:34:567
R\$ 32.751,0000	38.419.205/0001-89	09/03/2023 10:00:34:853
R\$ 32.750,9900	48.982.775/0001-36	09/03/2023 10:01:09:313
R\$ 32.095,0000	38.419.205/0001-89	09/03/2023 10:01:38:220
R\$ 32.094,9900	48.982.775/0001-36	09/03/2023 10:01:44:207
R\$ 31.453,0000	38.419.205/0001-89	09/03/2023 10:01:58:070
R\$ 28.500,0000	08.467.485/0001-30	09/03/2023 10:08:25:060
R\$ 26.407,2100	00.398.022/0002-32	09/03/2023 10:08:42:907
R\$ 25.678,8000	03.010.937/0001-36	09/03/2023 10:08:49:903
R\$ 24.392,2800	00.398.022/0002-32	09/03/2023 10:09:07:103
R\$ 23.000,0000	18.021.728/0001-65	09/03/2023 10:10:36:677
R\$ 28.200,0000	23.239.321/0001-49	09/03/2023 10:10:37:923
R\$ 22.500,0000	18.021.728/0001-65	09/03/2023 10:11:28:527
R\$ 28.199,0000	46.538.607/0001-20	09/03/2023 10:11:47:050
R\$ 22.000,0000	18.021.728/0001-65	09/03/2023 10:11:55:337
R\$ 21.500,0000	18.021.728/0001-65	09/03/2023 10:12:10:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/03/2023 10:00:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/03/2023 10:14:11	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	09/03/2023 10:14:11	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/03/2023 11:12:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA, CNPJ/CPF: 18.021.728/0001-65.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/03/2023 11:18:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA, CNPJ/CPF: 18.021.728/0001-65.
Aceite de proposta	09/03/2023 11:52:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA, CNPJ/CPF: 18.021.728/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 21.500,0000.
Habilitação de fornecedor	17/03/2023 10:20:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA - CNPJ/CPF: 18.021.728/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Seladora elétrica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	Não	Não	1	R\$ 67.849,0000	R\$ 67.849,0000	06/03/2023 15:07:26
	Marca: IDEXX Fabricante: IDEXX/USA Modelo / Versão: WQTSPPLUS - SEALER PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WQTSPPLUS - SELADORA ELETROEQUILIBRADA UTILIZADA PARA DISTRIBUIR E SELAR 100ML DE AMOSTRA DE AGUA NAS CARTELAS QUANTI-TRAY DE 97 OU 51 CAVIDADES, PARA						

QUANTIFICACAO DOS KITS RAPIDOS DA IDEXX, AUTOMATIZANDO A MANIPULAÇÃO DA AMOSTRA DE ENUMERAÇÃO BACTERIANA. POSSUI MODO HIBERNAR. AQUECIMENTO DOS ROLOS EM 2-3 MINUTOS E BANDEJA DE RESPINGO. CADA IDEXX QUANTI-TRAY SEALER PLUS VEM COM CABO DE ALIMENTAÇÃO, PRATELEIRA DE ENTRADA, UMA BANDEJA DE BORRACHA QUANTI-TRAY (AZUL), UM BLOCO DE BORRACHA QUANTI-TRAY / 2000 (PRETO), TABELAS MPN E MANUAL DO USUÁRIO. UTILIZE APENAS AS INSERÇÕES DE BORRACHA IDEXX. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO INSTRUMENTO: PESO 11 KG ALTURA 33 CM PROFUNDIDADE 35,5 CM LARGURA 40,6 CM TEMPERATURA 10-32 ° C POTÊNCIA 100-240 V 50/60 HZ 10 A EMBALAGEM: 1 UNIDADE MARCA: IDEXX / USA

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.783.734/0001-33 N F DA SILVA Sim Sim 1 R\$ 67.849,0000 R\$ 67.849,0000 08/03/2023 15:29:33
LAMAR
COMERCIO

Marca: Indexx

Fabricante: Indexx

Modelo / Versão: Bancada

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora Elétrica Tipo: Bancada , Aplicação: Distribuir E Selar Amostra Água , Capacidade: 100ml Por Carga , Características Adicionais: Eletrônica , Voltagem: 115/220

Porte da empresa: ME/EPP

46.538.607/0001-20 J F ALVES DE Sim Sim 1 R\$ 67.849,6700 R\$ 67.849,6700 08/03/2023 20:54:58
MORAIS

Marca: REGISTRON

Fabricante: REGISTRON

Modelo / Versão: REGISTRON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora Quanti-Tray para utilização no método Colilert, seladora automatizada, controle ligar/desligar (on/off), detector fotovoltaico para ativação de rolete, feita em aço inoxidável e fácil de limpar, luz verde "pronto" para uso, modelo para até 230V

Porte da empresa: ME/EPP

23.239.321/0001-49 JKLAB Sim Não 1 R\$ 91.000,0000 R\$ 91.000,0000 08/03/2023 16:28:31
PRODUTOS E
SOLUCOES
PARA
LABORATORIOS
LTDA

Marca: IDEXX

Fabricante: IDEXX

Modelo / Versão: WQTSPLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora Quanti -Tray para utilização no método Colilert, seladora automatizada, controle ligar/desligar (on/off), detector fotovoltaico para ativação de rolete, feita em aço inoxidável e fácil de limpar, luz verde "pronto" para uso, modelo para até 230V.

Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68 REDNOV Sim Sim 1 R\$ 95.000,0000 R\$ 95.000,0000 09/03/2023 08:04:52
FERRAMENTAS
LTDA.

Marca: IDEXX

Fabricante: IDEXX

Modelo / Versão: IDEXX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora Quanti-Tray para utilização no método Colilert, seladora automatizada, controle ligar/desligar (on/off), detector fotovoltaico para ativação de rolete, feita em aço inoxidável e fácil de limpar, luz verde "pronto" para uso, modelo para até 230V.

Porte da empresa: ME/EPP

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 150.000,0000 R\$ 150.000,0000 09/03/2023 09:28:21
E SERVICO
LTDA

Marca: IDEXX

Fabricante: IDEXX

Modelo / Versão: Quanti-Tray

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora Quan-Tray para utilização no método Colilert, seladora automatizada, controle ligar/desligar (on/off), detector fotovoltaico para ativação de rolete, feita em aço inoxidável e fácil de limpar, luz verde "pronto" para uso, modelo para até 230V.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	21.548.780/0001-89	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 95.000,0000	45.769.285/0001-68	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 91.000,0000	23.239.321/0001-49	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 67.849,6700	46.538.607/0001-20	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 67.849,0000	00.377.455/0001-20	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 67.849,0000	07.783.734/0001-33	09/03/2023 10:00:05:230
R\$ 66.492,0100	45.769.285/0001-68	09/03/2023 10:04:45:217
R\$ 63.100,0000	00.377.455/0001-20	09/03/2023 10:09:12:850
R\$ 76.440,0000	23.239.321/0001-49	09/03/2023 10:09:19:607
R\$ 94.198,0000	21.548.780/0001-89	09/03/2023 10:10:43:947
R\$ 57.978,0000	00.377.455/0001-20	09/03/2023 10:11:47:723
R\$ 66.492,0000	46.538.607/0001-20	09/03/2023 10:12:12:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	09/03/2023 10:00:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/03/2023 10:15:34	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	09/03/2023 10:15:34	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/03/2023 11:37:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 00.377.455/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/03/2023 11:41:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 00.377.455/0001-20.
Aceite de proposta	17/03/2023 10:16:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 00.377.455/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 57.978,0000.
Habilitação de fornecedor	17/03/2023 10:20:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. - CNPJ/CPF: 00.377.455/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	09/03/2023 10:00:08	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/03/2023 10:00:10	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2023 10:00:11	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2023 10:00:12	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2023 10:00:13	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2023 10:00:13	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2023 10:10:20	O item 2 está encerrado.
Sistema	09/03/2023 10:13:26	O item 1 está encerrado.
Sistema	09/03/2023 10:14:11	O item 3 está encerrado.
Sistema	09/03/2023 10:15:34	O item 4 está encerrado.
Sistema	09/03/2023 10:16:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	09/03/2023 10:17:07	Senhores Licitantes, em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nº 847/2022.
Pregoeiro	09/03/2023 10:17:26	SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.
Pregoeiro	09/03/2023 10:27:50	Para MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 1, podemos negociar uma melhor oferta para o ITEM referido?
Pregoeiro	09/03/2023 10:28:08	Para MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
60.431.715/0001-20	09/03/2023 10:29:01	Bom dia, estou com meu melhor preço, não podemos baixar.
Pregoeiro	09/03/2023 10:30:32	Para MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA - Senhor licitante, agradecemos pela atenção e negociação, favor manter-se CONECTADO até o término desta sessão. E nesse instante, estarei abrindo o campo de anexos para a inclusão de vossa proposta de preços atualizada e ajustada.
Pregoeiro	09/03/2023 10:30:56	Para MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA - Senhor licitante, favor incluir sua proposta de preços ajustada, bem como, os folders/prospectos e etc., no que

couber para a melhor análise dos objetos ofertados.

Pregoeiro	09/03/2023 10:31:54	Para MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA - Senhor licitante, favor incluir sua proposta de preços ajustada, no prazo de até 2 (duas), conforme disposto no item 10.2 do edital.
Sistema	09/03/2023 10:32:10	Senhor fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	09/03/2023 10:36:16	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 2, podemos negociar uma melhor oferta para o ITEM referido?
Pregoeiro	09/03/2023 10:36:31	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
24.103.721/0001-95	09/03/2023 10:38:39	Bom dia um momento vamos analisar
24.103.721/0001-95	09/03/2023 10:39:45	devido aos custos para o item 2 ja estamos com o nosso melhor valor
Sistema	09/03/2023 10:40:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/03/2023 10:47:20	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, agradecemos pela atenção e negociação, favor manter-se CONECTADO até o término desta sessão. E nesse instante, estarei abrindo o campo de anexos para a inclusão de vossa proposta de preços atualizada e ajustada.
Pregoeiro	09/03/2023 10:47:38	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, favor incluir sua proposta de preços ajustada, bem como, os folders/prospectos e etc., no que couber para a melhor análise dos objetos ofertados.
Pregoeiro	09/03/2023 10:47:53	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, favor incluir sua proposta de preços ajustada, no prazo de até 2 (duas), conforme disposto no item 10.2 do edital.
Sistema	09/03/2023 10:48:07	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	09/03/2023 10:52:05	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 3, podemos negociar uma melhor oferta para o ITEM referido?
Pregoeiro	09/03/2023 10:52:23	Para J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 3, podemos negociar uma melhor oferta para o ITEM referido?
Pregoeiro	09/03/2023 10:52:35	Para J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 3, podemos negociar uma melhor oferta para o ITEM referido?
Pregoeiro	09/03/2023 10:52:50	Para J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	09/03/2023 11:00:27	Senhores licitantes, neste ato está sendo aceito o ITEM 1, para a empresa MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA. Salientamos que o valor aceito é o negociado e registrado no sistema. Ainda, o aceite definitivo se dará após a análise técnica da Pasta Gestora.
Sistema	09/03/2023 11:00:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	09/03/2023 11:00:58	Para J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos
Pregoeiro	09/03/2023 11:09:03	Para J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 3, podemos negociar uma melhor oferta para o ITEM referido?
18.021.728/0001-65	09/03/2023 11:09:31	Prezada Sra. Pregoeira, bom dia. Já estamos no nosso valor mínimo.
Pregoeiro	09/03/2023 11:11:44	Para J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA - Senhor licitante, agradecemos pela atenção e negociação, favor manter-se CONECTADO até o término desta sessão. E nesse instante, estarei abrindo o campo de anexos para a inclusão de vossa proposta de preços atualizada e ajustada.
Pregoeiro	09/03/2023 11:12:01	Para J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA - Senhor licitante, favor incluir sua proposta de preços ajustada, bem como, os folders/prospectos e etc., no que couber para a melhor análise dos objetos ofertados.
Pregoeiro	09/03/2023 11:12:18	Para J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA - Senhor licitante, favor incluir sua proposta de preços ajustada, no prazo de até 2 (duas), conforme disposto no item 10.2 do edital.
Sistema	09/03/2023 11:12:32	Senhor fornecedor J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA, CNPJ/CPF: 18.021.728/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
18.021.728/0001-65	09/03/2023 11:16:29	Estaremos providenciando.
Pregoeiro	09/03/2023 11:18:03	Para IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 4, podemos negociar uma melhor oferta para o ITEM referido?
Pregoeiro	09/03/2023 11:18:26	Para IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.

Sistema	09/03/2023 11:18:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA, CNPJ/CPF: 18.021.728/0001-65, enviou o anexo para o ítem 3.
00.377.455/0001-20	09/03/2023 11:20:47	Sr. bom dia! Estamos em nossa melhor oferta para o item. Por favor, considerar o valor ofertado.
00.377.455/0001-20	09/03/2023 11:29:04	Estamos abaixo do estimado para o item. Por favor, reavaliar e considerar o aceite do item.
Pregoeiro	09/03/2023 11:36:00	Para IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. - Senhor licitante, agradecemos pela atenção e negociação, favor manter-se CONECTADO até o término desta sessão. E nesse instante, estarei abrindo o campo de anexos para a inclusão de vossa proposta de preços atualizada e ajustada.
Pregoeiro	09/03/2023 11:36:14	Para IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. - Senhor licitante, favor incluir sua proposta de preços ajustada, bem como, os folders/prospectos e etc., no que couber para a melhor análise dos objetos ofertados.
Pregoeiro	09/03/2023 11:36:27	Para IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. - Senhor licitante, favor incluir sua proposta de preços ajustada, no prazo de até 2 (duas), conforme disposto no item 10.2 do edital.
00.377.455/0001-20	09/03/2023 11:37:18	Sr. obrigada.
Sistema	09/03/2023 11:37:24	Senhor fornecedor IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 00.377.455/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	09/03/2023 11:41:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 00.377.455/0001-20, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	09/03/2023 11:41:55	Senhores licitantes, neste ato está sendo aceite o ITEM 2, para a empresa ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA. Salientamos que o valor aceite é o negociado e registrado no sistema. Ainda, o aceite definitivo se dará após a análise técnica da Pasta Gestora.
Pregoeiro	09/03/2023 11:51:41	Senhores licitantes, neste ato está sendo aceite o ITEM 3, para a empresa J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA. Salientamos que o valor aceite é o negociado e registrado no sistema. Ainda, o aceite definitivo se dará após a análise técnica da Pasta Gestora.
Pregoeiro	09/03/2023 12:17:06	Senhores licitantes, neste ato está sendo aceite o ITEM 4, para a empresa IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. Salientamos que o valor aceite é o negociado e registrado no sistema. Ainda, o aceite definitivo se dará após a análise técnica da Pasta Gestora.
Pregoeiro	09/03/2023 12:19:23	Senhores Licitantes, informamos que, considerando a necessidade do envio da documentação referente a PROPOSTA DE PREÇOS para Análise e Parecer Técnico do órgão requisitante (SEDAM/RO), este certame será SUSPENSO, sendo que sua A reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	09/03/2023 12:20:06	Senhores licitantes, informo-lhes, que esta sessão será SUSPENSA, devido a necessidade do envio da documentação referente a PROPOSTA DE PREÇOS, para Análise e Parecer Técnico do órgão requisitante (SEDAM/RO). Assim sendo, a reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 horas de antecedência, ...
Pregoeiro	09/03/2023 12:20:37	... para darmos continuidade a este certame.
Pregoeiro	17/03/2023 10:00:07	..
Pregoeiro	17/03/2023 10:00:15	Senhores Licitantes, a todos um bom e doravante prosseguiremos com os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 847/2022.
Pregoeiro	17/03/2023 10:01:45	SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO.
Pregoeiro	17/03/2023 10:02:20	Senhores licitantes, a título de esclarecimento, informamos que a análise da Proposta de Preços (MATERIAIS) é realizada por técnicos da Pasta Gestora, não cabendo a esta Pregoeira, ir de encontro com a análise realizada.
Pregoeiro	17/03/2023 10:02:42	Senhores licitantes, a Análise técnica da Proposta apresentada, foi realizada por técnicos da Pasta Gestora, através do DESPACHO SEDAM-COREHGAA - ID (0036557544), encontra-se na íntegra no Sistema Eletrônico de Informação - SEI e mural de aviso do sistema Comprasnet.
Pregoeiro	17/03/2023 10:04:29	Para MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA - Senhor Licitante, sua proposta está classificada e aceita para o item 1, por atender as especificações técnicas, de acordo com o Parecer Técnico da pasta gestora.
Pregoeiro	17/03/2023 10:04:48	Senhores licitantes, neste ato RATIFICAMOS o aceite do ITEM 1, para a empresa MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA. Por atender as especificações técnicas conforme parecer da pasta gestora.
Pregoeiro	17/03/2023 10:05:14	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - Senhor Licitante, sua proposta está classificada e aceita para o item 2, por atender as especificações técnicas, de acordo com o Parecer Técnico da pasta gestora.
Pregoeiro	17/03/2023 10:05:38	Senhores licitantes, neste ato RATIFICAMOS o aceite do ITEM 2, para a empresa ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA. Por atender as especificações técnicas conforme parecer da pasta gestora.
Pregoeiro	17/03/2023 10:06:10	Para J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA - Senhor Licitante, sua proposta está classificada e aceita para o item 3, por atender as especificações técnicas, de acordo com o Parecer Técnico da pasta gestora.

Pregoeiro	17/03/2023 10:06:32	Senhores licitantes, neste ato RATIFICAMOS o aceite do ITEM 3, para a empresa J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA . Por atender as especificações técnicas conforme parecer da pasta gestora.
Pregoeiro	17/03/2023 10:14:37	Senhor Licitante, sua proposta está classificada e será aceita para o item 4, por atender as especificações técnicas, de acordo com o Parecer Técnico da pasta gestora.
Pregoeiro	17/03/2023 10:14:51	Para IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. - Senhor Licitante, sua proposta está classificada e será aceita para o item 4, por atender as especificações técnicas, de acordo com o Parecer Técnico da pasta gestora.
Pregoeiro	17/03/2023 10:15:16	Senhores licitantes, neste ato RATIFICAMOS o aceite do ITEM 4, para a empresa IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. Por atender as especificações técnicas conforme parecer da pasta gestora.
Sistema	17/03/2023 10:20:40	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	17/03/2023 10:21:00	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/03/2023 às 10:42:00.
Pregoeiro	17/03/2023 11:19:51

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	09/03/2023 09:04:15	
Abertura da sessão pública	09/03/2023 10:00:08	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	09/03/2023 10:16:08	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	17/03/2023 10:20:40	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	17/03/2023 10:21:00	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/03/2023 às 10:42:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:21 horas do dia 17 de março de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

IZAURA TAUFMANN FERREIRA
Pregoeiro Oficial

ANIKELLE LIMA RODRIGUES
Equipe de Apoio



[Voltar](#)



Pregão/Concorrência Eletrônica



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Pregão Nº 00847/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 11:23 horas do dia 17 de março de 2023, após analisado o resultado do Pregão nº 00847/2022, referente ao Processo nº 00280813012022-31, o Pregoeiro, Sr(a) IZAURA TAUFMANN FERREIRA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: Balança analítica

Descrição Complementar: Balança Analítica Capacidade: 320 G, Resolução: 0,1 MG, Diâmetro Prato: 90 MM, Tipo Painel: Tft Colorido Touchscreen , Características Adicionais: Conexão Usb, Rs232 , Voltagem: 110/220v V, Tempo Medição: 1,5 S, Frequência: 50/60 H

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 24.766,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 14.554,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/03/2023 11:22:30	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20, Melhor lance: R\$ 14.554,0000

Item: 2

Descrição: Medidor condutividade

Descrição Complementar: Medidor Condutividade Precisão Relativa: 2,00 PER, Tipo Display: Alfanumérico/Iluminado/2 Linhas X 16 Caracteres , Tensão Alimentação: 6 V, Largura: 150 MM, Modelo: De Bolso , Tipo: Digital

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 553,1700

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 539,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/03/2023 11:22:48	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, Melhor lance: R\$ 539,0000

Item: 3

Descrição: Bureta

Descrição Complementar: Bureta Tipo: Digital , Volume: 50 ML, Escala: Precisão De Até 3 Casas Decimais , Acessórios: Com Válvula De Segurança

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4**Valor Estimado:** R\$ 29.242,4000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 21.500,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/03/2023 11:22:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA, CNPJ/CPF: 18.021.728/0001-65, Melhor lance: R\$ 21.500,0000

Item: 4**Descrição:** Seladora elétrica**Descrição Complementar:** Seladora Elétrica Tipo: Bancada , Aplicação: Distribuir E Selar Amostra Água , Capacidade: 100ml Por Carga , Características Adicionais: Eletrônica , Voltagem: 115/220**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 67.849,6700**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 57.978,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/03/2023 11:22:58	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 00.377.455/0001-20, Melhor lance: R\$ 57.978,0000

Fim do documento

Resultado por Fornecedor



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Nº 00847/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.377.455/0001-20 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>Seladora elétrica</u>	Unidade	1	R\$ 67.849,6700	R\$ 57.978,0000	R\$ 57.978,0000

Marca: IDEXX

Fabricante: IDEXX/USA

Modelo / Versão: WQTSPLUS - SEALER PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WQTSPLUS - SELADORA ELETROICA UTILIZADA PARA DISTRIBUIR E SELAR 100ML DE AMOSTRA DE AGUA NAS CARTELAS QUANTI-TRAY DE 97 OU 51 CAVIDADES, PARA QUANTIFICACAO DOS KITS RAPIDOS DA IDEXX, AUTOMATIZANDO A MANIPULAÇÃO DA AMOSTRA DE ENUMERAÇÃO BACTERIANA. POSSUI MODO HIBERNAR. AQUECIMENTO DOS ROLOS EM 2-3 MINUTOS E BANDEJA DE RESPINGO. CADA IDEXX QUANTI-TRAY SEALER PLUS VEM COM CABO DE ALIMENTAÇÃO, PRATELEIRA DE ENTRADA, UMA BANDEJA DE BORRACHA QUANTI-TRAY (AZUL), UM BLOCO DE BORRACHA QUANTI-TRAY / 2000 (PRETO), TABELAS MPN E MANUAL DO USUÁRIO. UTILIZA APENAS AS INSERÇÕES DE BORRACHA IDEXX. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO INSTRUMENTO: PESO 11 KG ALTURA 33 CM PROFUNDIDADE 35,5 CM LARGURA 40,6 CM TEMPERATURA 10-32 ° C POTÊNCIA 100-240 V 50/60 HZ 10 A EMBALAGEM: 1 UNIDADE MARCA: IDEXX / USA

Total do Fornecedor: R\$ 57.978,0000

18.021.728/0001-65 - J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>Bureta</u>	Unidade	4	R\$ 29.242,4000	R\$ 5.375,0000	R\$ 21.500,0000

Marca: WITEG

Fabricante: WITEG

Modelo / Versão: TITREX STANDARD, REF. 5.497.050

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BURETA DIGITAL, MOD. TITREX STANDARD, REF. 5.497.050, 50 ML, WITEG

Total do Fornecedor: R\$ 21.500,0000

24.103.721/0001-95 - ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Medidor condutividade</u>	Unidade	1	R\$ 553,1700	R\$ 539,0000	R\$ 539,0000

Marca: SATRA

Fabricante: SATRA

Modelo / Versão: DDB 12L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor condutividade - O Condutivímetro portátil foi desenvolvido para ser utilizado para medição precisa de condutividade e temperatura em campo. O equipamento pode ser aplicado para a mensuração da condutividade da água no monitoramento de água de torneira, aquicultura, análise ambiental, impressão ou tingimento, galvanização, indústrias de bebidas ou pesquisa científica. CONFIGURAÇÕES: Faixa de medição: 0-5000 S Resolução: 1 S Precisão: ± 2 S + 1% da escala total Calibração de condutividade: Solução padrão 1413 S Resolução de temperatura: 0,1°C/°F Temperatura de trabalho: 0-50°C (32-122°F) Compensação automática de temperatura: 0-50°C

Total do Fornecedor: R\$ 539,0000

60.431.715/0001-20 - MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Balança analítica</u>	Unidade	2	R\$ 24.766,0000	R\$ 7.277,0000	R\$ 14.554,0000

Marca: SHIMADZU

Fabricante: SHIMADZU

Modelo / Versão: AUX320

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AS BALANÇAS DA SÉRIE AU SÃO AS MAIS RECENTES BALANÇAS ANALÍTICAS DE ESCALA ÚNICA PROJETADAS COM A TECNOLOGIA UNIBLOC. PROPORCIONAM RESPOSTAS RÁPIDAS E EXCELENTE ESTABILIDADE. O SISTEMA UNIBLOC É PRODUZIDO PELO PROCESSO DE DESCARGA ELÉTRICA DE ALTA PRECISÃO ATRAVÉS DE CONDUTORES À UM BLOCO DE ALUMÍNIO, SUBSTITUINDO DESSA FORMA OS MECANISMOS DE SENSORES ELETROMAGNÉTICOS. FUNÇÃO WINDOWS DIRECT : A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE COM O COMPUTADOR EM APLICAÇÕES DO WINDOWS®. NÃO HÁ NECESSIDADE DE SOFTWARES ESPECIAIS PARA INTERFACEAR COM PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO E PROGRAMAS ESPECIAIS PARA LABORATÓRIO. FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS: INDICA NO DISPLAY O NÚMERO DE PEÇAS PELA DETERMINAÇÃO DA MASSA DA AMOSTRA. AS OPÇÕES DE QUANTIDADES PARA DETERMINAR A MASSA DA UNIDADE SÃO 10, 20, 50, E 100 PEÇAS. DISPLAY ANALÓGICO: GRÁFICOS DE BARRAS INDICAM CLARAMENTE O PESO TOTAL (INCLUINDO O PESO DE TARA) COMO PARTE DA CAPACIDADE TOTAL UTILIZADA PELA BALANÇA. FUNÇÃO COMPARADORA: É POSSÍVEL A SELEÇÃO DE LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS, ONDE O DISPLAY INDICARÁ SE A AMOSTRA ESTÁ DENTRO DA FAIXA, ACIMA OU ABAIXO. DISPLAY LCD RETROILUMINADO QUE POSSIBILITA LEITURAS FÁCEIS E CONFORTÁVEIS EM QUALQUER CONDIÇÃO DE ILUMINAÇÃO AMBIENTE. SOFTWARE PARA A MEDIÇÃO DE GRAVIDADE ESPECÍFICA, CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGEM. FUNÇÃO AUTO PRINT: AUTOMATICAMENTE LIBERA DADOS DE SAÍDA A CADA PESAGEM REALIZADA. COMBINADA COM A FUNÇÃO WINDOWS DIRECT, PERMITE UM SISTEMA PRÁTICO

DE PESAGEM E ARQUIVO DE DADOS. FUNÇÃO PSC, CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICA: A AUTOCALIBRAÇÃO É ACIONADA POR VARIAÇÕES SIGNIFICATIVAS NA TEMPERATURA AMBIENTE. FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR DE INTERVALOS: OS REGISTROS DE PESAGENS PODEM SER ENVIADOS A COMPUTADORES OU IMPRESSORAS EXTERNAS EM INTERVALOS PRÉ-DETERMINADOS PELO USUÁRIO. FUNÇÃO MODO CAL: O PESO DE CALIBRAÇÃO INTERNO, MOVIDO POR MOTOR, POSSIBILITA A AUTOCALIBRAÇÃO OU CALIBRAÇÃO ACIONADA ATRAVÉS DE UM TOQUE NO TECLADO. ATENDE AS NORMAS GLP/GMP/ISO 9000. OS RELATÓRIOS DE CALIBRAÇÕES PODEM SER GERADOS COM DATA E HORA, FORNECIDOS PELO RELÓGIO INTERNO DA BALANÇA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARGA MÁXIMA: 320 G LEITURA: 0,1 MG REPETITIVIDADE: < 0,15 MG LINEARIDADE: +/- 0,3 MG CLASSE DE EXATIDÃO: I UNIDADES DE PESAGEM DISPONÍVEIS: G, MG, QUILO. VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO DE 90 A 240 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TEMPERATURA DE TRABALHO: 5 A 40°C TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 3 SEGUNDOS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: 220X330X310 MM (CXLXA) DIÂMETRO DO PRATO: 80 MM CONSUMO DE ENERGIA: 7VA PESO DO EQUIPAMENTO: 7,0 KG POSSUI SAÍDA RS232C CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA COM PESO INTERNO MODELO APROVADO PELO INMETRO CONFORME PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0124 DE 05 DE ABRIL DE 2011.

Total do Fornecedor: R\$ 14.554,0000

Valor Global da Ata: R\$ 94.571,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



[Voltar](#)