



EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA &lt;sigma.supel@gmail.com&gt;

**ESCLARECIMENTO - PE 120/2022 - DATA: 13/10/2022 às 10:00 / ITEM 6 - 1 Monitor**

2 mensagens

**Fernanda Rezende** <frezende@prolife.com.br>  
Para: "sigma.supel@gmail.com" <sigma.supel@gmail.com>  
Cc: Anna Paula L R Martins <amartins@prolife.com.br>

5 de outubro de 2022 14:11

Boa tarde!

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref.: PE 120/2022 - DATA: 13/10/2022 às 10:00 / ITEM 6 - 1 Monitor

O descritivo técnico do Item 6, do PE em referência, não deixa claro quais parâmetros devem ser ofertados.

No título da descrição técnica é citado: "MONITOR MULTIPARÂMETROS COMPLETO COM PI E CAP", logo abaixo é reforçado o título com a seguinte frase: "Monitor multiparamétrico com os parâmetros de ECG, Respiração, Temperatura, PNI, SPO2, 2X Pressão Invasiva e capnografia". Porém ao final do descritivo é citado: "8. Medição de débito cardíaco de forma integrada ou modular", gerando dúvidas se o monitor, além dos parâmetros descritos inicialmente, também deve possuir débito cardíaco integrado.

Por isso, questionamos: O monitor deve ser cotado com o parâmetro de débito cardíaco?

Obrigada.

**Fernanda Prado Rezende Felber**

Engenheira Biomédica – Coordenadora de Licitações

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

[Av. Prof. Olavo Gomes de Oliveira, 6800](#) – Desm. Murilo Gattini

37561-130 – Pouso Alegre - MG - Brasil

Tel.: 0800 606 4698 Tel.: +55 11 5081-7190/ +55 11 5539-0746

Skype: frezende\_10

**[www.prolife.com.br](http://www.prolife.com.br)**

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.

---

**EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA** <sigma.supel@gmail.com>  
Para: Fernanda Rezende <frezende@prolife.com.br>

6 de outubro de 2022 08:33

Atestamos o recebimento e informamos que os questionamentos suscitados serão remetidos à Unidade requisitante para análise e manifestação

Atenciosamente.

**Nilseia Ketes Costa**  
Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Equipe SIGMA/SUPEL**

