



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CO

Para: SUPEL-SIGMA

Processo Nº: 0036.104582/2020-47

Assunto: Pedido de Esclarecimento (0032693292);

Prezados,

Considerando o Despacho (SEI nº 0032724260) bem como o Despacho (SEI nº 0032693361), que referencia o Pedido de Esclarecimento - PROLIFE (SEI nº 0032693292);

Considerando o Edital PE 120-2022 (SEI nº 0032468461), e o pedido na qual questiona quanto ao débito cardíaco, informo que o equipamento deve possuir débito cardíaco podendo ser modula ou não.

Encaminhado para prosseguimento.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Soares e Silva, Engenheiro**, em 13/10/2022, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0032847410** e o código CRC **7C5C86CA**.