

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Coordenadoria de Obras - SESAU-CO

Parecer nº 39/2023/SESAU-CO

1. PREMISAS

Esse Parecer Técnico foi elaborado com o intuito de avaliar as propostas encaminhadas pelos licitantes no processo cujo o objeto é **Aquisição de Equipamento e Artigos hospitalares para unidade de atenção especializada em saúde, visando atender a Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia, assistindo a unidade Hospital Regional de Cacoal - HRC.**

Conforme solicitado pelo Despacho 0036132044;

Este Parecer usou como premissa as exigências do Edital PE 120-2022 (0032468461) consequentemente do Termo de Referência 0032080975;

Considerando o item "2.1 - DESCRIÇÃO TÉCNICA DO OBJETO" do Termo de Referência 0032080975, fora analisada as propostas das empresas:

1. ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME (0036128640) para o item: 03 ;
2. ASSUM PRETO PRODUÇÕES (0036129189) para os itens: 03,06,09;
3. AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA-EPP (0036130437) para o item: 06;
4. ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (0036131266) para o item 06;

ITEM	DESCRIÇÃO	LICITANTE	MARCA	MODELO	PARECER	OBSERVAÇÃO
02						
03	<u>FOCO REFRACTOR AMBULATORIAL</u>	Proposta ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME C (0036128640)	FORÇAMEDICA	FM0748	ATENDE	
		Proposta Assum Preto Produções (0036129189)	GGEQUIPAMENTOS	N/A	NÃO ATENDE (ITEM 11.2 TR)	NÃO É informado o modelo, nem link e não foi encontrado site do fabricante, não atendendo ao edital
05	<u>NEGATOSCÓPIO</u>	Proposta ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME C (0036128640)	FORÇAMEDICA	FN6453	NÃO ATENDE (ITEM 11.2 TR)	Considerando a marca informada, FORÇA MEDICA, e o site deste fabricante, https://forcamedica.com.br/ , o modelo apresentados FM6453 não é proposto pelo fabricante, portanto não tendo como realizar uma análise
06	<u>MONITOR MULTIPARÂMETROS COMPLETO COM PI E CAPNOGRAFIA</u>	Proposta Assum Preto Produções (0036129189)	COMEN	N/A	NÃO ATENDE (ITEM 11.2 TR)	NÃO É informado o modelo, nem link, não atendendo ao edital, visto que não há como realizar a análise.
		Proposta Aurion Equipamentos Eletrônicos LTDA-EPP (0036130437)	PROLIFE	C12	NÃO ATENDE	Equipamento não atende o descritivo quanto a " 8. Medição de Débito Cardíaco de forma integrada ou modular.
		Proposta ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (0036131266)	MINDRAY	uMEC 12	ATENDE	Equipamento deverá ser fornecido com todos os módulos Débito Cardíaco, Capnografia, PI

09	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	Proposta ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME C (0036128640)	MIKATOS	322	ATENDE	
		Proposta Assum Preto Produções (0036129189)	MIKATOS	N/A	NÃO ATENDE (ITEM 11.2 TR)	NÃO É informado o modelo, nem link e não foi encontrado site do fabricante, não atendendo ao edital

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Parecer se limita à análise técnica das especificações dos itens, tomando como base apenas as documentações constantes nos altos e consulta aos link's informados.

Porto Velho, 04 de MARÇO de 2023.

GUSTAVO SOARES E SILVA

Eng. Mecânico
Mat. 300.118.544
CREA 100159 D/PR
SEOSP



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Soares e Silva, Engenheiro**, em 04/03/2023, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0036279139** e o código CRC **6636AB6B**.