



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB

ERRATA

Onde se lê o despacho 0037160173, desconsiderar. (Pois foi identificado falha na forma de analisar as propostas, no despacho abaixo essa falha foi corrigida, e analisado mediante especificações do termo de referência).

Leia-se e considere o despacho abaixo:

Para: HB-GAD

Processo Nº: 0036.450212/2019-45

Assunto: Análise técnica das propostas.

Senhores,

Com nossos cordiais cumprimentos, em atenção aos Despachos HB-GAD 0036611847 e SUPEL DELTA 0036545812, o qual solicita análise e manifestação das propostas relacionadas, informamos que a análise foi baseada no serviço do Núcleo de Neonatologia pela coordenação médica, coordenação de enfermagem e equipe de manutenção técnica. Avaliado apenas especificações dos produtos.

Destacamos que não houve manifestação dos setores envolvidos sobre a falta de propostas para os itens **15,23,26**, diante disso, solicitamos informações sobre o que será feito.

Considerando o exposto, segue tabela abaixo:

Itens	EQUIPAMENTOS	QUANT. SOLICITADA conforme SAMS (0034344026)	PROPOSTAS EMPRESAS	ANÁLISE DAS PROPOSTAS
1	Reanimador Pulmonar Manual NEONATAL(Ambu)	15	5-NEGI 0036559048 11-OBJETIVA 0036540595 13-ROYAL 0036538128	13-ROYAL - ATENDE,MAIS COMPLETO 11-OBJETIVA -ATENDE 5-NEGI -ATENDE
2	Foco Cirúrgico de Solo Móvel	1	1-INTENSIMED 0036532151 14-LUANNA 0036538323	1-INTENSIMED - ATENDE 14-ATENDE
3	Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede)	26	11-OBJETIVA 0036538323	11-OBJETIVA-ATENDE
4	Berço para Recém Nascido	10	2-SALUTEN 0036558487 11-OBJETIVA 0036540595 12-GPV 0036540241 13-ROYAL 0036538128	2-SALUTEM - ATENDE, MAIOR PROFUNDIDADE PARA ATENDIMENTO DOS RECÉM-NASCIDOS MAIORES, DESCRITIVO ATENDE AO TERMO DE REFERÊNCIA. 11-OBJETIVA-ATENDE- DESCRITIVO COMPATÍVEL AO TERMO DE REFERÊNCIA. 12-NÃO ATENDE- POSSUI COLCHÃO COM ABERTURA. 13-NÃO ATENDE, NÃO POSSUI INFORMAÇÕES DO TAMANHO DO COLCHÃO, NÃO INFORMA SER ANTÍACARO, ANTI-FÚNGICO.
5	Berço Aquecido - Os berços aquecidos servem de suporte para manutenção da temperatura do corpo do recém-nascido	5	3-OLIDEF 0036532383 11-OBJETIVA 0036540595 12-GPV 0036540241 15-GIGANTE 0036538455 16-FANEM 0036538601	3-OLIDEF- NÃO ATENDE, NÃO POSSUI BANDEJA INFERIOR PARA ACOMODAR MATERIAIS. 11-OBJETIVA- MODELO NÃO POSSUI BANDEJA INFERIOR PARA GUARDAR MATERIAIS. 12 GPV e GIGANTE- ATENDE

				16-FANEM-ATENDE, MAIS COMPLETO, DESCRITIVO MAIOR QUE O TERMO.
6	Negatoscópio	1	5-NEGI 0036559048 11-OBJETIVA 0036540595	5-NEGI- ATENDE
7	Balança Antropométrica Infantil	3	4-E-LEVEN 0036532429 5-NEGI 0036559048 11-OBJETIVA 0036540595	4-E-LEVEN- ATENDE, MODELO ANATÔMICO, MELHOR ADAPTABILIDADE PARA BEBÊS PREMATUROS. 5-NEGI- NÃO ATENDE 11-OBJETIVA-NÃO ATENDE, MODELO/MARCA APRESENTADA NÃO POSSUI CONCHA ANATÔMICA PARA ADAPTABILIDADE DOS RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS.
8	Poltrona Hospitalar	47	4-E-LEVEN 0036532429 11-OBJETIVA 0036540595	4-E-LEVEN- TAMANHO IDEAL PARA UTI. 11- OBJETIVA-NÃO ATENDE, MODELO GRANDE PARA SER COLOCADO NA UTI, ESPAÇO NÃO COMPORTA, COM O QUANTITATIVO DE LEITOS EXISTENTES ATUALMENTE.
9	Suporte de Soro	40	2-SALUTEN 0036558487 5-NEGI 0036559048 11-OBJETIVA 0036540595	TODOS ATENDEM-MESMO MODELO
10	Glicosímetro	6	11-OBJETIVA 0036540595	11-OBJETIVA-ATENDE
11	Suporte de Hamper	5	2-SALUTEN 0036558487 11-OBJETIVA 0036540595	2-SALUTEN-ATENDE 11-OBJETIVA-ATENDE
12	Estetoscópio Infantil	26	5-NEGI 0036559048 6-LONDRIHOSP 0036559265 11-OBJETIVA 0036540595	5-NEGI/6-LONDRIHOSP/11-OBJETIVA-TODOS ATENDEM-MODELOS IGUAIS
13	Incubadora Neonatal (estacionária)	6	3-OLIDEF 0036532383 12-GPV 0036540241 15-GIGANTE 0036538455 16-FANEM 0036538601	3-OLIDEF- NÃO ATENDE. APRESENTA OS REQUISITOS DO TERMO DE REFERÊNCIA. PORÉM NÃO É POSSÍVEL ANÁLISE DE FUNCIONAMENTO. 15-GIGANTE e 12-GPV- NÃO ATENDE- MODELO NÃO POSSUI UMIDIFICADOR, QUE É INDISPENSÁVEL AOS PACIENTES NEONATAIS. ALÉM DISSO, ESTE NÚCLEO POSSUI ALGUMAS INCUBADORAS DESTA MODELO, O QUAL APRESENTA MUITOS PROBLEMAS, DENTRE ELES, ABRE A PORTA MUITO RÁPIDO, MUITA VARIAÇÃO DE TEMPERATURA, DIFICULDADE NO MANUSEIO, MÁ CIRCULAÇÃO DE AR E CONTROLE DE UMIDADE, TEMPERATURA E CIRCULAÇÃO DE AR DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE. NÃO ATENDE A EQUIPE TÉCNICA. 16-FANEM-ATENDE, ESTE NÚCLEO POSSUI ESTE MODELO, O QUAL APRESENTA CONTROLE DE TEMPERATURA BOM, MAIOR FACILIDADE DE MANUSEIO,

				MÓDULO DE UMIDADE, POSSUI UMIDIFICADOR, SENDO ESSE, ESSENCIAL PARA OS PACIENTES PREMATUROS EXTREMOS DESTA UTI. BOA CIRCULAÇÃO DE AR, FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA.
14	Monitor Multiparâmetros	26	6-LONDRIHOSP 0036559265 17-AURION 0036538690	AMBAS ATENDEM, MONITORES IGUAIS, MESMO MODELO E MARCA.
15	Incubadora de Transporte Neonatal	1	ZERO	NÃO HOUVE PROPOSTA
16	Banqueta -	4	2-SALUTEN 0036558487 5-NEGI 0036559048	2-SALUTEN-ATENDE 5-NEGI-ATENDE
17	Carro de Emergência	1	2-SALUTEN 0036558487	2-SALUTEN-ATENDE
18	Computador (Desktop-Básico)	2	7-TKAS 0036539635	7-TKAS-ATENDE
19	Cadeira	10	2-SALUTEN 0036558487	2-SALUTEN-ATENDE
20	Oftalmoscópio	2	8-BERINTECS 0036539779	8-BERINTECS- ATENDE
21	Balde a Pedal/ Lixeira	26	ZERO	NÃO HOUVE PROPOSTA
22	Mesa Auxiliar	6	2-SALUTEN 0036558487	2-SALUTEN- ATENDE
23	Cadeira	16	ZERO	NÃO HOUVE PROPOSTA
24	Bomba de Infusão de Seringa	26	6-LONDRIHOSP 0036559265 9-RIOMED 0036539940	6-LONDRIHOSP- Atende com menor qualidade-menor tempo de bateria, tela digital (pouca durabilidade para o serviço.) 9-RIO MED-Atende, maior tempo de bateria, compatibilidade com várias seringas, utiliza de botões, maior durabilidade no serviço.
25	Geladeira/ Refrigerador	1	10-CHAMAAZUL 0036540095	10-CHAMAAZUL-ATENDE
26	Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatologia)	8	ZERO	NÃO HOUVE PROPOSTA
27	Ar Condicionado	1	10-CHAMAAZUL 0036540095	10-CHAMAAZUL-ATENDE
28	Otoscópio	2	13-ROYAL 0036538128 5-NEGI 0036559048	13-ROYAL/ 5-NEGI-AMBOS ATENDEM

Atenciosamente,

JEANE OLIVEIRA MACHADO CASTRO

Coordenadora Médica do Núcleo de Neonatologia HBAP



Documento assinado eletronicamente por **JEANE OLIVEIRA MACHADO CASTRO**, **Chefe de Núcleo**, em 10/04/2023, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0037220877** e o código CRC **88D6EABB**.
