



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 34/2023/SESAU-CAFIINP

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-EP

Processo Nº: 0036.504377/2020-88

Assunto: PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL (0036879717)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 14/2023/DELTA/SUPEL/RO**, esta Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II/SESAU-RO, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PE Nº 727/2022/DELTA/SUPEL/RO):**

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.504377/2020-88						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023/SUPEL-EP/RO						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JR LACERDA	TECHNOFIO CS17MR40	10378330016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		DATA - MEDICAL	TECHNOFIO CS17MR40	10378330016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		STAR COMERCIO	TECHNOFIO CS17MR40	10378330016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
2	FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 35 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JR LACERDA	SHALON / S33OMR35	10243410012	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

		DATA - MEDICAL	SHALON / S33OMR35	10243410012	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	
		POINT SUTURE	CATPOINT CÓDIGO CS38735FG2	10155530015	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	
3	FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM UROLOGIA, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	DATA - MEDICAL	TECHNOFIO CS47MR15	10378330016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	
		STAR COMERCIO	TECHNOFIO CS47MR15	10378330016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	
		I&G MEDICAL	TECHNOFIO	10378330016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	
4	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JR LACERDA	TECHNOFIO/ CC07MR40	10378330015	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	
		DATA - MEDICAL	TECHNOFIO/ CC07MR40	10378330015	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	
		I&G MEDICAL	TECHNOFIO	10378330015	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	
5	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA COM PONTA ROMBA PARA USO EM PROCEDIMENTOS HEPÁTICOS, COMPRIMENTO DE 80 MM (VARIAÇÃO +/- 1MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JR LACERDA	TECHNOFIO	10378330015	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA/FABRICA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO (COM AGULHA COMPRIMENTO 80 MM).	
		DATA - MEDICAL	SHALON / C401MR90	10243410010	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (C401MR90), APRESENTA AGULHA COM COMPRIMENTO DE 90 MM, NÃO ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO PARA A AGULHA (80 MM - VARIAÇÃO +/- 1MM).	

		POINT SUTURE	CATCROMO CÓDIGO CC186280TF2	10155530013	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		DATA - MEDICAL	TECHNOFIO / CC37MR30	10378330015	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
6	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NUTRI CARE	COVIDEIN / CHROMIC GUT MC30 1/2 - CC25230	80052020036	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA (0030645626) EM ANEXO AOS AUTOS DA MARCA OFERTADA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		POINT SUTURE	CATCROMO CÓDIGO CC38330GI2	10155530013	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		DATA - MEDICAL	TECHNOFIO / CC37CR30	10378330015	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
7	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR13.904 DE JUNHO DE 2003.	NUTRI CARE	COVIDEIN / CHROMIC GUT CC30 3/8 - CC15230	80052020036	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA (0030645626) EM ANEXO AOS AUTOS DA MARCA OFERTADA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		STAR COMERCIO	TECHNOFIO CC37CR30	10378330015	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		DATA - MEDICAL	TECHNOFIO / CC47MR15	10378330015	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
8	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	POINT SUTURE	CATCROMO CÓDIGO CC48317U2	10155530013	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		STAR COMERCIO	TECHNOFIO / CC47MR15	10378330015	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
9	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO '0' COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40	NUTRI CARE	COVIDEIN / MAXSORB VIOL MCR40 1/2	80052020055	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO, NÃO APRESENTA/FABRICA O FIO DE POLIDIOXANONA COM COBERTURA ANTISÉPTICA, NÃO ATENDE SOLICITADO.
	MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM	BIOQUALY	POINT SUTURE MV09740FG2	10155530018	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO, NÃO APRESENTA/FABRICA O FIO DE POLIDIOXANONA COM COBERTURA

	CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.					ANTISÉPTICA, NÃO ATENDE SOLICITADO.
		NOEM MEDICAL	BIOLINE	10426020016	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO, NÃO APRESENTA/FABRICA O FIO DE POLIDIOXANONA COM COBERTURA ANTISÉPTICA, NÃO ATENDE SOLICITADO.
10	FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA , COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO , COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NEVALLI	BIOLINE	10426020015	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM (POLIGLECAPRONE 25), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA)
		NUTRI CARE	COVIDIEN / VLOC 180 GS21	10349000305	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO COMPOSTO DE (GLICOLÍDEO, DIAXANOXA E CARBONATO DE TRIMETILENO), NÃO ATENDE A COMPOSIÇÃO SOLICITADA (GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA).
		NOEM MEDICAL	BIOLINE	10426020015	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM (POLIGLECAPRONE 25), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA)
11	FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA , COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO , COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NEVALLI	BIOLINE	10426020015	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM (POLIGLECAPRONE 25), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA)
		NUTRI CARE	COVIDIEN / VLOC 180 GS21	10349000305	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO COMPOSTO DE (GLICOLÍDEO, DIAXANOXA E CARBONATO DE TRIMETILENO), NÃO ATENDE A COMPOSIÇÃO SOLICITADA (GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA).
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON SXMP1B413	80145901822	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO DESTINA-SE A TECIDOS MOLES EM GERAL, CONFORME CATÁLOGO DA MARCA APRESENTADO. O DESCRITIVO SOLICITA PARA USO EM MÚSCULO .
12	FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA , COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO , COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NEVALLI	BIOLINE	10426020015	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM (POLIGLECAPRONE 25), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA)
		NUTRI CARE	COVIDIEN / VLOC 180 GS21	10349000305	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO COMPOSTO DE (GLICOLÍDEO, DIAXANOXA E CARBONATO DE TRIMETILENO), NÃO ATENDE A COMPOSIÇÃO SOLICITADA (GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA).
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON SXMP1B429	80145901822	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO DESTINA-SE A TECIDOS MOLES EM GERAL, CONFORME CATÁLOGO DA MARCA APRESENTADO. O DESCRITIVO SOLICITA PARA USO EM MÚSCULO .
13	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO , COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 0,2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	NUTRI CARE	NÃO APRESENTOU PROPOSTA PARA O ITEM			
		NEVALLI	BIOLINE	10426020015	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA/FABRICA O FIO COM O COMPRIMENTO SOLICITADO (36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 0,2 MM)).
		DOC MED	MERIL Mod:PCL103443	10360810016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O

					PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	
		NUTRI CARE	COVIDEIN / MIDSORB VIOL MC25	80052020059	EM DESACORDO COM O SOLICITADO O MODELO DO PRODUTO OFERTADO (MIDSORB VIOL MC25), NÃO APRESENTA O DIÂMETRO "2-0", NÃO ATENDE AO SOLICITADO..	
14	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NEVALLI	BIOLINE / PGCL20MR26G	10426020015	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		DOC MED	MERIL Mod:PCL203448	10360810016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA AO CATÁLOGO DA MARCA APRESENTADO, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA	NUTRI CARE	COVIDEIN / MIDSORB INCOL P12 3/8	80052020059	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O MODELO DO PRODUTO OFERTADO (P12 3/8), NÃO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO (FIO DE POLIGLECAPRONE 25)
15	NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON MCP426H	80145901005	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA AO CATÁLOGO DA MARCA APRESENTADO, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		BIOQUALY	POINT SUTURE MN477219P2	10155530019	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSEPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA	NUTRI CARE	COVIDEIN / MIDSORB VIOL MC15	80052020059	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSEPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
16	NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA COM CORPO RETANGULAR PARA USO UROLÓGICO, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	BIOQUALY	POINT SUTURE MV57317U2	10155530019	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSEPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
		NOEM MEDICAL	BIOLINE	10426020015	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSEPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA	NUTRI CARE	COVIDEIN / MIDSORB INCOL. P-12 3/8	80052020059	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O MODELO DO PRODUTO OFERTADO (P12 3/8), NÃO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO (FIO DE POLIGLECAPRONE 25)
17	NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON MCP495G	80145901005	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA AO CATÁLOGO DA MARCA APRESENTADO, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		BIOQUALY	POINT SUTURE MN547219P2	10155530019	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSEPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
18	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA	POINT SUTURE	MONOSORBPOINT CÓDIGO MN547216P2	10155530019	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE A COMPOSIÇÃO SOLICITADA : COBERTURA ANTISSEPTICA NO FIOS
	NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 16 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E	NUTRI CARE	COVIDEIN / MIDSORB INCOL. CT19.5XF 3/8	80052020059	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (COMPRIMENTO DA AGULHA 19 MM), NÃO ATENDE AO TAMANHO E COMPOSIÇÃO SOLICITADA (COMPRIMENTO DE 16 MM -

	CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003					VARIAÇÃO +/- 1 MM, COM COBERTURA ANTISSÉPTICA NO FIOS)
		STAR COMERCIO	POINT SUTURE	10155530019	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE A COMPOSIÇÃO SOLICITADA : COBERTURA ANTISSÉPTICA NO FIOS
19	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 5/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NEVALLI	BIOLINE / BII20UR37	10426020019	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		NUTRI CARE	COVIDEIN / POLYGLACTIN VIOL. UC37 5/8	80052020050	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSÉPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
		POINT SUTURE	VICPOINT PLUS CÓDIGO VV274364U2	10155530024	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE A COMPOSIÇÃO SOLICITADA : COBERTURA ANTISSÉPTICA NO FIOS
20	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NUTRI CARE	COVIDEIN / POLYGLACTIN VIOL. MC17 1/2	80052020050	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSÉPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON VCP303H	80145901193	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA AO CATÁLOGO DA MARCA APRESENTADO, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		LABNORTE	ATRAMAT F17305-75H	80160840016	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSÉPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
21	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM) COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 16 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 . EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JR LACERDA	SHALON / L54OMR15	10243410033	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA/FABRICA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO (FIOS COM COBERTURA ANTISSÉPTICA).
		NUTRI CARE	COVIDEIN / POLYGLACTIN VIOL. MT16XF 1/2	80052020050	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA/FABRICA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO (FIOS COM COBERTURA ANTISSÉPTICA).
		STAR COMERCIO	SHALON / L54OMR15	10243410033	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA/FABRICA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO (FIOS COM COBERTURA ANTISSÉPTICA).
22	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 16 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	DOC MED	MERIL Mod:PGN500506	10360810013	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA (0030645626) EM ANEXO AOS AUTOS, DA MARCA OFERTADA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		JR LACERDA	NÃO APRESENTOU PROPOSTA PARA O ITEM			

		DATA - MEDICAL	SHALON / L550MT15	10243410033	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O MODELO OFERTADO (L550MT15) FIO DE 70 CM, PARA USO EM UROLOGIA, NÃO ATENDE AO TAMANHO E INDICAÇÃO SOLICITADO PARA O FIO (45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE).	
23	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "6-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESPATULADAS PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/4. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NUTRI CARE	COVIDEIN / POLYGLACTIN VIOL. 2XQE6,5 1/4 M- 658060-	80052020050	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA (0030645626) EM ANEXO AOS AUTOS, DA MARCA OFERTADA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.	
		POINT SUTURE	VICPOINT CÓDIGO 2VV645106501	10155530014	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	
		DOC MED	MERIL Mod:PGN602670DN	10360810013	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE A VARIAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS AGULHAS	
24	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "7-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESPATULADAS PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NUTRI CARE	NÃO APRESENTOU PROPOSTA PARA O ITEM				
		NEVALLI	BIOLINE	10426020008	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM ÁCIDO POLIGLICÓLICO, NÃO ATENDE AO SOLICITADO (POLIGLACTINA).	
		POINT SUTURE	VICPOINT CÓDIGO 2VV745206501	10155530014	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	
25	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "8-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 20 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESPATULADAS PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NUTRI CARE	COVIDEIN / DEXON VIOL M 2XCE6.5 3/8	80052020054	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (DEXON, FIO COMPOSTO DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (FIO DE POLIGLACTINA)	
		POINT SUTURE	VICPOINT RG/MS CÓDIGO 2VV845206501	10155530014	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	
		LABNORTE	ATRAMAT EE63080/2-20	80160840016	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA DUAS AGULHAS ESPATULADAS. NÃO ATENDE AO SOLICITADO.	
26	FIO POLIGLACTINA 910, REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO, DIÂMETRO 5-0, COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO, PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 11 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON VR9915G	10132590057	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	
		NUTRI CARE	COVIDEIN / CAPROSYN INC 5-0 45CM P10	10349000229	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CAPROSYN- COMPOSIÇÃO DE Glicolídeo, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno e Lactídeo), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (POLIGLACTINA).	
		BIOQUALY	POINT SUTURE VN547211P2	10155530014	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	

27	FIO POLIGLACTINA 910, REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO, DIÂMETRO 5-0, COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO, PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 13 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON VR4930G	10132590057	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		NUTRI CARE	COVIDEIN / CAPROSYN INC 5-0 45CM P13 3/8 TRV	10349000229	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CAPROSYN- COMPOSIÇÃO DE Glicolídeo, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno e Lactídeo), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (POLIGLACTINA).
		NOEM MEDICAL	BIOLINE	10426020013	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO NÃO POSSUI O REVESTIMENTO DE POLIGLACTINA 370.
28	FIO POLIGLACTINA 910, REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO, DIÂMETRO 6-0, COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO, PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 11 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NUTRI CARE	COVIDEIN / CAPROSYN INC 6-0 45CM P10 3/8 TRV	10349000229	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CAPROSYN- COMPOSIÇÃO DE Glicolídeo, Caprolactona, Carbonato de Trimetileno e Lactídeo), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (POLIGLACTINA).
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON XCP9913	10132590057	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA AO CATÁLOGO DA MARCA APRESENTADO, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		LABNORTE	ATRAMAT PE1186-45B	80160840016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA AO CATÁLOGO DA MARCA APRESENTADO, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
29	KIT CESÁREA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 5 FIOS AGULHADOS SENDO: 2 FIOS POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO 90 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 48 MM E CURVATURA DE 1/2, 2 FIOS POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 90 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 36,4 MM E CURVATURA DE 1/2 E 1 FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE DE 24 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NEVALLI	BIOLINE	10426020013 / 10426020015.	DE ACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO APRESENTA AGULHA DO FIO DE POLIGLACTINA 2-0 COM 90CM DO KIT BIOLINE APRESENTA 37 MM (0,6 MM MAIOR), NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
		NUTRI CARE	COVIDEIN / FIOS CESAREA PGA-PGCL II MCR48 - KPM220DE	80052020057	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (DEXON,FIO COMPOSTO DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (FIO DE POLIGLACTINA)
30	KIT CESÁREA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 6 FIOS AGULHADOS SENDO: 1 FIO NYLON , DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO 75 CM, AGULHA CORTANTE DE 24 MM E CURVATURA DE 3/8, 3 FIOS CATGUT SIMPLES , DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 90 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 36,4 MM E CURVATURA DE 1/2 E 2 FIOS CATGUT CROMADO , DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 40 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NUTRI CARE	COVIDEIN / FIOS CESAREA CATGUT 2 x MCR35 - KC120	80052020046	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (KIT CESÁREA APRESENTA FIO CAT GUT SIMPLES COM AGULHA DE 35 MM, FIO NYLON COM AGULHA DE 25 MM) , NÃO ATENDE AOS TAMANHOS SOLICITADOS PARA AS AGULHAS (FIO CAT GUT SIMPLES COM AGULHA DE 36,4 MM, FIO NYLON COM AGULHA DE 24 MM).
		NEVALLI	BIOLINE	10426020007	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O KIT CESÁREA OFERTADO APRESENTA AGULHA DO FIO CATGUT SIMPLES "2-0" COM 35 MM DE COMPRIMENTO E O COMPRIMENTO DO FIO CATGUT CROMADO DE 90 CM, DIFERENTE DOS TAMANHOS SOLICITADOS (AGULHA DO FIO CATGUT SIMPLES "2-0" COM 36,4 MM E O COMPRIMENTO DO FIO CATGUT CROMADO DE 70 CM).
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON CK120G	81245800004	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA AO CATÁLOGO DA MARCA APRESENTADO, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO: FIO CATGUT CROMADO DE 90 CM,

						DIFERENTE DOS TAMANHOS SOLICITADOS
		NUTRI CARE	COVIDEIN / PLAIN GUT 0 75CM MCR40 1/2 CRB - CS27110	80052020058	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
31	FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OB -GIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	DATA - MEDICAL	TECHNOFIO / CS07MR40	10378330016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		STAR COMERCIO	TECHNOFIO / CS07MR40	10378330016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		NUTRI CARE	COVIDEIN / PLAIN GUT 2-0 75CM MCR40 1/2 CS27120	80052020058	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
32	FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OB -GIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	DATA - MEDICAL	TECHNOFIO / CS27MR40	10378330016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		NEVALLI	BIOLINE / CS20MR40R	10426020021	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		NUTRI CARE	COVIDEIN / MAXSORB VIOL. 0 70CM MCR40 1/2	80052020055	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (MAXSORB), NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSEPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
33	FIO POLIDIOXANONA, DIAMETRO "0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON PDP352H	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		BIOQUALY	POINT SUTURE OV09740FG2	10155530018	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSEPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
34	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	LABNORTE	ATRAMAT SG4078-90T	80160840026	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSEPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
		NUTRI CARE	COVIDEIN / MAXSORB VIOL. 1 70CM MCR40 1/2	80052020055	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (MAXSORB), NÃO APRESENTA

						COBERTURA ANTISSÉPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON PDP359T	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
35	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS. COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 48 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	LABNORTE	ATRAMAT SG4878-90T	80160840026	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSÉPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
		NUTRI CARE	COVIDEIN / MAXSORB VIOL. 1 90CM MCR48 1/2 CRB	80052020055	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (MAXSORB), NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSÉPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON PDP371T	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
36	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 244 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), LAÇADO, AGULHA CILÍNDRICA COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFURO-CORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 65 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATUR DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NUTRI CARE	COVIDEIN / MAXSORB VIOL. 1 1.25M MCR65 LAC 1/2 CR	80052020055	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (MAXSORB), NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSÉPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON PDPB880G	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		BIOQUALY	POINT SUTURE OV1L22770FG2	10155530018	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSÉPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
37	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "2-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	DOC MED	MERIL MOD PGN602670DN	10360810013	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSÉPTICA NOS FIOS, BEM COMO NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO DESCRITIVO.
		NUTRI CARE	COVIDEIN / MAXSORB VIOL. 2-0 70CM MC25 1/2 CC	80052020055	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (MAXSORB), NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSÉPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON PDP317H	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
38	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "3-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM),	NUTRI CARE	COVIDEIN / MAXSORB VIOL. 3-0 70CM MC25 1/2 CC	80052020055	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (MAXSORB), NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSÉPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.

	AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON PDP316H	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		BIOQUALY	POINT SUTURE OV37326GI2	10155530018	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSEPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
39	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "4-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	DOC MED	MERIL MOD PDX409426	10360810014	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSEPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
		NUTRI CARE	COVIDEIN / MAXSORB VIOL. 4-0 70CM MC25 1/2	80052020055	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (MAXSORB), NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSEPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
		LABNORTE	ATRAMAT SR2674T	80160840026	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSEPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
40	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "4-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	NUTRI CARE	COVIDEIN / MAXSORB VIOL. 4-0 70CM MC17 1/2	80052020055	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (MAXSORB), NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSEPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON PDP304H	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		NOEM MEDICAL	BIOLINE	10426020016.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA AO CATÁLOGO, OBSERVOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSEPTICA NOS FIOS. NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
41	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "5-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 75 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS S PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	DOC MED	MERIL MOD PDX509108DN	10360810014	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSEPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
		NUTRI CARE	COVIDEIN / MAXSORB VIOL. 5-0 70CM MC17 1/2	80052020055	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (MAXSORB), NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSEPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON PDP320H	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
42	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "6-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 75 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS S PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 13	DOC MED	MERIL MOD PDX60127DN	10360810014	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSEPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.

	MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NUTRI CARE	COVIDEIN / MAXSORB VIOL. 6-0 75CM 2XCC13 3/8	80052020055	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (MAXSORB), NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSEPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
		LABNORTE	ATRAMAT SE1376/2	80160840026	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSEPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
43	FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL , DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 16X16 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM DUAS AGULHAS CILÍNDRICAS DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO, PARA USO UROLÓGICO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON SXMD2B402	80145901775	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		NOEM MEDICAL	BIOLINE	10426020015	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA AO CATÁLOGO, OBSERVOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA DUAS AGULHAS E O FIO NÃO POSSUI ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL. NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
44	FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 30X30 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM DUAS AGULHAS TRIANGULARES CORTANTES DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM), PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON SXMD2B408	80145901775	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		NOEM MEDICAL	BIOLINE	10426020015	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA AO CATÁLOGO, OBSERVOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA DUAS AGULHAS E O FIO NÃO POSSUI ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL. NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
45	FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE 30X30 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM DUAS AGULHAS TRIANGULARES CORTANTES DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM), PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON SXMD2B409	80145901775	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		NOEM MEDICAL	BIOLINE	10426020015	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA AO CATÁLOGO, OBSERVOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA DUAS AGULHAS E O FIO NÃO POSSUI ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL. NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
46	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 0,2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NUTRI CARE	COVIDEIN / MIDSORB VIOL. 1 70CM MC36 1/2	80052020059	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (COM AGULHA DE 36 MM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AGULHA DE 36,4 MM - VARIAÇÃO +/- 0,2 MM) .
		NEVALLI	BIOLINE	10426020015	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO COM COMPRIMENTO DA AGULHA DE 3,1 CM, DIFERENTE DO SOLICITADO (36,4MM)

		DOC MED	MERIL PCL013457	10360810016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		NUTRI CARE	COVIDEIN / MIDSORB VIOL. 2-0 70CM MC36 1/2	80052020059	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (COM AGULHA DE 36 MM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AGULHA DE 36,4 MM - VARIAÇÃO +/- 0,2 MM) .
47	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 0,2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	NEVALLI	BIOLINE	10426020015	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA/FABRICA O FIO POLIGLECAPRONE "2-0" COM O COMPRIMENTO SOLICITADO (36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 0,2 MM).
		POINT SUTURE	MONOSORBPOINT CÓDIGO MV273364GI2	10155530019	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		LABNORTE	ATRAMAT PE1903-BH	80160840026	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISÉPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
48	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NUTRI CARE	COVIDEIN / MIDSORB INCOL. 3-0 70CM P-12 3/8	80052020059	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O MODELO DO PRODUTO OFERTADO (P12 3/8), NÃO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO (FIO DE POLIGLECAPRONE 25)
		BIOQUALY	POINT SUTURE MN347219P2	10155530019	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISÉPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
		NUTRI CARE	COVIDEIN / MIDSORB INCOL. 3-0 70CM P14 3/8	80052020059	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O MODELO DO PRODUTO OFERTADO (P12 3/8), NÃO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO (FIO DE POLIGLECAPRONE 25)
49	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 24 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON MCP936H	80145901005	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		BIOQUALY	POINT SUTURE MN377219P2	10155530019	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISÉPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
50	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO	JR LACERDA	SHALON	10243410033	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA AO SÍTE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA/FABRICA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO (DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM COM

	DE PELE, COMPRIMENTO DE 24 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.					AGULHA DE COMPRIMENTO DE 24 MM).
		NUTRI CARE	COVIDEIN / POLYGLACTIN INC. 3-0 45CM CT24XF 3/8	80052020050	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA/FABRICA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO (FIOS COM COBERTURA ANTISSÉPTICA).
		POINT SUTURE	VICPOINT PLUS CÓDIGO VV341324P2	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE A COMPOSIÇÃO SOLICITADA : COBERTURA ANTISSÉPTICA NO FIOS
		NUTRI CARE	COVIDEIN / POLYGLACTIN INC. 4-0 45CM CT19XF 3/8	80052020050	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA/FABRICA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO (FIOS COM COBERTURA ANTISSÉPTICA).
51	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NEVALLI	BIOLINE	10426020019	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA/FABRICA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO (FIOS COM COBERTURA ANTISSÉPTICA).
		POINT SUTURE	VICPOINT PLUS CÓDIGO VV441319P2	10155530024	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE A COMPOSIÇÃO SOLICITADA : COBERTURA ANTISSÉPTICA NO FIOS
		LABNORTE	ATRAMAT F17304-75H	80160840026	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COBERTURA ANTISSÉPTICA NOS FIOS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
52	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	POINT SUTURE	VICPOINT PLUS CÓDIGO VV47317U2	10155530024	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE A COMPOSIÇÃO SOLICITADA : COBERTURA ANTISSÉPTICA NO FIOS
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON VCP304H	80145900706	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA E/OU SITE ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

(assinado eletronicamente)

MÁRCIO LUÍS CORREIA DUARTE

Farmacêutico - CAF II/SESAU-RO

2. **DA CONCLUSÃO:**

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO N°14/2023/SUPEL/RO**, informo-vos que a proposta ofertada pela empresa/licitante, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta ofertada pela empresa, para o item:

(1) JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - itens 05, 21, 22 (PROPOSTA NÃO APRESENTADA) e 50;

(2) DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - itens 05 e 22;

(3) NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - itens 09, 13(PROPOSTA NÃO APRESENTADA), 14, 15, 16, 17, 20, 25, 28, 30, 33, 36, 38, 40, 46, 47, 51, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 26, 27, 29, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 48 e 50;

- (4) NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - itens 10, 11, 12 e 29, 13, 24, 30, 46, 47 e 51;
- (5) POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - itens 18, 19, 50, 51 e 52;
- (6) DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - itens 23, 37, 39, 41 e 42;
- (7) JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - itens 11, 12, 30;
- (8) LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - itens 34, 35, 48, 52, 20, 25, 39 e 42;
- (9) BIOQUALY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - itens 09, 15, 16, 17, 33, 36, 38, 48 e 49;
- (10) NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA -itens 09, 10, 16, 27, 40, 43, 44 e 45;
- (11) STAR COMERCIO LTDA - itens 18 e 21

2.3. Informo-vos que as propostas ofertadas pelas empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS** as propostas ofertadas pelas empresas, para os itens:

- (1) JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - itens 01, 02 e 04;
- (2) DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - itens 03, 06, 07, 08, 01, 02, 04, 31 e 32;
- (3) NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - itens 23, 24, 31, 32, 49, 06 e 07;
- (4) NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - itens 19, 14 e 32;
- (5) POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - itens 02, 05, 06, 08, 23, 24, 25, e 47;
- (6) DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - itens 22, 13, 14, e 46;
- (7) JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - itens 26, 27, 43, 44, 45, 15, 17, 20, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 49 e 52;
- (8) LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - item 28;
- (9) BIOQUALY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item 26;
- (10) STAR COMERCIO LTDA - itens 01, 03, 07, 08 e 31;
- (11) I&G MEDICAL LTDA - itens 03 e 04.

2.4. Desta feita , após as devidas análises, retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.5. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza, Farmacêutico(a)**, em 06/04/2023, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Luis Correia Duarte, Farmacêutico(a)**, em 06/04/2023, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Chefe de Unidade**, em 10/04/2023, às 13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0037222556** e o código CRC **180A9421**.