



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 43/2023/SESAU-CAFIINP

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-ALFA

Processo Nº: 0036.610778/2021-57

Assunto: PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-ALFA (0038647660)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 101/2023/ALFA/SUPEL/RO**, esta Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II/SESAU-RO, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PE Nº 101/2023/ALFA/SUPEL/RO):**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.610778/2021-57						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº Nº.101 / 2023 /SUPEL/ ALFA /RO, PERFURO CORTANTE						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA

3	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA PERIDURAL PEDIÁTRICA, 22 G X 3 1/2", COM BISEL CURTO TUOHY, CANHÃO LUER- LOCK, INTERNAMENTE CÔNICO, CÂNULA DEMARCADA EM CM, COM ALETAS. ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	MEDICAL AMAZONIA	PROCARE	10369460146	INAPTO	O PRODUTO OFERTADO (AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL COM ASA E BISEL TIPO TUOHY 20G) NÃO ATENDE O PRODUTO SOLICITADO (AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA PERIDURAL PEDIÁTRICA, 22 G X 3 1/2" , COM BISEL CURTO TUOHY0).
		BRASIL CENTRAL COMERCIO	PROCARE	10369460118	INAPTO	A MARCA DO PRODUTO OFERTADO (AGULHA SPINAL PARA ANESTESIA KDL (QUINCKE) NÃO APRESENTA A ESPECIFICAÇÃO DEMARCADA EM CM NA CÂNULA) NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA PERIDURAL PEDIÁTRICA, 22 G X 3 1/2", COM BISEL CURTO TUOHY , CANHÃO LUER-LOCK, INTERNAMENTE CÔNICO, CÂNULA DEMARCADA EM CM).
		MULTIMEDIK DISTRIBUIDORA	KDL	10150470678	INAPTO	A MARCA DO PRODUTO OFERTADO (AGULHA SPINAL PARA ANESTESIA KDL (QUINCKE) NÃO APRESENTA A ESPECIFICAÇÃO DEMARCADA EM CM NA CÂNULA) NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA PERIDURAL PEDIÁTRICA, 22 G X 3 1/2", COM BISEL CURTO TUOHY , CANHÃO LUER-LOCK, INTERNAMENTE CÔNICO, CÂNULA DEMARCADA EM CM).

6	AGULHA DE BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA INFANTIL, COM 18 G DE CALIBRE X 3,58 CM COM PAREDE GROSSA DO TIPO "TROCAR" ADAPTADOR LUER-LOCK. PERMITE TAMBÉM PUNÇÃO E INFUSÃO INTRAÓSSEA, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO	GOLD CARE COMERCIO	SAFER	10150470625	INAPTO	A MARCA DO PRODUTO OFERTADO(AGULHA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA SAFER) NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AGULHA DE BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA INFANTIL, COM 18 G DE CALIBRE X 3,58 CM COM PAREDE GROSSA DO TIPO "TROCAR" ADAPTADOR LUER-LOCK. PERMITE TAMBÉM PUNÇÃO E INFUSÃO INTRAÓSSEA0.
		SURGICALMEDI	SAFE&SOFT	81665699013	INAPTO	A MARCA DO PRODUTO OFERTADO(CÂNULA DE ASPIRAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA SAFE & SOFT) NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AGULHA DE BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA INFANTIL, COM 18 G DE CALIBRE X 3,58 CM COM PAREDE GROSSA DO TIPO "TROCAR" ADAPTADOR LUER-LOCK. PERMITE TAMBÉM PUNÇÃO E INFUSÃO INTRAÓSSEA0.
		ECOMED COMERCIO	ARGON	10337850076	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA EM SÍTIOS ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

	MINISTÉRIO DA SAÚDE.	BRASIL CENTRAL COMERCIO	GPC MEDICAL	80199950037	INAPTO	A MARCA DO PRODUTO OFERTADO(CÂNULA DE PUNÇÃO GPC MEDICAL), NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÃO DE ATENDE AO SOLICITADO (AGULHA DE BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA INFANTIL, COM 18 G DE CALIBRE X 3,58 CM COM PAREDE GROSSA DO TIPO "TROCAR" ADAPTADOR LUER-LOCK. PERMITE TAMBÉM PUNÇÃO E INFUSÃO INTRAÓSSEA).
		MULTIMEDIK DISTRIBUIDORA	UNIT/ SAFER	10287070024	INAPTO	A MARCA DO PRODUTO OFERTADO (AGULHA PARA ASPIRAÇÃO E BIÓPSIA DA MEDULA ÓSSEA NA REGIÃO ESTERNO MIELOGRAMA),NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AGULHA DE BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA INFANTIL, COM 18 G DE CALIBRE X 3,58 CM COM PAREDE GROSSA DO TIPO "TROCAR" ADAPTADOR LUER-LOCK. PERMITE TAMBÉM PUNÇÃO E INFUSÃO INTRAÓSSEA

(assinado eletronicamente)

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica - CAF II/SESAU-RO

2. **DA CONCLUSÃO:**

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº101 /2023 /ALFA /SUPEL/RO**, informo-vos que as propostas ofertadas pelas empresas/licitantes, estão **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas, para os itens:

- I - **MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA - ITEM (03)**
- II - **BRASIL CENTRAL COMERCIO - ITEM (03,06)**
- III - **MULTIMEDIK DISTRIBUIDORA - ITEM (03,06)**
- IV - **GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS - ITEM (06)**
- V - **SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA - ITEM (06)**

2.3. Informo-vos que a proposta ofertada pela empresa/licitante, está **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTA**, a proposta ofertada pela empresa, para o item:

- I - **ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ITEM (06)**

2.4. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.5. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente.

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica
CAFII/SESAU-RO

REGINALDA MAIA DE SÁ

Técnico Adm. Op em Saúde/Coordenadora Adjunta
CAFII/SESAU-RO

JEFERSON FREITAS LOPES

2º Sgt BMRO/Coordenador
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 31/05/2023, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 31/05/2023, às 13:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0038667544** e o código CRC **FED02D1A**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.610778/2021-57

SEI nº 0038667544