



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 38/2023/SESAU-CAFIINP

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-EP

Processo Nº: 0036.338625/2021-77

Assunto: PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-EP (0037668959)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 39/2023/ALFA/SUPEL/RO**, esta Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II/SESAU-RO, emite o seguinte **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO**:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PE Nº 39/2023/ALFA/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA					
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE					
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAFII					
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.610778/2021-57					
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023/ALFA/SUPEL/RO - "PERFUROCORTANTES".					
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.					
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.					
DESCRITIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1. LÂMINA PARA FACA DERMATONO 6" TIPO RICHTER. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	DLM HOSPITALAR LTDA	Marca: RICHTER -Modelo / Versão: 6 POLEGADAS	10343960004	APTA	Em consulta ao folder apresentado pela empresa, foi constatado que o produto ofertado atende as especificações solicitadas no edital. A empresa apresentou o registro do produto ofertado na ANVISA.
AGULHA					

2	<p>DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA PEDIÁTRICA, 25 G X 2", APIROGÊNICA, DE PONTA QUINCKE, ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ESTILETE AJUSTADO A AGULHA ESTÉRIL. LIVRE DE LATEX, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.</p>	LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	<p>Marca: PROCARE- Modelo / Versão: PROCARE</p>	10369460118	INAPTA	<p>Em consulta a sítios eletrônicos, arquivo no sítio da ANVISA e folder apresentado pela empresa, foi constatado que a marca ofertada não possui a medida solicitada no edital. A empresa apresentou o registro na ANVISA e folder/catálogo da marca ofertada.</p>
3	<p>AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA PERIDURAL PEDIÁTRICA, 22 G X 3 1/2", COM BISEL CURTO TUOHY, CANHÃO LUER- LOCK, INTERNAMENTE CÔNICO, CÂNULA DEMARCADAS EM CM, COM ALETAS. ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.</p>	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	<p>Marca: PROCARE</p>	10369460146	INAPTA	<p>Em consulta a sítios eletrônicos e folder arquivado no sítio da ANVISA, foi constatado que a medida solicitada no edital não consta no referido folder. A empresa não apresentou o registro do produto ofertado na ANVISA e folder/catálogo contendo as especificações do mesmo, conforme edital.</p>
	<p>AGULHA INTRA- ÓSSEA DE PUNÇÃO. AGULHA EM AÇO INOX, ESTÉRIL, TAMANHO 15 G X 03 CM (VARIAÇÃO +/- 0,5 CM). EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM</p>					

4	<p>EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>MEDICALTEC - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>	<p>Marca: WALSMED- Modelo / Versão: WALSMED</p>	80469670004	APTA	<p>Em consulta aos sítios eletrônicos, folder arquivado no sítio da ANVISA e folder apresentado pela empresa, foi constatado que o produto ofertado atende as especificações solicitadas no edital. A empresa apresentou o registro do produto ofertado na ANVISA.</p>
5	<p>AGULHA PARA BIÓPSIA DA MEDULA ÓSSEA NA CRISTA ILÍACA, 13 G X 2.5 MM X 7 CM. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA</p>	<p>Marca: UNIT- Modelo / Versão: AM</p>	10287070023	APTA	<p>Em consulta ao sítio eletrônico do fabricante (http://www.unitcomercial.com.br/produto.php?id=25) e folder arquivado no sítio da ANVISA , foi constatado que o produto ofertado atende as especificações solicitadas no edital. A empresa apresentou registro incorreto do produto ofertado na ANVISA e não apresentou Folder/Catálogo contendo as especificações do mesmo, conforme edital.</p>

6	<p>AGULHA DE BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA INFANTIL, COM 18 G DE CALIBRE X 3,58 CM COM PAREDE GROSSA DO TIPO "TROCAR" ADAPTADOR LUER-LOCK. PERMITE TAMBÉM PUNÇÃO E INFUSÃO INTRAÓSSEA, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	<p>Marca: UNIT- Modelo / Versão: EMO-B</p>	10287070024	INAPTA	<p>Em consulta ao sitio eletrônico do fabricante (http://www.unitcomercial.com.br/produto.php?id=27) e folder arquivado no sitio da ANVISA, foi constatado que a medida solicitada no edital não consta no descritivo do sitio e nem no referido folder, bem como a especificação "parede grossa do tipo 'trocar' ". A empresa apresentou o registro do produto ofertado na ANVISA e não apresentou folder/catálogo contendo as especificações do mesmo, conforme edital.</p>
7	<p>AGULHA DE PUNÇÃO INTRAÓSSEA PEDIÁTRICA EM AÇO INOXIDÁVEL EM CONFORMIDADE COM A NORMA AISI 316 AGULHA TROCAR EM AÇO INOXIDÁVEL EM CONFORMIDADE A NORMA AISI 304, DIÂMETRO 18G OU 1,25 MM, COMPRIMENTO 23,6 MM, CORPO PLÁSTICO EM POLICARBONATO, PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO AJUSTÁVEL, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	<p>Marca: BIG - WAISMEDL- Modelo / Versão: PEDIATRICA 18G</p>	80469670004	APTA	<p>Em consulta a sítios eletrônicos, folder arquivado no sitio da ANVISA, foi constatado que o produto ofertado atende as especificações solicitadas no edital. A empresa apresentou o registro do produto ofertado na ANVISA e não apresentou Folder/Catálogo contendo as especificações do mesmo, conforme edital.</p>
	<p>AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA A VÁCUO COM</p>					

8	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22G ECLIPSE 32X7. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA	Marca: INJEX- Modelo / Versão: AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA A VÁCUO COM DISP.	10160610089	APTA	Em consulta a sítios eletrônicos e folder arquivado no sítio da ANVISA, foi constatado que o produto ofertado atende as especificações solicitadas no edital. A empresa apresentou o registro do produto ofertado na ANVISA e Folder/Catálogo contendo as especificações do mesmo, conforme edital.
---	---	--------------------------------------	--	-------------	------	---

2. **DA CONCLUSÃO:**

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder dos materiais/produtos solicitados no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023/ALFA/SUPEL/RO**, informo-vos que a proposta ofertada pela empresa licitante, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta para o(s) item(itens):

- I - **LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - (item 2)**
- II - **JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - (item 3)**
- III - **UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA - (item 6)**

2.3. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023/ALFA/SUPEL/RO**, informo-vos que a proposta ofertada pela empresa licitante, está **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTA**, a proposta para o(s) item(itens):

- I - **DLM HOSPITALAR LTDA - (item 1)**
- II - **MEDICALTEC - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (item 4)**
- III - **UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA - (item 5)**
- IV - **ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - (item 7)**
- V - **SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA - (item 8)**

2.4. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.5. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Luis Correia Duarte, Farmacêutico(a)**, em 02/05/2023, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 02/05/2023, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0037862227** e o código CRC **3530009F**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.610778/2021-57

SEI nº 0037862227