



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Corpo de Bombeiros Militar - CBM

DESPACHO

De: CBM-DLOG

Para: CBM-FUNESBOM

Processo Nº: 0004.070172/2022-24

Assunto: **Análise técnica.**

Senhor Coordenador,

Em atenção ao Despacho id 0040111345, encaminhamos a planilha abaixo com as análises dos itens propostos pelas empresas previamente classificadas, em relação ao Estudo Técnico Preliminar - ETP (id 0028404190) e Termo de Referência (id 0037150548), para futura aquisição de **Materiais e Equipamentos de Atendimento Pré-Hospitalar - APH.**

ITEM	EMPRESA	MARCA /MODELO	DOC	DILIGÊNCIA
20	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	Marca: MORIYA Fabricante: MORIYA Modelo / Versão: Reanimador Manual	0039988353	De acordo com as especificações do Termo de Referência.
09	CRUZEL COMERCIAL LTDA	Marca: MARIMAR Fabricante: MARIMAR Modelo / Versão: TAM G	0039988475	A proposta não contém maiores informações sobre o produto. Contudo, segundo o catálogo da Marimar (Link), o c o l a r a t e n d e as especificações do Termo de Referência.

07	J.N.S. TEXTIL LTDA	<p>Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo / Versão: ATADURA DE CREPOM, 20CM / 1,80M, C/ 12 UNDS</p>	0039988554	<p>Não atende as especificações do Termo de Referência. A proposta apresenta produto com composição "misto" (item 4.1) e é solicitada composição 100% algodão.</p>
05	PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	<p>Marca: ANAPOLIS Fabricante: ANAPOLIS Modelo / Versão: REG ANVISA: 81648610003</p>	0039993217	<p>Não atende as especificações do Termo de Referência. A proposta apresenta produto com composição mista e é solicitada composição 100% algodão.</p>
06	MEDICALTEC - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	<p>Marca: TEXPHARMA Fabricante: TEXPHARMA Modelo / Versão: TEXPHARMA</p>	0039996985	<p>Não atende as especificações do Termo de Referência. A proposta não apresenta maiores informações, porém, segundo o site da Fabricante (Link), o produto contém composição mista e é solicitada composição 100% algodão.</p>
53		<p>Marca: TEXPHARMA Fabricante: TEXPHARMA Modelo / Versão: TEXPHARMA</p>		<p>Não atende as especificações do Termo de Referência. A proposta não apresenta maiores informações, porém, segundo o site da Fabricante (Link), o produto contém composição mista e é solicitada composição 100% algodão.</p>

15	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	<p>Marca: MARIMAR Fabricante: MARIMAR IND. COM. IMPORT. EXPORT. DE RPG LTDA Modelo / Versão: FP 6500 E</p>	0039993707	<p>Não atende as especificações do Termo de Referência. Segundo a descrição da proposta, em relação ao Termo de Referência, faltam dois itens: 01 lençol de 1,00 x 0,9 m e 01 par de luvas descartáveis.</p>
29	MODESTO COMERCIO LTDA	<p>Marca: V Fabricante: PLASTCOR Modelo / Versão: ECOAR</p>	0039988636	<p>De acordo com as especificações do Termo de Referência.</p> <p>OBS.: O Boletim Técnico da empresa apresenta dois modelos de respiradores, com 01 elástico e 02 elásticos para ajustes. Cabe salientar que o modelo solicitado é c o m 02 elásticos para ajustes.</p>
48	COMANDO BRAVO LICITACAO E IMPORTACAO LTDA	<p>Marca: MZL Fabricante: MZL Modelo / Versão: CINTA LOMBAR</p>	0039989772	<p>Não atende as especificações do Termo de Referência. O produto não possui (na parte de especificações do catálogo) hastes de PVC flexíveis para sustentação da região lombar.</p>

22	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Marca: NEVONI Fabricante: NSR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Modelo / Versão: 5005	0039990906	Não atende as especificações do Termo de Referência. OBS.: O aspirador atende as necessidades do CBMRO, porém o Termo de Referência solicita aspirador de secreção manual e o apresentado na proposta possui motor de 1/30 HP, sendo essa a única divergência.
38		Marca: GP 300 Fabricante: HARBIN XIANDE TECHNOLOGY CO., LTD Modelo / Versão: INFRARED		De acordo com as especificações do Termo de Referência.
16	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA LTDA	Marca: PRÓPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: PROPRIA	0039991658	De acordo com as especificações do Termo de Referência. O B S . . : Proposta idêntica à descrição do Termo de Referência e sem maiores informações.
18		Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: MD		De acordo com as especificações do Termo de Referência.

Informamos que, após análise dos materiais, os itens 05, 06, 07, 22 e 53 atendem as necessidades do CBMRO, porém as especificações divergem do Termo de Referência. Sendo assim, **salvo melhor juízo**, cabe ao gestor a decisão de aceitar ou não os respectivos produtos. Desta forma, encaminhamos a presente análise para deliberações da Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, bem como do Ordenador de Despesas.

Respeitosamente,

LUCELMA PEREIRA CORDEIRO PICHEK- CAP BM

Diretora de Logística



Documento assinado eletronicamente por **Lucelma Pereira Cordeiro, Diretor(a)**, em 21/07/2023, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0040147843** e o código CRC **418B6E90**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0004.070172/2022-24

SEI nº 0040147843