



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 54/2023/SESAU-CAFIINP

De: **SESAU-CAFIINP**

Para: **SUPEL-DELTA**

Processo Nº:0036.110306/2022-80

Assunto: **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-DELTA (0040250287)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 68/2023/DELTA/SUPEL/RO**, esta Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II/SESAU-RO, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PE Nº 68/2023/DELTA/SUPEL/RO):**

<b>GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA</b>						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
<b>CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2</b>						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.110306/2022-80						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2023/SUPEL/DELTA/RO/CÂNULA.						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA

18	<p>ID: 320 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, <b>MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 07 (13 MM DIÂMETRO)</b> FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIAL SUL	FRADEL-MED	80039960001	INAPTO	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO DA ANVISA E SITE DO PRODUTO, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE NO TAMANHO DO SOLICITADO.(CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 07 (13 MM DIÂMETRO))</p>
		SALUTARY	FRADEL	80039960001	INAPTO	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO DA ANVISA E SITE DO PRODUTO, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE NO TAMANHO DO SOLICITADO.(CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 07 (13 MM DIÂMETRO))</p>
		BIOQUALY	FRADEL	NÃO INFORMADO	INAPTO	<p>NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, REGISTRO DE Nº. 80039960001 DO PRODUTO OFERTADO, NÃO ATENDE NO TAMANHO DO SOLICITADO.(CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 07 (13 MM DIÂMETRO)).</p>

19	<p>ID: 10101 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, <b>MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 08 (14 MM DIÂMETRO)</b> FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SALUTARY	FRADEL	80039960001	INAPTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO DA ANVISA E SITE DO PRODUTO, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE NO TAMANHO DO SOLICITADO.(CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 08 (14 MM DIÂMETRO)
		BIOQUALY	FRADEL	NÃO INFORMADO	INAPTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, REGISTRO DE Nº. 80039960001 DO PRODUTO OFERTADO, NÃO ATENDE NO TAMANHO DO SOLICITADO.(CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 08 (14 MM DIÂMETRO).

(assinado eletronicamente)

**SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO**

Farmacêutica - CAF II/SESAU-RO

## 2. **DA CONCLUSÃO:**

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº68/2023/DELTA/SUPEL/RO**, informo-vos que as propostas ofertada pela empresa/licitante, estão **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTAS**, a proposta ofertada pela empresas, para o itens:

- I - **UNIAL SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE - Item (18)**
- II - **ALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA - Itens (18 e 19)**
- III - **BIOQUALY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - Itens (18 e 19)**

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

**SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO**

Farmacêutica  
SESAU-CAFII

**REGINALDA MAIA DE SÁ**

Técnico Adm. Op. da saúde/Subcoordenadora  
SESAU-CAFII

**JEFERSON FREITAS LOPES**

2ºSgt BMRO/Coordenador  
SESAU-CAFII

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 25/07/2023, às 10:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 25/07/2023, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0040256871** e o código CRC **6E25B3DD**.

**Referência:** Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.110306/2022-80

SEI nº 0040256871