



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

**RESPOSTA**

**EXAME DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 273/2022/SUPEL/RO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: [0036.008790/2023-69](#)**

**OBJETO:** Sistema de Registro de Preços (SRP) do tipo menor preço por item para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo do grupo de apresentação "Materiais do Grupo de apresentação - Fios I Absorvíveis) para sutura - (Materiais Médico-hospitalares/penso - Fio Catgut simples, fio Catgut cromado, fio polidioxanona, fio composto de glicolido e e-caprolactona e outros). Tipo: MENOR PREÇO, adjudicação, POR ITEM. (Para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 59, 60, 66, 67, 68 E 72 adota-se a exclusiva participação de Empresas de Pequeno Porte - EPP, Microempresas - ME e equiparadas e para os demais itens aplica-se a ampla participação sem reserva de cota no total de até 25% às empresas ME/EPP).

A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, através da Presidente nomeada na Portaria nº 73/GAB/SUPEL, publicada no DOE do dia 19.07.2023, vem neste ato responder o pedido de esclarecimento enviado por e-mail por empresa interessada.

**QUESTIONAMENTO – Empresa A (0040645643)**

**Questionamento 1:**

Para o item 65 é solicitado: FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO “8-0”, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 20 CM(VARIAÇÃO+/- 5 2 AGULHAS ESPATULADAS PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. Será aceiro fio composto de Ácido Poliglicólico?

**Questionamento 2:**

Para o item 69 é solicitado: KIT CESÁREA, EM UMÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 5 FIOS AGULHADOS SENDO: 2 FIOS POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, DIÂMETRO “0” , COMPRIMENTO 90 CM , AGULHA CILÍNDRICA DE 48 MM E CURVATURA DE 1/2 , 2 FIOS POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, DIÂMETRO “2-0” , COMPRIMENTO 90 CM , AGULHA CILÍNDRICA DE 36,4 MM E CURVATURA DE 1/2 E 1 FIOPOLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO“4-0”, COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE DE 24 MM E CURVATURA DE 3/8. Será aceiro fio composto de Ácido Poliglicólico?

**RESPOSTA:** A SESAU, por meio do CAFIINP, se manifestou através do despacho id. SEI! ([0040704957](#)):

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-EPSILON

Processo Nº: 0036.008790/2023-69

Assunto: Manifestação acerca de pedido de esclarecimento

Senhora Pregoeira,

Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos pelo presente manifestar acerca do pedido de esclarecimento apresentado pela empresa A [0040645643](#), concernente as especificações técnicas exigidas para os itens nº 65 e 69 da SAMS (Id [0036126267](#)).

Em suma a empresa apresentou pedido de **esclarecimento quanto a composição solicitada para o Fios de Poliglactina:**

**Questionamento 1:**

Para o item 65 é solicitado: **FIO POLIGLACTINA 910**, DIÂMETRO "8-0", COMPRIMENTODE NO MÍNIMO 20 CM(VARIAÇÃO+/- 5 2 AGULHAS ESPATULADAS PARA USO EM OFTALMOLOGIA,COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURADE 3/8. Será aceito fio composto de Ácido Poliglicólico?

**Questionamento 2:**

Para o item 69 é solicitado: KIT CESÁREA, EM UMÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 5 FIOS AGULHADOS SENDO: 2 FIOS **POLIGLACTINA 910** REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, DIÂMETRO "0" ,COMPRIMENTO 90 CM , AGULHA CILÍNDRICA DE 48 MM E CURVATURA DE 1/2 , 2 **FIOS POLIGLACTINA 910** REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, DIÂMETRO "2-0" , COMPRIMENTO 90 CM , AGULHA CILÍNDRICA DE 36,4 MM E CURVATURA DE 1/2 E 1 FIOPOLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO"4-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE DE 24 MM E CURVATURA DE 3/8.

Será aceito fio composto de Ácido Poliglicólico?

Considerando que os materiais questionados são utilizados em centro cirúrgicos, sendo solicitados pelas unidades hospitalares de acordo com as suas necessidades, para atenderem as demandas cirúrgicas.

Desta forma, **informamos que não serão aceitos materiais com composição diferente da solicitada na especificação**, ou seja, para os itens nº 65 e 69 **não serão aceitos fio composto de Ácido Poliglicólico.**

Desta forma, por entendermos ter esclarecido as dúvidas apresentada pela licitante, devolvemos os autos para prosseguimento dos trâmites licitatórios.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Salvo melhor juízo é o parecer.

Atenciosamente,

**JEFERSON FREITAS LOPES**

Coordenador/Assessor

CAFII/SESAU-RO

[...]"

Considerando que o esclarecimento acima, não altera a formulação da proposta, fica mantido o prazo inicialmente estabelecido conforme segue:

**DATA: 11/08/2023**

**HORÁRIO: 09h00min (horário de Brasília)**

**ENDEREÇO ELETRÔNICO: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)**

Porto Velho - RO, 10 de agosto de 2023.

**Marina Dias de Moraes Taufmann**

Pregoeira da SUPEL/RO



Documento assinado eletronicamente por **Marina Dias de Moraes Taufmann, Pregoeiro(a)**, em 10/08/2023, às 12:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0040758562** e o código CRC **6D287243**.

Referência: Caso responda este(a) Resposta, indicar expressamente o Processo nº 0036.008790/2023-69

SEI nº 0040758562

Criado por [52841030253](#), versão 2 por [52841030253](#) em 10/08/2023 12:34:53.