



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

EXAME

EXAME DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 345/2023/NP/SUPEL/RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0002.067940/2022-82

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e insumos laboratoriais visando subsidiar as análises da qualidade da água para consumo humano e análise de metais pesados e agrotóxicos para investigação de exposição humana, para atender o LACEN e o LABOGEOQUÍMICA, a pedido da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA.

A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, através da Pregoeira nomeada na Portaria nº 73 de 18 de julho de 2023 (0040277488), vem neste ato responder aos pedidos de esclarecimentos, enviado por e-mail por empresas interessadas.

Os questionamentos foram encaminhados ao Núcleo de Compras da AGEVISA, que se manifestou da seguinte forma:

DAS PERGUNTAS - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA A ([0041566255](#))

Prezados, boa tarde! Estamos interessados em participar do Pregão Eletrônico nº 345/2023, previamente marcado para o dia 19/09/2023, às 09:00 horas, neste sentido solicitamos os seguintes esclarecimentos: - No quadro de descrição do objeto, mais precisamente nos itens 01 e 02, está estabelecendo no edital a aquisição de Reagente Colilert, Frascos para coleta/reação Colilert A Lei Federal de Licitações nº 8.666/93, em seu art. 7º, §5º, estabelece que é vedado em processos licitatórios a exigência de marca específica, salvo nos casos tecnicamente justificável. Nossa empresa comercializa produtos similares e que possuem todas as exigências legais pertinentes ao caso, inclusive tem a mesma finalidade dos produtos ora licitados, porém de outra marca. As empresas interessadas em participar do presente certame deverão ofertar apenas o produto "Colilert" da Marca IDEXX ou poderá ofertar produtos com a mesma finalidade mas de marcas distintas?

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA A ([0041566255](#))

Em atenção ao questionamento da empresa A, a AGEVISA se manifestou através do Despacho [0041624201](#), trazendo a Informação 12 ([0041504556](#)), a qual transcrevemos:

Vimos informar que a descrição de alguns itens constantes na Relação de Itens ([0041230066](#)) está diferente do solicitado conforme termo de referência, portanto vimos solicitar a devida correção. Abaixo estão as descrições que precisam ser corrigidas.

Item 1

1 - Reagente analítico 1 Descrição Detalhada: Reagente Analítico 1 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise*: Qualitativo Escherichia Coli , Apresentação*: Teste , Características Adicionais*: Pcr , Componentes 1: O45, O103, O145 Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 9.

Descrição correta:

1 - Substrato enzimático para detecção simultânea de Coliformes Totais e Escherichia coli em amostras de água, por meio de reações enzimáticas com substrato cromogênico ONPG ou X-GAL e substrato fluorogênico MUG. Os resultados devem ser confirmativos em 24h, com possibilidade de leitura de até 28h, sem a necessidade de reagentes adicionais para confirmação. Temperatura de incubação de 35°C a 37°C. Produto deve estar em conformidade com a legislação brasileira em vigor (Anexo XX da portaria de consolidação nº5/MSD) Apresentação em flaconete parcialmente transparente para que seja possível a verificação de sua integridade, com quantidade de substrato para análise de 100ml de água. Estocagem a temperatura de 2°C a 30°C ao abrigo da luz. produto sujeito a testes de controle de qualidade do cliente para verificação de sua eficácia antes de sua aprovação para fornecimento. Deve possuir comparador para cor e fluorescência, em um único frasco, estável a temperatura ambiente, contendo o número do lote e a data de validade. Deve vir acompanhado de certificado de análise e 8 comparadores de cor e fluorescência.

Item 2

2 - Frasco coletor Descrição Detalhada: Frasco Coletor Tipo: Universal , Material: Plástico Opaco , Capacidade: Cerca De 1000 ML, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável , Esterilidade: Esterilizável

Descrição correta:

2- Frasco com tampa acoplada duplo laque em polipropileno (PP) para coleta de água; Fechamento hermético; Estéril por radiação UV; Capacidade total de 100mL; Marcação de 100mL; Comprimido conservante de tiosulfato de sódio (10mg); Tampa e frasco livres de fluorescência; Com invólucro de plástico; Graduado; Cor transparente.

Item 3

3 - Equipamento laboratório Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Analisador Automático , Método: Por Colorimetria E Turbidimetria , Componentes: C/ Filtros Ópticos , Aplicação: P/ Bioquímica

Descrição correta:

3 - Teste Kit Químico para Cloro Livre e Total. Faixa ... 0.00 a 0.70 mg/L (ppm); 0.0 a 3.5 mg/L (ppm) Resolução ... 0.02 mg/L (faixa de 0.00 a 0.70 mg/L), 0.1 mg/L (faixa de 0.0 a 3.5 mg/L) Método ... DPD Número de Testes ... 200 (100 cloro livre / 100 cloro total)

Tipo ... CTK Checker Disc, acompanhado 100 sachês ou pastilhas de reagente DPD, frascos para análise graduados contendo tampa, pipeta de plástico com volume mínimo de 3ml. Checker disc (disco plástico para leitura de colorimetria) para análise de cloro.

DAS PERGUNTAS - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA B ([0041728308](#))

Prezados, bom dia! É solicitado a validade de 2 anos na entrega do produto para o item 1, informamos que devido aos trâmites de importação recebemos o material para ser comercializado com 8 meses de validade. Por gentileza, peço que avaliem se podemos seguir com a participação no processo. E se será aceito a validade conforme informado acima?

No aguardo para que possamos seguir com a participação no processo.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA B ([0041728308](#))

Em atenção ao questionamento da empresa B, a AGEVISA se manifestou através do Despacho [0042841526](#), o qual transcrevemos:

Com meus cordiais cumprimentos venho pelo presente responder ao que se solicita no despacho id [0042825978](#), referente ao questionamento da empresa B ([0041728308](#)).

Informamos que a entrega do referido material poderá ser feita de forma parcelada de acordo com a nossa necessidade de modo que não estoure o tempo de validade do mesmo levando a desperdício.

DA DECISÃO

Assim, diante do exposto, declaro **PROCEDENTE** o esclarecimento da **empresa A**, e informo que será publicado posteriormente o **ADENDO MODIFICADOR I**.

Em atendimento ao art. 22 do Decreto Estadual nº. 26.182/21, e ainda, ao § 4º, do Art. 21, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, conforme abaixo:

DATA: 14/10/2022

HORÁRIO: 10h00min (horário de Brasília – DF).

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto a Pregoeira e à Equipe de Apoio através do telefone (69) 3212-9243 ou pelo e-mail: atendimentosupel@gmail.com

Porto Velho - RO, 23 de outubro de 2023.

Marina Dias de Moraes Taufmann

Pregoeira da SUPEL



Documento assinado eletronicamente por **Marina Dias de Moraes Taufmann, Pregoeiro(a)**, em 23/10/2023, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0042844733** e o código CRC **4D59C3D0**.

Referência: Caso responda este(a) Exame, indicar expressamente o Processo nº 0002.067940/2022-82

SEI nº 0042844733

Criado por [00637146204](#), versão 18 por [52841030253](#) em 23/10/2023 10:50:12.