

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB

DESPACHO

De: HB-NUCLIMIN

Para: HB-GAD

Processo Nº: 0036.450212/2019-45

Assunto: **Análise técnica das propostas**

Senhor(a),

Com os devidos cumprimentos, conforme informação do despacho 0041719379, segue tabela.

Departamento de Neonatologia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – HBAP								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	COLOCAÇÃO	EMPRESA	MARCA/MODELO	REGISTRO	AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA
14	Monitor Multiparamétrico-Com inicialização com menos de 10 segundos, tela de acima de 14 polegadas, com características dentro das normas em vigência, bateria com durabilidade de no mínimo 2 (duas) horas, com leitura de PNI não invasivo, oximetria, SpO2, Faixa de medição: 0 - 100%. precisão: ± 2% de 70 - 100%. ± 3% de 50 - 69%. pulso: faixa: 20 - 300 BPM. Precisão: ± 2 BPM de 30 - 250 - BPM. Velocidade: 12.5, 25 e 50 mm/s, temperatura faixa de medição: 0oC - 50oC (32oF - 122oF), com resolução: ± 0,1oC (0,18oF). Com três unidades de sensor spo2 adulto, três cabo ECG de cinco vias, dois sensor de temperatura, 3 braçadeira de tamanho adulto, duas braçadeira para paciente obeso, cabo extensor para pni. Com garantia de no mínimo um ano, somente 220v.	CAIXA	1ª Colocada	Proposta Item 14 - 3S VISION HOSPITALAR (0041091639)	Lepu Medical / K15		APTO	
			2ª Colocada	Proposta Item 14 - AURION EQUIPAMENTOS (0041086512)	PROLIFE/ C150		APTO	
			3ª Colocada	Proposta Item 14 - RIO MEDI COMERCIO (0041086605)	MINDRAY/ uMEC 15		APTO	
			4ª Colocada	Proposta Item 14 - ROYAL ATACADISTA (0041086668)	GENERAL MEDITECH/ G3L		APTO	
			5ª Colocada	Proposta Item 14 - INFORVIEW BROADCAST LTDA (0041086787)	COMEN C-86 (SPO2-ECG-PNI□TEMP-RESP-2PI-ETCO2)		APTO	

-assinado eletronicamente-

JEANE OLIVEIRA MACHADO CASTRO

Coordenadora Médica da UTI Neonatal - HBAP/SESAU/RO

Portaria nº 113 de 08 de março de 2022 (0024460586)



Documento assinado eletronicamente por **JEANE OLIVEIRA MACHADO CASTRO**, **Chefe de Núcleo**, em 13/09/2023, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0041745242** e o código CRC **CCE9CDF4**.