



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Corpo de Bombeiros Militar - CBM

DESPACHO

De: CBM-DLOG

Para: CBM-FUNESBOM

Processo Nº: 0004.070172/2022-24

Assunto: **Análise técnica das propostas.**

Senhor Coordenador,

Considerando o Despacho SUPEL-ALFA (id 0042354395), bem como o Despacho (id 0042412081), encaminho as análises técnicas sobre os produtos ofertados ao CBMRO, em relação ao Termo de Referência, para conhecimento de Vossa Senhoria e demais providências:

ITEM	EMPRESA	MARCA /MODELO	DOC	DILIGÊNCIA
14 COLAR CERVICAL DE RESGATE NEONATAL	TECNOMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICOS E MEDICO- HOSPITALARES LTDA	MARCA: ORTOCENTER FABRICANTE: ORTOCENTER MODELO/VERSÃO: ORTOCENTER	<b>0040873276</b>	Conforme o catálogo do Fabricante ( <a href="#">link</a> ), o <b>produto</b> <b>atende</b> as especificações solicitadas no Termo de Referência.

16 KIT QUEIMADOS	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	MARCA: RESGATE SP FABRICANTE: RESGATE SP MODELO/VERSÃO: RESGATE SP	0040876152	A proposta ID 0040876152 não corresponde à empresa CENTRALMIX, mas sim à empresa COVAN. Contudo, analisando o respectivo documento, o mesmo não apresenta maiores detalhes do produto, apenas o texto do Termo de Referência com uma observação de que o protetor de queimaduras e eviscerações menor que o solicitado.
	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MARCA: RESGATE SP FABRICANTE: RESGATE SP MODELO/VERSÃO: RESGATE SP	0038924852	A proposta da empresa não apresenta a composição do produto.
	TECNOMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICOS E MEDICO- HOSPITALARES LTDA	MARCA: ORTOCENTER FABRICANTE: ORTOCENTER MODELO/VERSÃO: TORTOCENTER	0038925474	Conforme o catálogo do Fabricante ( <a href="#">Link</a> ), o produto atende as especificações solicitadas no Termo de Referência, caso o protetor de queimaduras e eviscerações atenda o tamanho solicitado.

	<p>NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO</p>	<p>MARCA: RESGATE SP FABRICANTE: RESGATE SP MODELO/VERSÃO: RESGATE SP</p>	<p>0042360266</p>	<p>A proposta da empresa <b>não apresenta maiores detalhes do produto</b>, apenas o texto do Termo de Referência.</p>
	<p>BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA</p>	<p>MARCA: PM2 MEDICAL FABRICANTE:PM2 MEDICAL MODELO/VERSÃO:PM2 MEDICAL</p>	<p>0042359743</p>	<p>Conforme a proposta da empresa, o produto <b>atende</b> as especificações solicitadas no Termo de Referência, <b>caso o protetor de queimaduras e eviscerações atenda o tamanho solicitado.</b></p>
<p>41</p> <p>JOGO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE C/ 03 UNIDADES</p>	<p>SIS COMERCIO DE MATERIAIS</p>	<p>MARCA: G-TECH FABRICANTE: G-TECH MODELO/VERSÃO:G- TECH</p>	<p>0038925428</p>	<p>A proposta da empresa <b>não apresenta maiores detalhes do produto</b>, apenas o texto do Termo de Referência.</p>
	<p>TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS</p>	<p>MARCA: ORTOCENTER FABRICANTE: ORTOCENTER MODELO/VERSÃO: ORTOCENTER</p>	<p>0038925428</p>	<p>Conforme o catálogo do Fabricante (<a href="#">Link</a>), os cintos possuem o tamanho de 160 cm, portanto, o mesmo <b>não atende</b> as especificações solicitadas no Termo de Referência.</p>

	LUIZ TADEO DAMASCHI	MARCA: RESGATE SP FABRICANTE: RESGATE SP MODELO/VERSÃO: RESGATE SP	0042360549	A proposta da empresa <b>não apresenta maiores detalhes do produto</b> , apenas o texto do Termo de Referência e o site do fabricante ( <a href="#">Link</a> ) não especifica o comprimento dos cintos.			
42  Medidor Pressão Material: Metal	TECNOMED DISTRIBUIDORA	<table border="1"> <tr> <td>Marca: INCOTERM</td> </tr> <tr> <td>Fabricante: INCOTERM</td> </tr> <tr> <td>Modelo / Versão: INCOTERM</td> </tr> </table>	Marca: INCOTERM	Fabricante: INCOTERM	Modelo / Versão: INCOTERM	0040877509	<b>A proposta ID 0040877509 não corresponde à empresa TECNOMED</b> e não apresenta o item 42 - Medidor de Pressão.
	Marca: INCOTERM						
Fabricante: INCOTERM							
Modelo / Versão: INCOTERM							
	CIRURGICA SANTA HELENA	<table border="1"> <tr> <td>Marca: INCOTERM</td> </tr> <tr> <td>Fabricante: HONSUN (NANTONG) CO. LTD</td> </tr> <tr> <td>Modelo / Versão: EC 100</td> </tr> </table>	Marca: INCOTERM	Fabricante: HONSUN (NANTONG) CO. LTD	Modelo / Versão: EC 100	0042361490	<b>No site da Incoterm (<a href="#">Link</a>), o modelo informado não foi encontrado.</b> Os modelos disponíveis são MP 050, MP 060 e MP100. Considerando o manual do equipamento de modelo MP 100 encontrado no site da marca ( <a href="#">Link</a> ), pois a proposta não apresentou detalhes, o equipamento não possui capacidade de armazenamento solicitada no Termo de Referência (inferior).
Marca: INCOTERM							
Fabricante: HONSUN (NANTONG) CO. LTD							
Modelo / Versão: EC 100							

Respeitosamente,

**LUCELMA PEREIRA CORDEIRO PICHEK - CAP BM**

Diretora de Logística do CBMRO



Documento assinado eletronicamente por **Lucelma Pereira Cordeiro, Diretor(a)**, em 06/10/2023, às 13:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0042438929** e o código CRC **4E6BE8F2**.

---

**Referência:** Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0004.070172/2022-24

SEI nº 0042438929