



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

EXAME

EXAME DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO: 398/2023/SUPEL/RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: [0062.000126/2023-54](#)

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e insumos laboratoriais - (Tubos e material de coleta), para realização das coletas de amostras biológicas dos pacientes atendidos por toda a Rede de Patologia Clínica para realização dos exames laboratoriais, a pedido do Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas - LEPAC da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU.

A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, através da Pregoeira nomeada na Portaria nº 73/2023/GAB/SUPEL, publicada no DOE do dia 19.07.2023, vem neste ato responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail por empresas interessadas. Vejamos:

1. QUESTIONAMENTOS E RESPOSTA

a) Questionamentos - Empresa A ([0042253553](#))

(...)

ITEM 09: SISTEMA DE COLETA MULTIPLA PARA POUCO VOLUME.... VOLUME VARIAVEL DE 0,5 ML.: Após a análise do descritivo do item, identificamos que ao descrever sua capacidade volumétrica necessária de 0,5ml é mencionado a possibilidade de variação, entretanto não estabelece mínimos e máximos para essa admissão de variação, sendo assim apresentaremos em proposta o item ilustrado a baixo com a capacidade volumétrica de 0,25ml (...)

(...)

ITEM 19: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA ...TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPAPROTETORA NA COR PRETA
PARA VHS.: Após a análise do descritivo técnico do item, identificamos uma característica que impossibilita nossa participação, entretanto afim de cultivar o princípio da ampla concorrência, pretendemos apresentar a proposta com nosso tubo com concentração de citrato de sódio de 3,2%. Esta pequena variação não causa prejuízo a qualidade da amostra tal qual ao resultado por ela almejado. Devo pontuar também que o item solicitado já não acompanha a pipeta, pois após a sucção a vácuo o tubo faz o processo de sedimentação direto na estante graduada (acompanha uma unidade), (...)

b) Respostas:**ITEM 09: SISTEMA DE COLETA MULTIPLA PARA POUCO VOLUME....**

Considerando que o item 09 será destinado ao atendimento de pacientes neonatais, nos quais as coletas podem apresentar dificuldades devido à sua fragilidade, entendemos a necessidade de estabelecer parâmetros claros para a capacidade volumétrica. Portanto, será aceito uma capacidade mínima de 0,25ml e uma capacidade máxima de 0,5ml para esse item.

Esta proposta visa assegurar a segurança e o conforto dos pacientes neonatais durante o processo de coleta, evitando qualquer desconforto ou espoliação.

ITEM 19: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA ...

Considerando que a concentração de citrato de sódio de 3,2% ou 3,8% não afetará a qualidade da amostra nem os resultados desejados para o teste de VHS. Além disso, levando em consideração que o teste de VHS requer o uso da estante graduada específica, confirmamos que será aceito o tubo com concentração de citrato de sódio de 3,2%, desde que acompanhado por 10 estantes de VHS.

Essa abordagem permitirá atender ao LEPAC/RO como também a toda a Rede de Patologia Clínica do estado de Rondônia de maneira eficiente e compatível com os requisitos do teste de VHS.

2. DA DECISÃO

Considerando que o esclarecimento acima, não altera a formulação da proposta, **JULGA- SE SANADO O PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**. Entretanto, respeitando o disposto no item 3.3. do edital, adia-se o prazo inicialmente estabelecido, para:

DATA: 06/10/2023

HORÁRIO: 09h00min (horário de Brasília – DF).

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto a Pregoeira e à Equipe de Apoio através do telefone (69) 3212-9243 ou pelo e-mail: atendimentosupel@gmail.com

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

Bruna Gonçalves Apolinário

Pregoeira - SUPEL/RO



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Gonçalves Apolinário, Pregoeiro(a)**, em 04/10/2023, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0042299267** e o código CRC **B556AF53**.

Referência: Caso responda este(a) Exame, indicar expressamente o Processo nº 0062.000126/2023-54

SEI nº 0042299267

Criado por [00517318270](#), versão 4 por [00517318270](#) em 04/10/2023 10:27:50.