

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Coordenadoria de Obras - SESAU-CO

Parecer nº 145/2023/SESAU-CO

1. RELATÓRIO

Esse Parecer Técnico foi elaborado com o intuito de avaliar as propostas encaminhadas pelos licitantes no Pregão Eletrônico nº: 295/2023/SUPEL/RO, tramitado no processo 0036.104582/2020-47 cujo o objeto é Aquisição de Equipamento e Artigos hospitalares para unidade de atenção especializada em saúde, visando atender a Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia, assistindo a unidade Hospital Regional de Cacoal - HRC.

A base para as análises consta no item 2.2 do Termo de Referência 0040687254.

2. PROPOSTAS

As propostas e documentações analisadas constam no Despacho 0042025573:

Ao tempo em que lhe cumprimento, sirvo-me do presente para lhe encaminhar o processo em tela solicitando à Análise Técnica das propostas apresentadas pelos licitantes:

- (1) MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - itens 01, 02 e 10 e remanescente no item 09 - ids.(0042008951)
- (2) JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - item 04 - ids.(0042009000)
- (3) 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT - item 06 - ids.(0042009057)
- (4) COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - itens 08 e 09 e remanescente os itens 04 e 06 - ids.(0042009091)
- (5) LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - remanescente no item 04 - ids.(0042009152)
- (6) RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACAO HOSPITALAR EXP. & IMP. LTDA - remanescente no item 06 - ids.(0042009195)
- (7) CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - remanescente no item 08 - ids.(0042009238)
- (8) J M P DA SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - remanescente no item 08 - ids.(0042009282)
- (9) RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - remanescente no item 10 - ids.(0042009353)
- (10) POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - remanescente no item 10 - ids.(0042009437)

3. ANÁLISE TÉCNICA

EMPRESA	LINK SEI	LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	MODELO	PARECER	OBSERVAÇÃO
1 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	0042008951	1	AMNIOSCÓPIO	ORTOFEX	MASTER COMPLETO	ATENDE	
		2	LIXEIRA	BRINOX	LIXEIRA INOX 12 LITROS	ATENDE	
		10	CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA – CLASSE II B2	AMBIKONTROL	BIOLOGICFLOW	ATENDE	
		9	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	SAFTI	REANIMADOR NEONATAL EM SILICONE	ATENDE	
2 JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0042009000	4	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	KTK	MICROTAK TOTAL	NÃO ATENDE	Não atende à especificação em: modos ventilatórios; Parametros ventilatórios: volume corrente e frequência respiratória.
3 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT	0042009057	6	MONITOR MULTIPARÂMETROS COMPLETO COM PI E CAPNOGRAFIA	LEPU MEDICAL K12	K12	ATENDE	
4 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0042009091	8	ESTETOSCÓPIO NEONATAL	PREMIUM		ATENDE	
		9	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	MORIYA		ATENDE	
		4	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	TAKAOKA	Ventilador Microtak 920 Resgate	NÃO ATENDE	Não atende à especificação em: modos ventilatórios; Parametros ventilatórios: volume corrente, pressão inspiratória.
		6	MONITOR MULTIPARÂMETROS COMPLETO COM PI E CAPNOGRAFIA			****	Não consta na proposta da empresa qualquer menção ao item 6.
5 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0042009152	4	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	Leistung	PR5	ATENDE	

6	RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACAO HOSPITALAR EXP. & IMP. LTDA	0042009195	6	MONITOR MULTIPARÂMETROS COMPLETO COM PI E CAPNOGRAFIA	Mindray	uMEC	ATENDE	
7	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0042009238	8	ESTETOSCÓPIO NEONATAL	KINDCARE/WENZHO	KT-106 A	ATENDE	
8	J M P DA SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0042009282	8	ESTETOSCÓPIO NEONATAL	PREMIUM		ATENDE	
9	RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0042009353	10	CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA – CLASSE II B2	CSB IIB100	Buzattos	NÃO ATENDE	Não apresento catálogo/folha do equipamento. Em pesquisas na internet não foram encontradas as descrições da marca e model apresentado.
10	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0042009437	10	CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA – CLASSE II B2	PACHANE	PA 610	ATENDE	

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este parecer se limita à análise técnica das especificações dos itens, tomando como base apenas as documentações constantes nos autos.

É o parecer.

Porto Velho, 27 de setembro de 2023.

Atenciosamente.

THIAGO DO CARMO BRASIL
 Coordenador de Engenharia e Arquitetura em Saúde Interino
 Portaria 4295 (0041957775□□□□□□)
 SESAU-CEAS



Documento assinado eletronicamente por **Thiago do Carmo Brasil**, Coordenador(a), em 27/09/2023, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0042176582** e o código CRC **0342E262**.