



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 86/2023/SESAU-CAFIINP

De: **SESAU-CAFIINP**

Para: **SUPEL-EP**

Processo Nº: 0036.008848/2023-74

Assunto: **PARECER TÉCNICO**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-EP (0041204613)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **Pregão Eletrônico nº 351/2023/SUPEL/RO**, retorno o processo, após realização, nesta CAF II/SESAU, do **PARECER TÉCNICO**, abaixo, para prosseguimento de feitos.

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PE Nº 351/2023/SUPEL/EP/RO):**

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | | | | | | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0036.008848/2023-74 | | | | | | | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-351/2023/SUPEL/EP/RO - FIOS II NÃO ABSORVÍVEIS. | | | | | | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0036.008848/2023-74 | | | | | | | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-351/2023/SUPEL/EP/RO - FIOS II NÃO ABSORVÍVEIS. | | | | | | | |
| Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais. | | | | | | | |
| Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra. | | | | | | | |

| ITEM | DESCRIPTIVO | CLASSIFICAÇÃO | EMPRESA LICITANTE | MARCA /CÓDIGO | RG ANVISA | PARECER | JUSTIFICATIVA |
|------|--|---------------|-------------------|------------------------------------|-------------|---------|---|
| 1 | D: 8148 - FIO NYLON, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM),AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | DATA - MEDICAL | MEDIX/7898652374326 (cód de barra) | 80495519040 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|---|-------------------------------------|-------------|--------|---|
| 2 | ID: 5841 - FIO NYLON, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 30 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | DATA - MEDICAL | MEDIX/ 7898652374272 (cód de barra) | 80495519040 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| 3 | ID: 8646 - FIO NYLON, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE 150 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL OB/GIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | BRASIL CENTRAL | TECHNOFIO | 10378330013 | INAPTO | A marca ofertada não atende as especificações quanto ao tamanho do fio, tipo e curvatura da agulha. |
| | | remanescente | DATA - MEDICAL | SHALON | 10243410009 | INAPTO | A marca ofertada não atende as especificações quanto ao tamanho do fio. |
| | | remanescente | MB MARTINS SERVICOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | SHALON | 10243410009 | INAPTO | A marca ofertada não atende as especificações quanto ao tamanho do fio. |
| 4 | D: 8124 - FIO NYLON, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE 150 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 65 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 E OU 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | MEDICAL DA AMAZONIA | POINT SUTURE/Cód. NP115765FG2 | 10155530011 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| 5 | ID: 10598 - FIO NYLON, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 E / OU 3/8 EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | JR LACERDA | TECHNOFIO/Cód. NY24CT30 | 10378330013 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| 6 | ID: 8504 - FIO NYLON, DIÂMETRO "2-0", | 1ª Colocada | JR LACERDA | TECHNOFIO/Cód NY24CT25 | 10378330013 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|--------|--|
| | COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR ESTRIADA PARA USO EM NEUROCIRUGIAS, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 E/OU 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | | | | | | <i>normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 7 | ID: 32667 - FIO NYLON, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 30 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | JR LACERDA | TECHNOFIO/ Cód. NY24CT30 | 10378330013 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 8 | ID: 8149 - FIO NYLON, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | DATA - MEDICAL | MEDIX/7898652374296 (cód de barras) | 80495519040 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 9 | ID: 5866 - FIO NYLON, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CIRCULAR CILÍNDRICA, COMPRIMENTO DE 30 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | BRASIL CENTRAL | TECHNOFIO | 10378330013 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações quanto ao tipo da agulha (pede-se cilíndrica e não triangular).</i> |
| | | remanescente | MEDICAL DA AMAZONIA | SHALON/Cód.N720CR30 | 10243410031 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| | | remanescente | NEVALLI ARTIGOS | BIOLINE/Cód.SBC20CR30G | 10426020004 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|-------------------------|--------------------------|-------------|------|--|
| 10 | ID: 10246 - FIO NYLON, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM PROCEDIMENTOS PEDIÁTRICOS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | BIOLINE FIOS CIRURGICOS | BC SUTURE/BC30MT17 | 1046020023 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 11 | ID: 770 - FIO NYLON, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM),AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 30 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2004. | 1ª Colocada | JR LACERDA | TECHNOFIO/ Cód. NY34CT30 | 10378330013 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 12 | ID: 10605 - FIO NYLON, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM),AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, ENTRE OUTRAS FINALIDADES, COMPRIMENTO DE 24 MM E (VARIAÇÃO +/- 1 MM) CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | BRASIL CENTRAL | TECHNOFIO /cód. NY34CT24 | 10378330013 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 13 | ID: 32675 - FIO NYLON, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM),AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM PROCEDIMENTOS PEDIÁTRICOS E | 1ª Colocada | JR LACERDA | TECHNOFIO/Cód. NY34MT15 | 10378330013 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|--------------|------------------------------------|-------------|------|--|
| | FECHAMENTO DE PELE, ENTRE OUTRAS FINALIDADES, ENTRE OUTRAS FINALIDADES COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | | | | | | |
| 14 | ID: 8443 - FIO NYLON, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, ENTRE OUTRAS FINALIDADES, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | MOGI MEDICAL | BRASUTURE-NPA343 | 10372360009 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 15 | ID: 32606 - FIO NYLON, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 24 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | MOGI MEDICAL | MEDIX/7898652374234 (cód de barra) | 80495519012 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 16 | ID: 8448 - FIO NYLON, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE | 1ª Colocada | MD SOLUCOES | TECHNOFIO/NY44MT25 | 10378330013 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|---------------------|----------------------------|-------------|--------|---|
| | COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2004. | | | | | | |
| 17 | ID: 32618 - FIO NYLON, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM PROCEDIMENTOS PEDIÁTRICOS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | ALPHAMED I | TECHNOFIO/Cód. NY54MT15 | 10378330013 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| 18 | D: 10592 - FIO NYLON, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | BRASIL CENTRAL | TECHNOFIO/cód. NY54CT20 | 10378330013 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| 19 | ID: 10285 - FIO NYLON, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM NEUROCIRURGIAS, COMPRIMENTO DE 13 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | BRASIL CENTRAL | TECHNOFIO | 10378330013 | INAPTO | A marca ofertada não atende as especificações quanto ao tipo da agulha (pede-se cilíndrica e não triangular). |
| | | remanescente | MEDICAL DA AMAZONIA | POINT SUTURE/Cód NP54313N2 | 10155530011 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| | | remanescente | TECNOMED | POINT SUTURE/Cód NP54313N2 | 10155530011 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| 20 | ID: 8450 - FIO NYLON, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO | 1ª Colocada | DATA - MEDICAL | SHALON/Cód. N550MT25 | 10243410009 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|---------------------|--|---------------|--------|--|
| | MÍNIMO 45 CM, (VARIÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2004. | | | | | | estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| 21 | ID: 7179 - FIO NYLON, DIÂMETRO "6-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 16 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | MEDICAL DA AMAZONIA | SHALON/Cód. N560CTI16 | 10243410031 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| 22 | ID: 10284 - FIO NYLON, DIÂMETRO "8-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 13 CM, (VARIÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MICROCIURGIAS, COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | BRASIL CENTRAL | TECHNOFIO | 10378330011 | INAPTO | A marca ofertada não atende as especificações por não dispor o diâmetro (8.0) no catálogo do fabricante. |
| | | remanescente | MEDICAL | POINT SUTURE /Cód. NP812065M1 | 10155530011 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| | | remanescente | BIOLINE | BC SUTURE/Cód.NL80CR65 | 10426020023 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| 23 | ID: 8258 - FIO NYLON, DIÂMETRO "8-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 30 CM, (VARIÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESPATULADAS PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE | 1ª Colocada | BRASIL CENTRAL | não informado | não informado | INAPTO | A empresa licitante não apresentou a marca na proposta |
| | | remanescente | NUTRI CARE | COVIDIEN/Cód. NP6580 (Atual MEDTRONIC) | 80052020064 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|---------------------|--------------------------------|---------------|--------|--|
| | 1/4. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | remanescente | POINT SUTURE | NYLPOINT/Cód.2NP835106501 | 10155530011 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| 24 | ID: 7510 - FIO NYLON, DIÂMETRO "9-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 13 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA DE 5 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM) CURVATURA 3/8 CIRCULO CILINDRICA PARA USO EM MICROCIRURGIAS, CORPO QUADRADO. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | BRASIL CENTRAL | SHALON | não informado | INAPTO | A marca ofertada não atende as especificações por não dispor do diâmetro do fio (9.0), conforme folder apresentado pela licitante. |
| | | remanescente | MEDICAL DA AMAZÔNIA | POINT SUTURE/Cód.NP9120475M1 | 10155530011 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| | | remanescente | POINT SUTURE | NYLPOINT/Cód.NP9120475M1 | 10155530011 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| 25 | ID: 5812 - FIO NYLON, DIÂMETRO "9-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 30 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESPATULADAS COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | BRASIL CENTRAL | SHALON | não informado | INAPTO | A marca ofertada não atende as especificações por não dispor do diâmetro do fio (9.0), conforme folder apresentado pela licitante. |
| | | remanescente | JOHNSON & JOHNSON | Modelo: 7717G. Marca: Ethicon | 80145901126 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| | | remanescente | POINT SUTURE | NYLPOINT/Cód. 2NP935206501 | 10155530011 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| 26 | ID: 7204 - FIO NYLON, DIÂMETRO "10-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 30 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESPATULADAS COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 | 1ª Colocada | MEDICAL DA AMAZONIA | POINT SUTURE/Cód.2NP1035206401 | 10155530011 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |

| | | | | | | | |
|----|--|----------------|---------------------|--------------------------------|-------------|--------|--|
| | MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | | | | | | |
| 27 | ID: 1001893 - FIO NYLON, DIÂMETRO "10-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 13 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CÍRCULO CILÍNDRICA COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM MICROCIRURGIAS, COMPRIMENTO DE 3,8 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | JR LACERDA | SHALON | 10243410013 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações da agulha quanto ao tipo (pede-se cilíndrica e não espátula) e tamanho (0,38 cm e não 0,65 cm) .</i> |
| | | remanescente | BRASIL CENTRAL | SHALON | 10243410013 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações da agulha quanto ao tipo (pede-se cilíndrica e não espátula) e tamanho (0,38 cm e não 0,65 cm) .</i> |
| | | remanescente | MEDICAL DA AMAZONIA | POINT SUTURE/Cód.NP101232050M1 | 10155530011 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 28 | ID: 7511 - FIO NYLON, DIÂMETRO "10-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 13 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CÍRCULO CILÍNDRICA COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM MICROCIRURGIAS, COMPRIMENTO DE 5 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | MEDICAL DA AMAZONIA | POINT SUTURE/ Cód.NP1012050M1 | 10155530011 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 29 | ID: 7536 - FIO NYLON, DIÂMETRO "11-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 13 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CÍRCULO CILÍNDRICA COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM MICROCIRURGIAS, COMPRIMENTO DE 4 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM | proposta única | NOEM MEDICAL | PROCARE | 10369460141 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações por não dispor no catálogo do fabricante o diâmetro (11.0), conforme folder apresentado pela licitante.</i> |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|-----------------|---------------------|---------------|--------|---|
| | CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | | | | | | |
| 30 | ID: 5846 - FIO DE AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO 60 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 3 FIOS POR ENVELOPE, SEM AGULHA. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | NEVALLI ARTIGOS | BIOLINE/Cód.AC1SA60 | 10426020014 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| 31 | ID: 6684 - FIO DE AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 60 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 3 FIOS POR ENVELOPE, SEM AGULHA. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | NEVALLI ARTIGOS | BIOLINE/Cód.AC2SA60 | 10426020014 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| 32 | ID: 8449 - FIO DE AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO "4", COMPRIMENTO DE 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 8 FIOS POR ENVELOPE. AGULHAS CORTANTES, TRIANGULARES E CÔNCAVAS COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE FECHAMENTO DE ESTERNO, COMPRIMENTO DE 48 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | proposta única | NOEM MEDICAL | BIOLINE | 10426020014 | INAPTO | A marca ofertada não atende as especificações por não dispor de embalagem com a quantidade de 08(oito) fios por envelope, conforme folder apresentado pela licitante. |
| 33 | ID: 6682 - FIO DE AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO "5", COMPRIMENTO DE 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 8 FIOS POR ENVELOPE. AGULHAS CORTANTES, TRIANGULARES E CÔNCAVAS COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE FECHAMENTO DE ESTERNO, COMPRIMENTO DE 48 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | NUTRI CARE | COVIDIEN | não informado | INAPTO | A marca ofertada não atende as especificações por não dispor de embalagem com a quantidade de 08(oito) fios por envelope, conforme solicitado no edital. |
| | | remanescente | NOEM MEDICAL | BIOLINE | 10426020014 | INAPTO | A marca ofertada não atende as especificações por não dispor de embalagem com a quantidade de 08(oito) fios por envelope, conforme solicitado no edital. |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|------|--|
| | | remanescente | JOHNSON & JOHNSON | Ethicon | 80145901775 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 34 | ID: 8079 - FIO DE MARCAPASSO, MULTIFILAMENTAR. AÇO REVESTIDO DE POLIETILENO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE 60 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM 1 AGULHA RETA COM COMPRIMENTO DE 60 A 90 MM E 1 AGULHA COM COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. | 1ª Colocada | BIOLINE FIOS CIRURGICOS | BIOLAINE/ECB202660-60M (BIMARCAP) | 10426020030 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 35 | ID: 8610 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 1ª Colocada | DATA - MEDICAL | TECHNOFIO/PP07MR25 | 10426020030 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 36 | ID: 7768 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 1ª Colocada | MD SOLUCOES | TECHNOFIO/PP07MR35 | 10378330017 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 37 | ID: 7714 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 | 1ª Colocada | DATA - MEDICAL | TECHNOFIO/PP07MR40 | 10378330017 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------------|----------------------|-------------|------|--|
| | MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | | | | | | |
| 38 | ID: 8481 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM. (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS, COM CORPO QUADRADO/RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 22 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | CENTRALMIX | SHALON/Cód.P202MRV25 | 10243410014 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 39 | ID: 833 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 30 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 1ª Colocada | DATA - MEDICA | TECHNOFIO/PP27CR30 | 10378330017 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 40 | ID: 8470 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS, COM CORPO QUADRADO/RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | CENTRALMIX | SHALON/Cód.P302MRV20 | 10243410014 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 41 | ID: 7356 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO | 1ª Colocada | JOHNSON & JOHNSON | Ethicon/Cód.8976H | 80145901822 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no</i> |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|-------------------------|--------------------|-------------|--------|---|
| | MÍNIMO 90 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS, COM PONTA DE TROCATER E CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | | | | | | Instrumento Convocatório (Edital). |
| 42 | ID: 7541 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 25 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 1ª Colocada | DATA - MEDICAL | TECHNOFIO/PP37MR25 | 10378330017 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| 43 | ID: 8483 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS, COM PONTA DE TROCATER E CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | MEDICAL DA AMAZONIA | POINT SUTURE | 10155530017 | INAPTO | A marca ofertada não atende as especificações por não dispor do fio de polipropileno com agulha de ponta trocater, conforme catálogo do fabricante . |
| | | remanescente | TECNOMED | POINT SUTURE | 10155530017 | INAPTO | A marca ofertada não atende as especificações por não dispor do fio de polipropileno com agulha de ponta trocater, conforme catálogo do fabricante . |
| | | remanescente | NOEM MEDICAL | PROCARE | 10369460186 | INAPTO | A marca ofertada não atende as especificações por não dispor de fio do polipropileno no diâmetro 4.0, com agulha de trocater, conforme catálogo do fabricante . |
| 44 | ID: 8471 - FIO POLIPROPILENO, | 1ª Colocada | BIOLINE FIOS CIRURGICOS | BIOLINE | 1046020006 | INAPTO | A marca ofertada não atende as |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|------------------------|----------------------|-------------|--------|---|
| | DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS, COM PONTA DE TROCATER E CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | | | | | | <i>especificações por não dispor do fio de polipropileno 4.0, com agulha de ponta trocater, conforme catálogo do fabricante .</i> |
| | | remanescente | JOHNSON & JOHNSON | Ethicon/Cód.8975H | 80145901495 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| | | remanescente | MEDICAL DA AMAZONIA | POINT SUTURE | 10155530017 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações por não dispor do fio de polipropileno com agulha de ponta trocater, conforme catálogo do fabricante .</i> |
| 45 | ID: 32623 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS, QUADRADO/RETANGULAR COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | CENTRALMIX | SHALON/Cód.P402MRV15 | 10243410014 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 46 | ID: 8484 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS , COM PONTA DE TROCATER E CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE | 1ª Colocada | MEDICAL DA AMAZONIA | POINT SUTURE | 10155530017 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações por não dispor de fio do polipropileno com agulha de ponta trocater, conforme catálogo do fabricante .</i> |
| | | remanescente | NOEM MEDICAL | PROCARE | 10369460186 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações por não dispor de fio do polipropileno no diâmetro 5.0, com agulha de trocáter , conforme</i> |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---|
| | COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | | | | | | <i>catálogo do fabricante .</i> |
| | | remanescente | TECNOMED | POINT SUTURE | 10155530017 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações por não dispor de fio do polipropileno com agulha de ponta trocar, conforme catálogo do fabricante .</i> |
| 47 | ID: 8478 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CÍRCULO CILINDRICAS, COM CORPO QUADRADO/RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | POINT SUTURE | POLIPROPYPOINT/Cód.2PA583317C2 | 10155530017 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 48 | ID: 7357 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "6-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS, COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 13 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | DATA - MEDICAL | SHALON | 10243410014 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 49 | ID: 8475 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "7-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 60 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS, COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, | 1ª Colocada | JOHNSON & JOHNSON | Ethicon/Cód.M8727T | 80145901495. | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|-------------------|---------------------------------|-------------|--------|---|
| | COMPRIMENTO DE 13 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | | | | | | |
| 50 | ID: 8476 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "7-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS ESTRIADAS, COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 9,3 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM), CURVATURA DE 3/8 E RELAÇÃO FIO/AGULHA 1:1 QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE VAZAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | ORTOSANI PRODUTOS | SHALON/Cód. P702CRV10 | 10243410014 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| 51 | ID: 10569 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "7-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 60 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS ESTRIADAS DE TUNGSTÊNIO-RÊNIO, COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 9,3 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM), CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | DOC MED COMERCIO | MERIL | 10360810012 | INAPTO | A marca ofertada não atende as especificações quanto ao material de composição da agulha . |
| | | remanescente | BIOLINE | BIOLINE | 10426020006 | INAPTO | A marca ofertada não informa no catálogo/folder quanto ao material de composição da agulha . |
| | | remanescente | POINT SUTURE | POLIPROPYPOINT | 10155530017 | INAPTO | A marca ofertada não atende as especificações quanto ao material de composição da agulha . |
| 52 | ID: 78889 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "8-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS ESTRIADAS, COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 8 MM, | 1ª Colocada | POINT SUTURE | POLIPROPYPOINT/Cód.2PA8432080C1 | 10155530017 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|---------------------|--|-------------|--------|--|
| | (VARIAÇÃO +/- 1 MM), CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | | | | | | |
| 53 | ID: 10371 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "8-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 60 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS ESTRIADAS DE TUNGSTÊNIO-RÊNIO, COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 8 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM), CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | MEDICAL DA AMAZONIA | POINT SUTURE | 10155530017 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações quanto ao material de composição da agulha .</i> |
| | | remanescente | POINT SUTURE | POLIPROPYPOINT | 10155530017 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações quanto ao material de composição da agulha .</i> |
| | | remanescente | NUTRI CARE | COVIDIEN (atual MEDTRONIC) SURGIPRO II | 80052020066 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações quanto ao material de composição da agulha .</i> |
| 54 | ID: 2537 - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 15 FIOS POR ENVELOPE, SEM AGULHA. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | MOGI MEDICAL | BRASUTURE - AA554 | 10372360021 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 55 | ID: 5906 - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 15 FIOS POR ENVELOPE, SEM AGULHA. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | MOGI MEDICAL | BRASUTURE - AA553 | 10372360021 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 56 | ID: 849 - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 15 FIOS POR ENVELOPE, SEM AGULHA. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | MOGI MEDICAL | BRASUTURE - AA552 | 10372360021 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 57 | ID: 1001894 - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO | 1ª Colocada | MOGI MEDICAL | BRASUTURE - AA551 | 10372360021 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no</i> |

| | | | | | | | |
|----|---|------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|---|
| | MÍNIMO 45CM, (VARIÇÃO +/- 5 CM), 15 FIOS POR ENVELOPE, SEM AGULHA. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | | | | | | <i>Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 57 | ID: 1001894 - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45CM, (VARIÇÃO +/- 5 CM), 15 FIOS POR ENVELOPE, SEM AGULHA. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | DATA - MEDICAL | SHALON | 10243410016 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 59 | ID: 3716 - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIÇÃO +/- 5 CM), 15 FIOS POR ENVELOPE, SEM AGULHA. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | sem proposta | sem proposta | sem proposta | sem proposta | sem proposta |
| 60 | ID: 3554 - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA, COMPRIMENTO DE 40 MM, (VARIÇÃO +/- 1 MM), E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada (proposta única) | NOEM MEDICAL | BIOLINE | 10426020018 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações por não dispor do diâmetro solicitado (1.0), conforme folder apresentado pela licitante.</i> |
| 61 | ID: 8077 - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIÇÃO +/- 1 MM), E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | MEDICAL DA AMAZÔNIA | SHALON/Cód. A920CR30 | 10243410016 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 62 | ID: 8458 - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIÇÃO +/- 5 CM), | 1ª Colocada | DATA - MEDICAL | SHALON | 10243410016 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento</i> |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---------------------|----------------|-------------|--------|---|
| | AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR, COMPRIMENTO DE 30 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM), E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | | | | | | Convocatório (Edital). |
| 63 | ID: 8078 - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 30 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM), E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | DATA - MEDICAL | TECHNOFIO | 10378330011 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| 64 | ID: 5877 - FIO POLIÉSTER TRANÇADO REVESTIDO COM POLIBUTILATO PARA FACILITAR O DESLIZAMENTO DO NÓ CIRÚRGICO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 48 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM), E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | TECNOMED | POINT SUTURE | 10155530009 | INAPTO | A marca ofertada não atende as especificações por não ter o revestimento do fio conforme o solicitado no descritivo. |
| | | remanescente | MEDICAL DA AMAZONIA | POINT SUTURE | 10155530009 | INAPTO | A marca ofertada não atende as especificações por não ter o revestimento do fio conforme o solicitado no descritivo. |
| | | remanescente | NOEM MEDICAL | BIOLINE | 10426020010 | INAPTO | A marca ofertada não atende as especificações por não ter o revestimento do fio conforme o solicitado no descritivo. |
| 65 | ID: 5876 - FIO POLIÉSTER TRANÇADO REVESTIDO COM POLIBUTILATO PARA FACILITAR O DESLIZAMENTO DO NÓ CIRÚRGICO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CORTANTES ESTRIADAS, COM PONTA DE TROCATER E CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS E | 1ª Colocada | DBV COMERCIO | ATRAMAT | 80160840019 | INAPTO | A marca ofertada não atende as especificações por não dispor da almofada de teflon, o revestimento do fio e a ponta da agulha, conforme solicitado no descritivo. |
| | | remanescente | JOHNSON & JOHNSON | Ethicon/BP947T | 80145901005 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|---------------------|---|-------------|--------|---|
| | ALMOFADAS DE TEFLON DE TAMANHO 1,5 X 3,0 X 3,0 MM, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 22 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM), E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | remanescente | NUTRI CARE | COVIDIEN(atual MEDTRONIC) TI-CRON VERDE 2-0 75CM 2XMC20 AT 1/2 CC | 80052020067 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações por não ter o revestimento do fio conforme o solicitado no descritivo.</i> |
| 66 | ID: 5873 - FIO POLIÉSTER TRANÇADO REVESTIDO COM POLIBUTILATO PARA FACILITAR O DESLIZAMENTO DO NÓ CIRÚRGICO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CORTANTES ESTRIADAS, COM PONTA DE TROCATER E CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 22 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM), E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | MEDICAL DA AMAZONIA | POINT SUTURE | 10155530009 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações por não ter o revestimento do fio em POLIBUTILATO, bem como não ter a ponta da agulha TROCÁTER no fio de poliéster, conforme catálogo do fabricante.</i> |
| | | remanescente | NOEM MEDICAL | BIOLINE | 10426020010 | | <i>A marca ofertada não atende as especificações por não ter o revestimento do fio conforme o solicitado no descritivo.</i> |
| | | remanescente | TECNOMED | POINT SUTURE | 10155530009 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações por não ter o revestimento do fio em POLIBUTILATO, bem como não ter a ponta da agulha TROCÁTER no fio de poliéster, conforme catálogo do fabricante.</i> |
| 67 | ID: 5875 - FIO POLIÉSTER TRANÇADO REVESTIDO COM POLIBUTILATO PARA FACILITAR O DESLIZAMENTO DO NÓ CIRÚRGICO, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS ESTRIADAS, COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS E ALMOFADAS DE TEFLON DE TAMANHO 1,5 X 3,0 X | 1ª Colocada | JOHNSON & JOHNSON | Ethicon/Cód.BP92T 6 | 80145900706 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---------------------|--------------|-------------|--------|---|
| | 6,0 MM, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 22 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM), E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | | | | | | |
| 68 | ID: 5874 - FIO POLIÉSTER TRANÇADO REVESTIDO COM POLIBUTILATO PARA UM PERFEITO DESLIZAMENTO DO NÓ CIRÚRGICO, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), E AGULHA ESTRIADA COM CORTE REVERSO PARA USO EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM), E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 1ª Colocada | NEVALLI ARTIGOS | BIOLINE | 10426020010 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações por não ter o revestimento do fio conforme o solicitado no descritivo.</i> |
| | | remanescente | MEDICAL DA AMAZONIA | POINT SUTURE | 10155530009 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações por não ter o revestimento do fio conforme o solicitado no descritivo.</i> |
| | | remanescente | TECNOMED | POINT SUTURE | 10155530009 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações por não ter o revestimento do fio conforme o solicitado no descritivo.</i> |
| 69 | D: 5872 - FIO POLIÉSTER TRANÇADO REVESTIDO COM POLIBUTILATO PARA UM PERFEITO DESLIZAMENTO DO NÓ CIRÚRGICO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS ESTRIADAS, COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS E ALMOFADAS DE TEFLON DE TAMANHO 1,5 X 3,0 X 6,0 MM, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 22 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM), E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | MEDICAL DA AMAZONIA | POINT SUTURE | 10155530009 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações por não ter o revestimento do fio conforme o solicitado no descritivo.</i> |
| | | remanescente | NEVALLI ARTIGOS | BIOLINE | 10426020010 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações por não ter o revestimento do fio conforme o solicitado no descritivo.</i> |
| | | remanescente | TECNOMED | POINT SUTURE | 10155530009 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações por não ter o revestimento do fio conforme o solicitado no descritivo.</i> |
| 70 | ID: 5870 - FIO POLIÉSTER TRANÇADO REVESTIDO COM POLIBUTILATO PARA UM PERFEITO DESLIZAMENTO DO NÓ | 1ª Colocada | JR LACERDA | SHALON | 10243410023 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações por não ter o revestimento do fio</i> |

| | | | | | | | |
|----|---|------------------------------|---------------------|--|--------------|--------|---|
| | CIRÚRGICO, DIÂMETRO "5" COM 4 FIOS POR ENVELOPE, COMPRIMENTO DE 75 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA ESTRIADA TRIANGULAR CORTANTE, PARA USO EM FECHAMENTO DE ESTERNO E PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COMPRIMENTO DE 48 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM), E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | remanescente | MEDICAL DA AMAZONIA | POINT SUTURE | 10155530009 | INAPTO | conforme o solicitado no descritivo. <i>A marca ofertada não atende as especificações por não ter o revestimento do fio conforme o solicitado no descritivo.</i> |
| | | remanescente | NUTRI CARE | COVIDIEN (atual MEDTRONIC) TI-CRON VERDE 5 4X75CM MCRY48 1/2 CTPRB | 80052020067 | INAPTO | <i>A marca ofertada não atende as especificações por não ter o revestimento do fio conforme o solicitado no descritivo.</i> |
| 71 | ID: 1001903 - FIO DE POLIÉSTER DIÂMETRO "10-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 30 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESTRIADAS ESPATULADAS, PARA USO EM OFTALMOLOGIA, CUMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada (proposta única) | NOEM MEDICAL | PROCARE | 10369460186. | INAPTO | <i>A licitante apresentou proposta para produto diverso (POLIPROPILENO) do solicitado no Edital (POLIÉSTER).</i> |
| 72 | ID: 7173 - FIO DE POLIÉSTER DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESTRIADAS ESPATULADAS, PARA USO EM OFTALMOLOGIA, CUMPRIMENTO DE 8 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/4. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | POINT SUTURE | POLIESTERPOINT/Cód.2EG545108001 | 10155530009 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
| 73 | ID: 7297 - FIO SEDA VIRGEM AZUL, DIÂMETRO "8-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESPATULADAS, PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 6 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | DATA - MEDICAL | SHALON | 10243410013 | APTO | <i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|---------------------|----------------------------------|--------------|--------|---|
| 74 | ID: 7812 - FIO SEDA PRETA TRANÇADA, DIÂMETRO "6-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESPATULADAS, PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | JOHNSON & JOHNSON | Ethicon/Cód.1732G | 80145900706 | APTO. | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| 75 | ID: 7013 - FIO SEDA PRETO TRANÇADO, DIÂMETRO "0", SEM AGULHA, 15 FIOS, COMPRIMENTO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | CENTRALMIX | TECHNOFIO/ Cód.SP040000 | 10378330012 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| 76 | ID: 7014 - FIO SEDA PRETO TRANÇADO, DIÂMETRO "2-0", SEM AGULHA, 15 FIOS, COMPRIMENTO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | NEVALLI | BC SUTURE /BIOLINE/Cód.SBC20SA45 | 10426020022. | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| 77 | ID: 5250 - FIO SEDA PRETO TRANÇADO, DIÂMETRO "3-0", SEM AGULHA, 15 FIOS, COMPRIMENTO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 1ª Colocada | CENTRALMIX | MEDIX | 80495519046 | INAPTO | O Folder apresentado não traz as especificações solicitadas no descritivo. Em pesquisa no site da ANVISA não consta o registro do fio "NÃO AGULHADO". Em pesquisa no catálogo do fabricante, na INTERNET, não foi encontrado o produto solitado no descritivo, a saber, "FIO NÃO AGULHADO". |
| | | remanescente | MEDICAL DA AMAZONIA | POINT SUTURE/Cód.SP34N2 | 10155530012 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| | | remanescente | NEVALLI | BC SUTURE / BIOLINE/Cód.SD30SA45 | 10426020022 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). |
| 78 | ID: 5844 - FIO SEDA PRETO TRANÇADO, | 1ª Colocada | MD SOLUCOES | TECHNOFIO/Cód. SG07CR30 | 10378330012 | APTO | Por atender aos critérios técnicos e |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 30 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8.EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | | | | <i>normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i> |
|--|--|--|--|---|

(assinado eletronicamente)

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica - CAF II/SESAU-RO

2. DO PARECER:

2.1) Após análise técnica das propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico nº 351/2023/SUPEL/RO**, concluiu-se que as empresas/licitantes, abaixo relacionadas, estão **INAPTAS**, nos respectivos itens, por estarem **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração:

- I - **DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Item: 3**
- II - **BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - Itens: 3,9,19,22,23,24,25,27**
- III - **MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - Itens: 43,44,46,53,64,66,68,69,70**
- IV - **JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Itens: 27,70**
- V - **BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. - Itens: 44,51**
- VI - **NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - Itens: 29,32,33,43,46,60,64,66,71**
- VII - **NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - Itens: 68,69**
- VIII - **NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Itens: 33,53,65,70**
- IX - **CENTRALMIX COMERCIAL LTDA - Item: 77**
- X - **POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - Itens: 51,53**
- XI - **DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Itens: 51,**
- XII - **TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA - Itens: 43,46,64,66,68,69**
- XIII - **DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA - Item: 65**
- XIV - **MB MARTINS SERVICOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Item: 3**

2.3) As demais propostas foram consideradas **APTAS**, por atenderem aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).

2.4) Não houveram propostas para o item 59.

Atenciosamente.

JEFERSON FREITAS LOPES
Coordenador-CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 05/10/2023, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 05/10/2023, às 12:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0042382484** e o código CRC **4B37F45D**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.008848/2023-74

SEI nº 0042382484