



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB

ANÁLISE

Análise nº 3/2023/HB-NUALM

DE: **HB -NUALM**

PARA: HB - GAD

ASSUNTO: **SOBRE ANÁLISE DE LOTES DAS EMPRESAS**

No dia 16º do mês de Agosto do ano de 2023, por solicitação da servidora **IVANIR BARREIRA DE JESUS**, procedi o download das **PROPOSTAS** aos autos deste Processo nº 0049.133848/2021-09, **Pregão Eletrônico 916/2021**, na qual fora inserido conforme no Compras pelas licitantes.

Por fim, temos a informar:

(1) **SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA** - grupos G01 e G02; ID 0040919366
grupos G01 e G02 - GRAMPEADORES - **REPROVADO**

Realizado uso do grampeador linear Altus durante hepatectomia laparotomica, usado carga branca após fechamento da mandíbula do grampeador foi retirada a trava de segurança e feito o grampeamento, pelo menos a tentativa de grampeamento, porém sem sucesso. Acionado o gatilho por mais algumas vezes sem nenhuma mudança. Checado bateria com as luzes acesas. Na hora de tentar abrir impossível. A mesma não abriu de forma alguma, mesmo acionando forma manual.

Após cirurgia tentei abrir a pinça novamente sem sucesso. Desta forma a experiência do uso foi a pior possível. Não havia nenhum representante do produto em uso. O que também vejo como ponto negativo.

Realizei um vídeo demonstrando o acontecido e material foi guardado caso a empresa queira avaliar o que aconteceu.

Desta forma reprovoo o grampeador Altus

(2) **OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA** - grupo G03 e remanescente grupos G01 e G02; ID 0040919476.

grupo G03 - **REPROVADO** - durante uso a vedação não foi adequada, perdendo muito pneumoperitônio e atrapalhando a cirurgia.

remanescente grupos G01 e G02 - **REPROVADO** - POR HISTÓRICO DE PROBLEMAS NA UNIDADE COM GRAMPEADORES PARA CIRURGIA ABERTA. Com histórico em processos junto a central CAF2.

(6) **ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA** - grupo G11; ID 0040920636.

O DOC APRESENTADO É REFERENTE AO GRUPO 14 E NÃO GRUPO 11.

ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - grupo G11; ID 0040920636 - PRODUTOS ENTREGUES ATRASADAS. **REPROVADO ANTERIOR E ACIONADO O PROXIMA EMPRESA.**

(7) **CENTRALMIX COMERCIAL LTDA** - itens 31, 48 e 92 e remanescente para os itens 77, 78, 79 e 95 e grupo G11; ID 0040920674.

Sonda gastrica especial de fouchet - ITEM 31 - **APROVADO**

Dispositivo para irrigação - ITEM 48 - **APROVADO**

(7) **CENTRALMIX COMERCIAL LTDA** - grupo G11; ID 0040920674.

APROVADO SEM RESSALVAS.

(8) **MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA** - Itens 36, 61, 65, 66, 77, 78, 79 e 95; ID 0040920942

Itens 36, 61, 65, 66, 77, 78, 79 e 95 - **INSUMOS APROVADOS SEM RESSALVAS.**

(9) **QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA** - remanescente para o grupo G02; ID 0040921050

SOLICITADO INSUMOS PARA ANÁLISE DE AMOSTRA.

(15) **NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** - remanescente para o grupo G13; ID 0040923227

NA PROPOSTA APRESENTA LOTE 17

Solicitamos adequação/atualização quanto ao item 15.

ADRIANA PEREIRA

Chefe do Núcleo de Almoxarifado

Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - SESAU-HBAP

Portaria nº 389 de 11 de agosto de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Pereira, Chefe de Núcleo**, em 10/11/2023, às 19:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0043451308** e o código CRC **E28EBC31**.

Referência: Caso responda esta Análise, indicar expressamente o Processo nº 0049.133848/2021-09

SEI nº 0043451308