



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 94/2023/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**
Para: **SUPEL-ALFA**
Processo Nº: **0036.010187/2023-47**
Assunto: **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-ALFA (0042850956)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 331/2022/ALFA/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 331/2022/ALFA/SUPEL/RO):

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
COORDENADORIA DA GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS - CGPM							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.010187/2023-47							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 331/2022/ALFA/SUPEL/RO							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	ID: 8781 - LÂMINA PARA FACA DERMATONO 4" TIPO RICHTER. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	DLM HOSPITALAR	RICHTER	10343960029/: R-064-2	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	M MED COMERCIAL	RICHTER	10343960029	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

2	ID: 3677 - LÂMINA PARA FAÇA DERMATONO 6" TIPO RICHTER. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	DLM HOSPITALAR	RICHTER	10343960029/R-064-1	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	M MED COMERCIAL	RICHTER	10343960029	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
3	ID: 7333 - AGULHA (INJETOR), TIPO AGULHA ESCLEROSE, TAMANHO 23 G 0.6 MM X 4 MM X 2.8 MM X 2.3 MM / 230 A 240 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	CENTRALMIX	G-FLEX	10334780051	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA VERIFICOU-SE, QUE A MARCA OFERTADA NÃO ATENDE NO TAMANHO SOLICITADO.(AGULHA (INJETOR), TIPO AGULHA ESCLEROSE, TAMANHO 23 G 0.6 MM X 4 MM X 2.8 MM X 2.3 MM / 230 A 240 CM).
		2ª Colocada	M MED COMERCIAL	JIUHONG MEDICAL	10289680102	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
4	ID: 7435 - AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 18 G X 3 ½, APIROGÊNICO, AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO.	ITEM DESERTO					
	ID: 7503 - AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 20 G X 3 ½, APIROGÊNICO, AGULHA DE PONTA QUINCKE COM	1ª Colocada	M MED COMERCIAL	KDL (KNSPQ20G90	10150470678	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

5	DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO.	2ª Colocada	MULTIMEDIK	KDL (KNSPQ20G90	10150470678	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		3ª Colocada	HOSPSHOP	KDL (KNSPQ20G90	10150470678	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
6	ID: 7324 - AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 22 G X 3 1/2, APIROGÊNICO, AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO.	1ª Colocada	M MED COMERCIAL	PROCARE	10369460118	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	P H COMERCIO DE PRODUTOS	Procare	10369460118	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		3ª Colocada	HOSPSHOP	KDL/KNSPQ22G90	10150470678	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
7	ID: 6254 - AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 25 G X 3 1/2, APIROGÊNICO, AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO.	1ª Colocada	HOSPSHOP	KNSPQ25G90/KDL	10150470678	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	BRAMED	KDL	10150470678	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		3ª Colocada	CIENTIFICA	PROCARE	10369460118	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

8	ID: 2631 - AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 26 G X 3 ½, APIROGÊNICO, AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO.	1ª Colocada	MEDIMAC	PROCARE	10369460118	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	CIENTIFICA	PROCARE	10369460118	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		3ª Colocada	HOSPSHOP	KNSPP26G90/KDL	10150470678	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
9	ID: 83 - AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 27 G X 3 ½, APIROGÊNICO, AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO.	1ª Colocada	MEDIMAC	PROCARE	10369460118	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	JR LACERDA	PROCARE	10369460118	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		3ª Colocada	CIENTIFICA	PROCARE	10369460118	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
10	ID: 2630 - AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA PEDIÁTRICA, 25 G X 2", APIROGÊNICA, DE PONTA QUINCKE, ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ESTILETE AJUSTADO	1ª Colocada	SC COMERCIO	PROCARE	10369460118	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	M MED COMERCIAL	UNISIS	10150470179	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

	A AGULHA ESTÉRIL. LIVRE DE LATEX, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	3ª Colocada	MULTIMEDIK	UNISIS/S255	NÃO INFORMADO	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, O REGISTRO DA ANVISA DE Nº. 10150470179 QUE ATENDE AO SOLICITADO.
11	ID: 10518 - AGULHA DESCARTAVEL ANESTESIA PERIDURAL - 17 G X 3 1/2 (1,47 X 80 MM), DESCARTÁVEL, BISEL TIPO WEISS COM MARCAÇÃO A CADA CENTÍMETRO, CONEXÃO LUER-LOCK, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ESTERILIZAÇÃO.	1ª Colocada	SC COMERCIO	PROCARE	10369460146	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	HOSPSHOP	KDL/KNSPE17G90	10150470677	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
12	ID: 88 - AGULHA DESCARTAVEL ANESTESIA PERIDURAL - 16 G X 3 1/2 (1,7 X 80 MM), DESCARTÁVEL, BISEL TIPO WEISS COM MARCAÇÃO A CADA CENTÍMETRO, CONEXÃO LUER-LOCK, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ESTERILIZAÇÃO.	1ª Colocada	SC COMERCIO	PROCARE	10369460146	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	HOSPSHOP	KDL/KNSPE16G90	10150470677	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
13	ID: 6427 - AGULHA DESCARTAVEL ANESTESIA PERIDURAL - 18 G X 3 1/2 (1,3 X 150 MM), DESCARTÁVEL, BISEL TIPO WEISS COM MARCAÇÃO A CADA CENTÍMETRO, CONEXÃO LUER-LOCK, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ESTERILIZAÇÃO.	1ª Colocada	HOSPSHOP	KDL/KNSPE18G90	10150470677	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

14	<p>ID: 369 - AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA PERIDURAL PEDIÁTRICA - 20 G X 2", COM BISEL CURTO WEISS, CANHÃO LUER-LOCK, INTERNAMENTE CÔNICO, CÂNULA DEMARCADA EM CM, COM ALETAS. ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.</p>	1ª Colocada	HOSPSHOP	UNISIS/ T209	10150470269	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM ANÁLISE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE O MODELO OFERTDO (T209), AGULHA ANESTESIA PERIDURAL PEDIÁTRICA - 20 G X3 ½", NÃO ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO (AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA PERIDURAL PEDIÁTRICA - 20 G X 2".
		2ª Colocada	BRAMED	UNISIS/20 G X 2	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E DA ANVISA , VERIFICOU-A SE QUE A MARCA OFERTADA (UNISIS/20 G X 2), APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO REGISTRO NA ANVISA (10150470269).
		3ª Colocada	CIENTIFICA	UNISIS	10150470269	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
15	<p>ID: 8744 - AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA PERIDURAL PEDIÁTRICA - 22 G X 3 1/2", COM BISEL CURTO TUOHY, CANHÃO LUER-LOCK, INTERNAMENTE CÔNICO, CÂNULA DEMARCADA EM CM, COM ALETAS. ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.</p>	1ª Colocada	HOSPSHOP	UNISIS/T225	10150470269	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM ANÁLISE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE O MODELO OFERTADO (T225), AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL 22G 2" 50X07 , NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA PERIDURAL PEDIÁTRICA - 22 G X 3 1/2).
		2ª Colocada	BRAMED	UNISIS 22 G X 3 1/2	NÃO INFORMADO	INAPTO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA/FABRICA, O PRODUTO QUE ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO (22 G X3 1/2)

		3ª Colocada	HM CIRURGICA	UNISSIS	10150470184	INAPTO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA/FABRICA, O PRODUTO QUE ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO (22 G X3 1/2)
16	ID: 8626 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE MAMA (TECIDO MOLE) 12 G X 10 CM SEMI-AUTOMÁTICA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	UNIT - INDUSTRIA	UNIT/ COD TC-S1 12/10	10287070058	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	HTS - TECNOLOGIA	Biomedical Srl/0BDS1410	10289680098	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA E DO PRODUTO VERIFICOU-SE, CÂNULA PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES SEMI AUTOMÁTICA NO TAMANHO 14G X 10 CM , QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE MAMA (TECIDO MOLE) 12 G X 10 CM SEMI-AUTOMÁTICA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO).
		3ª Colocada	CIENTIFICA	BIOCORE II TC	80199959003	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		1ª Colocada	UNIT - INDUSTRIA	UNIT/ COD TC-S1 14/12	10287070058	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
	D: 10483 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE MAMA (TECIDO MOLE) 14 G X 12CM SEMI-AUTOMÁTICA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE	2ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX/ VX 14X12	80634880046	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

17	GRAU MÉDIO, ESTÉRIL, UNIVERSAL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	3ª Colocada	HOSPSHOP	SAFER/ BIN014-15	10150470627	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA E DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, AGULHA PARA BIÓPSIA SEMI-AUTOMÁTICA 14G X 15CM , QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE MAMA (TECIDO MOLE) 14 G X 12CM SEMI-AUTOMÁTICA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO).
18	D: 10482 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE MAMA (TECIDO MOLE) 16 G X 16 CM SEMI-AUTOMÁTICA AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO, ESTÉRIL, UNIVERSAL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	1ª Colocada	UNIT - INDUSTRIA	UNIT/ COD TC-S1 16/16	10287070058	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
2ª Colocada		ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX/ VX 16X16	80634880046	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	
3ª Colocada		JR LACERDA	SAFER	NÃO INFORMADO	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, REG.º 10150470627 DA AGULHA PARA BIÓPSIA SEMI-AUTOMÁTICA 16 G X 15CM , QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE MAMA (TECIDO MOLE) 16 G X 16CM SEMI-AUTOMÁTICA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO).	
	ID: 3071 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA PARA EXAME DE MIELOGRAMA ASPIRATIVA EXTERNA, CRISTA ILIACA, TAMANHO 14 G X 6 CM, COM	1ª Colocada	UNIT - INDUSTRIA	UNIT/EMO - B 14/28L	10287070024	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

19	<p>LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, SILICONIZADA, BISEL CORTANTE 45º, CONEXÃO LUER LOCK, TRAVA DE SEGURANÇA, PLUG ANTI-REFLUXO, CABO AUTOMATICO EM FORMATO TIPO T, DE USO DESCARTAVEL, ESTERIL.</p> <p>EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	2ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX/ PS 14X60	80634880049	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
20	<p>ID: 6251 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA PARA EXAME DE MIELOGRAMA ASPIRATIVA EXTERNA, CRISTA ILIACA, TAMANHO 15 G X 6 CM, COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, SILICONIZADA, BISEL CORTANTE 45º, CONEXÃO LUER LOCK, TRAVA DE SEGURANÇA, PLUG ANTI-REFLUXO, CABO AUTOMATICO EM FORMATO TIPO T, DE USO DESCARTAVEL, ESTERIL.</p>	1ª Colocada	UNIT - INDUSTRIA	UNIT/ EMO- B 15 / 28L	10287070024	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA/FABRICA O PRODUTO NO TAMANHO SOLICITADO (15 G X 6 CM), O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
	<p>EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	2ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX/PS 15X60	80634880049	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
	<p>ID: 32914 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA PARA EXAME DE MIELOGRAMA ASPIRATIVA EXTERNA, CRISTA ILIACA, TAMANHO 16 G X 6 CM, COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, SILICONIZADA, BISEL CORTANTE 45º, CONEXÃO LUER</p>	1ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX/ PS 16X60	80634880049	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

21	<p>LOCK, TRAVA DE SEGURANÇA, PLUG ANTI-REFLUXO, CABO AUTOMÁTICO EM FORMATO TIPO T, DE USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.</p> <p>EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	2ª Colocada	MULTIMEDIK DISTRIBUICAO	UNIT/ EMO-B16/28L	10287070024	INAPTO	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA/FABRICA O PRODUTO NO TAMANHO SOLICITADO (15 G X 6 CM), O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
22	<p>ID: 7632 - AGULHA INTRA-ÓSSEA DE PUNÇÃO. AGULHA EM AÇO INOX, ESTÉRIL, TAMANHO 15 G X 03 CM (VARIAÇÃO +/- 0,5 CM). EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	ALL SOLUTIONS	BIG	80469670004	APTO	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
		2ª Colocada	CIENTIFICA MEDICA	BIG	80469670004	APTO	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
		3ª Colocada	MAXLAB PRODUTOS	BIG	80469670004	APTO	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
23	<p>ID: 10480 - AGULHA PARA BIÓPSIA DA MEDULA ÓSSEA NA CRISTA ILÍACA, ESTÉRIL, 8 G X 4 MM X 10 CM. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	HTS - TECNOLOGIA	Biomedical Srl.	10289680110	APTO	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
		2ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX/ NX 8X10	80634880042	APTO	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>

24	<p>ID: 10477 - AGULHA PARA BIÓPSIA DA MEDULA ÓSSEA NA CRISTA ILÍACA, 11 G X 3 MM X 10 CM. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX/NX 11X10	80634880042	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
25	<p>ID: 10478 - AGULHA PARA BIÓPSIA DA MEDULA ÓSSEA NA CRISTA ILÍACA, 11 G X 3 MM X 7 CM. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	Item deserto					
26	<p>ID: 7828 - AGULHA PARA BIÓPSIA DA MEDULA ÓSSEA NA CRISTA ILÍACA, 13 G X 2.5 MM X 7 CM. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX	80634880042	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	MULTIMEDIK	UNIT/ AM - I 13 / 7	10287079003	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
27	<p>ID: 10644 - AGULHA DE BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA INFANTIL, COM 18 G DE CALIBRE X 3,58 CM COM PAREDE GROSSA DO TIPO "TROCAR" ADAPTADOR LUER-LOCK. PERMITE TAMBÉM PUNÇÃO E INFUSÃO INTRAÓSSEA, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	SURGICALMEDI	Safe&Soft	81665699013	INAPTO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA/FABRICA, O PRODUTO QUE ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO (18G X3,58CM)
		2ª Colocada	MULTIMEDIK	UNIT/ EMO - B 18 / 28	10287070024	INAPTO	A MODELO OFERTADO (EMO-B 18/28), NÃO ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO (18G X3,58CM)

28	<p>ID: 8416 - AGULHA DE PUNÇÃO INTRA-ÓSSEA PEDIÁTRICA EM AÇO INOXIDÁVEL EM CONFORMIDADE COM A NORMA AISI 316 AGULHA TROCAR EM AÇO INOXIDÁVEL EM CONFORMIDADE A NORMA AISI 304, DIÂMETRO 18G OU 1,25 MM, COMPRIMENTO 23,6 MM, CORPO PLÁSTICO EM POLICARBONATO, PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO AJUSTÁVEL, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	Cancelado no Julgamento					
29	<p>ID: 6313 - LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°11 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES. EM CUMPRIMENTO A NR32/2005. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS</p>	1ª Colocada	JR LACERDA	WILTEX	NÃO INFORMADO	INAPTO	<p>NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°11 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES)</p>
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	MEDIX/11	80495519090	APTO	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>

	DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	3ª Colocada	HOSPSHOP	WILTEX/O SS02-0111	10150470564	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E DA ANVISA VERIFICOU-SE, BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM AÇO INÓX , QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°11 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES).
30	ID: 7506 - LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°12 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES. EM CUMPRIMENTO A NR32/2005. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	STAR COMERCIO	MEDIX/12	80495519090	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	WILTEX/O SS02-0112	10150470564	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E DA ANVISA VERIFICOU-SE, BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM AÇO INÓX , QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°12 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES).
		3ª Colocada	SOUZAMED IMPORTADORA	Medix Brasil	80495519090	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

31	<p>ID: 6090 - LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°15 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES. EM CUMPRIMENTO A NR32/2005. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	STAR COMERCIO	MEDIX/15	80495519090	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	SOUZAMED	Medix Brasil	80495519090	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		3ª Colocada	HOSPSHOP	WILTEX/O SS02-0115	10150470564	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E DA ANVISA VERIFICOU-SE, BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, NÃO ATENDE AO SOLICITADO (LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°15 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES).
32	<p>ID: 7816 - LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°20 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE</p>	1ª Colocada	STAR COMERCIO	MEDIX/20	80495519090	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	SOUZAMED	Medix Brasil	80495519090	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

	<p>ACIDENTES. EM CUMPRIMENTO A NR32/2005. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>	3ª Colocada	HOSPSHOP	WILTEX/ SS02-0220	10150470564	INAPTO	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E DA ANVISA VERIFICOU-SE, BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°20 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES).</p>
33	<p>ID: 7504 - LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°21 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES. EM CUMPRIMENTO A NR32/2005. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,</p>	1ª Colocada	JR LACERDA	WILTEX	NÃO INFORMADO	INAPTO	<p>NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE, BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°21 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES</p>
		2ª Colocada	SOUZAMED	Medix /21	80495519090	APTO	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>

	VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	3ª Colocada	HOSPSHOP	WILTEX/SS02-0221	10150470564	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E DA ANVISA VERIFICOU-SE, BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°21 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES).
34	ID: 6314 - LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°22 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES. EM CUMPRIMENTO A NR32/2005. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	STAR COMERCIO	MEDIX/22	80495519090	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	SOUZAMED	Medix Brasil	80495519090	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		3ª Colocada	HOSPSHOP	WILTEX/O SS02-0222	10150470564	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E DA ANVISA VERIFICOU-SE, BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°22 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES).

35	<p>ID: 7505 - LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°23 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES. EM CUMPRIMENTO A NR32/2005. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	STAR COMERCIO	MEDIX/23	80495519090	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	SOUZAMED	Medix Brasil	80495519090	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		3ª Colocada	HOSPSHOP	WILTEX/O SS02-0223	10150470564	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E DA ANVISA VERIFICOU-SE, BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°23 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES).
	<p>ID: 6315 - LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°24 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES. EM</p>	1ª Colocada	STAR COMERCIO	MEDIX/24	80495519090	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	SOUZAMED	Medix Brasil	80495519090	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

36	CUMPRIMENTO A NR32/2005. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	3ª Colocada	HOSPSHOP	WILTEX/ SS02-0224	10150470564	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E DA ANVISA VERIFICOU-SE, BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM AÇO INÓX, QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO Nº24 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES).
37	ID: 2667 - LÂMINA DE BISTURI Nº 11, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	STAR COMERCIO	MEDIX/11	80495510026	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.
2ª Colocada		JR LACERDA	DESCARPACK	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.	
3ª Colocada		HOSPSHOP	DESCARPACK/ 0741201	10330660275	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.	
	ID: 1105 - LÂMINA DE BISTURI Nº 12, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM	1ª Colocada	STAR COMERCIO	MEDIX/12	80495510026	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.

38	AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	2ª Colocada	JR LACERDA	DESCARPACK	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		3ª Colocada	HM CIRURGICA	MEDIX/12	80495510026	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.
39	ID: 3119 - LÂMINA DE BISTURI N° 10, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	JR LACERDA	DESCARPACK	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	MEDIX/11	80495510026	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		3ª Colocada	MEDICAL DA AMAZONIA	MEDIX/10	80495510029	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.
40	ID: 32920 - LÂMINA DE BISTURI N° 15C, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E	1ª Colocada	STAR COMERCIO	MEDIX/15C	80495510026	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	HOSPSHOP	DESCARPACK/ 0741401	10330660275	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

	PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	3ª Colocada	SOUZAMED	Medix Brasil	80495510026	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
41	ID: 1106 - LÂMINA DE BISTURI N° 15, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	STAR COMERCIO	MEDIX/15	80495510026	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	HM CIRURGICA	MEDIX	80495510026	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		3ª Colocada	HOSPSHOP	DESCARPACK/ 0741401	10330660275	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
42	ID: 6065 - LÂMINA DE BISTURI N° 20, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	STAR COMERCIO	MEDIX/20	80495510026	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	JR LACERDA	DESCARPACK	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		3ª Colocada	HOSPSHOP	DESCARPACK/ 0741701	10330660275	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

43	ID: 1110 - LÂMINA DE BISTURI Nº 21, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	STAR COMERCIO	MEDIX/21	80495510026	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	JR LACERDA	DESCARPACK	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		3ª Colocada	HOSPSHOP	DESCARPACK/ 0741601	10330660275	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
44	ID: 1107 - LÂMINA DE BISTURI Nº 22, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	STAR COMERCIO	MEDIX/22	80495510026	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	JR LACERDA	DESCARPACK	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		3ª Colocada	HOSPSHOP	DESCARPACK/ 0741701	10330660275	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
	ID: 1108 - LÂMINA DE BISTURI Nº 23, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO,	1ª Colocada	JR LACERDA	DESCARPACK	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.

45	<p>EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	2ª Colocada	STAR COMERCIO	MEDIX/23	80495510026	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		3ª Colocada	HM CIRURGICA	MEDIX	80495510026	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.
46	<p>ID: 1109 - LÂMINA DE BISTURI N° 24, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	STAR COMERCIO	MEDIX/24	80495510026	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		2ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	DDESCARPACK/0741901	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		3ª Colocada	HM CIRURGICA	MEDIX	80495510026	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.
	<p>ID: 1211 - CANETA PARA BISTURI ELETRÔNICO COM COMANDO MANUAL DUPLO, AUTOCLAVÁVEL, PERMITE A REALIZAÇÃO DE CORTE OU COAGULAÇÃO DO TECIDO EM UMA INTERVENÇÃO MÉDICA, ACIONAMENTO MANUAL, COM BOTÕES DE COMANDO DIFERENCIADOS QUE</p>	1ª Colocada	MEDIMAC COMERCIO	BLUEPAD	10296900127	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO E DA ANVISA , VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO, LÂMINA DE BISTURI NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CANETA PARA BISTURI ELETRÔNICO).

47	PROPORCIONAM UM ACIONAMENTO PRECISO PARA O MODO CORTE E MODO COAGULAÇÃO, CONECTORES DE CONTATOS DOURADOS PARA MAIOR EFICIÊNCIA NA CONDUTIVIDADE DA ENERGIA, CORPO DA CANETA EM PLÁSTICO ABS, CABO DE SILICONE COM ALIVIADOR DE TENSÃO, CABO COM APROXIMADAMENTE 3 METROS, COM MANDRIL AJUSTÁVEL UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM ELETRODO PADRÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	2ª Colocada	CIENTIFICA MEDICA	BLUEPAD BP20 DESCAR	80722800019	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		3ª Colocada	MED CARE SOLUTION	COVIDIEN/VL2610	10349000256	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
48	ID: 10364 - KIT DE BIÓPSIA PLEURAL COPE. CONSISTE EM 5 PEÇAS INCLUINDO REUTILIZÁVEIS, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, FOI DESENVOLVIDA PARA A REMOÇÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE PLEURA PARA ESTUDO HISTOPATOLÓGICO: -CÂNULA EXTERNA DE CALIBRE 11G; - LIMITADOR DE PROFUNDIDADE; - AGULHA INTERNA DE 13G; - MANDRIL DE 13GT COM GANCHO PARA COLETA DE AMOSTRA, MEDIDA 11G X 03 (80X3.0MM); - ESTILETE PARA RETIRADA DA AMOSTRA.	1ª Colocada	UNIT - INDUSTRIA	UNIT/COPE 123405	10287070092	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		2ª Colocada	CIENTIFICA MEDICA	GPC MEDICAL SN	80199950037	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
	ID: 1002710 - AGULHA	1ª Colocada	COVAN - COMERCIO	MEDIX	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA SO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE A ATENDE AO SOLICITADO

49	DESCARTÁVEL PARA COLETA A VÁCUO nº 22GX1 (25X0,7mm), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	2 Colocada	P H COMERCIO	MEDIX	80495519049	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		3ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	MEDIX	80495519044	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, SCALP PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA A VÁCUO nº 22GX1 (25X0,7mm).
50	ID: 81 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA A VÁCUO CALIBRE 25 X 0,8MM. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	COVAN - COMERCIO	MEDIX	NÃO INFORMADO	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		2ª Colocada	P H COMERCIO	MEDIX	80495519049	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		3ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	WILTEX/MDLB2125S	10150470510	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
51	ID: 2749 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA A VÁCUO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22G ECLIPSE 32X7. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	INOVA COMERCIAL	UNIQMED	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE ATENDE AO SOLICITADO.
52	ID: 8162 - ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 23g x 3/4" x 7" (0.6x19mmx178mm). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,	1ª Colocada	COVAN - COMERCIO	MEDIX BRASIL	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA SO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE A ATENDE AO SOLICITADO
		2ª Colocada	P H COMERCIO	MEDIX	80495519016	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO

		VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	3ª Colocada	DENTAL PVH COMERCIO	MEDIX	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA SO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE A ATENDE AO SOLICITADO
53		ID: 6667 - ADAPTADOR CANHÃO PARA AGULHA DE COLETA PARA AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO, MODELO PADRÃO (HS-250) TUBOS DE 13 MM E 16 MM, COM FLANGE E MARCA GUIA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	1ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	MEDIX	80495510139	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
			2ª Colocada	P H COMERCIO	LABOR IMPORT.	10369469012	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
			3ª Colocada	DENTAL PVH COMERCIO	LABOR IMPORT.	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA SO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE A ATENDE AO SOLICITADO
LOTE	ITEM	LOTE						
54		ID: 6270 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE MAMA 12 G X 10 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	ECOMED COMERCIO	MDL / MGK 11210	10337850116	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA SO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE A ATENDE AO SOLICITADO
			2ª Colocada	CIENTIFICA	BIOCORE II MG	80199950035	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA SO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE A ATENDE AO SOLICITADO
			1ª Colocada	ECOMED COMERCIO	MDL / MGK 11413	10337850116	INAPTO	O MODELO DO PRODUTO OFERTADO (MGK 11413), NÃO ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO (14GX12CM)

55	INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	2ª Colocada	CIENTIFICA	BIOCORE II MG	80199950035	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA SO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE A ATENDE AO SOLICITADO
56	ID: 5277 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE MAMA 14 G X 12 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	ECOMED COMERCIO	MDL / MGK 11416	10337850116	INAPTO	O MODELO DO PRODUTO OFERTADO (MGK 11416), NÃO ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO (14GX12CM)
		2ª Colocada	CIENTIFICA	BIOCORE II MG	80199950035	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA SO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE A ATENDE AO SOLICITADO
57	ID: 6143 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA (TECIDO MOLE) 14 G X 16 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	ECOMED COMERCIO	MDL MDL / MGK 11416	10337850116	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA SO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE A ATENDE AO SOLICITADO
		2ª Colocada	CIENTIFICA	BIOCORE II MG	80199950035	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, A MARCA OFERTDA NÃO PRODUZ/FABRICA O PRODUTO QUE ATEND AO TAMANHO SOLICITADO (14GX16CM).

LOTE 1	58	<p>ID: 5278 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA (TECIDO MOLE) 14 G X 20 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	ECOMED COMERCIO	MDLMDL / MGK 11416	10337850116	INAPTO	O MODELO DO PRODUTO OFERTADO (MGK 11416), NÃO ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO (14GX20CM)
			2ª Colocada	CIENTIFICA	BIOCORE II MG	80199950035	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA SO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE A ATENDE AO SOLICITADO
	59	<p>ID: 7433 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA (TECIDO MOLE) 16 G X 8 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	ECOMED COMERCIO	MDL MDL / MGK 11610	10337850116	INAPTO	O MODELO DO PRODUTO OFERTADO (MGK 11610), NÃO ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO (16GX8CM)
2ª Colocada			CIENTIFICA	BIOCORE II MG	80199950035	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA SO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE A ATENDE AO SOLICITADO	
60	<p>ID: 5974 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA HEPÁTICA E RIN 16 G X 10 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA</p>	1ª Colocada	ECOMED COMERCIO	MDLMDL / MGK 11610	10337850116	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA SO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE A ATENDE AO SOLICITADO	

	USO EM REGIME COMODATO). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	2ª Colocada	CIENTIFICA	BIOCORE II MG	80199950035	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA SO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE A ATENDE AO SOLICITADO
61	ID: 7432 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA (TECIDO MOLE) 16 G X 12 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	ECOMED COMERCIO	MDLMDL / MGK MDL / MGK 11613	10337850116	INAPTO	O MODELO OFERTADO (MGK 11613), NÃO ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO (16GX16CM).
		2ª Colocada	CIENTIFICA	BIOCORE II MG	80199950035	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA SO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE A ATENDE AO SOLICITADO
62	ID: 6271 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA (TECIDO MOLE) 16 G X 16 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	ECOMED COMERCIO	MDLMDL / MGK 11616	10337850116	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA SO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE A ATENDE AO SOLICITADO
		2ª Colocada	CIENTIFICA	BIOCORE II MG	80199950035	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO, NO TAMANHO 16X16

63	<p>ID: 5279 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA (TECIDO MOLE) 16 G X 20 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	ECOMED COMERCIO	MDL / MGK 11620	10337850116	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA SO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE A ATENDE AO SOLICITADO
		2ª Colocada	CIENTIFICA	BIOCORE II MG	80199950035	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA SO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE A ATENDE AO SOLICITADO
64	<p>ID: 6145 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA HEPÁTICA 18 G X 10 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	ECOMED COMERCIO	MDL / MGK 11810	10337850116	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA SO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE A ATENDE AO SOLICITADO
		2ª Colocada	CIENTIFICA	BIOCORE II MG	80199950035	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA SO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE A ATENDE AO SOLICITADO
65	<p>ID: 5912 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA 18 G X 25 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR</p>	1ª Colocada	ECOMED COMERCIO	MDL / MGK 11825	10337850116	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA SO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE A ATENDE AO SOLICITADO

	FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	2ª Colocada	CIENTIFICA	BIOCORE II MG	80199950035	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA SO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE A ATENDE AO SOLICITADO
--	---	-------------	------------	---------------	-------------	------	---

(assinado eletronicamente)

JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA

Farmacêutica - CGPM/SESAU-RO

2. DA CONCLUSÃO:

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO N° 331/2022/ALFA/SUPEL/RO**, informo-vos que a proposta ofertada pela empresa/licitante, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta ofertada pela empresa, para o item:

- I - **CENTRAL MIX - (item 03)**
- II - **HOSPSHOP - (item 14, 15, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 49,)**
- III - **BRAMED - (item 15)**
- IV - **H M CIRURGICA - (item 15)**
- V - **HTS TECNOLOGIA - (item 16)**
- VI - **J R LACERDA - (item 18, 29, 33)**
- VII - **UNIT - (item 20)**
- VIII - **MULTIMEDIK - (item 21, 27)**
- IX - **SURGICAL - (item 27)**
- X - **MEDIMAC - (item 47)**
- XI - **ECOMED - (GRUPO 1 item 55, 56, 58, 59, 61)**
- XII - **CIENTIFICA - (GRUPO 1 item 57, 62)**

2.3. Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas, para os itens:

2.4. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.5. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)

REGINALDA MAIA DE SÁ

Técnico Adm. Op. da Saúde/Sub-Coordenadora
SESAU-CGPM/RO

(assinado eletronicamente)

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza, Farmacêutico(a)**, em 08/11/2023, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 08/11/2023, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0043347114** e o código CRC **18DBE7CC**.
