



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 105/2023/SESAU-CGPMNPL

De: SESAU-CGPMNPL

Para: SUPEL-CEL

Processo Nº: 0036.003346/2023-57

Assunto: PARECER TÉCNICO

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

1. Considerando o **Despacho SUPEL-CEL (0043670990)**, o qual solicitou a esta Coordenadoria que realizasse a análise e parecer técnico da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) licitante(s), referente ao **Pregão Eletrônico nº 453/2023/SUPEL/RO**, retorno o processo, após a emissão do **PARECER TÉCNICO**, abaixo, para prosseguimento de feitos.

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PE Nº 453/2023/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.022514/2023-11						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 453/2023-LABORATORIAL						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA

1	<p>ID: 5520 - COLETOR CITOLÓGICO (PORTA LÂMINAS) COM ESTRIAS E TAMPA. DIMENÇÕES APROXIMADAS DE 2,8 CM DIÂMETRO INTERNO E 8,05 CM DE COMPRIMENTO COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE 3 LÂMINAS. CONTENDO ADESIVO COM LOCAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, E HORA DA COLETA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.</p>	LOG LAB	FIRSTLAB FI6-3I	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>
2	<p>ID: 5739 -FIXADOR CELULAR SPRAY (FIXADOR CITOLÓGICO) PARA EXAMES DE COLPOSCOPIA, FRASCO COM 100 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE</p>	HOSPSHOP	CRAL	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>

3	<p>ID: 697 -- ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE, PARA EXAME GINECOLÓGICO COLPOSCOPIA (PAPANICOLAU), COM BORDAS ANTI-TRAUMÁTICAS, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	BELBI	CRAPLAST	10379860105	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>
4	<p>ID: 696 - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO, PARA EXAME GINECOLÓGICO COLPOSCOPIA (PAPANICOLAU), COM BORDAS ANTI-TRAUMÁTICAS, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	HOSPSHOP	VAGISPEC	10237610151	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>

5	<p>ID: 698 - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO, PARA EXAME GINECOLÓGICO COLPOSCOPIA (PAPANICOLAU), COM BORDAS ANTI-TRAUMÁTICAS, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	HOSPSHOP	VAGISPEC	10237610151	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>
6	<p>ID: 10651-- KIT CITOLOGIA DESCARTÁVEL PARA COLPOSCOPIA (PAPANICOLAU), COMPOSTO DE ESCOVA CERVICAL E ESPÁTULA DE AYRE, PARA COLETA CITOLOGICA, ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA..</p>	J & A COMERCIO	KOLPLAST	10237610042	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>

7	ID: 7649 - LÂMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA, 26X76MM, ESPESSURA DE 1MM A 1,2MM, PARA COLETA CITOLÓGICA. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	BELBI	PRECISION	ISENTO	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
8	ID: 5392 - ALMOTOLIA PLÁSTICA TAMPA CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO RIGIDO, BICO CURVO , CORPO ÂMBAR, CAPACIDADE 500 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	NCC PRODUTOS	J. PROLAB 0544-1	ISENTO	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
9	ID: 5431 -- ALMOTOLIA PLÁSTICA TAMPA CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO RIGIDO, BICO CURVO, CORPO TRANSPARENTE , CAPACIDADE 500 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	NCC PRODUTOS	J. PROLAB 0544-2	ISENTO	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>

10	<p>ID: 5393- ALMOTOLIA PLÁSTICA TAMPA CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO RIGIDO, BICO RETO, CORPO ÂMBAR, CAPACIDADE 500 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.</p>	NCC PRODUTOS	J. PROLAB 0904-7	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>
11	<p>ID: 121 - ALMOTOLIA PLÁSTICA TAMPA CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO RIGIDO, BICO RETO, CORPO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 250 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.</p>	NCC PRODUTOS	J. PROLAB 0905-4	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>
12	<p>ID: 120 - ALMOTOLIA PLÁSTICA, TAMPA CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO RIGIDO, BICO CURVO, CORPO AMBAR, CAPACIDADE 250 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE</p>	NCC PRODUTOS	J. PROLAB 0542-9	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>

13	<p>ID: 32710 - FRASCO GRADUADO PARA DOSAGEM DE PRODUTOS (PISSETA), ESCALA EM ML, PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM BICO CURVO, CAPACIDADE 1000 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	FASTLABOR	QUALIVIDROS PLA.PISSETA1000	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>
14	<p>ID: 1002854 - FRASCO GRADUADO PARA DOSAGEM DE PRODUTOS (PISSETA), ESCALA EM ML, PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM BICO CURVO, CAPACIDADE 500 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	FASTLABOR	QUALIVIDROS PLA.PISSETA500	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>

15	<p>ID: 32740 - FRASCO GRADUADO PARA DOSAGEM DE PRODUTOS (PISSETA), ESCALA EM ML, PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM BICO CURVO, CAPACIDADE 250 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	AMBARLAB	GENE GEDA-500	80815670007	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>
16	<p>ID: 481 - COLETOR COM PÁ NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 80 ML TRANSLÚCIDO COM TAMPA ROSQUEAVÉL VERMELHA OU BRANCA OU PRETA OU AZUL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	COVAN	SR	81391549008	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>

17	<p>ID: 6440 - TESTE DE UREASE PARA A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CAIXA COM 50 TESTES, UTILIZADO NA DETECÇÃO DE HELICOBACTERPILO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	STAR COMERCIO	LUCKMANN CAIXA COM 50 TESTES	82146060002	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>
18	<p>ID: 10112 - SWAB ESTÉRIL COM PONTA RAYON, HASTE PLÁSTICA, PACOTE OU CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	J & A COMERCIO	GLOBAL TRADE GR-01	80633180001	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>

19	<p>ID: 8732 - SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE COM MEIO DE AMOSTRA AMIES: SWAB COM SISTEMA COLETOR DE AMOSTRA E TRANSPORTE; COLETOR ANEXADO À TAMPAS DO TUBO; TUBO FABRICADO EM POLIPROPILENO; TAMPAS COM ALTA VEDAÇÃO, EVITANDO A PERDA DE AMOSTRA E CONTAMINAÇÕES; ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA COLOCADA NO TUBO; TUBO COM 150MM DE COMPRIMENTO; MEIO DE CULTURA AMIES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	J & A COMERCIO	NEOLAB TUBO COM 150MM	81140320021	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Pesquisa no Site da ANVISA.</i></p>
----	---	----------------	-----------------------	-------------	------	--

20	<p>ID: 8733 - SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS COM MEIO CARY BLAIR: SWAB COM SISTEMA COLETOR DE AMOSTRA E TRANSPORTE; COLETOR ANEXADO À TAMPÃO DO TUBO; TUBO FABRICADO EM POLIPROPILENO; TAMPÃO COM ALTA VEDAÇÃO, EVITANDO A PERDA DE AMOSTRA E CONTAMINAÇÕES; ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA COLOCADA NO TUBO; TUBO COM 150MM DE COMPRIMENTO; MEIO DE CULTURA CARY BLAIR. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	J & A COMERCIO	NEOLAB TUBO COM 150MM	81140320021	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Pesquisa no Site da ANVISA.</i></p>
----	--	----------------	-----------------------	-------------	------	--

21	<p>ID: 1002855 -- SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS COM MEIO STUART: SWAB COM SISTEMA COLETOR DE AMOSTRA E TRANSPORTE; COLETOR ANEXADO À TAMPÃO DO TUBO; TUBO FABRICADO EM POLIPROPILENO; TAMPÃO COM ALTA VEDAÇÃO, EVITANDO A PERDA DE AMOSTRA E CONTAMINAÇÕES; ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA COLOCADA NO TUBO; TUBO COM 150MM DE COMPRIMENTO, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	J & A COMERCIO	NEOLAB TUBO COM 150MM	81140320021	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Pesquisa no Site da ANVISA.</i></p>
----	---	----------------	-----------------------	-------------	------	--

22	<p>ID: 32597 - TUBO VACUO COLETA SANGUE ROXO EDTA K3E K3 EDTA 4ML- FABRICADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E FECHADO À PROVA DE VAZAMENTO COM BORRACHA AUTO SELANTE. TAMPAS FABRICADAS EM POLIETILENO CODIFICADAS POR COR (ROXO). ESTÉRIL. TAMANHO DO TUBO: 13X75mm. VOLUME: 4ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	<p>PROCELA PARTICIPACOES</p>	<p>GT GROUP TUBO A VACUO EDTA K2 E K3 4 ML PLAST</p>	<p>80474870051</p>	<p>APTA</p>	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Pesquisa no Site da ANVISA.</i></p>
----	--	------------------------------	--	--------------------	--------------------	--

23	<p>ID: 1002856 - TUBO COLETA VÁCUO SST COM GEL SEPARADOR ATIVADOR DE COÁGULO 8,5ml. FABRICADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E FECHADOS À PROVA DE VAZAMENTO COM BORRACHA AUTO SELANTE. TAMPAS FABRICADAS EM POLIETILENO CODIFICADAS POR COR (AMARELO OURO). ESTÉRIL. TAMANHO DOS TUBOS: 13 x 75mm; 13 x 100mm. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	COVAN	VACUPLAST	10379860265	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Pesquisa no Site da ANVISA.</i></p>
----	--	-------	-----------	-------------	------	---

24	<p>NID: 1002878 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SODIO 3,2% 3,6ML, - FABRICADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E FECHADO À PROVA DE VAZAMENTO COM BORRACHA AUTO SELANTE. TAMPAS FABRICADAS EM POLIETILENO CODIFICADAS POR COR (AZUL). TAMANHO DO TUBO: 13 X 75 MM, VOLUME: 3,6ML, ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA (IONIZANTE). O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO A PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE NÚMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA</p>	LOG LAB	CRAL GD036SCNR	10379860265	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Pesquisa no Site da ANVISA.</i></p>
25	<p>ID: 1002857 - PLACA DE PETRI 90 X 15 MM. ESTÉRIL. FABRICADA EM POLIESTIRENO, ALTA TRANSPARÊNCIA, SUPERFÍCIE PLANA, ESTÉRIL POR RADIAÇÃO IONIZANTE. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE</p>	AMBARLAB	GENE GE9015	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Pesquisa no Site da ANVISA.</i></p>

26	<p>NID: 7706 - PLACA DE PETRI 35 X 10 MM. ESTÉRIL. FABRICADA EM POLIESTIRENO, ALTA TRANSPARÊNCIA, SUPERFÍCIE PLANA, ESTÉRIL POR RADIAÇÃO IONIZANTE. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE</p>	LILIANE ALARCAO	SPL	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Pesquisa no Site da ANVISA.</i></p>
27	<p>ID: 10590 - TUBO CRIOGÊNICO / CRIOTUBO 2ML, ROSCA EXTERNA, COM ANEL DE VEDAÇÃO. (PACOTE COM 50 UNIDADES). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	LILIANE ALARCAO	DROP DTC-020E	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Pesquisa no Site da ANVISA.</i></p>

28	<p>ID: 27 - TUBO CRIOGÊNICO PARA AMOSTRAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, FUNDO CÔNICO, TAMPA DE ROSCA EXTERNA (5ML), BASE DE SUSTENTAÇÃO, GRADUADO, AUTOCLAVÁVEL A 121°C POR 15 MINUTOS, ESTERIL, DIMENSÕES 16X58MM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	JGM PRODUTOS	BIONAKY	ISENTO	INAPTA	<p>Tendo em vista a marca ofertada dispor de tubos com capacidade de 4,5 mL. O capacidade solicitada no descritivo é de 5mL. (https://www.forlabexpress.com.br/tubo-criogenico-criotubo-4-5ml-esteril-rosca-externa-100-und-pct-bionaky/).</p>
29	<p>ID: 1002858 - MICROTUBOS DO TIPO EPPENDORF FABRICADOS EM POLIPROPILENO. AUTOCLAVÁVEIS, FUNDO CÔNICO E TAMPA PLANA. ESPAÇO ROTULÁVEL DO CORPO APRESENTANDO TAMANHO SUFICIENTE PARA AS ANOTAÇÕES. VOLUME: MICROTUBOS DO TIPO EPPENDORF - 2,0ml. (PACOTE COM 1000 UNIDADES). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	AMBARLAB PRODUTOS	GENE GEM2.0	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Pesquisa no Site da ANVISA.</i></p>

30	<p>ID: 1002859 - MICROTUBOS DO TIPO EPPENDORF FABRICADOS EM POLIPROPILENO. AUTOCLAVÁVEIS, FUNDO CÔNICO E TAMPA PLANA. ESPAÇO ROTULÁVEL DO CORPO APRESENTANDO TAMANHO SUFICIENTE PARA AS ANOTAÇÕES. VOLUME: MICROTUBOS DO TIPO EPPENDORF - 1,5ml. (PACOTE COM 1000 UNIDADES). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	AMBARLAB	GENE	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Pesquisa no Site da ANVISA.</i></p>
----	---	----------	------	--------	------	--

31	<p>ID: 1002860 - MICROTUBOS DO TIPO EPPENDORF FABRICADOS EM POLIPROPILENO. AUTOCLAVÁVEIS, FUNDO CÔNICO E TAMPA PLANA. ESPAÇO ROTULÁVEL DO CORPO APRESENTANDO TAMANHO SUFICIENTE PARA AS ANOTAÇÕES. VOLUME: MICROTUBOS DO TIPO EPPENDORF - 0,2ml. (PACOTE COM 1.000 UNIDADES). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	BELBI COMERCIO	CRALPLAST	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Pesquisa no Site da ANVISA.</i></p>
32	<p>ID: 1002861 - PONTEIRA PARA MICROPIPETA, TIPO GILSON, SERVE PARA USO EM MICROPIPETAS E MANIPULAÇÃO DE LÍQUIDOS COM PRECISÃO. FABRICADA EM POLIPROPILENO; COR AMARELA SEM FILTRO; VOLUME 1-200µL; PACOTE COM 1000 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE</p>	AMBARLAB	GENE GEP200	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Pesquisa no Site da ANVISA.</i></p>

33	<p>ID: 1002862 - PONTEIRA PARA MICROPIPETA, TIPO GILSON, SERVE PARA USO EM MICROPIPETAS E MANIPULAÇÃO DE LÍQUIDOS COM PRECISÃO. FABRICADA EM POLIPROPILENO; COR AZUL SEM FILTRO; VOLUME 200- 1000µL; PACOTE COM 1000 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE</p>	LOG LAB - COMERCIO	FIRSTLAB F17-1001b	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Pesquisa no Site da ANVISA.</i></p>
34	<p>ID: 1002863 - PONTEIRA PARA MICROPIPETA, TIPO GILSON, SERVE PARA USO EM MICROPIPETAS E MANIPULAÇÃO DE LÍQUIDOS COM PRECISÃO. FABRICADA EM POLIPROPILENO; COR AMARELA SEM FILTRO; VOLUME 0,1-10 µL; PACOTE COM 1000 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE</p>	LOG LAB - COMERCIO	FIRSTLAB F17-11	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Pesquisa no Site da ANVISA.</i></p>

35	<p>ID: 1002864 - PONTEIRA PARA MICROPIPETA, TIPO GILSON, SERVE PARA USO EM MICROPIPETAS E MANIPULAÇÃO DE LÍQUIDOS COM PRECISÃO. FABRICADA EM POLIPROPILENO; COR AMARELA SEM FILTRO; VOLUME 1-200UL; PACOTE COM 1000 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE</p>	BELBI COMERCIO	CRALPLAST	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Pesquisa no Site da ANVISA.</i></p>
36	<p>ID: 32598 - GARROTE PARA COLETA DE SANGUE ADULTO COM TRAVA, FABRICADO EM PLÁSTICO, CORDÃO ELÁSTICO, COM BOTÃO PARA TRAVAR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	J & A COMERCIO	MEDIX	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Pesquisa no Site da ANVISA.</i></p>

37	<p>ID: 6700 - CURATIVO ADESIVO BLOOD STOP, ESTÉRIL, ANTIALÉRGICO, PREVINE INFECÇÕES, INDICADO APÓS PUNÇÕES, PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO. COR BEGE E FORMATO REDONDO, CAIXA COM 500 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	OPEN FARMA	PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO			
38	<p>ID: 5897 - MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS, COMPOSIÇÃO PLÁSTICO, COR BRANCA E VERMELHA. DIMENSÕES COM 6 BANDEJAS, ALÇA PARA TRANSPORTE, ALÇA PARA CADEADO E TRAVA DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	STAR COMERCIO	EMIFRAN EM-276	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Pesquisa no Site da ANVISA.</i></p>

39	<p>NID: 1002879 - ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO, TIPO GRADE, COR AZUL, FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP), IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA PARA FACILITAR A LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS, IDEAL PARA 60 TUBOS DE ENSAIO DE 17MM, AUTOCLAVÁVEL (121°C, 15PSI, 30MIN). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE.</p>	J & A COMERCIO	FIRSTLAB	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Pesquisa no Site da ANVISA.</i></p>
40	<p>NID: 1002876 - ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO, TIPO GRADE, COR AMARELA, FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP), IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA PARA FACILITAR A LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS, IDEAL PARA 60 TUBOS DE ENSAIO DE 17MM, AUTOCLAVÁVEL (121°C, 15PSI, 30MIN). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE.</p>	J & A COMERCIO	FIRSTLAB	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Pesquisa no Site da ANVISA.</i></p>

41	<p>NID: 1002877 - ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO, TIPO GRADE, COR ROSA, FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP), IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA PARA FACILITAR A LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS, IDEAL PARA 60 TUBOS DE ENSAIO DE 17MM, AUTOCLAVÁVEL (121°C, 15PSI, 30MIN). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE.</p>	J & A COMERCIO	FIRSTLAB	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Pesquisa no Site da ANVISA.</i></p>
42	<p>ID: 7649 - LÂMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA, 26X76MM, ESPESSURA DE 1MM A 1,2MM, PARA COLETA CITOLÓGICA. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.</p>	M MED COMERCIAL	PRECISION	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>

43	<p>ID: 481 - COLETOR COM PÁ NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 80 ML TRANSLÚCIDO COM TAMPA ROSQUEAVÉL VERMELHA OU BRANCA OU PRETA OU AZUL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	COVAN	SR	81391549008	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>
44	<p>ID: 6440 - TESTE DE UREASE PARA A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CAIXA COM 50 TESTES, UTILIZADO NA DETECÇÃO DE HELICOBACTERPILO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	IMPOL COMERCIO	ADVAGEN BIOTECH	81472060001	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>

45	<p>ID: 10590 - TUBO CRIOGÊNICO / CRIOTUBO 2ML, ROSCA EXTERNA, COM ANEL DE VEDAÇÃO. (PACOTE COM 50 UNIDADES). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	FASTLABOR	CRALPLAST	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>
46	<p>ID: 6700 - CURATIVO ADESIVO BLOOD STOP, ESTÉRIL, ANTIALÉRGICO, PREVINE INFECÇÕES, INDICADO APÓS PUNÇÕES, PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO. COR BEGE E FORMATO REDONDO, CAIXA COM 500 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	IMPOL COMERCIO	PROINLAB	10426950002	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>

47	ID: 5897 - MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS, COMPOSIÇÃO PLÁSTICO, COR BRANCA E VERMELHA. DIMENSÕES COM 6 BANDEJAS, ALÇA PARA TRANSPORTE, ALÇA PARA CADEADO E TRAVA DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	IMPOL COMERCIO	EMIFRAN EM-276	ISENTO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital). Obs: Pesquisa no Site da ANVISA.</i></p>
----	---	----------------	----------------	--------	------	--

(assinado eletronicamente)

MÁRCIO LUÍS CORREIA DUARTE

Farmacêutico Analista-CGPMNPL/SESAU-RO

2. **DO PARECER:**

2.1) Após a análise técnica da(s) proposta(s) apresentada(s) no **Pregão Eletrônico nº 453/2023/SUPEL/RO**, concluiu-se que a(s) empresa(s)/licitante(s), abaixo relacionada(s), está(ão) **INAPTA(S)**, no(s) respectivos item(ns), por estar(em) **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração:

JGM PRODUTOS - Item: 28

2.2) Demais empresa(s)/licitante(s) está(ão) **APTA(S)**.

Atenciosamente.

(assinado eletronicamente)

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador-CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Luis Correia Duarte, Farmacêutico(a)**, em 11/12/2023, às 19:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 11/12/2023, às 19:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0044349060** e o código CRC **504CE4DD**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.022514/2023-11

SEI nº 0044349060