



## GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 100/2023/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL-NP**

Processo Nº: 0036.008848/2023-74

Assunto: **PARECER TÉCNICO**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

1. Considerando o **Despacho SUPEL-NP (0043718452)**, o qual solicitou a esta Coordenadoria que realizasse a análise técnica das propostas das empresas licitantes, referente ao **Pregão Eletrônico nº 351/2023/SUPEL/RO**, retorno o processo, após realização, nesta CGPM/SESAU, do **PARECER TÉCNICO**, abaixo, para prosseguimento de feitos.

2. Por oportuno, informo que foram reconsideradas, *ex officio*, as análises técnicas, referente ao item 3 da SAMS, das empresas **DATA - MEDICAL** e **MB MARTINS SERVICOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**.

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PE Nº 351/2023/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
SESAU/COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS - CGPM						
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0036.008848/2023-74						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-351/2023/SUPEL/EP/RO - FIOS II NÃO ABSORVÍVEIS						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
3	ID: 8646 - FIO NYLON, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE 150 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL OB/GIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE	DATA - MEDICAL	SHALON NL700MR40	10243410009	APTA OBS: EM REVISÃO, EX OFFICIO, DA ANÁLISE CONSTANTE DO PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO Nº 86 (0042382484)	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		MB MARTINS SERVICOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	SHALON NL700MR40	10243410009	APTA OBS: EM REVISÃO, EX OFFICIO, DA ANÁLISE CONSTANTE DO PARECER	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).

	30 DE JUNHO DE 2003.				<b>TÉCNICO FARMACÊUTICO Nº 86 (0042382484)</b>	
		J & A COMERCIO	SHALON NL700MR40	10243410009	<b>APTA</b>	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
		MEDICAL DA AMAZONIA	POINT SUTURE NP015740FG2	10155530011	<b>APTA</b>	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
		CENTRALMIX COMERCIAL	SHALON	10243410009	<b>APTA</b>	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
		NEVALLI ARTIGOS	BIOLINE NLOMR40L	10426020004.	<b>APTA</b>	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
		MEDICAL DA AMAZONIA	POINT SUTURE POLIPROPYPOINT	10155530017	<b>INAPTA</b>	<i>A marca ofertada não atende as especificações quanto ao material de composição da agulha, conforme pesquisa no Catálogo do Fabricante.</i>
		DBV COMERCIO	ATRAMAT	80160840009	<b>INAPTA</b>	<i>A marca ofertada não atende as especificações quanto ao material de composição da agulha, conforme pesquisa no Catálogo do Fabricante.</i>
51	<b>ID: 10569 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "7-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 60 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS ESTRIADAS DE TUNGSTÊNIO-RÊNIO, COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 9,3 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM), CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.</b>	NOEM MEDICAL	PROCARE	10369460186	<b>INAPTA</b>	<i>A marca ofertada não atende as especificações quanto ao material de composição da agulha, conforme pesquisa no folder registrado no site da ANVISA ( <a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351504806201609/?numeroRegistro=10369460186">https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351504806201609/?numeroRegistro=10369460186</a> ) .</i>
		NUTRI CARE	COVIDIEN	80052020066	<b>INAPTA</b>	<i>A marca ofertada não atende as especificações quanto ao material de composição da agulha, conforme pesquisa no Catálogo do Fabricante.</i>
		TECNOMED	POINT SUTURE POLIPROPYPOINT	10155530017	<b>INAPTA</b>	<i>A marca ofertada não atende as especificações quanto ao material de composição da agulha, conforme pesquisa no Catálogo do Fabricante.</i>
53	<b>ID: 10371 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "8-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 60 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS ESTRIADAS DE TUNGSTÊNIO-RÊNIO, COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS,</b>	DBV COMERCIO	ATRAMAT	80160840009	<b>INAPTA</b>	<i>A marca ofertada não atende as especificações quanto ao material de composição da agulha, conforme pesquisa no Catálogo do Fabricante.</i>
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON EP8741H	80145901357	<b>APTA</b>	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
		NOEM MEDICAL	BIOLINE	10426020006	<b>INAPTA</b>	<i>A marca ofertada não atende as especificações quanto ao material de composição da agulha, conforme pesquisa no Catálogo do Fabricante.</i>

	PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 8 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM), CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.					
58	ID: 788 - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM), E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	MEDICAL DA AMAZONIA	SHALON A900CR30	10243410016	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		CENTRALMIX	SHALON A900CR30	10243410016	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		NEVALLI ARTIGOS	BIOLINE AA0CR30G	10426020018.	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		TECNOMED	POINT SUTURE AA07230GI2	10155530016	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		MB MARTINS	SHALON A900CR30	10243410016	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		ALPHAMEDI	SHALON A900CR30	10243410016	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		ORTOSANI	SHALON A900CR30	10243410016	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		NOEM MEDICAL	BIOLINE AA0CR30G	10426020018.	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		DATA - MEDICAL	SHALON A900CR30	10243410016	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
70	ID: 5870 - FIO POLIÉSTER TRANÇADO REVESTIDO COM POLIBUTILATO PARA UM PERFEITO DESLIZAMENTO DO NÓ CIRÚRGICO, DIÂMETRO "5" COM 4 FIOS POR ENVELOPE, COMPRIMENTO DE 75 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA ESTRIADA TRIANGULAR CORTANTE, PARA	TECNOMED	POINT SUTURE	10155530009	INAPTA	A marca ofertada não atende as especificações por não ter o revestimento do fio conforme o solicitado no descritivo.

USO EM FECHAMENTO DE ESTERNO E PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COMPRIMENTO DE <b>48 MM</b> , (VARIACÃO +/- 1 MM), E CURVATURA DE <b>1/2</b> . EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON MB46G	10132590044	<b>APTA</b>	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
	CREDPHARMA	SHALON	10243410023	<b>INAPTA</b>	<i>A marca ofertada não atende as especificações por não ter o revestimento do fio conforme o solicitado no descritivo.</i>
	NOEM MEDICAL	BIOLINE	10426020010	<b>INAPTA</b>	<i>A marca ofertada não atende as especificações por não ter o revestimento do fio conforme o solicitado no descritivo.</i>

(assinado eletronicamente)

**MÁRCIO LUÍS CORREIA DUARTE**

Farmacêutico -CGPM/SESAU-RO

**2. DO PARECER:**

**2.1)** Após análise técnica das propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico nº 351/2023/SUPEL/RO**, concluiu-se que as empresas/licitantes, abaixo relacionadas, estão **INAPTAS**, nos respectivos itens, por estarem **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração:

- I - **MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - Item: 51**
- II - **DBV COMERCIO - Itens: 51 e 53**
- III - **NOEM MEDICAL - Itens: 51,53 e 70**
- IV - **NUTRI CARE - Item: 51**
- V - **TECNOMED - itens 51 e 70**
- VI - **CREDPHARMA - item 70**

**2.2)** As demais propostas foram consideradas **APTAS**, por atenderem aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).

Atenciosamente.

**JEFERSON FREITAS LOPES**  
Coordenador-CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Luis Correia Duarte, Farmacêutico(a)**, em 23/11/2023, às 21:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 24/11/2023, às 10:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0043820059** e o código CRC **766D97D7**.