

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CGPMNPL

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0049.072377/2022-28

Assunto: PARECER TÉCNICO.

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL- DELTA 0042821602**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 412/2023/DELTA/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS, CONFORME ANEXO ATA DE EXECUÇÃO ANÁLISE COM ASSINATURAS (0044490459)

GRUPO 01 - MATERIAL PARA ARTRODESE DE COLUNA - OCCIPTO CERVICAL							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO SUS	Classificação	Empresa	Marca/Modelo/Registro	JULGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	SISTEMA DE FIXAÇÃO OCCIPTO CERVICAL - HASTE PLACA E COMPATÍVEL COM PARAFUSO POLIAXIAL E ESPONJOSO. VÁRIOS TAMANHOS	07.02.03.126-7	1ª colocada	Proposta S MONTEIRO SENA LTDA (0042742115)		REPROVADO	NÃO COMPARECEU A ANÁLISE COM O MATERIAL SOLICITADO
2	DISPOSITIVO MICRO PARAFUSO POLIAXIAL OCCIPTO CERVICAL - COMPATÍVEL AS HASTES E HASTES PLACAS DE 3,5MM. VÁRIOS TAMANHOS DE PARAFUSOS	07.02.05.082-2					
3	PARAFUSO OCCIPTAL - PARAFUSO ESPONJOSO 3,5MM - COMPATÍVEL COM AS HASTES PLACAS. VÁRIOS TAMANHOS DE PARAFUSOS	07.02.05.040-7					
4	BLOQUEADOR - ARRUELA COMPATÍVEL COM PARAFUSO OCCIPTAL	07.02.03.005-8					
5	BARRA LONGITUDINAL COMPATÍVEL COM MICRO PARAFUSO POLIAXIAL . VÁRIOS TAMANHOS	07.02.05.033-4					

6	SISTEMA PARA FIXAÇÃO TRANSVERSAL DE TITÂNIO	07.02.05.052-0					
7	SISTEMA CONECTORES DE DESVIO PARALELO (DOMINÓ) DE BARRAS DO SISTEMA DE FIXAÇÃO OCCIPITO CERVICAL COM BARRAS DE FIXAÇÃO TORÁCICA. AUTOCLAVÁVEL.	07.02.05.078-4					
Obs: Justifica-se que os itens do GRUPO devem ter compatibilidade funcional entre si, devendo ainda o KIT (Conjunto de ferramentas ou artigos para uma mesma função) de instrumental ser compatível com os implantes. Caso seja necessário para termos uma melhor análise Técnica do material e referida marca apresentada em cotação será solicitado amostras dos itens.			Remanescente	Proposta NEXOMED HOSPITALAR LTDA (0042742516)		APROVADO	APROVADO SEM RESSALVAS
			Remanescente	Proposta QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (0042743246)		REPROVADO	SOLICITOU DESCLASSIFICAÇÃO
GRUPO02 - MATERIAL PARA ARTRODESE DE COLUNA - CERVICAL							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO SUS	Classificação	Empresa	Marca/Modelo/Registro	JULGAMENTO	JUSTIFICATIVA
8	PLACA CERVICAL ANTERIOR COM BLOQUEIO ASSOCIADA A PARAFUSOS DE TITANIO	07.02.05.045-8					
9	PARAFUSO DE TITÂNIO ASSOCIÁVEL A PLACA CERVICAL	07.02.05.040-7					
10	PARAFUSO DE RESGATE PARA PLACA CERVICAL	07.02.05.040-7					
11	SISTEMA DE FUSÃO CERVICAL CAGE CERVICAL EM PEEK	07.02.05.015-6					
12	SISTEMA DE FUSÃO CERVICAL CAGE CERVICAL AUTOBLOQUEANTE EM PEEK	07.02.05.015-6	1ª colocada	Proposta NEXOMED HOSPITALAR LTDA (0042742516)		APROVADO	APROVADO SEM RESSALVAS
13	SISTEMA DE FUSÃO CERVICAL CAGE CERVICAL EM PEEK - Tóraco Lombar Reto Peekplan.	07.02.05.015-6					
14	SISTEMA DE FUSÃO CERVICAL CAGE CERVICAL EM PEEK. Tóraco Lombar Angulado Peekplan	07.02.05.015-6					
15	SISTEMA DE FUSÃO CERVICAL CAGE CERVICAL EM PEEK. Tóraco Lombar Meia Lua Peekplan.	07.02.05.015-6					
Obs: Justifica-se que os itens do GRUPO devem ter compatibilidade funcional entre si, devendo ainda o KIT componente (Conjunto de ferramentas ou artigos para uma mesma função) de instrumental ser compatível com os implantes. Caso seja			Remanescente	Proposta S MONTEIRO SENA LTDA (0042742115)		REPROVADO	NÃO COMPARECEU A ANÁLISE COM O MATERIAL SOLICITADO

necessário para termos uma melhor análise Técnica do material e referida marca apresentada em cotação será solicitado amostras dos itens.			Remanescente	Proposta QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (0042743246)		REPROVADO	SOLICITOU DESCCLASSIFICAÇÃO
GRUPO 03 - MATERIAL PARA ARTRODESE DE COLUNA - LOMBAR							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO SUS	Classificação	Empresa	Marca/Modelo/Registro	JULGAMENTO	JUSTIFICATIVA
16	DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXAÇÃO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR)	07.02.05.082-2	1ª colocada	Proposta NEXOMED HOSPITALAR LTDA (0042742516)		APROVADO	APROVADO SEM RESSALVAS
17	PARAFUSO PEDICULAR ESPONDILOLISTESE	07.02.05.082-2					
18	ARRUELA PARA PARAFUSO PEDICULAR COM CABEÇA	07.02.03.005-8					
19	HASTE PARA ASSOCIAÇÃO COM PARAFUSOS DE TITÂNIO	07.02.05.033-4					
20	SISTEMA PARA FIXAÇÃO TRANSVERSAL DE TITÂNIO	07.02.05.052-0					
21	CONECTOR BARRA JUNÇÃO CERVICO TORÁCICA	07.02.05.078-4					
22	DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXAÇÃO DE HSTE (INCLUI BLOQUEADOR)	07.02.05.082-2					
23	HASTE PARA ASSOCIAÇÃO COM PARAFUSO DE TITANIO	07.02.05.033-4					
24	ARRUELA PARA PARAFUSO PEDICULAR	07.02.03.005-8					
25	GANCHO LAMINAR INFEIOR DE DISTRAÇÃO - SITENA HARRINGTON (TODOS)	07.02.05.022-9					
Obs: Justifica-se que os itens do GRUPO devem ter compatibilidade funcional entre si, devendo ainda o KIT componente (Conjunto de ferramentas ou artigos para uma mesma função) de instrumental ser compatível com os implantes. Caso seja necessário para termos uma melhor análise Técnica do material e referida marca apresentada em cotação será solicitado amostras dos itens.			Remanescente	Proposta S MONTEIRO SENA LTDA (0042742115)		REPROVADO	NÃO COMPARECEU A ANÁLISE COM O MATERIAL SOLICITADO
GRUPO 04 - MATERIAL PARA ARTRODESE DE COLUNA - TORACO LOMBAR							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO SUS	Classificação	Empresa	Marca/Modelo/Registro	JULGAMENTO	JUSTIFICATIVA
26	PLACA TORACO-LOMBARCOMPATÍVEL COM PARAFUSOS PEDICULARES DE TITANIO. VÁRIOS TAMANHOS	07.02.05.049-0					

27	PARAFUSOS SEM CABEÇA 6,5MM COMPATÍVEIS COM PLACAS TÓRACO-LOMBO-SACRAIS DE TITÂNIO. TAM 25MM - 30MM - 35MM - 40MM - 45MM - 50MM.	07.02.05.041-5	1ª colocada	Proposta NEXOMED HOSPITALAR LTDA (0042742516)		APROVADO	APROVADO SEM RESSALVAS
28	PARAFUSOS COM CABEÇA 6,5MM COMPATÍVEIS COM PLACAS TÓRACO-LOMBO-SACRAIS DE TITÂNIO. TAM 25MM - 30MM - 35MM - 40MM - 45MM - 50MM.	07.02.05.041-5					
29	PORCA OU ARRUELA PARA PARAFUSO TORACO LOMBAR COMPATÍVEL COM PARAFUSOS.	07.02.03.005-8					
Obs: Justifica-se que os itens do GRUPO devem ter compatibilidade funcional entre si, devendo ainda o KIT componente (Conjunto de ferramentas ou artigos para uma mesma função) de instrumental ser compatível com os implantes. Caso seja necessário para termos uma melhor análise Técnica do material e referida marca apresentada em cotação será solicitado amostras dos itens.			Remanescente	Proposta S MONTEIRO SENA LTDA (0042742115)		REPROVADO	NÃO COMPARECEU A ANÁLISE COM O MATERIAL SOLICITADO
			Remanescente	Proposta QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (0042743246)		REPROVADO	SOLICITOU DESCLASSIFICAÇÃO
GRUPO 05 - DESCRIÇÃO DO MATERIAL - MATERIAL DE VERTEBROPLÁSTIA							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO SUS	Classificação	Empresa	Marca/Modelo/Registro	JULGAMENTO	JUSTIFICATIVA
30	SISTEMA DE GUIAS E INJEÇÃO DE MATERIAL PRÓPRIO A VERTEBROPLASTIA	07.02.03.127-5	1ª colocada	Proposta S MONTEIRO SENA LTDA (0042742115)		REPROVADO	NÃO COMPARECEU A ANÁLISE COM O MATERIAL SOLICITADO
Obs: Caso seja necessário para termos uma melhor análise Técnica do material e referida marca apresentada em cotação será solicitado amostras dos itens.			Remanescente	Proposta NEXOMED HOSPITALAR LTDA (0042742516)		APROVADO	APROVADO SEM RESSALVAS
GRUPO 06 - DESCRIÇÃO DO MATERIAL - MATERIAL DE COLUNA PARAFUSO ODONTÓIDE							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO SUS	Classificação	Empresa	Marca/Modelo/Registro	JULGAMENTO	JUSTIFICATIVA
31	PARAFUSO CANULADO AUTOSQUEANTE PARA FIXAÇÃO DE ODONTÓIDE. CONFECCIONADO EM TITÂNIO. AUTOCLAVÁVEL. VÁRIOS TAMANHOS	07.02.03.078-3	1ª colocada	Proposta KINCHESKI IMP, EXP E COM DE IMPLANTES E EQUIPAMENT (0042742718)		REPROVADO	APRESENTOU CAIXA MATERIAL NÃO SOLICITADO
Obs: Justifica-se que o KIT componente (Conjunto de ferramentas ou artigos para uma mesma função) de instrumental deve ser compatível com os implantes. Caso seja necessário para termos uma melhor análise Técnica do material e referida marca apresentada em cotação será solicitado amostras dos itens.			Remanescente	Proposta NEXOMED HOSPITALAR LTDA (0042742516)		APROVADO	APROVADO SEM RESSALVAS
			Remanescente	Proposta S MONTEIRO SENA LTDA (0042742115)		REPROVADO	NÃO COMPARECEU A ANÁLISE COM O MATERIAL SOLICITADO

GRUPO 07 - DESCRIÇÃO DO MATERIAL - CAGES CERVICAL CILINDRICOS EM TITANIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO CORPO VERTEBRAL							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO SUS	Classificação	Empresa	Marca/Modelo/Registro	JULGAMENTO	JUSTIFICATIVA
32	CAGE (GAIOLA) EM MALHA DE TITÂNIO COM DIFERENTES DIAMETROS, RECORTÁVEIS PARA DIFERENTES TAMANHOS, COM BASES TERMINAIS (SUPERIOR E INFERIOR) ENCAIXÁVEIS DE ANGULAÇÃO VARIÁVEL, PARA SUBSTITUIÇÃO DE CORPOS VERTEBRAIS CERVICAIS. CADA CAGE TEM DUAS BASES TERMINAIS. AUTOCLAVÁVEL.	07.02.05.015-6	1ª colocada	Proposta NEXOMED HOSPITALAR LTDA (0042742516)		APROVADO	APROVADO SEM RESSALVAS
Obs: Justifica-se que o KIT componente (Conjunto de ferramentas ou artigos para uma mesma função) de instrumental deve ser compatível com os implantes. Caso seja necessário para termos uma melhor análise Técnica do material e referida marca apresentada em cotação será solicitado amostras dos itens.			Remanescente	Proposta QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (0042743246)		REPROVADO	SOLICITOU DESCLASSIFICAÇÃO
GRUPO 08 - DESCRIÇÃO DO MATERIAL - CAGES LOMBAR CILINDRICOS EM TITANIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO CORPO VERTEBRAL							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO SUS	Classificação	Empresa	Marca/Modelo/Registro	JULGAMENTO	JUSTIFICATIVA
33	CAGE (GAIOLA) EM MALHA DE TITÂNIO COM DIFERENTES DIAMETROS, RECORTÁVEIS PARA DIFERENTES TAMANHOS, COM BASES TERMINAIS (SUPERIOR E INFERIOR) ENCAIXÁVEIS DE ANGULAÇÃO VARIÁVEL, PARA SUBSTITUIÇÃO DE CORPOS VERTEBRAIS CERVICAIS. CADA CAGE TEM DUAS BASES TERMINAIS. AUTOCLAVÁVEL.	07.02.05.015-6	1ª colocada	Proposta NEXOMED HOSPITALAR LTDA (0042742516)		APROVADO	APROVADO SEM RESSALVAS
Obs: Justifica-se que o KIT componente (Conjunto de ferramentas ou artigos para uma mesma função) de instrumental deve ser compatível com os implantes. Caso seja necessário para termos uma melhor análise Técnica do material e referida marca apresentada em cotação será solicitado amostras dos itens.							

Informações extraídas conforme anexo ID (0044490459)

2. DA CONCLUSÃO:

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO N° 412/2023/DELTA/SUPEL/RO**, informo-vos que a

proposta ofertada pela empresa/licitante, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta ofertada pela empresa, para o item:

- S MONTEIRO SENA LTDA - Grupo 01 e 05 (item 30) e grupos 02, 03, 04, 06 (item 31);
- KINCHESKI IMP, EXP E COM DE IMPLANTES E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Grupo 06 (item 31) e grupos 07 (item 32) e grupo 08 (item 33);
- QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - grupos 01,02,04, 07(item 32), 08 (item 33).

2.3. Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APROVADAS**, as propostas ofertadas pelas empresas, para os itens conforme quadro acima, os quais foram extraídas as informações **conforme anexo ID (0044490459)**.

2.4. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.5. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)
REGINALDA MAIA DE SÁ
Técnico Adm. Op. da Saúde/Sub-Coordenadora
SESAU-CGPM/RO

(assinado eletronicamente)
JEFERSON FREITAS LOPES
Coordenador
CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 29/12/2023, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0044840469** e o código CRC **55938C24**.