

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Coordenadoria de Obras - SESAU-CO

Parecer nº 191/2023/SESAU-CO

1. RELATÓRIO

Esse Parecer Técnico foi elaborado com o intuito de avaliar as propostas dos **Itens** encaminhadas pelas propostas das empresas, onde cujo o objeto é Aquisição de equipamentos e materiais permanentes (itens que restaram fracassados e desertos no PE nº 74/2021, oriundo do processo administrativo nº 0036.075952/2020-21, visando atender o Hospital Regional de São Francisco do Guaporé - HRSF.

Cabe informar que os valores de cada aquisição/contratação de serviços por licitação são balizados pelo mercado, devendo ser observadas, sempre que possível, as condições comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, quantidade contratada, formas e prazos de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

2. PROPOSTAS

As especificações como base analisadas constam no **Termo de Referência (0040853947)** e **SAMS (0041020883)**, onde é solicitada a análise das propostas no **Despacho (0043967800) SUPEL-NEEP** e **Despacho (0043973166) SESAU-GECOMP**, dos itens listados abaixo.

3. ANÁLISE TÉCNICA

ORDEM	EMPRESA	LINK SEI	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	MODELO	PARECER	
I		()	1	Aminoscópio com 3 pontas autoclaváveis. Equipamento deverá ser confeccionado em material cromado ou similar, incluindo três pontas com as seguintes medidas: ponta grande, Ponta média, Ponta Pequena. Deverá trabalhar tanto com pilhas como na energia elétrica, devendo ser fornecido pilhas ou baterias recarregáveis, recarregado/transformador, 3 lâmpadas (1 aparelho + 2 sobressalentes).			NÃO COTADO	
		()						
		()						
		()						
II	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	(0043197808)	1	Tens e fes - estimulador neuromuscular transcutâneo destinado aos tratamentos de reabilitação física, possuindo correntes alternadas de baixa frequência: tens (transcutaneous electrical nerve stimulation) e fes (functional electrical stimulation). Possuindo 4 canais de saída com controles independentes de intensidade, teclas de disparo manual para as correntes tens e fes e maleta para transporte, sendo fornecido com 01 cabo preto de eletroestimulação com duas vias (cores diferentes; possuindo alimentação 127/220 V; 4 eletrodos de borracha condutiva, gel maleta de transporte.	IBRAMED	NEURODIN II	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA)
	NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	()			IBRAMED	NEURODIN II	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA)
	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	(0043200465)			HTM	STIMULUS	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA)
		()					NÃO ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA) entre prof
III	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	(0043197658)	6	Aparelho de Luz Infravermelho - portátil, incluindo suporte com rodízios, potência de 150 w	VAGALUMY	Cod. IV-05	NÃO ATENDE	FEITO A NÃO AT
	NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	(0043197808)			CARCI	-	NÃO ATENDE	NA PROI
	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	(0043200324)			CARCI	-	NÃO ATENDE	NA PROI

IV	NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	(0043197737)	Ultrassom para Fisioterapia - Equipamento microcontrolado de ultrassom terapêutico na frequência de 1MHz desenvolvido para utilização em fisioterapia. A potência máxima de saída de ultrassom de 21 watts. O modo de emissão do ultrassom contínuo ou pulsado, sendo o modo pulsado com frequência de repetição do pulso de 100 Hz, 48 Hz ou 16 Hz e com razão de pulso de 1/2 (50%) e 1/5 (20%); Bivolt 127 e 220 volts	CARCI	SONOMED IV	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA)
	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	(0043197658)		IBRAMED	SONOPULSE COMPACT 1MHZ	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA)
	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	(0043200380)		IBRAMED	SONOPULSE III	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA)
V	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	(0043197869)	Otoscópio - que utilize tecnologia de fibra ótica para condução da luminosidade, incluindo uma lente, equipamento podendo ser utilizado com bateria recarregável, devendo ser fornecido cabo e carregador. Equipamento deverá ser fornecido com espêculos reusáveis nas medidas aproximadas 2, 2,5, 3, 4 e 5 mm, 3 de cada medida.	MIKATOS	MISSOURI	NÃO ATENDE	FEITO A (DA MAI 05 - Espé 05 - Espé E O T.R. de 2, 2,5,
	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	(0043200380)		MD	OMNI 3000 LED FIBRA OPTICA	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA)
VI	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	(0043200362)	Mesa de Mayo - estrutura confeccionada em armação tubular em aço inoxidável, AISI 304, altura regulável por rosetas com 03 (três) pés, 03 (três) rodízios giratórios de 2", acompanha bandeja em aço inoxidável com medidas de 49 x 33 x 1,5 cm, de altura mínima de 1,25m e mínima de 0,87m.	PORTAL HOSPITALAR	PORTAL PE2811	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA)
	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	()		-	-	NAO COTADO	CONFOR
	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	(0043200324)		SANTA CLARA	-	NÃO ATENDE	NA PROI
		()					
VII	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	(0043197658)	Foco Refletor Ambulatorial - Com material do corpo em metal esmaltado, com acabamento da estrutura em pintura epóxi, cor branco, com iluminação tipo LED, com haste flexível, alimentação 127/220 V .	FORÇA MEDICA	-	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA)
	NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	(0043197808)		SALUTEN	REFLETOR PARABÓLICO STANDART	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA)
	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	(0043200324)		-	-	NÃO ATENDE	NA PROI
		()					
VIII	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	(0043200418)	Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico - possuindo ECG, RESP, oximetria, respiração, temperatura e pressão sanguínea não invasiva, capnografia, Pressão Invasiva, agentes anestésicos/índice de sedação anestésica, monitor modular multiparâmetro colorido de no mínimo 15" tela em LCD que permita possível atualização tecnológica e introdução de novos módulos ...	GENERAL MEDITECH	G3L	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA)
	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	(0043200324)		CMOS DRAKE	-	NAO ATENDE	NA PROI
	CLAY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	(0043200510)		COMEN	C86	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA)
		()					
IX	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	(0043200465)	Laringoscópio Infantil (5 Lâminas)- Kit com lâminas curvas: em aço inox, 0, 1, 2, 3 e 4 e reta 00,0,1,2,3, energia através de pilha/bateria recarregável, tecnologia Fibra Óptica,	MD MACINTOSH		ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA)

	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	(0043200324)		incluindo pilhas/bateria recarregáveis e carregador.	MIKATOS		NÃO ATENDE	FEITO A (DA MAI 05 - Espé E O T.R. de em aç
X	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	(0043200465)		Laringoscópio Adulto - (5 Lâminas)- Kit com lâminas curvas: em aço inox, 1, 2, 3,4 e 5 e reta 0,1,2,3 e 4 energia através de pilha/bateria recarregável, tecnologia Fibra Óptica, incluindo pilhas/bateria recarregáveis e carregador.	MD MACINTOSH		ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA
	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	(0043200324)			MIKATOS		NÃO ATENDE	FEITO A (DA MAI 05 - Espé E O T.R. de em aç
XI	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	(0043200465)		Monitor Multiparâmetros - possuindo ECG oximetria, temperatura e pressão sanguínea não invasiva, monitor modular multiparâmetro colorido de no mínimo 12" tela em LCD que permita possível atualização tecnológica e introdução de novos módulos; Com capacidade de apresentar no mínimo 06 curvas e todos os dados alfanuméricos disponíveis.	LEPU CREATIVE	K12	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA
	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	(0043200418)			GENERAL MEDITECH	G3L	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA
XII	CLAY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	(0043200490)		Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico -equipamento destinado a ventilar pacientes adulto e pediátrico; possuindo modo de ventilação com compensação de fugas/vazamento;sistema que se adapte automaticamente o fluxo inspiratório em modos de ventilação controlados a volume, de vera possuir nebulizador;	COMEN	V3	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA
	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	(0043200324)			CMOS DRAKE	-	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA) CONSTA
XIII	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	(0043200465)		Aparelho de Anestesia - Aparelho de anestesia para uso em anestesia geral que atenda as especificações mínimas abaixo: VENTILADOR Ventilador para anestesia eletrônico microprocessado, com monitor integrado ao equipamento, em LCD colorido, com as seguintes modalidades mínimas de ventilação: VCV (ventilação controlada a volume); VCP (ventilação controlada por pressão);	PRO LIFE	AS-200	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA
XIV	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	(0043200465)		Bisturi Elétrico - para uso em pacientes adultos e pediátricos, em cirurgias gerais. Deve funcionar nos modos bipolar e monopolar; possuir os modos de operação de corte, coagulação e misto (corte + coagulação). Para o modo monopolar, potência máxima de corte 300 w e potência máxima de coagulação 120w. Para o modo bipolar, potência máxima de saída de 80 w.	BARRFAB	LE 3	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA
	NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	(0043197737)		Mesa Auxiliar - Em aço	SALUTEM	S-0840-E	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA

XV	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	(0043197658)		Inoxidável medidas aproximadas (40 x 40 x 80), com rodízios com sistema de freio.	MINAS INDUSTRIA	MI-080	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA)
XVI	NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	(0043197737)		Carro Maca Avançado - Estrutura: confeccionada em aço inóx, revestida por carenagem em fiberglass ou similar, leito em material polimerico resistente e fácil higienização, incluindo colchonete D-33, revestimento em courvin, dotado de zíper permitindo higienização total do conjunto, com grades laterais: confeccionadas em aço inoxidável, Suporte de Soro com 04 ganchos, movimentos do leito hidráulico, Elevar/baixar, sendo que apoio de pernas e dorso: os movimentos do apoio de pernas e dorso são proporcionados por sistema, Trendelemburg/Reverso: os movimentos de trendelemburg e reverso são facilmente proporcionados por pressionamento manual de alavanca mecânica, sistema duplo rodízio, possuindo freios em diagonais. Protetores laterais e frontais. Equipamento dotado de proteções anti choques laterais e frontais Capacidade: Até 180 Kg	SALUTEM	S-8000	NÃO ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA) E NO TR
XVII	CLAY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	(0043200490)		Cardioversor - cardioversor bifásico com marcapasso transcutaneo e oximetria de pulso, para uso adulto/pediatrico neonatal, possuindo: Desfibrilador; Com tecnologia de forma de ondas bifásica; Com marcapasso externo não invasivo por demanda; Com Oximetria de Pulso (SpO2) Partes aplicadas eletricamente isoladas da rede;	COMEN	S8	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA)
	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	(0043200324)			CMOS DRAKE	-	NÃO ATENDE	NA PROI
XVIII	NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	(0043197737)		Carro de Emergência - construindo (estrutura) em material resistente "aço" ou similar, com puxador traseiro, grade de proteção na bandeja superior, possuindo no mínimo 4 gavetas de material resistente e fácil higienização, sendo uma , a primeira, para medicamentos possuindo divisórias, Suporte de oxigênio com sistema de fixação do cilindro,	SALUTEM	S-8622	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA)
	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	(0043197658)			MINAS INDUSTRIA	MI-050	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA)
XIX		0		Adipômetro - Digital com chassis em alumínio ou material resistente, cabo e ponteiros em nylon technyl, incluindo pilha/bateria recarregavel, incluindo estojo para armazenar equipamento.			NÃO COTADO	NÃO HO
		0						
		0						
XX	NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	(0043197737)		Negatoscópio - Para fixação na parede, 127/220 V, utilizando tecnologia de led.	SALUTEM	S-1040-1	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA)
	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	(0043197658)			FORÇA MEDICA	0066	ATENDE	FEITO A (DA MAI AO PLA)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a necessidade de análise da conformidade do objeto proposto com as especificações técnicas apresentadas pela proponente no **Termo de Referência (0040853947)**, verifica-se que as cotações propostas que constam no **Despacho (0043200571) SUPEL-NP** e solicitação de análise no **Despacho (0043973166) SESAU-GECOMP**, a descrição/especificações mínimas de propostas algumas "ATENDEM" e outras "NÃO ATENDEM" onde deixam atender em alguns pontos conforme justificativas citadas acima.

Por fim, esta análise das cotações se limita aos aspectos técnicos da descrição dos equipamentos a serem adquiridos tomando como base apenas as documentações constante nos autos e ainda que mais minuciosa uma consulta dos modelos na internet, para ver se atende ou não a solicitação da unidade, em casos muitos específicos.

É o parecer.

Atenciosamente.

FELIPE NÉRI F. NETO

NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA
Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura em Saúde - CEAS
SESAU-RO

De acordo.

Encaminha-se à SESAU-GECOMP para continuidade do pleito.

MARCIO ROBERTO DOS SANTOS BRUM
Coordenador de Engenharia e Arquitetura em Saúde - CEAS
Nomeado pelo Decreto 23736/2023 (0042354124)
Engenheiro Civil
CREA/RS: 213356 - D



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE NERI FERREIRA NETO, Engenheiro(a)**, em 22/12/2023, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO ROBERTO DOS SANTOS BRUM, Coordenador(a)**, em 22/12/2023, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0044088186** e o código CRC **805B68E2**.