



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 116/2023/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL - CEL**

Processo Nº: 0036.022514/2023-11

Assunto: **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-CEL(0044693393)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 453/2023/CEL/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 453/2023/CEL/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.022514/2023-11						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 453/2023-LABORATÓRIAL						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA

28	<p>ID: 27 - TUBO CRIOGÊNICO PARA AMOSTRAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, FUNDO CÔNICO, TAMPA DE ROSCA EXTERNA (5ML), BASE DE SUSTENTAÇÃO, GRADUADO, AUTOCLAVÁVEL A 121°C POR 15 MINUTOS, ESTERIL, DIMENSÕES 16X58MM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	FORBLAB COMERCIO	CAPP / MODELO: 5045000	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE, QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		GLOBAL COMERCIAL	BIONAKY	NÃO INFORMADO	INAPTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE, TUBO CRIOGÊNICO GRADUADO DE 4,5ML QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( TUBO CRIOGÊNICO DE 5ML).
		IMPOL COMERCIO	PERFECTA	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE, QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
	<p>ID: 6700 - CURATIVO ADESIVO BLOOD STOP, ESTÉRIL, ANTIALÉRGICO, PREVINE INFECÇÕES, INDICADO APÓS</p>	IMPOL COMERCIO	PROINLAB	10426950002	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE, QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

37	<b>PUNÇÕES, PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO. COR BEGE E FORMATO REDONDO, CAIXA COM 500 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</b>	COVAN	MEDIX	NÃO INFORMADO	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE, QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		MEDICAL DA AMAZONIA	MEDIX	10426950002	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE, QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		STAR COMERCIO LTDA	MULTILASER	81596329049	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SÍTES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE, QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

(assinado eletronicamente)

**SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO**

Farmacêutica - CGPM/SESAU-RO

## 2. **DA CONCLUSÃO:**

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 453/2023/CEL/SUPEL/RO**, informo-vos que a proposta ofertada pela empresa/licitante, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta ofertada pela empresa, para o item:

I - **GLOBAL COMERCIAL LTDA - item 28**

2.3. Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas, para os itens:

2.4. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.5. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)

**REGINALDA MAIA DE SÁ**

Técnico Adm. Op. da Saúde/Sub- Coordenadora  
SESAU-CGPM/RO

(assinado eletronicamente)

**JEFERSON FREITAS LOPES**

Coordenador  
CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 26/12/2023, às 13:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 26/12/2023, às 13:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0044721163** e o código CRC **63E861D7**.

**Referência:** Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.022514/2023-11

SEI nº 0044721163