

DESPACHO

De: **HB-CGTX**

Para: **SESAU-CAFIINP**

Processo Nº: **0036.024665/2023-04**

Assunto: **Análise Técnica das propostas**

Senhor(a),

Com os cordiais cumprimentos, encaminhamos a análise técnica das propostas da Empresas, conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	MARCA/MODELO	REGISTRO	AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	
1	Bisturi descartável, tipo angulado 15",estéril, características adicionais para facoemulsificação	fracassados	fracassados	fracassados	fracassados	fracassados	fracassados	
2	Fio de sutura, material nylon monofilamento, tipo fio 10-0, cor preto, comprimento 30, características adicionais c/1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha 3/8 círculo espatulada, comprimento agulha 0,65, esterilidade estéril, caixa com 12 envelopes, ou similar de melhor qualidade.	fracassados	fracassados	fracassados	fracassados	fracassados	fracassados	
GRUPOS								
GRUPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	MARCA/MODELO	REGISTRO	AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA
1	3	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/ seringa plástica/ mola acoplada, diâmetro lâmina 6.0 , características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.	1ª COLOCADA	Proposta - ASLI COMERCIAL LTDA (0044641563)			APROVADO	Já utilizamos a marca proposta pela empresa conforme Ata de empenho 031/2023 (0035459480)

	4	Punch, material descartável, diâmetro 6.5 , aplicação para córnea doadora, características adicionais tipo 'barron', embalagem estéril, embalagem individual, ou similar de melhor qualidade.					Já utilizamos a marca proposta pela empresa conforme Ata de empenho 031/2023 (0035459480)	
2	5	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/ seringa plástica/ mola acoplada, diâmetro lâmina 6.5 , características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.	1ª COLOCADA	Proposta - ASLI COMERCIAL LTDA (0044641563)			APROVADO	Já utilizamos a marca proposta pela empresa conforme Ata de empenho 031/2023 (0035459480)
	6	Punch, material descartável, diâmetro 7.0 , aplicação para córnea doadora, características adicionais tipo 'barron', embalagem estéril, embalagem individual, ou similar de melhor qualidade.						Já utilizamos a marca proposta pela empresa conforme Ata de empenho 031/2023 (0035459480□□□□□□)
3	7	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/ seringa plástica/ mola acoplada, diâmetro lâmina 7.0 , características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.	1ª COLOCADA	Proposta - SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA (0044642717)			REPROVADO	a marca MADHU é de origem indiana, e os modelos apresentados no folder 0044642717 já teve sua licença suspensa pela ANVISA conforme Adendo 0044778651 e 0044778734. E pelo fato desses modelos já serem reprovados pela AVISA, reprovamos por não passar confiança e segurança no produto da marca.
	8	Punch, material descartável, diâmetro 7.5 , aplicação para córnea doadora, características adicionais tipo 'barron', embalagem estéril, embalagem individual, ou similar de melhor qualidade.						a marca MADHU é de origem indiana, e os modelos apresentados no folder 0044642717 já teve sua licença suspensa pela ANVISA conforme Adendo 0044778651 e 0044778734. E pelo fato desses modelos já serem reprovados pela AVISA, reprovamos por não passar confiança e segurança no produto da marca.
								Proposta - ASLI COMERCIAL LTDA (0044641563)

							a marca MADHU é de origem indiana, e os modelos apresentados no folder 0044642717 já teve sua licença suspensa pela ANVISA conforme Adendo 0044778651 e 0044778734. E pelo fato desses modelos já serem reprovados pela AVISA, reprovamos por não passar confiança e segurança no produto da marca.	
4	9	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/ seringa plástica/ mola acoplada, diâmetro lâmina 7.5, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade	1ª COLOCADA	Proposta - SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA (0044642717)			REPROVADO	a marca MADHU é de origem indiana, e os modelos apresentados no folder 0044642717 já teve sua licença suspensa pela ANVISA conforme Adendo 0044778651 e 0044778734. E pelo fato desses modelos já serem reprovados pela AVISA, reprovamos por não passar confiança e segurança no produto da marca.
	10	Punch, material descartável, diâmetro 8.0, aplicação para córnea doadora, características adicionais tipo 'barron', embalagem estéril, embalagem individual, ou similar de melhor qualidade.						a marca MADHU é de origem indiana, e os modelos apresentados no folder 0044642717 já teve sua licença suspensa pela ANVISA conforme Adendo 0044778651 e 0044778734. E pelo fato desses modelos já serem reprovados pela AVISA, reprovamos por não passar confiança e segurança no produto da marca.
				Proposta - ASLI COMERCIAL LTDA (0044641563)			APROVADO	
				Proposta - M.N. COMERCIO DE MATERIAL OTICO LTDA (0044642757)			REPROVADO	a marca MADHU é de origem indiana, e os modelos apresentados no folder 0044642717 já teve sua licença suspensa pela ANVISA conforme Adendo 0044778651 e 0044778734. E pelo fato desses modelos já serem reprovados pela AVISA, reprovamos por não passar confiança e segurança no produto da marca.
5	11	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/ seringa plástica / mola acoplada, diâmetro lâmina 8.0, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.	1ª COLOCADA	Proposta - ASLI COMERCIAL LTDA (0044641563)			APROVADO	

	12	Punch, material descartável, diâmetro 8.5 , aplicação para córnea doadora, características adicionais tipo 'barron', embalagem estéril, embalagem individual, ou similar de melhor qualidade.				APROVADO	
6	13	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/ seringa plástica/ mola acoplada, diâmetro lâmina 8.5 , características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.	1ª COLOCADA	Proposta - ASLI COMERCIAL LTDA (0044641563□□□□□□□□)		APROVADO	
	14	Punch, material descartável, diâmetro 9.0 , aplicação para córnea doadora, características adicionais tipo 'barron', embalagem estéril, embalagem individual, ou similar de melhor qualidade.				APROVADO	
7	15	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/ seringa plástica/ mola acoplada, diâmetro lâmina 9.0 , características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.	1ª COLOCADA	Proposta - ASLI COMERCIAL LTDA (0044641563□□□□□□□□)		APROVADO	
	16	Punch, material descartável, diâmetro 9.5 , aplicação para córnea doadora, características adicionais tipo 'barron', embalagem estéril, embalagem individual, ou similar de melhor qualidade.				APROVADO	

8	17	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/ seringa plástica/ mola acoplada, diâmetro lâmina 9.5, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.	fracassados	fracassados	fracassados	fracassados	fracassados	fracassados
	18	Punch, material descartável, diâmetro 10.0, aplicação para córnea doadora, características adicionais tipo 'barron', embalagem estéril, embalagem individual, ou similar de melhor qualidade.	fracassados	fracassados	fracassados	fracassados	fracassados	fracassados

Sendo o que se informa para o momento, reformamos votos de estima, saúde e consideração;

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Maiara Almeida feitosa, Coordenador(a)**, em 27/12/2023, às 18:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **MARIA IVANETE DE OLIVEIRA SOUZA, Médico(a)**, em 27/12/2023, às 18:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0044739750** e o código CRC **BEFF54B3**.