



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 117/2023/SESAU-CGPMNPL

De: SESAU-CGPMNPL

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº:0036.011221/2023-09

Assunto: **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-DELTA (0044470530)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 413/2023/DELTA/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 413/2023/DELTA/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
COORDENADORIA DA GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.011221/2023-09							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE Nº. 413/2023/SUPEL/RO- SONDAS II							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA

55	<p><b>ID: 2674</b> - SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) CURTA Nº 04, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>	1ª Colocada	DATA - MEDICAL	MEDSONDA	80163570003	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
2	<p><b>ID: 1644</b> - SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) CURTA Nº 06, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>	1ª Colocada	DATA - MEDICAL	MEDSONDA	80163570003	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.

3	<p><b>ID: 1645</b> - SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) CURTA <b>Nº 08</b>, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMERCIO	BIOSANI	80286000034	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
4	<p><b>ID: 2676</b> - SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) CURTA <b>Nº 10</b>, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>	1ª Colocada	DATA - MEDICAL	MEDSONDA	80163570003	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.

5	<p><b>ID: 1646</b> - SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) CURTA Nº 12, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL.</p> <p>EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>	1ª Colocada	DATA - MEDICAL	MEDSONDA	80163570003	APTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.</p>
6	<p><b>ID: 1647</b> - SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) CURTA Nº 14, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL.</p> <p>EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>	1ª Colocada	DATA - MEDICAL	MEDSONDA	80163570003	APTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.</p>

7	<p><b>ID: 1649</b> - SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) CURTA Nº 16, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>	1ª Colocada	DATA - MEDICA	MEDSONDA	80163570003	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
8	<p><b>ID: 6253</b> - SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) CURTA Nº 18, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SULDONORTE	BIOBASE	80212340034	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.

9	<p><b>ID: 7735</b> - SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) CURTA Nº 20, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL.</p> <p>EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SULDONORTE	BIOBASE	80212340034	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
10	<p><b>ID: 7772</b> - SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) CURTA Nº 22, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL.</p> <p>EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SULDONORTE	BIOBASE	80212340034	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.

11	<p><b>ID: 8440</b> - SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) CURTA Nº 24, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>	1ª Colocada	CENTRALMIX	BIOBASE	80212340034	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
12	<p><b>ID: 1651</b> - SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 04, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>	1ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	BIOSANI	80286000034	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.

13	<p><b>ID: 1652</b> - SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 06, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SULDONORTE	BIOBASE	80212340034	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
14	<p><b>ID: 1653</b> - SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 08, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SULDONORTE	BIOBASE	80212340034	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.

15	<p><b>ID: 1654</b> - SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 10, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>	1ª Colocada	M MED COMERCIAL	FOYOMED	10150470536	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
16	<p><b>ID: 1655</b> - SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 12, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>	1ª Colocada	MEDYLOG LOGISTICA	BIOBASE	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, REGISTRO DA ANVISA DE Nº 80212340034 QUE ATENDE AO SOLICITADO.

17	<p><b>ID: 1656</b> - SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 14, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>	1ª Colocada	MEDYLOG LOGISTICA	BIOBASE	NÃO INFORMADO	APTO	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, REGISTRO DA ANVISA DE N.º.80212340034 QUE ATENDE AO SOLICITADO.</p>
18	<p><b>ID: 1657</b> - SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 16, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>	1ª Colocada	M MED COMERCIAL	FOYOMED	10150470536	APTO	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, REGISTRO DA ANVISA DE N.º.80212340034 QUE ATENDE AO SOLICITADO.</p>

19	<p><b>ID: 1658</b> - SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 18, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SULDONORTE	BIOBASE	80212340034	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
20	<p><b>ID: 1659</b> - SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 20, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMERCIO	BIOSANI	80286000034	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.

21	<p><b>ID: 1660</b> - SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 22, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA</p>	1ª Colocada	SULDONORTE	BIOBASE	80212340034	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
22	<p><b>ID: 1661</b> - SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 24, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SULDONORTE	BIOBASE	80212340034	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.

23	<p><b>ID: 10115</b> - SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE INFANTIL Nº 12 - CONSTITUÍDA EM SUA TOTALIDADE EM BORRACHA VULCANIZADA SILICONIZADA COM 65 CM DE COMPRIMENTO 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUCO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE</p>	1ª Colocada	J & A COMERCIO	BCI MEDICAL	NÃO INFORMADO	INAPTO	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, REGISTRO Nº.10297020056 DA ANVISA, QUE NÃO APRESENTA O COMPRIMENTO SOLIICITADO ( INFANTI,Nº12, COM APROXIMADAMENTE 65 CM.</p>
25	<p><b>ID: 1642</b> - SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE INFANTIL Nº 14 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM BORRACHA VULCANIZADA SILICONIZADA COM APROXIMADAMENTE 65 CM DE COMPRIMENTO 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUCO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p>	1ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	CREATE	10150470463	INAPTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, QUE NÃO APRESENTA O COMPRIMENTO SOLIICITADO ( INFANTI,Nº14, COM APROXIMADAMENTE 65 CM.</p>

25	<p><b>ID: 6215</b> - SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE ADULTA Nº 16 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MÉDICO PURO OU PVC COM APROXIMADAMENTE 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p>	1ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	CREATE	10150470463	APTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.</p>
26	<p><b>ID: 6217</b> - SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE ADULTA Nº 18 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MÉDICO PURO COM APROXIMADAMENTE 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p>	1ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	CREATE	10150470463	APTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.</p>

27	<p><b>ID: 6074</b> - SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE ADULTA Nº 21 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MÉDICO PURO OU PVC, COM APROXIMADAMENTE 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p>	1ª Colocada	JR LACERDA	CREATE	NÃO INFORMADO	APTO	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, REGISTRO DA ANVISA DE Nº. 10150470463 QUE ATENDE AO SOLICITADO.</p>
28	<p><b>ID: 1210</b> - SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 06 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES, COM BALÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p>	1ª Colocada	JR LACERDA	WELL LEAD	NÃO INFORMADO	INAPTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA E DO PRODUTO OFERTADO NÃO ENCONTRONTOU-SE SONDA NASOGASTRO JEJUNAL DE Nº.06 AO QUE É SOLICITADO.</p>
29	<p><b>ID: 8285</b> - SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 08 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES, COM BALÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p>	1ª Colocada	JR LACERDA	WELL LEAD	NÃO INFORMADO	INAPTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA E DO PRODUTO OFERTADO NÃO ENCONTRONTOU-SE SONDA NASOGASTRO JEJUNAL DE Nº.08 AO QUE É SOLICITADO.</p>

30	ID: 8286 - SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 10 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	1ª Colocada	JR LACERDA	WELL LEAD	NÃO INFORMADO	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA E DO PRODUTO OFERTADO <b>NÃO ENCONTROU-SE SONDA NASOGASTRO JEJUNAL DE Nº.10</b> AO QUE É SOLICITADO.
31	<b>ID: 8116</b> - SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 12 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	1ª Colocada	CENTRO OESTE	FRESENIUS	10004100006	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA E DO PRODUTO OFERTADO <b>NÃO ENCONTROU-SE SONDA NASOGASTRO JEJUNAL DE Nº. 12</b> AO QUE É SOLICITADO.
32	<b>ID: 10366</b> - SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 14 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	1ª Colocada	JR LACERDA	WELL LEAD	NÃO INFORMADO	INAPTO	<b>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO NÃO ENCONTROU-SE SONDA NASOGASTRO JEJUNAL DE Nº.14</b> AO QUE É SOLICITADO.

33	<p><b>ID: 8151</b> - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO <b>Nº 10</b> - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	COVAN	MAXY NUTRE	NÃO INFORMADO	INAPTO	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, <b>SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PRODUZIDA EM POLIURETANO, QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO).</b></p>
34	<p><b>ID: 8154</b> - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO <b>Nº 12</b> - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	COVAN	MAXY NUTRE	NÃO INFORMADO	INAPTO	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, <b>SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PRODUZIDA EM POLIURETANO, QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO).</b></p>

35	<p><b>ID: 8153</b> - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) INFANTIL CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO N° 08 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	COVAN	MAXY NUTRE	80020550040	INAPTO	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, <b>SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PRODUZIDA EM POLIURETANO, QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO).</b></p>
36	<p><b>ID: 8156</b> - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) NEONATAL CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO N° 05 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX OU NYLON. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>		SEM PROPOSTA				

37	<p><b>ID: 2334</b> - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) PEDIATRICA CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO N°06 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX OU NYLON. DEVE ACOMPANHAR BSNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	COVAN - COMERCIO	MAXY NUTRE	NÃO INFORMADO	INAPTO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL PRODUZIDA EM POLIURETANO, QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) PEDIATRICA CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO).
		2ª Colocada	M MED COMERCIAL	MEDICONE	80020550062	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL QUE ATENDE AO SOLICITADO.
38	<p><b>ID: 1678</b> - SONDA RETAL N° 04. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	DATA - MEDICAL	MEDSONDA	80163570004	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL QUE ATENDE AO SOLICITADO.
39	<p><b>ID: 1677</b> - SONDA RETAL N° 06. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	XMED SAUDE PRODUTOS	MARK MED	10207820019	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.

40	<b>ID: 1679 - SONDA RETAL Nº 08.</b> EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	XMED SAUDE PRODUTOS	MARK MED	10207820019	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
41	<b>ID: 1680 - SONDA RETAL Nº 10.</b> EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	XMED SAUDE PRODUTOS	MARK MED	10207820019	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
42	<b>ID: 1681 - SONDA RETAL Nº 12.</b> EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	XMED SAUDE PRODUTOS	MARK MED	10207820019	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
43	<b>ID: 1682 - SONDA RETAL Nº 14.</b> EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	XMED SAUDE PRODUTOS	MARK MED	10207820019	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
44	<b>ID: 1683 - SONDA RETAL Nº 16.</b> EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	XMED SAUDE PRODUTOS	MARK MED	10207820019	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
45	<b>ID: 1684 - SONDA RETAL Nº 18.</b> EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	XMED SAUDE PRODUTOS	MARK MED	10207820019	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.

46	ID: 1685 - SONDA RETAL Nº 20. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	XMED SAUDE PRODUTOS	MARK MED	10207820019	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
47	ID: 1686 - SONDA RETAL Nº 22. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	SULDONORTE	Biosani	80286009008	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
48	ID: 1692 - SONDA URETRAL Nº 04 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	GOLD HOSPITALAR	WMEDIC	NÃO INFORMADO	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
49	ID: 1688 - SONDA URETRAL Nº 06 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	GOLD HOSPITALAR	WMEDIC	NÃO INFORMADO	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.

50	<p><b>ID: 1693</b> - SONDA URETRAL  <b>Nº 08</b> - DESCARTÁVEL,  CONFECCIONADA EM  MATERIAL ATÓXICO,  MALEÁVEL,  TRANSPARENTE,  ATRAUMÁTICA,  SILICONIZADA, COM  ORIFÍCIOS LATERAIS,  CONECTOR UNIVERSAL,  ESTÉRIL, EMBALAGEM  INDIVIDUAL DE PAPEL  GRAU CIRÚRGICO  CONSTANDO DADOS DE  IDENTIFICAÇÃO E  PROCEDÊNCIA, DATA E  TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,  PRAZO DE VALIDADE E  REGISTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	FOYOMED	10150470535	<b>APTO</b>	<p>APRESENTOU  FOLDER EM ANEXO  À PROPOSTA, EM  PESQUISA DO  PRODUTO  OFERTADO  VERIFICOU-SE QUE  ATENDE AO  SOLICITADO.</p>
51	<p><b>ID: 1689</b> - SONDA URETRAL  <b>Nº 10</b> - DESCARTÁVEL,  CONFECCIONADA EM  MATERIAL ATÓXICO,  MALEÁVEL,  TRANSPARENTE,  ATRAUMÁTICA,  SILICONIZADA, COM  ORIFÍCIOS LATERAIS,  CONECTOR UNIVERSAL,  ESTÉRIL, EMBALAGEM  INDIVIDUAL DE PAPEL  GRAU CIRÚRGICO  CONSTANDO DADOS DE  IDENTIFICAÇÃO E  PROCEDÊNCIA, DATA E  TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,  PRAZO DE VALIDADE E  REGISTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	FOYOMED	10150470535	<b>APTO</b>	<p>APRESENTOU  FOLDER EM ANEXO  À PROPOSTA, EM  PESQUISA DO  PRODUTO  OFERTADO  VERIFICOU-SE QUE  ATENDE AO  SOLICITADO.</p>
52	<p><b>ID: 1690</b> - SONDA URETRAL  <b>Nº 12</b> - DESCARTÁVEL,  CONFECCIONADA EM  MATERIAL ATÓXICO,  MALEÁVEL,  TRANSPARENTE,  ATRAUMÁTICA,  SILICONIZADA, COM  ORIFÍCIOS LATERAIS,  CONECTOR UNIVERSAL,  ESTÉRIL, EMBALAGEM  INDIVIDUAL DE PAPEL  GRAU CIRÚRGICO  CONSTANDO DADOS DE  IDENTIFICAÇÃO E  PROCEDÊNCIA, DATA E  TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,  PRAZO DE VALIDADE E  REGISTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	M MED COMERCIAL	FOYOMED	10150470535	<b>APTO</b>	<p>APRESENTOU  FOLDER EM ANEXO  À PROPOSTA, EM  PESQUISA DO  PRODUTO  OFERTADO  VERIFICOU-SE QUE  ATENDE AO  SOLICITADO.</p>

53	ID: 1694 - SONDA URETRAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	FOYOMED	10150470535	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
54	ID: 1691 - SONDA URETRAL Nº 16 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	FOYOMED	10150470535	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
55	ID: 1695 - SONDA URETRAL Nº 18 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	M MED COMERCIAL	FOYOMED	10150470535	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.

56	<p><b>ID: 1696</b> - SONDA URETRAL Nº 20 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	FOYOMED	10150470535	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
57	<p><b>ID: 1697</b> - SONDA URETRAL Nº 22 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	FOYOMED	10150470535	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
58	<p><b>ID: 5986</b> - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL (TRAQUEOBRÔNQUICA) COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO Nº 2 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM AGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUEM CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>	1ª Colocada	<b>SEM PROPOSTA</b>				

59	<p><b>ID: 2436</b> - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL (TRAQUEOBRÔNQUICA) COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO Nº <b>4 FR</b>, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM AGULO DE 15°, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUEM CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	XMED SAUDE PRODUTOS	MEDIX	80495519039	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
60	<p><b>ID: 6218</b> - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL (TRAQUEOBRÔNQUICA) COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO Nº <b>6 FR</b>, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM AGULO DE 15°, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUE CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	FOYOMED	10150470537	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.

61	<p><b>ID: 2437</b> - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL (TRAQUEOBRÔNQUICA) COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO Nº <b>8 FR</b>, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM AGULO DE 15°, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUE CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	FOYOMED	10150470537	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
62	<p><b>ID: 1666</b> - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº <b>04 FR</b> - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	DATA - MEDICAL	MEDSONDA	80163570005	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
63	<p><b>ID: 1667</b> - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº <b>06 FR</b> - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	<b>STAR COMERCIO</b>	<b>MARKMED</b>	10207820015	<b>INAPTO</b>	<p><b>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM TAMPA, QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA).</b></p>

64	<p><b>ID: 1668</b> - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº <b>08 FR</b> - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	GOLD HOSPITALAR	WMEDIC	82113540003	INAPTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, <b>SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM TAMPA, QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA).</b></p>
65	<p><b>ID: 1669</b> - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº <b>10 FR</b> - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	MEDICAL LIFE COMERCIO	MARKMED	10207820015	INAPTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, <b>SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM TAMPA, QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA).</b></p>
66	<p><b>ID: 6504</b> - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº <b>12 FR</b> - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	MEDICAL LIFE COMERCIO	MARKMED	10207820015	INAPTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DA ANVISA VERIFICOU-SE, <b>SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM TAMPA, QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA).</b></p>

67	<p><b>ID: 1665</b> - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº <b>14 FR</b> - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	BIOSANI	80286000037	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
68	<p><b>ID: 1671</b> - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº <b>16 FR</b> - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	SULDONORTE	BIOBASE	80212340033	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
69	<p><b>ID: 1672</b> - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº <b>18 FR</b> - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	SULDONORTE	BIOBASE	80212340033	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.

70	<p><b>ID: 1673</b> - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº <b>20 FR</b> - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	M MED COMERCIAL	FOYOMED	10150470537	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
71	<p><b>ID: 2682</b> - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº <b>22 FR</b> - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	SULDONORTE	80212340033	Biobase	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
72	<p><b>ID: 2683</b> - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº <b>24 FR</b> - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	SULDONORTE	80212340033	Biobase	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.

73	<p><b>ID: 32921</b> - SONDA PARA HISTEROSONOGRRAFIA OU HISTEROSALPINGOGRAFIA, OU CATETER H/S COM BALÃO SEM LATEX, MACIO, MALEÁVEL, COM PONTA ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE, POSSUI TORNEIRA AZUL PARA INFLAR BALÃO E BRANCA PARA INJEÇÃO DE CONTRASTE, <b>CATETER COM 5 FRENCH X 40CM, DE 0FR X 40 CM, COM SERINGA DE 3CC.</b></p>	1ª Colocada	LABNORTE CIRURGICA	GADALI MEDICAL	80984190002	<b>APTO</b>	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.</p>
74	<p><b>ID: 1642</b> - SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE INFANTIL Nº 14 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM BORRACHA VULCANIZADA SILICONIZADA COM APROXIMADAMENTE 65 CM DE COMPRIMENTO 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUCO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p>	1ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	CREATE	10150470463	<b>INAPTO</b>	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, <b>QUE NÃO APRESENTA O COMPRIMENTO SOLIICTADO ( INFANTI,Nº14, COM APROXIMADAMENTE 65 CM.</b></p>

2575	<p><b>ID: 6215</b> - SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE ADULTA Nº <b>16</b> - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MÉDICO PURO OU PVC COM APROXIMADAMENTE 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p>	1ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	CREATE	10150470463	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
2676	<p><b>ID: 6217</b> - SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE ADULTA Nº <b>18</b> - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MÉDICO PURO COM APROXIMADAMENTE 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p>	1ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	CREATE	10150470463	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.

2777	<p><b>ID: 6074</b> - SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE ADULTA Nº 21 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MÉDICO PURO OU PVC, COM APROXIMADAMENTE 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p>	1ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	CREATE	10150470463	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
2878	<p><b>ID: 1210</b> - SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 06 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES, COM BALÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA				
2979	<p><b>ID: 8285</b> - SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 08 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES, COM BALÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA				

30	80	<p><b>ID: 8286</b> - SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 10 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA
31	81	<p><b>ID: 8116</b> - SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 12 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA
32	82	<p><b>ID: 10366</b> - SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 14 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA

3383	<p><b>ID: 8151</b> - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO Nº 10 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	COVAN - COMERCIO	MAXY NUTRE	NÃO INFORMADO	INAPTO	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, <b>SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PRODUZIDA EM POLIURETANO, QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO).</b></p>
3484	<p><b>ID: 8154</b> - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO Nº 12 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	COVAN - COMERCIO	MAXY NUTRE	NÃO INFORMADO	INAPTO	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, <b>SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PRODUZIDA EM POLIURETANO, QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO).</b></p>

3585	<p><b>ID: 8153</b> - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) INFANTIL CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO <b>Nº 08</b> - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	COVAN - COMERCIO	MAXY NUTRE	NÃO INFORMADO	INAPTO	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, <b>SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PRODUZIDA EM POLIURETANO, QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO).</b></p>
6386	<p><b>ID: 1667</b> - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) <b>Nº 06 FR</b> - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	DATA - MEDICAL	MEDSONDA	80163570005	APTO	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.</p>

65	87	<p><b>ID: 1669</b> - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº <b>10 FR</b> - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	DATA - MEDICAL	MEDSONDA	80163570005	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
66	88	<p><b>ID: 6504</b> - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº <b>12 FR</b> - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	BIOSANI	80286000037	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.
73	89	<p><b>ID: 32921</b> - SONDA PARA HISTEROSONOGRÁFIA OU HISTEROSALPINGOGRÁFIA, OU CATETER H/S COM BALÃO SEM LATEX, MACIO, MALEÁVEL, COM PONTA ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE, POSSUI TORNEIRA AZUL PARA INFLAR BALÃO E BRANCA PARA INJEÇÃO DE CONTRASTE, <b>CATETER COM 5 FRENCH X 40CM, DE 0FR X 40 CM, COM SERINGA DE 3CC.</b></p>	1ª Colocada	ALPHAMEDICOMERCIO	SONOCATH	80984190002	<b>APTO</b>	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO SOLICITADO.

(assinado eletronicamente)

**SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO**

Farmacêutica - CGPM/SESAU-RO

2. **DA CONCLUSÃO:**

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 413/2023/DELTA/SUPEL/RO**, informo-vos que as propostas ofertadas pelas empresas/licitantes, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, as propostas ofertada pelas empresas, para os itens:

- I - **HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - itens (25,74)**
- II - **J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - item (23)**
- III - **JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - itens (28, 29, 30,32)**
- IV - **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - item (31)**
- V - **COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - itens (37, 83, 84 e 85 e remanescente nos itens 33, 34, 35)**
- VI - **MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA - item (66)**
- VII - **STAR COMERCIO LTDA - remanescente para o item (63)**

2.3. Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**.

2.4. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.5. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)  
**REGINALDA MAIA DE SÁ**  
Técnico Adm. Op. da Saúde/Sub-Coordenadora  
SESAU-CGPM/RO

(assinado eletronicamente)  
**JEFERSON FREITAS LOPES**  
Coordenador  
CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 28/12/2023, às 13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 28/12/2023, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0044797343** e o código CRC **7F6DC8BB**.