

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas - LEPAC
Assessoria Técnica - LEPAC-ASTEC

Parecer nº 8/2023/LEPAC-ASTEC

Processo 0062.000126/2023-54

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e insumos laboratoriais - (Tubos e material de coleta), para realização das coletas de amostras biológicas dos pacientes atendidos por toda a Rede de Patologia Clínica para realização dos exames laboratoriais, a pedido do Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas - LEPAC da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU.

1. A Comissão de Análise Técnica, designada pela Portaria nº 4993 de 16 de novembro de 2023 (id.: 0043560160) para a análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 398/2023**, no exercício de suas atribuições, após as diligências realizadas junto a licitante Bioplasma para que, nos termos do do Art. 42, § 2º da nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 apresentasse amostras dos itens 14 e 15 (no mínimo 20 tubos de cada), a fim de que atestássemos o cumprimento do requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência (Somente serão aceitas propostas que ofertem tubos de coleta sanguínea compatíveis com o equipamento pré-analítico P 612 da marca ROCHE, instalado neste LEPAC/RO).

2. Diante disso, em complementação ao Parecer 6 (0044216419), emitimos o seguinte:

a) **DA CONFORMIDADE TÉCNICA:**

Da análise de conformidade quanto a especificação técnica dos produtos ofertados:

Item	Descrição	Licitante	Classificação	Marca/Fabricante	Cód. do Fabricante (requisito de homologação item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962)	Registro Anvisa	Resultado da análise de Conformidade Técnica
14	Sistema para Coleta Múltipla de Sangue composto por tubo à Vácuo com ativador de coágulo e gel separador, volume aproximado de até 4,0ml, em pet, tamanho aproximadamente 13x75mm, estéril, descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume aproximado de até 4,0 ml.	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4º	*	*	*	Licitante não encaminhou proposta quando solicitado via sistema e, não houve resposta via e-mail. Análise de conformidade prejudicada.
		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA	5º	BECTON DICKINSON	365060	10033430470	ATENDE ao requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962
		STAR COMERCIO LTDA	6º	DESCARPACK	0013101	81187220002	NÃO ATENDE ao requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962
		INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	7º	VACUPLAST/CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	GD0XXSGCNR	10379860265	NÃO ATENDE ao requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962
		MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	8º	VACUPLAST/CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	GD0XXSGCNR	10379860265	NÃO ATENDE ao requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962
		ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA	9º	VACUPLAST/CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	GD0XXSGCNR	10379860265	NÃO ATENDE ao requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962

15	Sistema para Coleta Múltipla de Sangue composto por tubo à Vácuo contendo EDTA vol. aproximado de até 2,0ml, em pet, tamanho aproximadamente 13x75mm, estéril, descartável, incolor, contendo EDTA bipotássico ou tripotássico (K2-K3) vol. aproximado de até 2,0 ml, em quantidades adequada para o volume aspirado, para uso em análises hematológicas.	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4°	*	*	*	Licitante não encaminhou proposta quando solicitado via sistema e, não houve resposta via e-mail. Análise de conformidade prejudicada.
		G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES	5°	LABOR IMPORT/Shandong Aosaite	11091	10369460228	NÃO ATENDE ao requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962
		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA	6°	BECTON DICKINSON	360055	10033430741	ATENDE ao requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962
		INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	7°	VACUPLAST/CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	GD0XXEKNR	10379860037	NÃO ATENDE ao requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962
		MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	8°	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	GD0XXEKNR	10379860265	NÃO ATENDE ao requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962
		SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA	9°	LABOR IMPORT	11091	10369460089	NÃO ATENDE ao requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962
16	Sistema para Coleta Múltipla de Sangue composto por tubo à Vácuo contendo EDTA vol. aproximado de até 4,0ml, em pet, tamanho aproximadamente 13x75mm, estéril, descartável, incolor, com edta-k3, volume de aproximado de até 4,0 ml.	STAR COMERCIO LTDA	4°	DESCARPACK	0010201	81187220002	NÃO ATENDE ao requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962
		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA	5°	BECTON DICKINSON	360057	10033430741	NÃO ATENDE ao requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962
		INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	6°	VACUPLAST/CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	GD040EKNR	10379860194	ATENDE o requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962
		MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	7°	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	GD040EKNR	10379860265	ATENDE ao requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962
		G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES	8°	INJEX	750-9	10160610017	ATENDE o requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962
		ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA	9°	VACUPLAST/CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	TV040EK	10379860194	NÃO ATENDE ao requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962
		STAR COMERCIO LTDA	4°	DESCARPACK	0013301	81187220002	NÃO ATENDE ao requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962
		INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	5°	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	GD0XXSGCNR	10379860102	NÃO ATENDE ao requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962

18	Sistema para Coleta Múltipla de Sangue composto por tubo à Vácuo com ativador de coágulo e gel separador, volume aproximadamente 8,0 ml, em pet, tamanho aproximadamente 16x100mm, estéril, descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume aproximadamente 8,0 ml.	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES	6°	INJEX	1047-9	10160610017	ATENDE o requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962
		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7°	*	*	*	Pelos documentos apresentados Proposta Empresa - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (0044040561) não é possível realizar a análise. Análise de conformidade prejudicada.
		MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	8°	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	GD0XXSGCNR	10379860265	NÃO ATENDE ao requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962
		SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA	9°	DESCARPACK	0013301	81187220002	NÃO ATENDE ao requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962

3. A fim de evidenciarmos a conformidade dos produtos ofertados com o requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência (Somente serão aceitas propostas que ofertem tubos de coleta sanguínea compatíveis com o equipamento pré-analítico P 612 da marca ROCHE, instalado neste LEPAC/RO), considerando a proposta da licitante - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES (0044040468), ofertada no Pregão Eletrônico 398/2023 para os itens 15,16 e 18, nos termos do inciso I do Art. 64º da nova Lei de Licitações 14.133/2021, solicitamos informações complementares através do E-mail 0044226358, o qual foi respondido (0044276091) trazendo evidências do atendimento ao requisito constante do item 4.2 - III do Termo de Referência 0040760962 pelos itens ofertados.

4. Após após as diligências realizadas junto a licitante Bioplasma, nos termos do do Art. 42, § 2º da nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, foram recebidas amostras dos itens ofertados (14 e 15) e submetidas aos testes de compatibilidade, realizado pela assessoria científica do fornecedor do equipamento supramencionado, no qual **ATESTOU-SE** a compatibilidade dos itens 14 e 15 ofertados pela licitante BIOPLASMA, conforme o parecer 0044841573;

5. Ante ao exposto, considerando que a veracidade das informações constantes dos documentos apresentados pelas licitantes é de total responsabilidade de quem os produziu, após a análise de conformidade técnica das propostas e das diligências realizadas, esta comissão de análise técnica, designada pela Portaria nº 5203 de 27 de novembro de 2023 (0044380000), emite o seguinte parecer:

I - ATENDEM AOS REQUISITOS TÉCNICOS CONSTANTES DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 398/2023 e seus ANEXOS:

Item	Empresa
14	<ul style="list-style-type: none"> 5ª colocada Proposta Empresa - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA (0044040116)
15	<ul style="list-style-type: none"> 6ª colocada Proposta Empresa - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA (0044040116)
16	<ul style="list-style-type: none"> 6ª colocada Proposta Empresa - INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA (0044040235); 7ª colocada Proposta Empresa - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA (0044040334); 8ª colocada Proposta Empresa - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES (0044040468);
18	<ul style="list-style-type: none"> 8ª colocada Proposta Empresa - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES (0044040468)

II - **NÃO HOUVE** proposta que atendesse o requisito técnico para os demais Itens;

III - Segundo informações constantes no Despacho 0044190261 a licitante ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (0044040041) **NÃO APRESENTOU proposta quando solicitado via sistema e, não houve resposta via e-mail, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA;**

IV - **NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A ANÁLISE** pelos documentos apresentados pela Empresa - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (0044040561) ,**RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DE**

CONFORMIDADE TÉCNICA.

6. Este é o parecer.

Porto Velho, data e hora do sistema.

GLEENSE DOS SANTOS CARTONILHO

Mat. 300060857

Membro da Comissão de Análise Técnica

Portaria nº 5203 de 27 de novembro de 2023 (0044380000)

HERNANDES SANTOS BARROS

Mat. 300151704

Membro da Comissão de Análise Técnica

Portaria nº 5203 de 27 de novembro de 2023 (0044380000)

JOÃO GABRIEL DA SILVA PORTELA

Mat. 300154954

Membro da Comissão de Análise Técnica

Portaria nº 5203 de 27 de novembro de 2023 (0044380000)



Documento assinado eletronicamente por **GLEENSE DOS SANTOS CARTONILHO**, **Analista**, em 29/12/2023, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **João Gabriel Da Silva Portela**, **Técnico**, em 29/12/2023, às 17:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **HERNANDES SANTOS BARROS**, **Farmacêutico(a)**, em 29/12/2023, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0044841276** e o código CRC **EE9EEF24**.