



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 8/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**
Para: **SUPEL-DELTA**
Processo Nº: **0036.011130/2023-65**
Assunto: **PARECER TÉCNICO**
Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

1. Considerando o **Despacho SUPEL-CEL (0044922416)**, o qual solicitou a esta Coordenadoria que realizasse a análise e parecer técnico da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) licitante(s), referente ao **Pregão Eletrônico nº 378/2023/SUPEL/RO**, retorno o processo, após a emissão do **PARECER TÉCNICO**, abaixo, para prosseguimento de feitos.

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PE Nº 378/2023/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.011130/2023-65							
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº. 378/2023/SUPEL/RO-VENTILAÇÃO MECÂNICA							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitados. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
	ID: 1002743 - CIRCUITO RESPIRATÓRIO DRÄGER NEONATAL/PEDIÁTRICO - CIRCUITO PACIENTE PARA VENTILADOR DA MARCA DRAGER. PEÇA EM Y, REUTILIZÁVEL, P, ANGULADO, COM ABERTURA DE SUÇÇÃO TRAQUEIA ONDULADA, P, 14 CM, SUPORTE PARA CATETER ADAPTADOR PARA TERMÔMETRO, REUTILIZÁVEL, PARA CONJUNTO DE TRAQUEIA DE	remanescente	J & A COMERCIO	VENTCARE	NÃO INFORMADO	INAPTA	<i>Por tratar-se de marca específica, cujo o fabricante não participa de processos licitatórios. Para peças específicas sugere-se resolução por parte da Engenharia Clínica da Unidade.</i>

1	<p>RESPIRAÇÃO AQUAPOR EL COLETOR DE UMIDADE, REUTILIZÁVEL, P TRAQUEIA DE SILICONE, REUTILIZÁVEL, P, 60 CM, CONECTOR 10 MM/10MM, Ø 10 MM DRENO DE ÁGUA PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO INFANTIL, REUTILIZÁVEL, N TAMPAS, REUTILIZÁVEL, 7 MM CONECTOR, ALUMÍNIO, REUTILIZÁVEL, 22 MM/11 MM TRAQUEIA DE SILICONE, REUTILIZÁVEL, P, 40 CM, CONECTOR 10 MM/22 MM. Ø 10 MM TRAQUEIA DE SILICONE, REUTILIZÁVEL, P, 60 CM, CONECTOR 10 MM/22 MM, Ø MM. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	remanescente	CENTRALMIX	PROTEC	80435140057	INAPTA	<p>Por tratar-se de marca específica, cujo o fabricante não participa de processos licitatórios. Para peças específicas sugere-se resolução por parte da Engenharia Clínica da Unidade.</p>
6	<p>ID: 1002748 - CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL NEONATAL 1 - 12MM X 45CM-80CM - CIRCUITO RESPIRATÓRIO NEONATAL UNIVERSAL EM SILICONE RAMO DUPLO, CONTENDO 2 (DUAS) TRAQUEIAS CORRUGADAS EXTERNAMENTE E LISA EM SUA FACE INTERNA MEDINDO 12MM X 45CM A 80CM, E CONECTOR "Y". NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	remanescente	NORTEMEDICA	MJV SILICONES	8056890001/80677040003	INAPTA	<p>Em pesquisa ao site do fabricante verificou-se que o mesmo não apresenta o conjunto, conforme solicitado no descritivo. A apresentação no site do fabricante se dá de forma geral e por peças sem a descrição dos tamanhos das mesmas.</p>
		remanescente	BMA-BRASIL	VENTCARE	80677040004	INAPTA	<p>Da análise do folder apresentado e no site da fabricante (https://ventcare.com.br/produtos/circuitos-respiratorios/vent05-vent06-vent06n/) verificou-se que o diâmetro solicitado das traquéias (12mm) não é disponibilizado pelo fabricante.</p>

7	ID: 1002749 - CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL NEONATAL 2 - 12MM X 150CM-180M - CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL EM SILICONE RAMO DUPLO, CONTENDO 2 (DUAS) TRAQUÉIAS CORRUGADAS EXTERNAMENTE E LISA EM SUA FACE INTERNA MEDINDO 12MM, COMPRIMENTO 150CM A 180CM, E CONECTOR EM "Y". NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	remanescente	NORTEMEDICA	MJV SILICONES	8056890001/80677040003	INAPTA	Em pesquisa ao site do fabricante verificou-se que o mesmo não apresenta o conjunto, conforme solicitado no descritivo. A apresentação no site do fabricante se dá de forma geral e por peças sem a descrição dos tamanhos das mesmas.
		remanescente	STAR COMERCIO	VENT CARE	80677040004	INAPTA	Da análise do folder apresentado e no site da fabricante (https://ventcare.com.br/produtos/circuitos-respiratorios/vent05-vent06-vent06n/) verificou-se que o diâmetro solicitado das traquéias (12mm) não é disponibilizado pelo fabricante.
18	ID: 1002760 - CONEXÃO EM "Y", "COM FURO", AUTOCLAVÁVEL INFANTIL, 15 MM EM POLICARBONATO ATÓXICO, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	remanescente	STAR COMERCIO	VENT CARE	80677040003	INAPTA	Por não corresponder as medidas do descritivo
		remanescente	BMA-BRASIL	VENTCARE	80677040003	INAPTA	Por não corresponder as medidas do descritivo
19	ID: 1002761 - CONEXÃO EM "Y", "COM FURO", AUTOCLAVÁVEL NEONATL, 12 MM EM POLICARBONATO ATÓXICO, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	remanescente	STAR COMERCI	VENT CARE	80677040003	INAPTA	Por não corresponder as medidas do descritivo
		remanescente	BMA-BRASIL	VENTCARE	80677040003	INAPTA	Por não corresponder as medidas do descritivo
21	ID: 1002763 - CONEXÃO EM "Y", "SEM FURO", AUTOCLAVÁVEL, INFANTIL, 15 MM EM POLICARBONATO ATÓXICO, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	remanescente	STAR COMERCIO	VENT CARE	80677040003	INAPTA	Por não está descrito no catálogo o modelo ofertado.
		remanescente	BMA-BRASIL	VENTCARE	80677040003	INAPTA	Por não está descrito no catálogo o modelo ofertado.

24	ID: 1002766 - PULMÃO DE TESTE PARA CIRCUITOS DE VENTILADOR MECÂNICO ADULTO . NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA	remanescente	CENTRALMIX	ROMED	81284390004	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
25	ID: 1002767 - PULMÃO DE TESTE PARA CIRCUITOS DE VENTILADOR MECÂNICO INFANTIL . NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA	remanescente	CENTRALMIX	ROMED	81284390004	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
33	ID: 1002775 - TUBO LISO PARA LINHA PROXIMAL PARA VENTILADOR VYAIR (IX5). ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA.	remanescente	CENTRALMIX	ROMED	81284390003	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
43	ID: 1002745 - CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL ADULTO 2 - 22MM X 150CM-180M - CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO UNIVERSAL EM SILICONE RAMO DUPLO, CONTENDO 2 (DUAS) TRAQUÉIAS CORRUGADAS EXTERNAMENTE E LISA EM SUA FACE INTERNA MEDINDO 22MM, COMPRIMENTO ENTRE 150CM E 180M, E CONECTOR EM "Y", AUTOCLAVÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	remanescente	NORTEMEDICA	MJV SILICONES	8056890001/80677040003	INAPTA	<i>Em pesquisa ao site do fabricante verificou-se que o mesmo não apresenta o conjunto, conforme solicitado no descritivo. A apresentação no site do fabricante se dá de forma geral e por peças sem a descrição dos tamanhos das mesmas.</i>

45	ID: 1002747 - CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL INFANTIL 2 - 15MM X 150CM-180M - CIRCUITO RESPIRATÓRIO INFANTIL UNIVERSAL EM SILICONE RAMO DUPLO, CONTENDO 2 (DUAS) TRAQUÉIAS CORRUGADAS EXTERNAMENTE E LISA EM SUA FACE INTERNA MEDINDO 15MM, COMPRIMENTO ENTRE 150CM E 180CM, E CONECTOR EM "Y", AUTOCLAVÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	remanescente	NORTEMEDICA	MJV SILICONES	8056890001/80677040003	INAPTA	Em pesquisa ao site do fabricante verificou-se que o mesmo não apresenta o conjunto, conforme solicitado no descritivo. A apresentação no site do fabricante se dá de forma geral e por peças sem a descrição dos tamanhos das mesmas.
56	ID: 1002761 - CONEXÃO EM "Y", "COM FURO", AUTOCLAVÁVEL NEONATL, 12 MM EM POLICARBONATO ATÓXICO, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	remanescente	NORTEMEDICA	VENTCARE	80677040003	INAPTA	Por não corresponder as medidas do descritivo
58	ID: 1002763 - CONEXÃO EM "Y", "SEM FURO", AUTOCLAVÁVEL, INFANTIL, 15 MM EM POLICARBONATO ATÓXICO, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	remanescente	ALPHAMEDI	VENTCARE	80677040003	INAPTA	Por não corresponder as medidas do descritivo
		remanescente	J & A COMERCIO	VENTCARE	NÃO INFORMADO	INAPTA	Por não corresponder as medidas do descritivo

(assinado eletronicamente)

MÁRCIO LUÍS CORREIA DUARTE

Farmacêutico Analista-CGPMNPL/SESAU-RO

2. DO PARECER:

2.1) Após a análise técnica da(s) proposta(s) apresentada(s) no **Pregão Eletrônico nº 378/2023/SUPEL/RO**, concluiu-se que as empresas/licitantes, relacionadas no item 1, estão **APTAS**, nos itens **24,25 e 33**, por estarem **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração.

2.2) As demais empresas estão **INAPTAS**, nos itens restantes, por estarem **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração.

Atenciosamente.

(assinado eletronicamente)
JEFERSON FREITAS LOPES
Coordenador-CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Luis Correia Duarte, Farmacêutico(a)**, em 10/01/2024, às 20:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 11/01/2024, às 11:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0045088291** e o código CRC **A89E6279**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.011130/2023-65

SEI nº 0045088291