



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

EXAME

EXAME DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO: 280/2023/SUPEL/RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0036.001898/2023-21

OBJETO: (SRP), para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo "Materiais para núcleos de diagnósticos" - (Materiais médico-hospitalares/penso - abaixador de língua, agulha descartável para biopsia, atadura de crepom, guia para biopsia, lâmina de vidro para microscopia, espaçador, membrana de tecido, porta filtro, meia medicinal de compressão, peça para biopsia, cateter de dilatação por balão, alça de polipectomia descartável, clip para hemostasia, balão dilatador pneumático e outros).

DA ADMISSIBILIDADE

Os pedidos de impugnação e esclarecimento das empresas, foram encaminhados, via e-mail, no dia 13 a 27/07/2023. Nesse sentido considerando que a sessão inaugural está pré-agendada para o dia **28/07/2023** às **10h00min** (Horário de Brasília - DF), informamos, portanto, que restam recebidos e conhecidos os pedidos por reunirem as hipóteses legais intrínsecas e extrínsecas de admissibilidade, sendo considerados **tempestivos**.

DOS FATOS

► EMPRESA "A": ESCLARECIMENTO (0039991924)

Por gentileza esclarecer quanto ao Pregão Eletrônico nº 280/2023/SUPEL/RO, em relação ao item 3.3. Das Especificações Técnicas/Quantidades do Objeto:

ITEM 10 - LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA C/ PONTA FOSCA. ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA. ESPESSURA APROXIMADA: 1,0 MM A 1,2 MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 25,4 MM X 76,2 MM. MODELOS: BORDA PONTA FOSCA LAMINA NÃO LAPIDADA, COM EXTREMIDADE FOSCA VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO MS/ANVISA, QUANDO COUBER. APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA COM 50 LÂMINAS

No Portal está especificada que é Lâminas Silanizadas, devo desconsiderar e considerar apenas a descrição do Edital, correto ?

Também no portal está como quantidade estimada de 11.603 unidades e o Edital está quantidade estimada 15.470 caixas, para elaboração de preço qual devo considerar?

E qual a unidade de compra (unidade ou caixa)?.

► RESPOSTA EMPRESA “A” - SESAU-CAFIINP

Ao tempo em que lhes cumprimentamos, vimos pelo presente prestar posicionamento frente ao que solicita a empresa:

Questionamento da empresa: Item 10 No Portal está especificada que é Lâminas Silanizadas, devo desconsiderar e considerar apenas a descrição do Edital, correto ?

Também no portal está como qtd estimada de 11.603 unidades e o Edital está qtd estimada 15.470 caixas, para elaboração de preço qual devo considerar? E qual a unidade de compra (unidade ou caixa).

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: Esclarecemos que, deverá ser considerado o Termo de Referência e a SAMS contido neste Edital. Informamos ainda que, deverá ser apresentada proposta para 11.603 unidades tendo em vista que, a diferença, de 3.867, está sendo destinada a Micro e Pequenas Empresas no item 95, em conformidade Decreto Estadual 21.675/2017. E as a quantidade deve ser medida em caixas, sendo que cada caixa deverá conter 50 unidades de lâmina.

► EMPRESA “B”: IMPUGNAÇÃO (0040063571)

Pedido de Impugnação referente ao Pregão Eletrônico 280/2023 SUPEL-RO, com base nas disposições legais e nos princípios que regem as licitações públicas.

Solicitamos que a equipe responsável analise cuidadosamente o conteúdo do nosso pedido, que abrange os seguintes itens: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 62.

Acreditamos que as restrições impostas pelas especificações técnicas dos referidos itens restringem indevidamente a participação das empresas interessadas e comprometem a ampla concorrência, desrespeitando os princípios da legalidade, isonomia, competitividade e eficiência.

► RESPOSTA EMPRESA “B” - SESAU-CAFIINP

Questionamento da empresa: Item 23: Pinça de Biópsia

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: ACATAMOS a impugnação - referente á comprimento e diâmetro. Estabelecer um intervalo de comprimento entre 160cm e 180cm, e um intervalo de diâmetro externo entre 2.2mm e 2.3mm. As modificações foram realizadas no TR e SAMS.

Questionamento da empresa: Item 24: Pinça de Biópsia.

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: ACATAMOS a impugnação - referente á comprimento e diâmetro. Estabelecer um intervalo de comprimento entre 230cm e 240cm, e um intervalo de diâmetro externo entre 2.2mm e 2.3mm - As modificações foram realizadas no TR e SAMS.

Questionamento da empresa: Item 25: Balão de dilatação:

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: ACATAMOS a impugnação - As modificações foram realizadas no TR e SAMS.

Questionamento da empresa: Item 26: Balão de dilatação:

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: ACATAMOS a impugnação - As modificações foram realizadas no TR

e SAMS.

Questionamento da empresa: Item 27: Balão de dilatação:

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: ACATAMOS a impugnação - As modificações foram realizadas no TR

e SAMS.

Questionamento da empresa: Item 28: Balão de dilatação:

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: ACATAMOS a impugnação - As modificações foram realizadas no TR

e SAMS.

Questionamento da empresa: Item 30: Alça de Polipectomia:

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: Não acatamos. Informamos que, devido o diâmetro entre 30mm e 35mm a unidade necessidade de - laço com diâmetro de 30mm e do tipo jumbo oval.

Questionamento da empresa: Item 31: Alça de Polipectomia:

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: Não acatamos. Informamos que, o diâmetro entre 25mm e 27mm a unidade necessita de - laço com diâmetro de 27mm e o comprimento de trabalho da Alça de Polipectomia entre 230cm e 240cm. Mantendo a característica do tipo oval padrão, com rigidez média. - As modificações foram realizadas no TR e SAMS.

Questionamento da empresa: Item 32: Alça de Polipectomia:

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: ACATAMOS a impugnação. As modificações foram realizadas no TR

e SAMS.

Questionamento da empresa: Item 33: Alça de Polipectomia:

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: ACATAMOS a impugnação referente ao comprimento e o diâmetro. As modificações foram realizadas no TR e SAMS.

Questionamento da empresa: Item 34: Alça de Polipectomia:

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: ACATAMOS a impugnação referente ao comprimento e diâmetro. - As modificações foram realizadas no TR e SAMS.

Questionamento da empresa: Item 35: Alça de Polipectomia:

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: ACATAMOS a impugnação referente ao comprimento de trabalho. As modificações foram realizadas no TR e SAMS.

Questionamento da empresa: Item 36: Alça de Polipectomia:

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: ACATAMOS a impugnação referente ao comprimento de trabalho. As modificações foram realizadas no TR e SAMS.

Questionamento da empresa: Item 37: Alça de Polipectomia:

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: ACATAMOS a impugnação referente ao comprimento de trabalho. As modificações foram realizadas no TR e SAMS.

Questionamento da empresa: Item 39: Pinça de biópsia:

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: ACATAMOS a impugnação desde que mantendo a característica da pinça. As modificações foram realizadas no TR e SAMS.

Questionamento da empresa: Item 40: Pinça de biópsia:

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: ACATAMOS a impugnação desde que mantendo a característica da pinça. As modificações foram realizadas no TR e SAMS.

Questionamento da empresa: Item 43: Balão de acalasia:

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: ACATAMOS a impugnação referente ao comprimento. As modificações foram realizadas no TR e SAMS.

Questionamento da empresa: Item 44: Balão de acalasia:

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: ACATAMOS a impugnação referente ao comprimento. As modificações foram realizadas no TR e SAMS.

Questionamento da empresa: Item 45: Balão de acalasia:

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: ACATAMOS a impugnação referente ao comprimento. As modificações foram realizadas no TR e SAMS.

Questionamento da empresa: Item 46: Injetor de esclerose:

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: ACATAMOS a impugnação referente ao diâmetro externo. As modificações foram realizadas no TR e SAMS.

Questionamento da empresa: Item 47: Injetor de esclerose:

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: ACATAMOS a impugnação referente ao comprimento. As modificações foram realizadas no TR e SAMS.

Questionamento da empresa: Item 48: Injetor de esclerose:

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: Não acatamos alteração, pois informamos a necessidade deste comprimento devido ao serviço endoscópico infantil e os possui tubos curtos.

Questionamento da empresa: Item 49: Injetor de esclerose:

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: Não acatamos alteração, pois informamos a necessidade deste comprimento devido ao serviço endoscópico infantil e os possui tubos curtos.

Questionamento da empresa: Item 62: Pinça cesta com redinha.

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: ACATAMOS a impugnação referente a medida. As modificações foram realizadas no TR e SAMS.

► **EMPRESA “C”: IMPUGNAÇÃO (0040237760)**

Vem através deste solicitar esclarecimento quanto aos itens abaixo:

ITEM 02 - AGULHA DESCARTAVEL P/ BIÓPSIA DE MAMA

(TECIDO MOLE HISTO) 14 G X 12 CM - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO ESTÉRIL, UNIVERSAL, EMBALADA, PARA UTILIZAÇÃO EM BIÓPSIA SEMI-UTOMÁTICAS INDIVIDUALMENTE SEM PISTOLA

Visto que no item 01 já esta sendo solicitada a medida de 14gx10cm. Para esse item, podemos oferecer este modelo de agulha com a medida de 14G X 15cm?

ITENS 78,79 e 80. SONDA NASOGASTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE.... 2 BALÕES, **4 VIAS**, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

Para esses itens, será aceito esse modelo de Sonda Nasogastrica com 03 vias ?

► **RESPOSTA EMPRESA "C" - SESAU-CAFIINP**

Questionamento da empresa: Item 02 - Agulha descartável para biópsia de mama.

Posicionamento Equipe Técnica HB-SESAU-RO: Não acatamos a alteração de 12cm para 15cm. Devido a necessidade de uso da mesma e manipulação. Tal solicitação foi feita pelo especialista que manuseia.

Questionamento da empresa: Item 78,79 e 80. Sonda nasogástrica SENGSTAKEN:

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: Não acatamos a alteração das vias de 4 para 3 vias. Devido a necessidade de uso da mesma e manipulação. Tal solicitação foi feita pelo especialista que manuseia.

► **EMPRESA "D": IMPUGNAÇÃO (0040282477)**

Solicito esclarecimentos quanto aos modelos dos aparelhos referente aos itens 06, 07 e 08.

► **RESPOSTA EMPRESA "D" - SESAU-CAFIINP**

Questionamento da empresa: Solicito esclarecimentos quanto aos modelos dos aparelhos referente aos itens 06, 07 e 08.

Posicionamento CAFII/SESAU-RO:

Para item 06: compatível com aparelho **TOSHIBA MODEL USAI-680A SUP SYMBOL;**

Para item 07: compatível com aparelho **PHILIPS MODELO CLEAR VUE 850; e**

Para item 08: compatível com aparelho **GE MODELO LOGIQ P6 PRO.**

► **EMPRESA "E" IMPUGNAÇÃO (0040322097)**

Vem por meio desta solicitar esclarecimento ao pregão 280/23:

O item 28 pede CATETER DE DILATAÇÃO POR BALAO DESCARTAVEL E ESTERIL FIO GUIA 0.035" COMPRIMENTO DE TRABALHO 240 CM CAPAZ DE DILATAR EM TRES DIAMENTOS DISTINTOS DE 18 – 19.5 – 18 MM, COMPRIMENTO DO BALÃO DE 5.5 PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM OLIMPUS E 3.2 PENTAX E FUJINON. DIAMENTRO DO CATETER DE 7.5 FR. INDICADO PARA ESOFAGO PILORO E COLON (DESCARTAVEL)

Temos o EZM1855: BALÃO DILATADOR PROGRESSIVO - CATETER DIAM. 2,3 MM X COMP. 240 CM ACEITA GUIA 0,035", DILATAÇÃO BALÃO DIAM. 18-19-20 MM(54-57-60 FR) X 5,5 CM (PRESSÃO NOMINAL 3-4,5-5,5 ATM) COMP. 55 MM RMS: 10334780004 VALIDADE: VIGENTE

Perguntamos se podemos participar do certame com essas medidas aproximadas ao que é solicitado?

O item 30 pede ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTAVEL E ESTERIL, TIPO JUMBO OVAL, RIGIDEZ MEDIA COMPRIMENTO DE 240 CM E LAÇO COM DIAMENTRO DE 30 MM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM (DESCARTAVEL) Temos a GF4635: ALÇA DE POLIPECTOMIA OVAL ABERTURA 35MM CANAL 2,8 MM, DIÂM. 2,4 MM, COMP. 240 CM, CATETER EM TEFLON, ALÇA EM AÇO INOX MULTIFILAMENTADO, DESCARTAVELANVISA:10334780042 – VIGENTE.

Perguntamos se podemos participar do certame com essas medidas aproximadas ao que é solicitado?

O item 31 pede ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTAVEL E ESTERIL, TIPO OVAL PADRAO, RIGIDEZ MEDIA COMPRIMENTO DE 240 CM E LAÇO COM DIAMENTRO DE 27 MM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM (DESCARTAVEL).

Temos a GF4625: ALÇA DE POLIPECTOMIA OVAL ABERTURA 25MM CANAL 2,8 MM, DIÂM. 2,4 MM, COMP. 240 CM, CATETER EM TEFLON, ALÇA EM AÇO INOX MULTIFILAMENTADO, DESCARTAVEL ANVISA:10334780042 – VIGENTE.

Perguntamos se podemos participar do certame com essas medidas aproximadas ao que é solicitado?

O item 32 pede ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTAVEL E ESTERIL, TIPO MACRO OVAL, RIGIDEZ MEDIA COMPRIMENTO DE 240 CM E LAÇO COM DIAMENTRO DE 13 MM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM (DESCARTAVEL).

Temos a GF4615: ALÇA DE POLIPECTOMIA OVAL 15 MM CANAL 2,8 MM, DIÂM. 2,4 MM, COMP. 240 CM, CATETER EM TEFLON, ALÇA EM AÇO INOX MULTIFILAMENTADO, DESCARTAVEL ANVISA:10334780042 – VIGENTE.

Perguntamos se podemos participar do certame com essas medidas aproximadas ao que é solicitado?

O ITEM 34 PEDE ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTAVEL E ESTERIL, GIRATORIA, TIPO OVAL PEQUENA, COMPRIMENTO DE 195 CM E LAÇO COM DIAMENTRO DE 13 MM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM (DESCARTAVEL).

Temos a GF4615R: ALÇA DE POLIPECTOMIA OVAL ROTATÓRIA ABERTURA 15 MM CANAL 2,8 MM, DIÂM. 2,4 MM, COMP. 240 CM, CATETER EM TEFLON, ALÇA EM AÇO INOX MULTIFILAMENTADO, DESCARTAVEL RMS:10334780042 VALIDADE: VIGENTE.

Perguntamos se podemos participar do certame com essas medidas aproximadas ao que é solicitado?

O ITEM 36 PEDE ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTAVEL E ESTERIL, TIPO JUMBO OVAL, FIO FINO, COMPRIMENTO DE 240 CM E LAÇO COM DIAMENTRO DE 30 MM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM (DESCARTAVEL).

Temos a GF4635: ALÇA DE POLIPECTOMIA OVAL ABERTURA 35MM CANAL 2,8 MM, DIÂM. 2,4 MM, COMP. 240 CM, CATETER EM TEFLON, ALÇA EM AÇO INOX MULTIFILAMENTADO, DESCARTAVELANVISA:10334780042 – VIGENTE.

Perguntamos se podemos participar do certame com essas medidas aproximadas ao que é

solicitado?

ITEM 38 PEDE ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTAVEL E ESTERIL, TIPO MICRO OVAL, COMPRIMENTO DE 240 CM E LAÇO COM DIAMENTRO DE 13 MM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM (DESCARTAVEL).

Temos a GF4615: ALÇA DE POLIPECTOMIA OVAL 15 MM CANAL 2,8 MM, DIÂM. 2,4 MM, COMP. 240 CM, CATETER EM TEFLON, ALÇA EM AÇO INOX MULTIFILAMENTADO, DESCARTAVEL ANVISA:10334780042 – VIGENTE.

Perguntamos se podemos participar do certame com essas medidas aproximadas ao que é solicitado?

ITEM 42 CLIP PARA HEMOSTASIA, DESCARTAVEL E ESTERIL, PRE CARREGADO COM UM (01) CLIP RADIOPACO, SENDO SEU MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, APRESENTAÇÃO EM SISTEMA DE APLICAÇÃO FLEXIVEL DE MATERIAL EM POLIETILENO, POSSIBILIDADE DE ABRIR E FECHAR DE 2 A 5 VEZES ANTES DO DISPARO DO CLIP. CLIP COM 2 PONTAS COM ABERTURA APROXIMADA DE 11 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 235 CM, ATENDE CANAL DE TRABALHO ACIMA DE 2.8 MM (DESCARTAVEL).

Temos TEMOS U2511-230: DISPOSITIVO APLICADOR DE CLIP CATETER DIAM 2,6 MM COMP 230 CM, ÂNGULO DO CLIP 135°, ABERTURA DO CLIP 11 MM, ROTATÓRIO, DESCARTÁVEL ANVISA:10334780043 – VIGENTE.

Perguntamos se podemos participar do certame com essas medidas aproximadas ao que é solicitado?

► RESPOSTA EMPRESA “E” - SESAU-CAFIINP

Questionamento da empresa: O item 28 pede CATETER DE DILATAÇÃO POR BALAO DESCARTAVEL E ESTERIL FIO GUIA 0.035” COMPRIMENTO DE TRABALHO 240 CM CAPAZ DE DILATAR EM TRES DIAMENTOS DISTINTOS DE 18 – 19.5 – 18 MM, COMPRIMENTO DO BALÃO DE 5.5 PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM OLIMPUS E 3.2 PENTAX E FUJINON. DIAMENTRO DO CATETER DE 7.5 FR. INDICADO PARA ESOFAGO PILORO E COLON (DESCARTAVEL Temos o EZM1855: BALÃO DILATADOR PROGRESSIVO - CATETER DIAM. 2,3 MM X COMP. 240 CM ACEITA GUIA 0,035", DILATAÇÃO BALÃO DIAM. 18-19-20 MM(54-57-60 FR) X 5,5 CM (PRESSÃO NOMINAL 3-4,5-5,5 ATM) COMP. 55 MM RMS: 10334780004 VALIDADE: VIGENTE

Perguntamos se podemos participar do certame com essas medidas aproximadas ao que é solicitado?

Questionamento da empresa: O item 30 pede ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTAVEL E ESTERIL, TIPO JUMBO OVAL, RIGIDEZ MEDIA COMPRIMENTO DE 240 CM E LAÇO COM DIAMENTRO DE 30 MM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM (DESCARTAVEL) Temos a GF4635: ALÇA DE POLIPECTOMIA OVAL ABERTURA 35MM CANAL 2,8 MM, DIÂM. 2,4 MM, COMP. 240 CM, CATETER EM TEFLON, ALÇA EM AÇO INOX MULTIFILAMENTADO, DESCARTAVELANVISA:10334780042 – VIGENTE

Perguntamos se podemos participar do certame com essas medidas aproximadas ao que é solicitado?

Questionamento da empresa: O item 31 pede ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTAVEL E ESTERIL, TIPO OVAL PADRAO, RIGIDEZ MEDIA COMPRIMENTO DE 240 CM E LAÇO COM DIAMENTRO DE 27 MM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM (DESCARTAVEL Temos a GF4625: ALÇA DE POLIPECTOMIA OVAL ABERTURA 25MM CANAL 2,8 MM, DIÂM. 2,4 MM, COMP. 240 CM, CATETER EM TEFLON, ALÇA EM AÇO INOX MULTIFILAMENTADO, DESCARTAVEL ANVISA:10334780042 – VIGENTE

Perguntamos se podemos participar do certame com essas medidas aproximadas ao que é solicitado?

Questionamento da empresa: O item 32 pede ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTAVEL E ESTERIL, TIPO MACRO OVAL, RIGIDEZ MEDIA COMPRIMENTO DE 240 CM E LAÇO COM DIAMENTRO DE 13 MM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM (DESCARTAVEL Temos a GF4615: ALÇA DE POLIPECTOMIA OVAL 15 MM CANAL 2,8 MM, DIÂM.

2,4 MM, COMP. 240 CM, CATETER EM TEFLON, ALÇA EM AÇO INOX MULTIFILAMENTADO, DESCARTAVEL ANVISA:10334780042 – VIGENTE

Perguntamos se podemos participar do certame com essas medidas aproximadas ao que é solicitado?

Questionamento da empresa: O ITEM 34 PEDE ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTAVEL E ESTERIL, GIRATORIA, TIPO OVAL PEQUENA, COMPRIMENTO DE 195 CM E LAÇO COM DIAMENTRO DE 13 MM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM (DESCARTAVEL) Temos a GF4615R: ALÇA DE POLIPECTOMIA OVAL ROTATÓRIA ABERTURA 15 MM CANAL 2,8 MM, DIÂM. 2,4 MM, COMP. 240 CM, CATETER EM TEFLON, ALÇA EM AÇO INOX MULTIFILAMENTADO, DESCARTAVEL RMS:10334780042 VALIDADE: VIGENTE

Perguntamos se podemos participar do certame com essas medidas aproximadas ao que é solicitado?

Questionamento da empresa: O ITEM 36 PEDE ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTAVEL E ESTERIL, TIPO JUMBO OVAL, FIO FINO, COMPRIMENTO DE 240 CM E LAÇO COM DIAMENTRO DE 30 MM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM (DESCARTAVEL) Temos a GF4635: ALÇA DE POLIPECTOMIA OVAL ABERTURA 35MM CANAL 2,8 MM, DIÂM. 2,4 MM, COMP. 240 CM, CATETER EM TEFLON, ALÇA EM AÇO INOX MULTIFILAMENTADO, DESCARTAVEL ANVISA:10334780042 – VIGENTE

Perguntamos se podemos participar do certame com essas medidas aproximadas ao que é solicitado?

Questionamento da empresa: ITEM 38 PEDE ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTAVEL E ESTERIL, TIPO MICRO OVAL, COMPRIMENTO DE 240 CM E LAÇO COM DIAMENTRO DE 13 MM PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM (DESCARTAVEL) Temos a GF4615: ALÇA DE POLIPECTOMIA OVAL 15 MM CANAL 2,8 MM, DIÂM. 2,4 MM, COMP. 240 CM, CATETER EM TEFLON, ALÇA EM AÇO INOX MULTIFILAMENTADO, DESCARTAVEL ANVISA:10334780042 – VIGENTE Perguntamos se podemos participar do certame com essas medidas aproximadas ao que é solicitado?

Questionamento da empresa: ITEM 42 CLIP PARA HEMOSTASIA, DESCARTAVEL E ESTERIL, PRE CARREGADO COM UM (01) CLIP RADIOPACO, SENDO SEU MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, APRESENTAÇÃO EM SISTEMA DE APLICAÇÃO FLEXIVEL DE MATERIAL EM POLIETILENO, POSSIBILIDADE DE ABRIR E FECHAR DE 2 A 5 VEZES ANTES DO DISPARO DO CLIP. CLIP COM 2 PONTAS COM ABERTURA APROXIMADA DE 11 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO DE 235 CM, ATENDE CANAL DE TRABALHO ACIMA DE 2.8 MM. (DESCARTAVEL) temos TEMOS U2511-230: DISPOSITIVO APLICADOR DE CLIP CATETER DIAM 2,6 MM COMP 230 CM, ÂNGULO DO CLIP 135°, ABERTURA DO CLIP 11 MM, ROTATÓRIO, DESCARTÁVEL ANVISA:10334780043 – VIGENTE

Perguntamos se podemos participar do certame com essas medidas aproximadas ao que é solicitado?

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: Informamos que, em resposta aos questionamentos da empresa GFE referente aos itens 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38 e 42, a empresa poderá participar do certame / apresentar propostas conforme solicitado. Entretanto, destacamos que, não fica esclarecida quais seriam as medidas aproximadas a mesma estaria se referindo, e diante dos atos já realizados por esta Coordenadoria, os itens/materiais serão avaliados pela Equipe Técnica e médicos especialistas, podendo ou não os itens serem aprovados no momento oportuno de análises das propostas.

► EMPRESA “F”: IMPUGNAÇÃO (0040334257)

Venho através deste solicitar esclarecimentos quanto ao tópico 10.4 do termo de referência, alínea H.

h) Certidão de Regularidade Trabalhista - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Gostaríamos de entender melhor a natureza da declaração formal mencionada no subitem acima e se ela possui validade como certidão.

Observamos que, de acordo com nossos conhecimentos, a certidão de regularidade trabalhista usualmente é representada pela Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). Entretanto, notamos que o subitem em questão indica uma declaração formal antes da solicitação da CNDT, o que nos causa dúvidas quanto à relevância dessa declaração.

Diante disso, gostaríamos de saber se a declaração mencionada no tópico 10.4, alínea H, tem a mesma validade da CNDT e se ela pode ser aceita como comprovação de regularidade trabalhista nos processos que envolvam essa exigência.

Ficamos à disposição para esclarecimentos adicionais, e agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada ao nosso questionamento

► RESPOSTA EMPRESA “F” SESAU-CAFIINP

Questionamento da empresa: Certidão de Regularidade Trabalhista - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: Informamos que o documento citado foi modificado para "declaração", nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

► EMPRESA “G” IMPUGNAÇÃO (0040362733)

Referente PREGÃO ELETRÔNICO Nº 280/2023/SUPEL/RO de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.001898/2023-21.

O ITEM 20: TORNEIRINHA DESCARTAVEL 3 VIASCOMPOSTA DE MANÍPULO, BASE OU CORPO, TAMPAS PROTETORAS E BICO LUER SLIP OU LOCK COM CONEXÃO ROTATIVA. **ALTA RESISTÊNCIA A PRESSÕES**. PERMITE CONEXÃO SEGURA A TODOS OS TIPOS DE EQUIPOS ENDOVENOSOS, TUBOS EXTENSORES E CATETERES. MANÍPULO GIRATÓRIO COM ROTAÇÃO 360º E COM INDICAÇÃO DE FLUXO. CORPO TRANSLÚCIDO EM POLICARBONATO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADAS A ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDAS A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS- QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. 2480 UNIDADES

Para que seja possível oferecer o produto de acordo com a necessidade do órgão, precisamos saber:

O requisito **ALTA RESISTÊNCIA A PRESSÕES** presente na descrição do produto refere-se a característica de RESISTÊNCIA A LIPÍDIOS ?

Pois se sim, resistência passa de $\cong 3\text{BAR}/45\text{PSI}$ para $\cong 5,5\text{BAR}/80\text{PSI}$, sendo a torneirinha compatível com administração de soluções mais densas

► RESPOSTA EMPRESA “G” - SESAU-CAFIINP

Questionamento da empresa: O requisito ALTA RESISTÊNCIA A PRESSÕES presente na descrição do produto refere-se a característica de RESISTÊNCIA A LIPÍDIOS ? Pois se sim, resistência passa de $\cong 3\text{BAR}/45\text{PSI}$ para $\cong 5,5\text{BAR}/80\text{PSI}$, sendo a torneirinha compatível com administração de soluções mais densas.

Posicionamento CAFII/SESAU-RO: Informamos que ALTA RESISTÊNCIA A PRESSÃO, refere-se a estabilidade da pressão pneumática (0,5 bar) e hidrostática (4,5 bar).

DA DECISÃO

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações, através de sua pregoeira, nomeada por força da Portaria nº 186/GAB/SUPEL, publicada no DOE na data de 07 de dezembro de 2022, torna público aos interessados, em especial, as empresas que retiraram o instrumento convocatório que, tendo em vista o resultado da análise quanto aos pedidos de esclarecimentos/impugnações, **JULGA- SE SANADOS**.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros que se façam necessários através do telefone **(69) 32129243** -, e-mail: atendimentosupel@gmail.com

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

IVANIR BARREIRA DE JESUS

Pregoeira - Equipe/SUPEL

Mat. 300138122



Documento assinado eletronicamente por **Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeiro(a)**, em 10/08/2023, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0040700711** e o código CRC **57BF618F**.