



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

ANÁLISE

Análise nº 1/2024/SESAU-CO

1. PREMISSAS

Trata a presente da análise técnica das propostas apresentadas no PE nº 486/2023 aos autos deste Processo n. 0036.085588/2022-70 e que tem como objeto Aquisição de Nasofibrolaringoscópio Flexível para atender as unidades hospitalares: Hospital Regional de Cacoal - HRC e Policlínica Oswaldo Cruz - POC.

As propostas analisadas constam no Despacho 0045007061:

Considerando o Despacho SUPEL-NP (0044825562) que versa conforme citação abaixo:

(...) Conforme solicitado por meio do despacho id.(0044716431), sirvo-me do presente para lhe encaminhar o processo em tela requerendo a realização de Análise Técnica das propostas.

(1) NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE - Itens 01 - id. (0044819507);

(3) MMR COMERCIO E SERVICOS LTDA - Itens 02, 03 e 04 - id. (0044823816);

(2) SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA - remanescente no item 01 - id. (0044823885);

(4) H STRATTNER E CIA LTDA - remanescente nos itens 01, 03 e 04 - id. (0044823982);

(5) ZOLTAN MEDICAL LTDA - remanescente no item 02 - id. (0044824016);

(6) MF MEDICAL LTDA - remanescente nos itens 03 e 04 - id. (0044824356);

A referência para a análise consta no Termo de Referência (0042906234).



2. ANÁLISE TÉCNICA

Inicialmente cabe destacar o exposto no Despacho 0045253205 em que solicitou a unidade requisitante que procedesse a análise de alguns itens, dadas suas peculiaridades.

No Despacho 0045259837, a unidade requisitante realizou a análise dos itens 3 e 4, sendo acolhidas tais análises, conforme abaixo:


ANÁLISE TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS

Proposta	Empresa	Item	Descrição	Modelo	Fabricante	Parecer	Observação
0044819507	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE	1	Sistema de endoscópio Flexível, com monitor portátil, D= 3,5 mm, C= 30 cm, AV= 0°, CV=70°, deflexão para cima/baixo= 180°/90°. Constituído por: Conexão para compensação da pressão, Conjunto para teste de vazamento, com pera e manômetro e Maleta, incluindo Iluminador manual, com fonte de luz LED, com conector tipo rosca, brilho > 110 lm / > 150 klx, autonomia de 2 horas, apropriado para desinfecção tópica, funcionamento a bateria, sendo fornecido 01 unidade tampa de aeração para esterilização em gás óxido de etileno - ETO; 01 unidade manômetro de teste de estanqueidade; 2 unidades adaptadores conexão, 01 unidade maleta para transporte;	OIF-EP66N	Argus SVE100	NÃO ATENDE	Não foram verificadas na proposta/catálogo as características referentes a: D= 3,5 mm, C= 30 cm, AV= 0°, CV=70°, deflexão para cima/baixo= 180°/90°.
0044823816	MMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	2	Container de plástico para endoscópios flexíveis, adequado para esterilização a gás e peróxido de hidrogênio, utilizado para endoscópio flexível, devendo ser fabricado com a	-	-	-	A licitante solicitou a exclusão de sua proposta a este item, conforme id.(0044716431)

			finalidade de esterilização de endoscópio.				
		3	<p>Conjunto de MONITOR E NASOFIBROSCOPIO FLEXÍVEL - Portátil - asofibroscópio flexível adulto; comprimento útil de 30cm com Ponta Distal de 3,7 mm; Tubo de inserção (Diâmetro) de 3,7 mm; Comprimento de trabalho (útil) de 300 mm; Ângulo de visão de 0° graus; Ângulo de imagem 85° graus; Capacidade de angulação da Ponta Distal: 140° para cima e 140° para baixo; o conjunto deverá ser composto por monitor integrado incluindo cabeçote de câmera, cabo e fonte de luz, conexão USB, saide HDMI , mala de transporte e suporte completo contendo barra transversal, dispositivo de fixação, suporte de câmera, suporte de desinfecção e armazenamento compatível com endoscópios rígidos marca STORZ devidamente registrado na ANVISA</p>	Insighters	iS3-F	ATENDE PARCIALMENTE	<p>Não foi observado na proposta Cabeçote de Câmera para compatibilidade com endoscópios rígidos (essenciais para pós operatórios em otorrinolaringologia)</p>  <p><u>Análise realizada no Despacho 0045259837</u></p>
		4	<p>Conjunto de MONITOR E NASOFIBROSCOPIO FLEXÍVEL - Portátil - Conjunto com UM Nasofibroscópio flexível infantil; com comprimento útil de 30cm com Ponta Distal de 2,9 mm; Tubo de inserção (Diâmetro) de 2,9 mm; Comprimento de trabalho (útil) de 300 mm; Ângulo de visão de 0° graus; Ângulo de imagem 100° graus; Capacidade de angulação da Ponta Distal: 140° para cima e 140° para baixo; o conjunto deverá ser composto por monitor integrado incluindo cabeçote de câmera, cabo e fonte de luz, conexão USB, saide HDMI, mala de transporte e suporte completo contendo barra transversal, dispositivo de fixação, suporte de câmera, suporte de desinfecção e armazenamento compatível com endoscópios rígidos marca STORZ devidamente registrado na ANVISA.</p>	Insighters	iS3-F	ATENDE PARCIALMENTE	<p>Não foi observado na proposta Cabeçote de Câmera para compatibilidade com endoscópios rígidos (essenciais para pós operatórios em otorrinolaringologia)</p>  <p><u>Análise realizada no Despacho 0045259837</u></p>
0044823885	SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA	1	Sistema de endoscópio Flexível, com monitor portátil, D= 3,5 mm, C= 30 cm, AV= 0°,	Não apresentou	Karl Storz	ATENDE	

		CV=70°, deflexão para cima/baixo=180°/90°. Constituído por: Conexão para compensação da pressão, Conjunto para teste de vazamento, com pera e manômetro e Maleta, incluindo Iluminador manual, com fonte de luz LED, com conector tipo rosca, brilho > 110 lm / > 150 klx, autonomia de 2 horas, apropriado para desinfecção tópica, funcionamento a bateria, sendo fornecido 01 unidade tampa de aeração para esterilização em gás óxido de etileno - ETO; 01 unidade manômetro de teste de estanqueidade; 2 unidades adaptadores conexão, 01 unidade maleta para transporte;					
0044823982	H STRATTNER E CIA LTDA	1	Sistema de endoscópio Flexível, com monitor portátil, D= 3,5 mm, C= 30 cm, AV= 0°, CV=70°, deflexão para cima/baixo=180°/90°. Constituído por: Conexão para compensação da pressão, Conjunto para teste de vazamento, com pera e manômetro e Maleta, incluindo Iluminador manual, com fonte de luz LED, com conector tipo rosca, brilho > 110 lm / > 150 klx, autonomia de 2 horas, apropriado para desinfecção tópica, funcionamento a bateria, sendo fornecido 01 unidade tampa de aeração para esterilização em gás óxido de etileno - ETO; 01 unidade manômetro de teste de estanqueidade; 2 unidades adaptadores conexão, 01 unidade maleta para transporte;	11101RPK2	Karl Storz	ATENDE	
		3	Conjunto de MONITOR E NASOFIBROSCOPIO FLEXÍVEL - Portátil - asofibroscópio flexível adulto; comprimento útil de 30cm com Ponta Distal de 3,7 mm; Tubo de inserção (Diâmetro) de 3,7 mm; Comprimento de trabalho (útil) de 300 mm; Ângulo de visão de 0° graus; Ângulo de imagem 85° graus; Capacidade de angulação da Ponta Distal: 140° para cima e 140° para baixo; o conjunto deverá ser composto por monitor integrado incluindo cabeçote de câmera , cabo e fonte de luz, conexão USB, saída HDMI, mala de	11102CMM	Karl Storz	ATENDE PARCIALMENTE	Não foi observado na proposta cabeçote de câmera compatível com endoscópios rígidos (essenciais para pós operatório em otorrinlaringologia)  <u>Análise realizada no Despacho 0045259837</u>

			transporte e suporte completo contendo barra transversal, dispositivo de fixação, suporte de câmera, suporte de desinfecção e armazenamento compatível com endoscópios rígidos marca STORZ devidamente registrado na ANVISA				
		4	Conjunto de MONITOR E NASOFIBROSCOPIO FLEXÍVEL - Portátil - Conjunto com UM Nasofibroscópio flexível infantil; com comprimento útil de 30cm com Ponta Distal de 2,9 mm; Tubo de inserção (Diâmetro) de 2,9 mm; Comprimento de trabalho (útil) de 300 mm; Ângulo de visão de 0° graus; Ângulo de imagem 100° graus; Capacidade de angulação da Ponta Distal: 140° para cima e 140° para baixo; o conjunto deverá ser composto por monitor integrado incluindo cabeçote de câmera , cabo e fonte de luz, conexão USB, saide HDMI, mala de transporte e suporte completo contendo barra transversal, dispositivo de fixação, suporte de câmera, suporte de desinfecção e armazenamento compatível com endoscópios rígidos marca STORZ devidamente registrado na ANVISA.	11102CMM	Karl Storz	ATENDE PARCIALMENTE	<p>Não foi observado na proposta cabeçote de câmera compatível com endoscópios rígidos (essenciais para pós operatório em otorrinlaringologia)</p>  <p><u>Análise realizada no Despacho 0045259837</u></p>
0044824016	ZOLTAN MEDICAL LTDA	2	Container de plástico para endoscópios flexíveis, adequado para esterilização a gás e peróxido de hidrogênio, utilizado para endoscópio flexível, devendo ser fabricado com a finalidade de esterilização de endoscópio.	-	-	NÃO ATENDE	A proposta apresentada não tem relação com o item do pregão.
0044824356	MF MEDICAL LTDA	3	Conjunto de MONITOR E NASOFIBROSCOPIO FLEXÍVEL - Portátil - asofibroscópio flexível adulto; comprimento útil de 30cm com Ponta Distal de 3,7 mm; Tubo de inserção (Diâmetro) de 3,7 mm; Comprimento de trabalho (útil) de 300 mm; Ângulo de visão de 0° graus; Ângulo de imagem 85° graus; Capacidade de angulação da Ponta Distal: 140° para cima e 140° para baixo; o conjunto deverá ser composto por monitor	ARTN028 / AI21426028	ARTHIMED	ATENDE PARCIALMENTE	<p>Não foi observado na proposta cabeçote de câmera compatível com endoscópios rígidos (essenciais para pós operatório em otorrinlaringologia)</p>  <p><u>Análise realizada no Despacho 0045259837</u></p>

		integrado incluindo cabeçote de câmera , cabo e fonte de luz, conexão USB, saída HDMI, mala de transporte e suporte completo contendo barra transversal, dispositivo de fixação, suporte de câmera, suporte de desinfecção e armazenamento compatível com endoscópios rígidos marca STORZ devidamente registrado na ANVISA				
	4	Conjunto de MONITOR E NASOFIBROSCOPIO FLEXÍVEL - Portátil - Conjunto com UM Nasofibroscópio flexível infantil; com comprimento útil de 30cm com Ponta Distal de 2,9 mm; Tubo de inserção (Diâmetro) de 2,9 mm; Comprimento de trabalho (útil) de 300 mm; Ângulo de visão de 0° graus; Ângulo de imagem 100° graus; Capacidade de angulação da Ponta Distal: 140° para cima e 140° para baixo; o conjunto deverá ser composto por monitor integrado incluindo cabeçote de câmera , cabo e fonte de luz, conexão USB, saída HDMI, mala de transporte e suporte completo contendo barra transversal, dispositivo de fixação, suporte de câmera, suporte de desinfecção e armazenamento compatível com endoscópios rígidos marca STORZ devidamente registrado na ANVISA.	ARTN028 / AI21426028	ARTHIMED	ATENDE PARCIALMENTE	<p>Não foi observado na proposta cabeçote de câmera compatível com endoscópios rígidos (essenciais para pós operatório em otorrinlaringologia)</p>  <p><u>Análise realizada no Despacho 0045259837</u></p>

Conclusão



Documento assinado eletronicamente por **Thiago do Carmo Brasil, Subcoordenador(a)**, em 22/01/2024, às 09:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0045335081** e o código CRC **05118BC7**.