



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 13/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL-DELTA**

Processo Nº: 0036.013440/2023-14

Assunto: **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-DELTA (0045398522)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 359/2023/DELTA/SUPEL/RO**, esta Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II/SESAU-RO, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PE Nº 359/2023/DELTA/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.013440/2023-14							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 359/2023/SUPEL/RO							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	ID: 10521 - KIT PARA CIRURGIA DE SLING (INCONTINÊNCIA URINÁRIA, TVT OBTURADOR OU SLING TRANSOBTURATÓRIO): COMPOSTO DE FITA DE POLIPROPILENO E BRAÇOS DE FIXAÇÃO DE POLIDIMETILSILOXANO E DUAS AGULHAS HELICOIDAIS (SEMICIRCULARES)	remanescente	BMR MEDICAL	EZMesh Sling/BMR MEDICAL	80299880183/80299880137	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

	PARA INSERÇÃO VIA TRANSOBTURATÓRIA. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.						
27	ID: 6718 - SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON MIC-KEY A NÍVEL DA PELE, EM SILICONE GRAU MÉDICO, TRANSPARENTE, COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. BALÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA, VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO, E DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO. SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS EXTENSORAS PARA ALIMENTAÇÃO. "CONJUNTO "COMPLETO COM: TUBO PARA GASTROSTOMIA, SONDA EXTENSORA DE 12" COM PINÇA, SONDA EXTENSORA DE 12" COM PINÇA PARA ALIMENTAÇÃO EM BOLUS, SERINGA PARA ALIMENTAÇÃO DE 35CC. FR20 X 1.5CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	remanescente	H W COMERCIO	GFE	NÃO INFORMADO	INAPTO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA TAMANHO 20FR X 1,5 CM, QUE ATENDE AO SOLICITADO (SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON MIC-KEY NO TAMANHO FR20 X 1.5CM DE COMPRIMENTO).

GRUPOS G1, G2

1 34	ID: 8050 - GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 55 MM, COM LÂMINA NA CARGA QUE DISPARE 6 LINHAS DE GRAMPOS, CORTANDO	remanescente	MED CARE	COVIDIEN/GRAMPEADOR GIA CARGA ROXA TRISTAPLE 60/Cód.: GIA60MTS	10349001258	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO GRAMPEADOR
------	--	--------------	----------	--	-------------	--------	--

SIMULTANEAMENTE ENTRE A SEGUNDA E A TERCEIRA LINHA DE GRAMPO. INSTRUMENTO DESCARTÁVEL. POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR O DISPARO ACIDENTAL DO GRAMPEADOR COM CARGA UTILIZADA E PINO DE RETENÇÃO NA PONTA DISTAL. SISTEMA QUE POSSIBILITA O DISPARO TANTO PELO LADO ESQUERDO OU DIREITO DO GRAMPEADOR. POSSUIR, NO MÍNIMO 1,5 GRAMPOS ALÉM DA LINHA DE CORTE E SISTEMA DE COMPRESSÃO TECIDUAL. POSSUIR MANOPLA EMBORRACHADA ANTI-DESLIZANTE. POSSUIR SELETOR DE AJUSTE PARA ESCOLHA DA ALTURA DE FECHAMENTO DE GRAMPO, OU SEJA, POSSUIR NO MESMO GRAMPEADOR TRÊS TAMANHOS POSSÍVEIS DE CORES DE CARGA (FECHAMENTO DE GRAMPO), AZUL PARA TECIDOS NORMAIS (FECHAMENTO DE 1,50MM), DOURADA PARA TECIDOS INTERMEDIÁRIOS (FECHAMENTO DE 1,80MM) E VERDE PARA TECIDOS ESPESSOS (FECHAMENTO DE 2,00MM). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.

remanescente

PROTESENORTE COMERCIO

ETHICON / J&J
Cod:
NTLC55

80145901007

APTO

NO TAMANHO 60MM NÃO ATENDE AO SOLICITADO (GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 55 MM).

APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

35	<p>ID: 8052 - RECARGA PARA O GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 55 MM. POSSUIR LÂMINA DE AÇO TIPO 400 NA CARGA. POSSUIR, NO MÍNIMO, 1,5 GRAMPOS ALÉM DA LINHA DE CORTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. (COMPATÍVEL COM GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 55 MM).</p>	remanescente	MED CARE	COVIDIEN/ROXA TRISTAPLE DE 60 GIA60MTC	10349001258	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO RECARGA PARA GRAMPEADOR NO TAMANHO 60MM NÃO ATENDE AO SOLICITADO (RECARGA PARA O GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 55 MM).
	<p>(COMPATÍVEL COM GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 55 MM).</p>	remanescente	PROTESENORTE COMERCIO	ETHICON / J&J Cod: SR55	80145901006	APTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
2	<p>36 ID: 7901 - GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75 MM, COM LÂMINA NA CARGA QUE DISPARE 6 LINHAS DE GRAMPOS, CORTANDO SIMULTANEAMENTE ENTRE A SEGUNDA E A TERCEIRA LINHA DE GRAMPO. INSTRUMENTO DESCARTÁVEL. POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR O DISPARO ACIDENTAL DO GRAMPEADOR COM CARGA UTILIZADA E PINO DE RETENÇÃO NA PONTA DISTAL. SISTEMA QUE POSSIBILITA O DISPARO TANTO PELO LADO ESQUERDO OU DIREITO DO GRAMPEADOR. POSSUIR, NO MÍNIMO 1,5 GRAMPOS ALÉM DA LINHA DE CORTE E SISTEMA DE COMPRESSÃO TECIDUAL. POSSUIR MANOPLA EMBORRACHADA ANTI-DESLIZANTE.</p>	remanescente	MED CARE	COVIDIEN /CARGA ROXA TRISTAPLE DE 80 COVIDIEN /GIA80MTS	10349001258	INAPTO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO GRAMPEADOR NO TAMANHO 80MM NÃO ATENDE AO SOLICITADO (GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75 MM).

<p>POSSUIR SELETOR DE AJUSTE PARA ESCOLHA DA ALTURA DE FECHAMENTO DE GRAMPO, OU SEJA, POSSUIR NO MESMO GRAMPEADOR TRÊS TAMANHOS POSSÍVEIS DE CORES DE CARGA (FECHAMENTO DE GRAMPO), AZUL PARA TECIDOS NORMAIS (FECHAMENTO DE 1,50MM), DOURADA PARA TECIDOS INTERMEDIÁRIOS (FECHAMENTO DE 1,80MM) E VERDE PARA TECIDOS ESPESSOS (FECHAMENTO DE 2,00MM). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO</p>	<p>remanescente</p>	<p>LABORATORIOS B BRAUN</p>	<p>Marca/Fabricante: Touchstone International medical Science CO. Ltd GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE – LC8038</p>	<p>80136990945</p>	<p>INAPTO</p>	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO GRAMPEADOR NO TAMANHO 80MM NÃO ATENDE AO SOLICITADO (GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75 MM).</p>
<p>37 ID: 7892 - PRODUTO PARA O GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75 MM. POSSUIR LÂMINA DE AÇO TIPO 400 NA CARGA. POSSUIR, NO MÍNIMO, 1,5 GRAMOS ALÉM DA LINHA DE CORTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO</p>	<p>remanescente</p>	<p>MED CARE</p>	<p>COVIDIEN /CARGA ROXA TRISTAPLE DE 80 GIA80MTC</p>	<p>10349001258</p>	<p>INAPTO</p>	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO RECARGA PARA GRAMPEADOR NO TAMANHO 80MM NÃO ATENDE AO SOLICITADO (RECARGA PARA O GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75MM).</p>
<p>(COMPATÍVEL COM GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75 MM).</p>	<p>remanescente</p>	<p>LABORATORIOS B BRAUN</p>	<p>Marca/Fabricante: Touchstone International medical Science CO. Ltd CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE – LCC8038</p>	<p>80136990945</p>	<p>INAPTO</p>	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO RECARGA PARA GRAMPEADOR NO TAMANHO 80MM NÃO ATENDE AO SOLICITADO (RECARGA PARA O GRAMPEADOR LINEAR</p>

(assinado eletronicamente)

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica - CAF II/SESAU-RO

2. **DA CONCLUSÃO:**

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO N°359/2023/DELTA/SUPEL/RO**, informo-vos que a proposta ofertada pela empresa/licitante, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta ofertada pela empresa, para o itens:

- I - **MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - itens dos grupo 01 e grupo 02**
- II - **LABORATORIOS B BRAUN SA - itens do grupo 02**
- III - **H W COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item 27**

2.3. Informo-vos que as demais propostas ofertada pelas empresas/licitantes, está **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertada pelas empresas para os itens:

2.4.

- I - **BMR MEDICAL S.A - Item 01**
- II - **PROTESENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - itens do grupo 01**

2.5. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.6. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

REGINALDA MAIA DE SÁ

Técnico Adm. Op. da Saúde/Sub- Coordenadora
SESAU-CGPM/RO

(assinado eletronicamente)

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
CGPM/SESAU-RO

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.





Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 24/01/2024, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0045427840** e o código CRC **7595DE51**.