



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 14/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL-DELTA**

Processo Nº: 0036.011221/2023-09

Assunto: **PARECER TÉCNICO**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

1. Considerando o **Despacho SUPEL-DELTA (0045418765)**, o qual solicitou a esta Coordenadoria que realizasse a análise e parecer técnico da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) licitante(s), referente ao **Pregão Eletrônico nº 413/2023/SUPEL/RO**, retorno o processo, após a emissão do **PARECER TÉCNICO**, abaixo, para prosseguimento de feitos.

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PE Nº 413/2023/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
COORDENADORIA DA GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.011221/2023-09							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE Nº. 413/2023/SUPEL/RO- SONDAS II							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
3	ID: 1645 - SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) CURTA Nº 08, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA	REMANESCENTE	HOSPSHOP	BIOSANI	80286000034	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).

	<p>PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>						
		REMANESCENTE	DATA - MEDICAL	MEDSONDA	80163570003	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
		REMANESCENTE	J & A COMERCIO	BIOSANI	80286000034	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
20	<p>ID: 1659 - SONDA GÁSTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 20, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p>	REMANESCENTE	XMED SAUDE	MEDIX	80495519043	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
		REMANESCENTE	TECNOMED	BIOSANI	80286000034	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
		REMANESCENTE	SULDONORTE	BIOBASE	80212340034	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
23	<p>ID: 10115 - SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE INFANTIL Nº 12 - CONSTITUÍDA EM SUA TOTALIDADE EM BORRACHA VULCANIZADA SILICONIZADA COM 65 CM DE COMPRIMENTO 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA</p>	REMANESCENTE	CENTRAL MIX				SEM PROPOSTA
		REMANESCENTE	TECNOMED	BIOSANI	NÃO APRESENTADO	INAPTA	<i>O licitante não apresentou o folder/ficha técnica</i>

	PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUCO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE						<i>do produto solicitado. Em pesquisa no site do fabricante (BIOSANI) foi verificado que o produto não faz parte do catálogo do mesmo (Site empresa Biosani).</i>
24	ID: 1642 - SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE INFANTIL Nº 14 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM BORRACHA VULCANIZADA SILICONIZADA COM APROXIMADAMENTE 65 CM DE COMPRIMENTO 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUIROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUCO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	REMANESCENTE	JR LACERDA	CREATE	NÃO APRESENTADO (10150470463)	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
		REMANESCENTE	STAR COMERCIO	BCI MEDIC AL	10297020056	INAPTA	<i>A empresa licitante apresentou folder. O produto ofertado não atende ao solicitado no descritivo por não ser composto, em sua totalidade, por silicone. Além disso o tamanho da sonda ofertada é de 105cm, sendo que o solicitado é de aproximadamente 65cm.</i>
		REMANESCENTE	CENTRO OESTE	CREATE	10150470463	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
33	ID: 8151 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO Nº 10 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BSNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL,	REMANESCENTE	STAR COMERCIO	MAXY NUTRE	10207820024	INAPTA	<i>A empresa licitante não apresentou folder/ficha técnica em anexo à proposta. Em pesquisa ao site do fabricante do produto ofertado, verificou-se que a sonda para alimentação enteral é produzida em poliuretano o que não atende ao solicitado (sonda para alimentação enteral - nasoenteral -</i>

	NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.						adulto, confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico).
		REMANESCENTE	OPEN FARMA	MEDICONE	80020550040	INAPTA	A empresa licitante não apresentou folder/ficha técnica em anexo à proposta. Em pesquisa ao site do fabricante do produto ofertado, verificou-se que a sonda para alimentação enteral é produzida em poliuretano o que não atende ao solicitado (sonda para alimentação enteral - nasoenteral - adulto, confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico).
34	ID: 8154 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO N° 12 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	REMANESCENTE	STAR COMERCIO	MAXY NUTRE	10207820024	INAPTA	A empresa licitante não apresentou folder/ficha técnica em anexo à proposta. Em pesquisa ao site do fabricante do produto ofertado, verificou-se que a sonda para alimentação enteral é produzida em poliuretano o que não atende ao solicitado (sonda para alimentação enteral - nasoenteral - adulto, confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico).
		REMANESCENTE	OPEN FARMA	MEDICONE	80020550040	INAPTA	A empresa licitante não apresentou folder/ficha técnica em anexo à proposta. Em pesquisa ao site do fabricante do produto ofertado, verificou-se que a sonda para

							<i>alimentação enteral é produzida em poliuretano o que não atende ao solicitado (sonda para alimentação enteral - nasoenteral - adulto, confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico).</i>
35	ID: 8153 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) INFANTIL CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO N° 08 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	REMANESCENTE	STAR COMERCIO	MAXY NUTRE	10207820029	INAPTA	<i>A empresa licitante não apresentou folder/ficha técnica em anexo à proposta. Em pesquisa ao site do fabricante do produto ofertado, verificou-se que a sonda para alimentação enteral é produzida em poliuretano o que não atende ao solicitado (sonda para alimentação enteral - nasoenteral - adulto, confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico).</i>
		REMANESCENTE	OPEN FARMA	MEDICONE	80020550040	INAPTA	<i>A empresa licitante não apresentou folder/ficha técnica em anexo à proposta. Em pesquisa ao site do fabricante do produto ofertado, verificou-se que a sonda para alimentação enteral é produzida em poliuretano o que não atende ao solicitado (sonda para alimentação enteral - nasoenteral - adulto, confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico).</i>
52	ID: 1690 - SONDA URETRAL N° 12 - DESCARTÁVEL,	1ª Colocada	HOSPSHOP PRODUTOS	FOYOMED	10150470535	INAPTA	<i>A empresa licitante apresentou folder. O</i>

	CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA , COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	XMED SAUDE	MARK MED	10207820014	INAPTA	<i>produto ofertado não atende ao solicitado no descritivo por não ser SILICONIZADO</i>
		REMANESCENTE	GOLD HOSPITALAR	WMEDIC	82113540002	APTA	<i>A empresa licitante não apresentou folder. O produto ofertado não atende ao solicitado no descritivo por não ser SILICONIZADO, conforme pesquisa no site do fabricante.</i>
		REMANESCENTE	GOLD HOSPITALAR	WMEDIC	82113540002	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
60	ID: 6218 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL (TRAQUEOBRÔNQUICA) COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUCCÃO Nº 6 FR , CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM AGULO DE 15º , DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUE CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL , ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	2ª Colocada	GOLD HOSPITALAR	WMEDIC	82113540003	INAPTA	<i>A empresa licitante apresentou folder, mediante solicitação. Da análise foi constatado que : não possui ponta distal com ângulo de 15°, ponta da válvula com conector LUER SUP, não possui graduações com 2cm de distância a partir de 6cm até 22cm da ponta distal.</i>
61	ID: 2437 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL (TRAQUEOBRÔNQUICA) COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUCCÃO Nº 8 FR , CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM AGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUE CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM	2ª Colocada	GOLD HOSPITALAR	WMEDIC	82113540003	INAPTA	<i>A empresa licitante apresentou folder, mediante solicitação. Da análise foi constatado que : não possui ponta distal com ângulo de 15°, ponta da válvula com conector LUER SUP, não possui graduações com 2cm de distância a</i>

	ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.						<i>partir de 6cm até 22cm da ponta distal.</i>
62	ID: 1666 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 04 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA , COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	2ª Colocada	GOLD HOSPITALAR	WMEDIC	82113540001	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
63	ID: 1667 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 06 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA , COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	2ª Colocada	XMED SAUDE	MARK MED	10207820015	INAPTA	<i>A empresa licitante não apresentou folder. Por meio de pesquisa em site da internet (site Empresa Nutrine), constatou-se que o produto ofertado não atende ao solicitado no descritivo por não ser SILICONIZADO.</i>
65	ID: 1669 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 10 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA , COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	REMANESCENTE	BRAMED	MEDSONDA	80163570005	INAPTA	<i>A empresa licitante não apresentou folder. Por meio de pesquisa em site do fabricante na internet (Site da Empresa MedSonda), constatou-se que o produto ofertado não atende ao solicitado no descritivo por não ser SILICONIZADO.</i>
		REMANESCENTE	XMED SAUDE	MARK MED	10207820015	INAPTA	<i>A empresa licitante não apresentou folder. Por meio de</i>

							pesquisa em site da internet (site Empresa Nutrine), constatou-se que o produto ofertado não atende ao solicitado no descritivo por não ser SILICONIZADO.
		REMANESCENTE	JR LACERDA	BIOSANI	NÃO APRESENTADO	INAPTA	A empresa licitante não apresentou folder. Por meio de pesquisa em site do fabricante na internet (site Empresa Biosani), constatou-se que o produto ofertado não atende ao solicitado no descritivo por não ser SILICONIZADO.
66	ID: 6504 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 12 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	REMANESCENTE	BRAMED	MEDSONDA	80163570005	INAPTA	A empresa licitante não apresentou folder. Por meio de pesquisa em site do fabricante na internet (Site Empresa MedSonda), constatou-se que o produto ofertado não atende ao solicitado no descritivo por não ser SILICONIZADO.
		REMANESCENTE	JR LACERDA	BIOSANI	NÃO APRESENTADO	INAPTA	A empresa licitante não apresentou folder. Por meio de pesquisa em site do fabricante na internet Site da Empresa Biosani , constatou-se que o produto ofertado não atende ao solicitado no descritivo por não ser SILICONIZADO.
		REMANESCENTE	STAR COMERCIO	MARK MED	10207820015	INAPTA	A empresa licitante não apresentou folder. Por meio de pesquisa em site da internet Site da

							<i>Empresa Nutrine, constatou-se que o produto ofertado não atende ao solicitado no descritivo por não ser SILICONIZADO.</i>
74	ID: 1642 - SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE INFANTIL Nº 14 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM BORRACHA VULCANIZADA SILICONIZADA COM APROXIMADAMENTE 65 CM DE COMPRIMENTO 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUIROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUCO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	REMANESCENTE	CENTRAL MIX				SEM PROPOSTA
		REMANESCENTE	TECNOMED				SEM PROPOSTA
33	ID: 8151 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO Nº 10 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	REMANESCENTE	TECNOMED				SEM PROPOSTA
		REMANESCENTE	M MED	MEDICONE	80020550065	INAPTA	<i>A empresa licitante apresentou folder/ficha técnica em anexo à proposta. Da análise do produto ofertado, verificou-se que a sonda para alimentação enteral é produzida em poliuretano o que não atende ao solicitado (sonda para alimentação enteral - nasoenteral - adulto, confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico).</i>
34	ID: 8154 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO Nº 12 - CONSTITUÍDA DE TUBO	REMANESCENTE	M MED	MEDICONE	80020550065	INAPTA	<i>A empresa licitante apresentou folder/ficha técnica em anexo à proposta. Da análise do produto ofertado, verificou-</i>

	RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BSNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.						<i>se que a sonda para alimentação enteral é produzida em poliuretano o que não atende ao solicitado (sonda para alimentação enteral - nasoenteral - adulto, confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico).</i>
		REMANESCENTE	TECNOMED	SEM PROPOSTA			
35	ID: 8153 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) INFANTIL CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO N° 08 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BSNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	REMANESCENTE	M MED	MEDICONE	80020550065	INAPTA	<i>A empresa licitante apresentou folder/ficha técnica em anexo à proposta. Da análise do produto ofertado, verificou-se que a sonda para alimentação enteral é produzida em poliuretano o que não atende ao solicitado (sonda para alimentação enteral - nasoenteral - adulto, confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico).</i>
		REMANESCENTE	TECNOMED				SEM PROPOSTA

(assinado eletronicamente)

MÁRCIO LUÍS CORREIA DUARTE

Farmacêutico Analista-CGPMNPL/SESAU-RO

2. DO PARECER:

2.1) Após a análise técnica da(s) proposta(s) apresentada(s) no **Pregão Eletrônico nº 413/2023/SUPEL/RO**, concluiu-se que a(s) empresa(s)/licitante(s), abaixo relacionada(s), está(ão) **INAPTA(S)**, no(s) respectivos item(ns), por estar(em) **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração:

STAR COMÉRCIO: 24,33,34,35 e 66

TECNOMED: 23

OPEN FARMA: 33,34 e 35

HOSPSHOP PRODUTOS: 52

XMED SAUDE - Item: 52,63 e 65

GOLD HOSPITALAR - Item: 60 e 61

BRAMED: 65 e 66

JR LACERDA - Item: 65 e 66

M MED - 83,84 e 85

2.2) Demais empresa(s)/licitante(s) está(ão) APTA(S).

Atenciosamente.

(assinado eletronicamente)

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador-CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Luis Correia Duarte, Farmacêutico(a)**, em 29/01/2024, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 30/01/2024, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0045477139** e o código CRC **96DBDD04**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.011221/2023-09

SEI nº 0045477139