



## GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 18/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL-DELTA**

Processo Nº: **0036.011130/2023-65**

Assunto: **PARECER TÉCNICO**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

1. Considerando o **Despacho SUPEL-CEL (0045592647)**, o qual solicitou a esta Coordenadoria que realizasse a análise e parecer técnico da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) licitante(s), referente ao Pregão Eletrônico nº 378/2023/SUPEL/RO, a **título de elucidação da manifestação técnica para o item 01**, retorno o processo, após a emissão do **PARECER TÉCNICO**, abaixo, para prosseguimento de feitos.

1. **ANÁLISE TÉCNICA DA(S) PROPOSTA(S) DA(S) EMPRESA(S) (PE Nº 378/2023/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.011130/2023-65							
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº. 378/2023/SUPEL/RO-VENTILAÇÃO MECÂNICA							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitados. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Elucidação da manifestação técnica para o item 1 (0045592647)							
ITEM	DESCRIPTIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	<b>ID: 1002743 - CIRCUITO RESPIRATÓRIO DRÄGER NEONATAL/PEDIÁTRICO - CIRCUITO PACIENTE PARA VENTILADOR DA MARCA DRAGER. PEÇA EM Y, REUTILIZÁVEL, P, ANGULADO, COM</b>	remanescente	J & A COMERCIO	VENTCARE	NÃO INFORMADO	<b>INAPTA</b>	<i>A empresa licitante não apresentou Folder. Da análise da ficha técnica do produto da marca ofertada, em site da INTERNET ( <a href="https://www.dormed.com.br/circuito-para-respirador-neonatal-com-proximal---ventcare/p">https://www.dormed.com.br/circuito-para-respirador-neonatal-com-proximal---ventcare/p</a> ), foi constada a discordância dos aspectos e falta dos seguintes componentes em</i>

<p>ABERTURA DE SUÇÇÃO TRAQUEIA ONDULADA, P, 14 CM, SUPORTE PARA CATETER ADAPTADOR PARA TERMÔMETRO, REUTILIZÁVEL, PARA CONJUNTO DE TRAQUEIA DE RESPIRAÇÃO AQUAPOR EL COLETOR DE UMIDADE, REUTILIZÁVEL, P TRAQUEIA DE SILICONE, REUTILIZÁVEL, P, 60 CM, CONECTOR <b>10 MM/ 10MM, Ø 10 MM</b></p>				<p><i>relação ao circuito respiratório descrito no Edital:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quantidade de traquéias da marca ofertada 04 (quatro), descritivo pede 05 (cinco);</li> <li>- As dimensões das traquéias ofertadas estão em desacordo com as do descritivo;</li> <li>- Falta traquéia ondulada 14 cm, suporte para cateter;</li> <li>- Falta adaptador para termômetro, reutilizável, para conjunto da traquéia de respiração Aquapor EL;</li> <li>- Falta coletor de umidade, reutilizável;</li> <li>- Falta dreno de água para circuito respiratório infantil, reutilizável;</li> <li>- Falta tampa, reutilizável, 7 mm;</li> <li>- Falta conector, alumínio, reutilizável, 22mm/11mm.</li> </ul>
<p>RESPIRATÓRIO INFANTIL, REUTILIZÁVEL, N TAMP, REUTILIZÁVEL, 7 MM CONECTOR, ALUMÍNIO, REUTILIZÁVEL, <b>22 MM/11 MM</b> TRAQUEIA DE SILICONE, REUTILIZÁVEL, P, 40 CM, CONECTOR <b>10 MM/22 MM. Ø 10 MM</b> TRAQUEIA DE SILICONE, REUTILIZÁVEL, P, 60 CM, CONECTOR 10 MM/22 MM, Ø MM.NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	remanescente	CENTRAL MIX	PROTEC 80435140057	<p><b>INAPTA</b></p> <p>A empresa licitante apresentou Folder. Da análise da ficha técnica do produto da marca ofertada ( CIRCUI TO PACIENTE ANESTESIA SIL NEO DGR - 006389 ) foi constatada a discordância dos aspectos e falta dos seguintes componentes em relação ao circuito respiratório descrito no Edital:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quantidade de traquéias da marca ofertada 03 (três), descritivo pede 05 (cinco);</li> <li>- As dimensões das traquéias ofertadas estão em desacordo com as do descritivo;</li> <li>- O circuito solicitado no descritivo não possui balão respiratório em sua composição;</li> <li>- Falta traquéia ondulada 14 cm, suporte para cateter;</li> <li>- Falta adaptador para termômetro, reutilizável, para conjunto da traquéia de respiração Aquapor EL;</li> <li>- Falta coletor de umidade, reutilizável;</li> <li>- Falta dreno de água para circuito respiratório infantil, reutilizável;</li> <li>- Falta tampa, reutilizável, 7 mm;</li> <li>- Falta conector, alumínio, reutilizável, 22mm/11mm.</li> </ul>

(assinado eletronicamente)

**MÁRCIO LUÍS CORREIA DUARTE**

Farmacêutico Analista-CGPMNPL/SESAU-RO

2. **DO PARECER:**

Após a análise técnica da(s) proposta(s) apresentada(s) no **Pregão Eletrônico nº 378/2023/SUPEL/RO**, a fim de elucidar manifestação técnica anterior (0045088291), concluiu-se que as empresas/licitantes, **J & A COMERCIO** e **CENTRAL MIX**, que apresentaram proposta para o item 1, estão **INAPTAS** por estarem **DESACORDO** com o solicitado por esta administração.

Atenciosamente.

(assinado eletronicamente)

**JEFERSON FREITAS LOPES**

Coordenador-CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Luis Correia Duarte, Farmacêutico(a)**, em 31/01/2024, às 19:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 01/02/2024, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0045607645** e o código CRC **D661981C**.

**Referência:** Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.011130/2023-65

SEI nº 0045607645