



## GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL-NP**

Processo Nº: 0036.022502/2023-89

Assunto: **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-NP (0045724441)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 549/2023/NP/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 549/2023/NP/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA.							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.							
COORDENADORIA DA GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS.							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.022502/2023-89							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 549/2023/SUPEL/ NP/RO/MATERIAIS DIVERSOS I.							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA

1	<p><b>ID: 5401 - APARELHO DE BARBEAR,</b> DESCARTÁVEL, TIPO TRICOTOMIZADOR, EM CABO DE PLÁSTICO, SEM REBARBAS, <b>COM 95 MM</b> DE COMPRIMENTO, <b>COMPOSTO DE 3 LAMINAS DE CORTES</b> DE APROXIMADAMENTE 04 CM, PROTEGIDA ATRAVÉS DE BORDO DENTADO COM TAMPA DE PROTEÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	AVF COMERCIO	HAI BRASIL	NÃO INFORMADO	INAPTO	<p><b>NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO NÃO VERIFICOU-SE APARELHO DE BARBEAR, DESCARTÁVEL, TIPO TRICOTOMIZADOR, EM CABO DE PLÁSTICO, SEM REBARBAS, COM 95 MM DE COMPRIMENTO, COMPOSTO DE 3 LAMINAS DE CORTES DE APROXIMADAMENTE 04 CM, A MARCA OFERTADA DO PRODUTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO.</b></p>
	<p><b>ID: 5401 - APARELHO DE BARBEAR,</b> DESCARTÁVEL, TIPO TRICOTOMIZADOR, EM CABO DE PLÁSTICO, SEM REBARBAS, <b>COM 95 MM</b> DE COMPRIMENTO, <b>COMPOSTO DE 3 LAMINAS DE CORTES</b> DE APROXIMADAMENTE 04 CM, PROTEGIDA ATRAVÉS DE BORDO DENTADO COM TAMPA DE PROTEÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	REMANESCENTE	STAR COMERCIO	ALFA CELL	ISENTO	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
2	<p><b>NID - 1002886 - CAIXA TÉRMICA 20 LITROS</b> COM TERMÔMETRO PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES, MATERIAL PAREDE</p>	1ª Colocada	P.R.P BORGES	TERVAC PU 26 LITROS	NÃO INFORMADO	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE</p>

	<p>EXTERNA EM POLIETILENO, ISOLAMENTO EM POLIURETANO E PAREDE INTERNA EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES EXTERNAS (COMP. X LARG. X ALT.) <b>46 X 31 X 30,5 CM</b>, DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAMENTE (COMP. X LARG. X ALT.) <b>37 X 22 X 22 CM</b>, PESO <b>2,42 KG</b>, <b>TERMÔMETRO FAIXA (-50+70°C)</b>, PRECISÃO +/- 1°C (ENTRE -20+50°C) E +/- 2°C NO RESTANTE DA ESCALA, ALIMENTAÇÃO 1 PILHA 1,5 VOLTS TIPO AAA (INCLUSA). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.DE UTILIZAÇÃO</p>					DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	
3	<p><b>ID: 10557</b> -CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO, COMPOSIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO, LEVE, ATÓXICA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEHD), COM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) PARA MANTER A TEMPERATURA INTERNA CONSERVADA POR MAIS TEMPO. <b>CAPACIDADE VARIANDO ENTRE 12 E 16 LITROS</b>, SEM TERMÔMETRO, DIMENSÕES APROXIMADAS</p>	1ª Colocada	SALUTARY	MOR	ISENTO	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

	<p>EXTERNAS VARIANDO + OU - ATÉ 10 CM COM 36 COMPRIMENTO, 27 CM DE LARGURA E 25 CM DE ALTURA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						
4	<p><b>ID: 8181 CAIXA TÉRMICA</b> PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO, COMPOSIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO, LEVE, ATÓXICA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEHD), COM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) PARA MANTER A TEMPERATURA INTERNA CONSERVADA POR MAIS TEMPO.</p> <p><b>CAPACIDADE VARIANDO ENTRE 5 E 7 LITROS</b>, SEM TERMÔMETRO, DIMENSÕES APROXIMADAS EXTERNAS VARIANDO + OU - ATÉ 10 CM COM 27 COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 19 CM DE ALTURA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SALUTARY	MOR	ISENTO	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
5	<p><b>ID: 5294 - CLAMP UMBILICAL</b> DESCARTÁVEL E ESTÉRIL -</p>	1ª Colocada	SALUTARY	FOYOMED	10150470580	APTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA</p>

	<p>CONFECCIONADO EM CORPO ÚNICO COM MATERIAL PLÁSTICO ESPECIAL, RESISTENTE E ATÓXICO, ANTI-ALERGÊNICO, APIROGÊNICO, FORMATO E SISTEMA DENTEADO TIPO PINÇA EM PVC, COM BORDAS ARREDONDADAS NÃO TRAUMÁTICAS, DUPLAMENTE SERRILHADAS, APRESENTANDO SISTEMA DE TRAVAMENTO E LACRE DEFINITIVO E SEGURO COM FECHO PLÁSTICO INVIOLÁVEL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						<p>COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
6	<p><b>ID: 467 - COLCHÃO DE AR, ANTIESCARAS, TIPO CAIXA DE OVO ABERTA, INFLÁVEL, COM VÁLVULA ANTI-VAZAMENTO, TAMANHO DE 190CM X 90CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</b></p>	1ª Colocada	STAR COMERCIO LTDA	MULTILASER	81596320069	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO <b>COLCHÃO INFLÁMVEL ANTI ESCARAS NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( COLCHÃO DE AR, ANTIESCARAS, TIPO CAIXA DE OVO ABERTA).</b></p>
7	<p><b>ID: 10652 - ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NYLON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, FORMATO CABEÇA TRIANGULAR, MODELO MACIO, COR AZUL,</b></p>	1ª Colocada	PMX COMERCIO	ULTRA	NÃO INFORMADO	APTO	<p>NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO</p>

	<p>APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM CURVA ACENTUADA, TIPO CERDAS PONTAS ARREDONDADAS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>						<p>ATENDE AO SOLICITADO.</p>
8	<p><b>ID: 5402- ESCOVA DE ASSEPSIA</b> DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO DUPLA FACE, FLEXIVEL, DOTADA DE CERDAS MACIAS E DE ESPONJA DE POLIURETANO UNIFORMEMENTE IMPREGNADA COM SOLUÇÃO DE <b>CLOREXIDINA A 2% COM TENSOATIVOS.</b> PARA LAVAGEM DAS MÃOS E BRAÇO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	RIOQUIMICA S.A.	<p>RIOQUIMICA RIOHEX 2% ESCOVA 22ML – 108 UN CAIXA COM 108 UNIDADES</p>	<p>NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº 576/2021. AFE Nº1.01.520-1.</p>	<b>APTO</b>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
9	<p><b>ID: 1000156 - ESCOVA DE ASSEPSIA</b> DESCARTÁVEL SECA CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO DUPLA FACE ,FLEXIVEL, DOTADA DE CERDAS MACIAS E DE ESPONJA DE POLIURETANO PARA DEGERMAÇÃO E ASSEPSIA DAS MÃOS E BRAÇOS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E</p>	1ª Colocada	P H COMERCIO	RIOQUIMICA	ISENTO	<b>APTO</b>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>

	PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA						
10	<b>ID: 1002639 - GELO REUTILIZÁVEL RÍGIDO (GELOX), DE 750 ML DIMENÇÕES APROXIMADAS DE 27 CM DE COMPRIMENTO, 15 CM DE LARGURA E 2,5 CM DE ESPESSURA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>	1ª Colocada	AARO COMERCIO	GELOTECH/GELOTECH	NÃO INFORMADO	<b>APTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
11	<b>ID: 499 - HASTE FLEXÍVEL PARA LIMPEZA DE OUVIDO (COTONETE). CAIXA COM 75 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>	1ª Colocada	PMX COMERCIO E SERVICIO LTDA	PORLAFIX	NÃO INFORMADO	<b>APTO</b>	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
12	<b>ID: 1001810 - MEMBRANA EM TECIDO FILTRANTE (ELEMENTO FILTRANTE PARA O PORTA FILTRO) BACTERICIDA, DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO EM PORTA-FILTRO (COMPATÍVEL COM PORTA FILTRO UTILIZADO NO ESPIRÔMETRO MICROLAB DE 30 MM X 34 MM), PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNÇÃO PULMONAR (ESPIROMETRIA). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR</b>	1ª Colocada	SALUTARY	PROARLIFE	80776540004	<b>APTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

	IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
13	<b>ID: 32668 - PORTA FILTRO REUTILIZÁVEL PARA ESPIROMETRIA 30 MM X 34 MM</b> COM ABERTURA PARA TROCA DO ELEMENTO FILTRANTE (FILTRO) APÓS CADA EXAME, COMPATÍVEL COM ESPIRÔMETRO MICROLAB. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	SALUTARY	INFAXPAPER	80906620002	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
14	<b>ID: 7257 - TUBO (TUBETE OU BOCAL) DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA,</b> COMPATÍVEL COM PORTA FILTRO USADO NO <b>ESPIRÔMETRO</b> MICROLAB, DESCARTÁVEL, <b>ADULTO, DIÂMETRO 28 MM X 30 MM X 65 MM, EM PAPELÃO COM PELÍCULA PLÁSTICA.</b> A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ADUNA COMERCIO	ALPHARAD	80634880006	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADO( TUBETE <b>70MM x 28MM x 30MM</b> ) NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( TUBO (TUBETE OU BOCAL) DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA, COMPATÍVEL COM PORTA FILTRO USADO NO ESPIRÔMETRO MICROLAB, DESCARTÁVEL, ADULTO, DIÂMETRO <b>28 MM X 30 MM X 65 MM</b> , EM PAPELÃO COM PELÍCULA PLÁSTICA).
		REMANESCENTE	SALUTARY	PROARLIFE	ISENTO	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM

							ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA (ESPIROMETRIA 65X28,5X30,5MM) NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( TUBO (TUBETE OU BOCAL) DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA, COMPATÍVEL COM PORTA FILTRO USADO NO ESPIRÔMETRO MICROLAB, DESCARTÁVEL, ADULTO, DIÂMETRO 28 MM X 30 MM X 65 MM, EM PAPELÃO COM PELÍCULA PLÁSTICA).
15	<b>ID: 1002372</b> - PALITO TIPO ESPETO, DE MADEIRA, PARA COLETA DE FEZES, 25 CM X 0,3 A 0,4CM. <b>PACOTE COM 100 UNIDADES.</b> A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	SEM PROPOSTA				
16	<b>ID: 6037</b> - LAMPADA PARA FOCO CIRÚRGICO <b>12V 25 W.A</b> EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	PMX COMERCIO	SADOKIN	NÃO INFORMADO	<b>APTO</b>	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
17	<b>NID - 1002925</b> - LÂMPADA DE <b>INFRAVERMELHO PARA FISIOTERAPIA, 150 WATTS, 127</b>	1ª Colocada	PMX COMERCIO	REDLAMP	NÃO INFORMADO	<b>APTO</b>	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM

	<b>VOLTS.</b> EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA						CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	
<b>18</b>	<b>ID: 10655</b> - SERRA DE GIGLI COMPRIMENTO DE <b>30CM EM AÇO INOXIDÁVEL</b> , EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	HOSPSHOP	WELDON	10150470439	<b>APTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	
<b>19</b>	<b>ID: 1570</b> - SERRA DE GIGLI COMPRIMENTO DE <b>40CM EM AÇO INOXIDÁVEL</b> , EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	HOSPSHOP	WELDON	10150470439	<b>APTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	
<b>20</b>	<b>ID: 6582</b> - SERRA DE GIGLI COMPRIMENTO DE <b>50CM EM AÇO INOXIDÁVEL</b> , EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	HOSPSHOP	WELDON	10150470439	<b>APTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	
<b>21</b>	<b>ID: 7492</b> - TALA METÁLICA <b>12X180MM</b> . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR	1ª Colocada	<b>SEM PROPOSTA</b>					

	IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA..						
22	<b>ID: 5569</b> - TALA METÁLICA <b>16X180MM</b> . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada					SEM PROPOSTA
23	<b>ID: 5519</b> - TALA METÁLICA <b>19X180MM</b> . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada					SEM PROPOSTA
24	<b>ID: 1002836</b> - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA, <b>ROXA, TAMANHO PP: (30 x 8 cm)</b> . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	remanescente	SALUTARY	ORTOCENTER	10335910011	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
25	<b>ID: 1002837</b> - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA, <b>AZUL, TAMANHO P: (53 x 8 cm)</b> . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO	1ª Colocada	ALMEIDA DISTRIBUIDORA	RESGATE SP / P: (53 x 8 cm) AZUL	81094800004	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

	DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
26	<b>ID: 1002838</b> - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA, <b>LARANJA, TAMANHO M: (63 x 9 cm)</b> . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALMEIDA DISTRIBUIDORA	RESGATE SP / M: (63 x 9 cm) LARANJA	81094800004	<b>APTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
27	<b>ID: 1002839</b> - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA, <b>VERDE, TAMANHO G: (86,5 x 10 cm)</b> . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTD	RESGATE SP / G: (86,5 x 10 cm) VERDE	81094800004	<b>APTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
28	<b>ID: 1002840</b> - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA, <b>AMARELA, TAMANHO GG: (120 X 12cm)</b> . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALMEIDA DISTRIBUIDORA	RESGATE SP / GG:( 1,02x11cm) amarela	81094800004	<b>APTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
29	<b>ID: 10459</b> - TECIDO HEMOSTÁTICO (CELULOSE OXIDADA); COM APLICAÇÃO HOSPITALAR; DE <b>TAMANHO 75MM X 100MM</b> ; COM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE TELA DE TECIDO TRANÇADO ABSORVÍVEL E ESTÉRIL, PREPARADO PELA OXIDAÇÃO	Remanescente	NEO MEDICAL	EQUITAMP/ET75-10	80262280009	<b>APTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

	CONTROLADA DE CELULOSE REGENERADA; DE COLORAÇÃO BRANCA, QUE PODE SER SUTURADO OU CORTADO SEM DESFIAR, SENDO HEMOSTÁTICO E BACTERICIDA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
30	<b>ID: 1 - ABAIXADOR DE LÍNGUA,</b> CONFECCIONADO EM MADEIRA, NÃO ESTERIL, MEDINDO APROXIMADAMENTE <b>14 CM</b> DE COMPRIMENTO POR <b>1,2 CM</b> DE LARGURA E 0,5MM ESPESSURA, CONTENDO BORDAS E SUPERFICIE LISA, PACOTE COM <b>100 UNIDADES.</b> A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	HOSPSHOP	THEOTO	80002369003	<b>APTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
31	<b>ID: 239 - BOLSA PARA AGUA QUENTE,</b> CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATE <b>100 Cº,</b> RETANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS, LARGURA APROXIMADA DE <b>17 CM,</b> COMPRIMENTO APROXIMADO DE <b>26 CM,</b> TAMPA ROSQUEÁVEL COM	1ª Colocada	<b>HAND LIFE</b>	<b>MERCUR</b>	<b>NÃO INFORMADO</b>	<b>INAPTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA ( <b>BOLSA PARA AGUA QUENTE COM CAPACIDADE DE 1.400ML</b> ) NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( <b>BOLSA</b>

	VEDAÇÃO, CAPACIDADE DE <b>1000 ML</b> . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						<b>PARA AGUA QUENTE COM VEDAÇÃO, CAPACIDADE DE 1000 ML).</b>
32	<b>ID - 9506 - BOLSA TÉRMICA GEL IDEAL PARA COMPRESSA QUENTE E FRIA.TAMANHO P, CAPACIDADE 300 G, DIMENSÕES APROXIMADAS 20X 15X 10 CM,</b> REUTILIZÁVEL E FLEXÍVEL, CONTÉM EM SEU INTERIOR GEL NÃO TÓXICO E MALEÁVEL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	HAND LIFE	MERCUR	81284250002	<b>APTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
33	<b>NID - 1002920 - BOLSA TÉRMICA GEL IDEAL PARA COMPRESSA QUENTE E FRIA.TAMANHO M, CAPACIDADE 450GR, DIMENSÕES APROXIMADAS 46 X 29 X 26 CM,</b> REUTILIZÁVEL E FLEXÍVEL, CONTÉM EM SEU INTERIOR GEL NÃO TÓXICO E MALEÁVEL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	SALUTARY	ORTHOPAUHER	ISENTO	<b>APTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

34	<b>ID: 2727</b> - CERA PARA OSO, HEMOSTATICA COM <b>2,5G</b> , ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	<b>SEM PROPOSTA</b>				
35	<b>ID: 8253</b> - TUBO DE VENTILAÇÃO TIPO <b>SHEPARD</b> , FLANGE INTERNA CHANFRADA ANGULADO PARA A HASTE, PERMITINDO A INSERÇÃO FÁCIL, MANTENDO O TUBO PARALELO AO CANAL AUDITIVO. TUBO DE PONTA LISA QUE PODE SER CORTADO NO COMPRIMENTO DESEJADO. ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	M MED COMERCIAL	MEDICONE	80020550022	<b>APTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
36	<b>ID: 1002834</b> - ELÁSTICO EM LATEX Nº <b>18, COR AMARELO</b> , TAMANHO APROXIMADO <b>9,5CM X 2,2MM</b> , PACOTE COM 500 GRAMAS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.		A.C.F. MOREIRA	Red bor	NÃO INFORMADO	<b>APTO</b>	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
37	<b>ID: 487</b> - COMPRESSA PARA <b>NEUROCIRURGIA</b> ESTÉRIL, TIPO COTTONÓID, MEDINDO APROXIMADAMENTE <b>25 X 76MM</b> ;	1ª Colocada	G. M. VALENCIA	MED SHARP	NÃO INFORMADO	<b>APTO</b>	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE

	<p><b>ESPESSURA MÍNIMA 6F;</b> MALHAS DE FIBRAS DE RAYON DE EXTREMA PUREZA ENTRELAÇADAS POR UM PROCESSO ESPECIAL E A ESTE FALSO TECIDO É FIXADO UM FIO DE SUTURA PARA FACILITAR SEU MANUSEIO E LOCALIZAÇÃO, PARA ABSORÇÃO DE FLUÍDOS, PROTEÇÃO DE TECIDOS NERVOSOS, COM IDENTIFICAÇÃO RADIOPACA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. EMBALAGEM <b>COM 10 UNIDADES.</b> A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>					DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	
38	<p><b>ID: 6635 - COMPRESSA PARA NEUROCIRURGIA ESTÉRIL, TIPO COTTONÓID, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 X 25MM; ESPESSURA MÍNIMA 6F;</b> MALHAS DE FIBRAS DE RAYON DE EXTREMA PUREZA ENTRELAÇADAS POR UM PROCESSO ESPECIAL E A ESTE FALSO TECIDO É FIXADO UM FIO DE SUTURA PARA FACILITAR SEU MANUSEIO E</p>	1ª Colocada	G. M. VALENCIA	MED SHARP	NÃO INFORMADO	<b>APTO</b>	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

	<p>LOCALIZAÇÃO, PARA ABSORÇÃO DE FLUÍDOS, PROTEÇÃO DE TECIDOS NERVOSOS, COM IDENTIFICAÇÃO RADIOPACA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. EMBALAGEM <b>COM 10 UNIDADES</b>. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						
39	<p><b>ID: 489</b> - COMPRESSA PARA <b>NEUROCIRURGIA</b> ESTÉRIL, <b>TIPO COTTONÓID</b>, MEDINDO APROXIMADAMENTE <b>13 X 13CM</b>; <b>ESPESSURA MÍNIMA 6F</b>, MALHAS DE FIBRAS DE RAYON DE EXTREMA PUREZA, ENTRELAÇADAS POR UM PROCESSO ESPECIAL E A ESTE FALSO TECIDO É FIXADO UM FIO DE SUTURA PARA FACILITAR SEU MANUSEIO E LOCALIZAÇÃO, PARA ABSORÇÃO DE FLUIDOS, PROTEÇÃO DE TECIDOS NERVOSOS, COM IDENTIFICAÇÃO RADIOPACA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE</p>	1ª Colocada	G. M. VALENCIA	MED SHARP	NÃO INFORMADO	<b>APTO</b>	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

	ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. KIT COM 10 UNIDADES. EMBALAGEM COM 10 <b>UNIDADES</b> . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
40	<b>ID - 1002923 - KIT FAIXA ELÁSTICA COM 03 INTENSIDADES (LEVE, MÉDIA, FORTE); LEVE: 1,5M X 15CM X 0,35MM; MÉDIA: 1,5M X 15CM X 0,45 MM; FORTE: 1,5M X 15 CM X 0,55; CORES VARIADAS. 1,5M (COMPRIMENTO) X 15CM (LARGURA), ESTILO PULL UP, CORES VARIADAS, BORRACHA NATURAL LÁTEX. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</b>	1ª Colocada	ALMEIDA DISTRIBUIDORA	ATRIO / ES124	ISENTO	INAPTO	<b>NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE KIT FAIXAS (ELÁSTICAS ATRIO FITNESS NOS TAMANHOS 4,7KG VERMELHO, 3,6 KG AMARELA, 2,6 KG AZUL)QUE NÃO TENDE AO SOLICITADO (KIT FAIXA ELÁSTICA COM 03 INTENSIDADES (LEVE, MÉDIA, FORTE); LEVE: 1,5M X 15CM X 0,35MM; MÉDIA: 1,5M X 15CM X 0,45 MM; FORTE: 1,5M X 15 CM X 0,55; CORES VARIADAS. 1,5M (COMPRIMENTO) X 15CM LARGURA).</b>
41	<b>ID: 10445 - GATILHO SPRAY (VÁLVULA PULVERIZADORA) PARA FRASCOS DE 1 LITRO, COM TUBO DE 30CM (COM VARIAÇÃO DE +- 5CM), ROSCA ADAPTÁVEL A GARRAFA TIPO PET DE 28MM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E</b>	1ª Colocada	ALMEIDA DISTRIBUIDORA	MASTER PUMPS / TRIGGER 28/410	ISENTO	APTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

	PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
42	<b>ID: 7099</b> - VÁLVULA PUMP PARA FRASCOS DE 1 LITRO, COM TUBO DE 30CM (COM VARIAÇÃO DE +- 5CM), <b>ROSCA ADAPTÁVEL</b> A GARRAFA <b>TIPO PET DE 28MM</b> . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALMEIDA DISTRIBUIDORA	MASTER PUMPS / PUMP EXCLUSIVE 28/410	ISENTO	<b>APTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
43	ID: 5898 - BORRIFADOR PULVERIZADOR MANUAL DE PLÁSTICO COM 23CM DE ALTURA (COM GATILHO), CAPACIDADE DE 500ML E EM COR TRANSPARENTE.A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALMEIDA DISTRIBUIDORA	MASTER PUMPS + BOMPACK / TRIGGER 28/410 + PULVERIZAD OR 500ML	ISENTO	<b>INAPTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O MODELO OFERTADO NÃO ATENDE AO ATENDE AO SOLICITADO (BORRIFADOR PULVERIZADOR MANUAL DE PLÁSTICO COM 23CM DE ALTURA (COM GATILHO), CAPACIDADE DE 500ML).
		REMANESCENTE	PMX COMERCIO	WP	<b>NÃO INFORMADO</b>	<b>INAPTO</b>	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AOS SITES ELETRÔNICOS <b>NÃO ENCONTROU-SE, O PRODUTO DA MARCA OFERTADA WP</b> , ASSIM SENDO NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
44	<b>ID: 1002835</b> - <b>PROTETOR COCLEAR CÔNCAVO</b> REVESTIDO	1ª Colocada	J & A COMERCIO	SONIC MUFFS – SANOVIER	NÃO INFORMADO	<b>APTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM

	<p>POR ESPUMA DE POLIURETANO E SILICONE MACIO AUTOADESIVO, NA BORDA DE CONTATO INTERNO, ISOLAMENTO DE <b>360º</b> NO ENTORNO DA ORELHA DO PREMATURO, REDUZ RUÍDOS EXTERNOS EM NO MÍNIMO <b>7DB</b> E <b>REDUÇÃO DE PRESSÃO SONORA EM 50%</b>. LARGURA INTERNA <b>2.856CM</b>, ALTURA INTERNA <b>3.493CM</b>, COMPRIMENTO INTERNO <b>0.787CM</b>. CONCHA EXTERNA CÔNCAVA EM PVC, REVESTIMENTO INTERNO EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM CAMADA INFERIOR NA BORDA EXTERNA EM SILICONE MACIO <b>AUTOADESIVO</b>. INDICAR MARCA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DO DISPOSITIVO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						<p>ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
45	<p><b>ID: 1002830 - LACRE DE SEGURANÇA</b> NUMERADO, EM POLIPROPILENO OU NYLON, COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL, PARA PROTOCOLO DE SEGURANÇA EM CONTROLE DE MEDICAÇÃO NO CARRINHO DE EMERGÊNCIA. TAMANHO</p>	1ª Colocada	STAR COMERCIO	ZENITH	ISENTO	<b>APTO</b>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>

	<p>APROXIMADO DE <b>16 CM</b>, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO <b>100 UNIDADES</b>. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						
46	<p><b>ID: 1002841</b> - SALTO ORTOPÉDICO DE BORRACHA . TAMANHO MÉDIO - PACOTE <b>COM 12 UNIDADES</b>. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SALUTARY	TAYLOR	ISENTO	<b>APTO</b>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
47	<p><b>ID: 1002842</b> - CREME DENTAL SACHÊ 4 GRAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES, SABOR MENTA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SALUTARY	NATURALLYS	ISENTO	<b>APTO</b>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
48	<p><b>ID: 1002843</b> - SABONETE BOUQUET FLORAL EM BARRA MINI RETANGULAR <b>10 GRAMAS, KIT COM 100 UNIDADES</b>, FRAGRÂNCIA FLORAL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO</p>	1ª Colocada	STAR COMERCIO	ESTO/FLOWERSRIL	25.351.473.346	<b>APTO</b>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>

	DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
49	<p><b>ID: 1002845 -</b> PRANCHA RIGIDA IMOBILIZADORA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COMPOSIÇÃO COMPENSADO NAVAL <b>18 MM, COM CINTO , TAMANHO 44 CM X 1,83 CM,</b> COM CORRIMÕES PARA FACILITAR NO TRANSPORTE, FUROS NA PARTE SUPERIOR PARA IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, SEM MATERIAS PRESOS À MADEIRA (PREGOS E PARAFUSOS) QUE INIBIAM A TRANSPARÊNCIA EM RAIOS X, CAPACIDADE DE CARGA <b>120 KG.</b> A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	STAR COMERCIO	RESGATESP	80574189002	<b>APTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
50	<p><b>ID: 1002846 -</b> PRANCHA RIGIDA IMOBILIZADORA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, EM POLIETILENO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, COM CINTO, <b>COMPRIMENTO 1,83 CM, LARGURA 44 CM, ALTURA 65 MM, CAPACIDADE 180 KG, COM CORRIMÕES</b> PARA FACILITAR NO TRANSPORTE, FUROS NA PARTE SUPERIOR PARA IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E</p>	1ª Colocada	HAND LIFE	SP RESGATE	81094800006	<b>APTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

	PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.							
51	<p><b>ID: 1002847 - TIRANTE PARA PRANCHA DE RESGATE KIT COM 3 OPEÇÃOS DE CINTOS USADOS NO PROCEDIMENTOS DE IMOBILIZAÇÃO, NAS CORES AMARELA,PRETA E VERMELHA</b></p> <p>RESISTENTE E GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE O RESGATE DE PACIENTES EM MACAS E TRANSPORTE. A VÍTIMA DEVE SER FIXADA NA PRANCHA POR, PELO MENOS, TRÊS CINTOS (TIRANTE), QUE DEVEM ESTAR POSICIONADOS NOS OMBROS, NO QUADRIL E ACIMA DOS JOELHOS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SALUTARY	RESGATE SP	ISENTO	<b>APTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.	
52	<p><b>ID - 1002883 - CABO COR CINZA,</b></p> <p>COMPRIMENTO DE <b>APROXIMADAMENTE 3 METROS,</b></p> <p>CONSTITUÍDO DE <b>PVC,</b></p> <p>COM <b>UMA DAS PONTAS</b> POSSUINDO <b>CONECTOR DE 10PINOS, COMPATÍVEL COM MONITOR DA MARCA LIFEMED,</b></p> <p><b>OUTRA PONTA</b> COM CONECTOR <b>COMPATÍVEL COM EQUIPO DE PRESSÃO</b></p>	1ª Colocada	<b>SEM PROPOSTA</b>					

	<b>INVASIVA DA MARCA EDWARDS.</b> A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.		
53	<b>ID - 1002884 - CABO COR CINZA,</b> COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE <b>3 METROS,</b> CONSTITUÍDO DE <b>PVC,</b> COM UMA DAS PONTAS POSSUINDO CONECTOR DE 10PINOS, COMPATÍVEL COM MONITOR DA MARCA LIFEMED, OUTRA PONTA COM CONECTOR <b>COMPATÍVEL COM EQUIPO DE PRESSÃO INVASIVA DA MARCA SMITHS/MEDEX.</b> A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.	1ª Colocada	<b>SEM PROPOSTA</b>
54	<b>ID - 1002885 - CABO COR CINZA,</b> COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE <b>3 METROS,</b> CONSTITUÍDO DE <b>PVC,</b> COM UMA DAS PONTAS POSSUINDO CONECTOR DE 10PINOS, COMPATÍVEL COM MONITOR DA MARCA LIFEMED, OUTRA PONTA COM CONECTOR <b>COMPATÍVEL COM EQUIPO DE PRESSÃO INVASIVA DA MARCA ABBOTT.</b> A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO	1ª Colocada	<b>SEM PROPOSTA</b>

	IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.		
55	<p><b>ID - 3991 - KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO UTHA CONNECTON</b> PARA MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, COMPOSTO DE: 01 (UM) TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL; 01 (UM) EQUIPO DE SORO SIMPLES; 01 (UM) DISPOSITIVO DE FLUXO CONTÍNUO; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR; 02 (DUAS) TORNEIRAS DE 3 (TRÊS) VIAS E 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS NÃO PERFURADAS, COMPATÍVEL COM APARELHOS LIFEMED, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA
56	<p><b>ID - 1002902 - SUPORTE PARA TRANSDUTOR DE PRESSÃO UTAH, COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS LIFEMED.</b> PLACA PARA TRANSDUTOR DE PRESSÃO DO SISTEMA POSSUI ABA QUE PERMITE O ENCAIXE NO CLAMP E UM ENCAIXE FRONTAL PARA TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL. POSSUI UM SISTEMA DE CONEXÃO, ONDE O CABO DE PRESSÃO</p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA

	FICA EMBUTIDO NA PLACA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.						
57	<b>ID - 1002924 - FIXADOR DO SUPORTE PARA TRANSDUTOR DE PRESSÃO UTAH. COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS LIFEMED.</b> EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E LOTE.	1ª Colocada					SEM PROPOSTA
58	<b>ID - 1002892 - FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO 0 A 30 L/MIN, APLICAÇÃO CONTROLE FLUXO OXIGÊNIO MEDICINAL, PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5 KGF/CM2,</b> TIPO CONEXÃO CONFORME ABNT, REGULAGEM VAZÃO REGULADA PARA VÁLVULA AGULHA COM MANOPLA FIXADA, TIPO ESCALA NUMÉRICA, COMPONENTES FLUTUADOR ESFÉRICO, PORCA CONEXÃO COM ABAS EM LATÃO, CONEXÃO SAÍDA COM ROSCA EM LATÃO CROMADO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	7R7 SOLUCOES	HAOXI	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
59	<b>ID - 1002893 - FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO 0</b>	1ª Colocada	7R7 SOLUCOES	HAOXI	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM

	<p><b>A 15 L/MIN,</b>  <b>APLICAÇÃO CONTROLE</b>  <b>FLUXO OXIGÊNIO</b>  <b>MEDICINAL, PRESSÃO</b>  <b>CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5</b>  <b>KGF/CM2,</b> TIPO  CONEXÃO CONFORME  ABNT, REGULAGEM  VAZÃO REGULADA  PARA VÁLVULA  AGULHA COM  MANOPLA FIXADA,  TIPO ESCALA  NUMÉRICA,  COMPONENTES  FLUTUADOR  ESFÉRICO,PORCA  CONEXÃO COM ABAS  EM LATÃO, CONEXÃO  SAÍDA COM ROSCA EM  LATÃO CROMADO.  EMBALAGEM  CONTENDO DADOS DE  IDENTIFICAÇÃO E  PROCEDÊNCIA, DATA  DE FABRICAÇÃO,  PRAZO DE VALIDADE,  LOTE E REGISTRO NA  ANVISA</p>				<p>ANEXO À PROPOSTA  COMERCIAL, EM  CONSULTA AO SITE  DO PRODUTO  VERIFICOU-SE QUE O  PRODUTO OFERTADO  ATENDE AO  SOLICITADO.</p>
60	<p><b>ID - 1002898 -</b>  <b>REGULADOR PRESSÃO,</b>  <b>TIPO EQUIPAMENTO</b>  <b>MANÔMETRO,</b>  <b>PRESSÃO MÁXIMA</b>  <b>SAÍDA 15 KGF/ CM2,</b>  <b>PRESSÃO MÁXIMA</b>  <b>ENTRADA 0 A 300</b>  <b>KGF/CM2,</b> MATERIAL  CORPO LATÃO  CROMADO, APLICAÇÃO  CILINDRO DE <b>AR</b>  <b>COMPRIMIDO, VAZÃO</b>  <b>15 L/MIN.</b>  EMBALAGEM  CONTENDO DADOS DE  IDENTIFICAÇÃO E  PROCEDÊNCIA, DATA  DE FABRICAÇÃO,  PRAZO DE VALIDADE,  LOTE E REGISTRO NA  ANVISA.</p>	1ª Colocada			SEM PROPOSTA
61	<p><b>ID - 1002899 -</b>  <b>REGULADOR PRESSÃO,</b>  <b>TIPO EQUIPAMENTO</b>  <b>MANÔMETRO,</b>  <b>PRESSÃO MÁXIMA</b>  <b>SAÍDA 15 KGF/ CM2,</b></p>	1ª Colocada			SEM PROPOSTA

	<p><b>PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA 0 A 300 KGF/CM2, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO, APLICAÇÃO CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, VAZÃO 15 L/MIN. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA</b></p>						
62	<p><b>ID - 1002900 - REGULADOR PRESSÃO, TIPO EQUIPAMENTO SEM MANÔMETRO, PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA 15 KGF/ CM2, PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA 0 A 300 KGF/CM2, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO, APLICAÇÃO CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA				
63	<p><b>ID - 1002901 - RETENTOR PARA BICOS DA REDE DE GASES EM GERAL, DE BORRACHA, 8 (OITO) MM DE DIAMETRO (ANEL O'RING OR1-008 917344). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA				
64	<p><b>ID - 7006 - TOMADA GÁS/AR, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO DUPLA, APLICAÇÃO AR COMPRIMIDO</b></p>	1ª Colocada	CIRURGICAS MULLET	IFAB/TDP200	80117610016	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE

	<b>MEDICINAL,</b> CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS <b>CONEXÃO</b> <b>EM Y, DIÂMETRO</b> <b>SAÍDA 7/16 POL.</b> EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.						DO PRODUTO <b>NÃO</b> <b>VERIFICOU-SE,</b> <b>DIÂMETRO SAÍDA</b> <b>7/16 POL DA</b> <b>TOMADA GÁS/AR,</b> SENDO ASSIM O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
		Remanescente	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO	ROMED-ROMED PROCEDÊNCIA: NACIONAL	81284390012	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO <b>NÃO</b> <b>VERIFICOU-SE,</b> <b>DIÂMETRO SAÍDA</b> <b>7/16 POL DA</b> <b>TOMADA GÁS/AR,</b> SENDO ASSIM O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
65	<b>ID - 5884 - TOMADA</b> <b>GÁS/AR, MATERIAL</b> CORPO METAL CROMADO, <b>TIPO</b> <b>DUPLA, APLICAÇÃO</b> <b>OXIGÊNIO MEDICINAL,</b> CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS <b>CONEXÃO</b> <b>EM Y, DIÂMETRO</b> <b>SAÍDA 7/16 POL.</b> EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA	1ª Colocada	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO	ROMED-ROMED PROCEDÊNCIA: NACIONAL	81284399001	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA <b>NÃO</b> <b>VERIFICOU-SE ,</b> <b>DIÂMETRO SAÍDA</b> <b>7/16 POL DA</b> <b>TOMADA</b> <b>GÁS/AR, TIPO DUPLA,</b> APLICAÇÃO <b>OXIGÊNIO</b> <b>MEDICINAL, SENDO</b> ASSIM O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
		Remanescente	HUNTER CIENTIFICA	ANDRAMED	NÃO INFORMADO	INAPTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO VERIFICOU-SE, TOMADA DUPLA – AR COMPRIMIDO COM <b>DIMENSÕES DE</b> <b>5X15X15 CM QUE</b>

							NÃO NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( TOMADA GÁS/AR, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO DUPLA, APLICAÇÃO OXIGÊNIO MEDICINAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO EM Y, DIÂMETRO SAÍDA 7/16 POL).
66	<p><b>ID - 1002903 - TOMADA POSTO DE AR COMPRIMIDO, PAREDE EXTERNA, CORPO (TARUGO) EM LATÃO PARA SER PARAFUSADO NA PAREDE, BUCHA DE REDUÇÃO DE 15MM PARA 3/8, CANOPLA INJETADA EM ABS, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO NA COR DO GÁS, NIPLE COM PINO DE IMPACTO E PORCA DE ACABAMENTO, CONEXOES PADRÃO ABNT NBR 11906. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO	ROMED-ROMED PROCEDÊNCIA: NACIONAL	81284390012	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA NÃO VERIFICOU-SE, BUCHA DE REDUÇÃO DE 15MM PARA 3/8 POL DA TOMADA GÁS/AR COMPRIMIDO, SENDO ASSIM O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
67	<p><b>ID - 1002904 - TOMADA POSTO DE OXIGENIO, PAREDE EXTERNA, CORPO (TARUGO) EM LATÃO PARA SER PARAFUSADO NA PAREDE, BUCHA DE REDUÇÃO DE 15MM PARA 3/8, CANOPLA INJETADA EM ABS, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO NA COR DO GÁS, NIPLE COM PINO DE IMPACTO E PORCA DE</b></p>	1ª Colocada	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE	ROMED-ROMED PROCEDÊNCIA: NACIONAL	81284390012	INAPTO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA NÃO VERIFICOU-SE, BUCHA DE REDUÇÃO DE 15MM PARA 3/8L DA TOMADA POSTO DE OXIGENIO, SENDO ASSIM O PRODUTO OFERTADO</p>

	ACABAMENTO, CONEXOES PADRÃO ABNT 11906. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.						NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
68	<b>ID - 7008 - TOMADA POSTO DE VÁCUO,</b> PAREDE EXTERNA, CORPO (TARUGO) EM LATÃO PARA SER PARAFUSADO NA PAREDE, <b>BUCHA DE REDUÇÃO DE 15 MM PARA 3/8,</b> CANOPLA INJETADA EM ABS, <b>ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO NA COR DO GÁS,</b> NIPLE COM PINO DE IMPACTO E PORCA DE ACABAMENTO, CONEXOES PADRÃO ABNT NBR 11906. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO	ROMED-ROMED PROCEDÊNCIA: NACIONAL	81284390012	INAPTO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA <b>NÃO VERIFICOU-SE , BUCHA DE REDUÇÃO DE 15MM PARA 3/8 DA TOMADA POSTO DE VÁCUO,</b> SENDO ASSIM O PRODUTO OFERTADO <b>NÃO ATENDE AO SOLICITADO.</b>
69	<b>ID - 1002905 - VÁLVULA REDUTORA,</b> ESTABILIZADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE <b>OXIGÊNIO,</b> CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, MANÔMETRO DE <b>BAIXA PRESSÃO DE 0 A 10 KGF/CM².</b> EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	remanescente	CIRURGICAS MULLET	IFAB	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

70	<p><b>ID - 1002906 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO OXIGÊNIO MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM<sup>2</sup>, COM FLUXOMETRO, COM 01 SAÍDA,</b></p> <p>FABRICADA EM METAL CROMADO (LATÃO), ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, <b>PRESSÃO FIXA: 3,5 KGF/CM<sup>2</sup>,</b> NIPLE DE SAÍDA COM ROSCA NO PADRÃO ABNT, VÁLVULA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	7R7 SOLUCOES	HAOXI	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
71	<p><b>ID - 1002907 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COM 2 ESTÁGIOS E 2 MANÔMETROS,</b></p> <p>FABRICADA EM METAL (POLIDO E CROMADO), COMPOSTO DE DIAFRAGMA DE BORRACHA E MOLAS EM INOX DE COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA, COM DOIS MANÔMETROS INDICADORES <b>UM DE ALTA, (0-315KGF/CM<sup>2</sup>), OUTRO DE BAIXA(0-10 KGF/CM<sup>2</sup>), VÁLVULA DE SEGURANÇA ONDE A MESMA SUPORTA UMA PRESSÃO DE 6,5 KGF/CM<sup>2</sup>.</b></p> <p>EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E</p>	1ª Colocada	7R7 SOLUCOES	HAOXI	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

	PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.						
72	<p><b>ID - 1002908 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO, COM ESCALA DE 0 A 300 KGF/CM<sup>2</sup>, COM FLUXÔMETRO, FABRICADO EM METAL CROMADO (LATÃO), FILTRO EM BRONZE SINTERIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM<sup>2</sup>, VÁLVULA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada	7R7 SOLUCOES	HAOXI	NÃO INFORMADO	<b>APTO</b>	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
73	<p><b>ID - 1002909 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, DUPLO ESTÁGIO, COM 1 MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO (0-300 KGF/CM<sup>2</sup>) E 01 MANÔMETRO DE BAIXA PRESSÃO (0-10 KGF/CM<sup>2</sup>), FABRICADA EM METAL CROMADO (LATÃO), AMBOS PINTADOS NA COR DO GÁS, POSSUI ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO E VÁLVULA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE,</b></p>	1ª Colocada	7R7 SOLUCOES	HAOXI	NÃO INFORMADO	<b>APTO</b>	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

	LOTE E REGISTRO NA ANVISA.						
74	<b>ID - 1002890 - DISPOSITIVO PARA IRRIGAÇÃO PARA USO EM FRASCO DE SOLUÇÃO EM SISTEMA FECHADO.</b> A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA	1ª Colocada	JR LACERDA	DESCARPACK	NÃO INFORMADO	<b>APTO</b>	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
75	<b>ID - 1002927-</b> CONJUNTO DO <b>PINO DE IMPACTO</b> DOS BICOS PARA <b>O2 (OXIGÊNIO)</b> . EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	<b>SALUTARY</b>	<b>JG MORIYA</b>	<b>10349590090</b>	<b>INAPTO</b>	<b>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE VALVULA-BI PARA OXIGÊNIO QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CONJUNTO DO PINO DE IMPACTO DOS BICOS PARA O2 (OXIGÊNIO)).</b>
76	<b>ID - 1002928-</b> CONJUNTO DO <b>PINO DE IMPACTO</b> DOS BICOS PARA <b>AR COMPRIMIDO</b> . EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	<b>SALUTARY</b>	<b>JG MORIYA</b>	<b>10349590090</b>	<b>INAPTO</b>	<b>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-SE VALVULA-BI DE AR COMPRIMIDO QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( CONJUNTO DO PINO DE IMPACTO DOS BICOS PARA AR COMPRIMIDO).</b>
77	<b>NID - 1002929 -</b> CONJUNTO DO <b>PINO DE IMPACTO</b> DOS BICOS <b>PARA VÁCUO</b> . EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA	1ª Colocada	<b>SALUTARY</b>	<b>JG MORIYA</b>	<b>10349590090</b>	<b>INAPTO</b>	<b>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO E ANVISA VERIFICOU-</b>

		DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.						<b>SE VALVULA-BI PARA VACUO QUE NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CONJUNTO DO PINO DE IMPACTO DOS BICOS PARA VÁCUO ).</b>
78		<b>ID - 1002930 - VÁLVULA MEDICINAL DE DUPLA RETENÇÃO PARA VÁCUO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</b>	1ª Colocada	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO	ROMED-ROMED PROCEDÊNCIA: NACIONAL	81284390012	<b>APTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
1	79	<b>ID: 5401 - APARELHO DE BARBEAR, DESCARTÁVEL, TIPO TRICOTOMIZADOR, EM CABO DE PLÁSTICO, SEM REBARBAS, COM 95 MM DE COMPRIMENTO, COMPOSTO DE 3 LAMINAS DE CORTES DE APROXIMADAMENTE 04 CM, PROTEGIDA ATRAVÉS DE BORDO DENTADO COM TAMPA DE PROTEÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>	1ª Colocada	<b>AVF COMERCIO</b>	<b>HAI BRASIL/AIH- 1365A</b>	<b>NÃO INFORMADO</b>	<b>INAPTO</b>	<b>NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO NÃO VERIFICOU-SE APARELHO DE BARBEAR, DESCARTÁVEL, TIPO TRICOTOMIZADOR, EM CABO DE PLÁSTICO, SEM REBARBAS, COM 95 MM DE COMPRIMENTO, COMPOSTO DE 3 LAMINAS DE CORTES DE APROXIMADAMENTE 04 CM, A MARCA OFERTADA DO PRODUTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO.</b>
2	80	<b>ID - 1002886 - CAIXA TÉRMICA 20 LITROS COM TERMÔMETRO PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES, MATERIAL PAREDE EXTERNA EM POLIETILENO, ISOLAMENTO EM POLIURETANO E PAREDE INTERNA EM</b>	1ª Colocada	P.R.P BORGES	TERVAC PU 26 LITROS	<b>NÃO INFORMADO</b>	<b>APTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

		<p>POLIPROPILENO, <b>DIMENSÕES</b> <b>EXTERNAS (COMP. X LARG. X ALT.) 46 X 31 X 30,5 CM, DIMENSÕES INTERNAS</b> APROXIMADAMENTE <b>(COMP. X LARG. X ALT.) 37 X 22 X 22 CM, PESO 2,42 KG,</b> <b>TERMÔMETRO FAIXA DE UTILIZAÇÃO(-50+70°C), PRECISÃO +/- 1°C (ENTRE -20+50°C) E +/- 2°C NO RESTANTE DA ESCALA,</b> <b>ALIMENTAÇÃO 1 PILHA 1,5 VOLTS TIPO AAA (INCLUSA). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>						
6	81	<p><b>ID: 467 - COLCHÃO DE AR, ANTIESCARAS, TIPO CAIXA DE OVO ABERTA, INFLÁVEL, COM VÁLVULA ANTI-VAZAMENTO, TAMANHO DE 190CM X 90CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</b></p>	1ª Colocada	S & C COMERCIO	Art-flex / AFC 075	81960820001	<b>APTO</b>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
8	82	<p><b>ID: 5402- ESCOVA DE ASSEPSIA</b> DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO DUPLA FACE, FLEXIVEL, DOTADA DE CERDAS MACIAS E DE ESPONJA DE POLIURETANO</p>	1ª Colocada	P H COMERCIO	Rioquimica	ISENTO	<b>APTO</b>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO</p>

		UNIFORMIMENTE IMPREGNADA COM SOLUÇÃO DE <b>CLOREXIDINA A 2%</b> COM TENSOATIVOS. PARA LAVAGEM DAS MÃOS E BRAÇO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					ATENDE AO SOLICITADO.
29	83	<b>ID: 10459</b> - TECIDO HEMOSTÁTICO (CELULOSE OXIDADA); COM APLICAÇÃO HOSPITALAR; DE <b>TAMANHO 75MM X 100MM</b> ; COM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE TELA DE TECIDO TRANÇADO ABSORVÍVEL E ESTÉRIL, PREPARADO PELA OXIDAÇÃO CONTROLADA DE CELULOSE REGENERADA; DE COLORAÇÃO BRANCA, QUE PODE SER SUTURADO OU CORTADO SEM DESFIAR, SENDO HEMOSTÁTICO E BACTERICIDA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	Remanescente	NEO MEDICAL	EQUITAMP/ET75-10	80262280009	<b>APTO</b>  APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
45	84	<b>ID: 1002830 - LACRE DE SEGURANÇA</b> NUMERADO, EM POLIPROPILENO OU <b>NYLON</b> , COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL, PARA PROTOCOLO DE SEGURANÇA EM	1ª Colocada	MSC SAUDE LTDA	APES	NÃO INFORMADO	<b>APTO</b>  APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO

		<p>CONTROLE DE MEDICAÇÃO NO CARRINHO DE EMERGÊNCIA. TAMANHO APROXIMADO DE <b>16 CM</b>, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO <b>100 UNIDADES</b>. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>					<p>ATENDE AO SOLICITADO.</p>	
47	85	<p><b>ID: 1002842</b> - CREME DENTAL SACHÊ 4 GRAMAS, PACOTE COM 100 UNIDADES, SABOR MENTA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SEM PROPOSTA				
48	86	<p><b>ID: 1002843</b> - SABONETE BOUQUET FLORAL EM BARRA MINI RETANGULAR <b>10 GRAMAS, KIT COM 100 UNIDADES</b>, FRAGRÂNCIA FLORAL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	TOTAL SUPRI COMERCIO	Aroma do Brasil	NÃO INFORMADO	<b>APTO</b>	<p>NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
49	87	<p><b>ID: 1002845</b> - PRANCHA RIGIDA IMOBILIZADORA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COMPOSIÇÃO COMPENSADO NAVAL <b>18 MM, COM CINTO</b>,</p>	1ª Colocada	S & C COMERCIO	Resgatex / PIRMC3	81766250007	<b>APTO</b>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O</p>

	<p><b>TAMANHO 44 CM X 1,83 CM, COM CORRIMÕES PARA FACILITAR NO TRANSPORTE, FUROS NA PARTE SUPERIOR PARA IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, SEM MATERIAS PRESOS À MADEIRA (PREGOS E PARAFUSOS) QUE INIBAM A TRANSPARÊNCIA EM RAO X, CAPACIDADE DE CARGA 120 KG. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>					<p>PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
5088	<p><b>ID: 1002846 - PRANCHA RIGIDA IMOBILIZADORA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, EM POLIETILENO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, COM CINTO, COMPRIMENTO 1,83 CM, LARGURA 44 CM, ALTURA 65 MM, CAPACIDADE 180 KG, COM CORRIMÕES PARA FACILITAR NO TRANSPORTE, FUROS NA PARTE SUPERIOR PARA IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada			SEM PROPOSTA	
5589	<p><b>NID - 3991 - KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO UTHA CONNECTON PARA MONITORIZAÇÃO DA</b></p>	1ª Colocada			SEM PROPOSTA	

	<p>PRESSÃO ARTERIAL, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, COMPOSTO DE: 01 (UM) TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL; 01 (UM) EQUIPO DE SORO SIMPLES; 01 (UM) DISPOSITIVO DE FLUXO CONTÍNUO; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR; 02 (DUAS) TORNEIRAS DE 3 (TRÊS) VIAS E 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS NÃO PERFURADAS, <b>COMPATÍVEL COM APARELHOS LIFEMED</b>, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>						
74	<p><b>ID - 1002890 - DISPOSITIVO PARA IRRIGAÇÃO</b> PARA USO EM FRASCO DE SOLUÇÃO EM SISTEMA FECHADO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	1ª Colocada	S & C COMERCIO	Medsonda / Sistema fechado	80163570050	<b>APTO</b>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
75	<p><b>ID - 1002927- CONJUNTO DO PINO DE IMPACTO</b> DOS BICOS PARA O2 (OXIGÊNIO). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	NORTEMEDICA	PROTEC	NÃO INFORMADO	<b>APTO</b>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>

76	92	<b>ID - 1002928- CONJUNTO DO PINO DE IMPACTO DOS BICOS PARA AR COMPRIMIDO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</b>	1ª Colocada	NORTEMEDICA	PROTEC	NÃO INFORMADO	<b>APTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
77	93	<b>ID - 1002929 - CONJUNTO DO PINO DE IMPACTO DOS BICOS PARA VÁCUO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA</b>	1ª Colocada	NORTEMEDICA	PROTEC	NÃO INFORMADO	<b>APTO</b>	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
78	94	<b>ID - 1002930 - VÁLVULA MEDICINAL DE DUPLA RETENÇÃO PARA VÁCUO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</b>	1ª Colocada	S & C COMERCIO	Axmed / 2101/VC	80413620005	<b>APTO</b>	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, EM CONSULTA AO SITE DO PRODUTO VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

(assinado eletronicamente)

**SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO**

Farmacêutica - CGPM/SESAU-RO

**2. DA CONCLUSÃO:**

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 549/2023/NP/SUPEL/RO**, informo-vos que a proposta ofertada pela empresa/licitante, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta ofertada pela empresa, para o item:

I - **AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA - Itens 1 e 79**

- II - STAR COMERCIO LTDA - **item 6,**
- III - ADUNA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - **item 14**
- IV - SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA - **itens 14,75,76,77**
- V - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA - **item 31**
- VI - ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - **itens 40,43**
- VII - PMX COMERCIO E SERVICO LTDA - **item 43**
- VIII - CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTO - **item 64**
- IX - ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - **itens 64,65**
- X - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - **item 65**

2.3. Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas, para os itens:

- I - STAR COMERCIO LTDA - **itens 1,45,48**
- II - P.R.P BORGES COMERCIO LTDAS - **itens 2, 80**
- III - SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA- **itens 3,4,5,12,24,33,46,47,51**
- IV - PMX COMERCIO E SERVICO LTDA - **itens 7,11,16,49**
- V - RIOQUIMICA S.A. **item 8**
- VI - P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - **itens 9,80,82**
- VII - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - **item 10**
- VIII - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - **itens 18,19,20,30**
- IX - ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - **itens 25,26,27,28,41,42**
- X - NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR - **itens 29,83**
- XI - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA - **itens 32,50**
- XII - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - **item 35**
- XIII - A.C.F. MOREIRA - **item 36**
- XIV - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADA - **itens 37,38,39**
- XV - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - **itens 44,81,87,90,94**
- XVI - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - **itens 58,59,70,71,72,73**
- XVII - CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTO - **item 69**
- XVIII - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - **item 74**
- XIX - ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - **item 78**
- XX - MSC SAUDE LTDA - **item 84**
- XXI - TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - **item 86**

## XXII - NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - itens 91,92,93

2.4. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.5. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)

**REGINALDA MAIA DE SÁ**

Técnico Adm. Op. da Saúde/Sub - Coordenadora  
SESAU-CGPM/RO

(assinado eletronicamente)

**JEFERSON FREITAS LOPES**

Coordenador  
CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 20/02/2024, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 20/02/2024, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0046051849** e o código CRC **45C139E2**.

**Referência:** Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.022502/2023-89

SEI nº 0046051849