



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - COHREC-CAF

Parecer nº 1/2024/COHREC-CAF

De: SESAU-CGPMNPL

Para: COHREC-CAF

Processo Nº: 0036.022502/2023-89

Assunto: PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho (0046606761 e 0046606761)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PE N°549/2023/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PREGÃO ELETRÔNICO N° 331/2022/ALFA/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA.							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.							
COORDENADORIA DA GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS.							
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0036.022502/2023-89.							
PREGÃO ELETRÔNICO N° 549/2023/SUPEL/ NP/RO/MATERIAIS DIVERSOS I.							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA

64	<p>ID - 7006 - TOMADA GÁS/AR, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO DUPLA, APLICAÇÃO AR COMPRIMIDO MEDICINAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO EM Y, DIÂMETRO SAÍDA 7/16 POL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	Remanescente	<p>ROMED INDUSTRIA E COMERCIO 0045763679</p>	<p>ROMED- ROMED PROCEDÊNCIA: NACIONAL</p>	81284390012	APTO	<p>Ao recebermos fisicamente as amostras, testamos em todas as saídas de gases da rede ao qual se destinam e obtivemos êxito em todos os encaixes.</p>
65	<p>ID - 5884 - TOMADA GÁS/AR, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO DUPLA, APLICAÇÃO OXIGÊNIO MEDICINAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO EM Y, DIÂMETRO SAÍDA 7/16 POL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA</p>	1ª Colocada	<p>ROMED INDUSTRIA E COMERCIO 0045763679</p>	<p>ROMED- ROMED PROCEDÊNCIA: NACIONAL</p>	81284399001	APTO	<p>Ao recebermos fisicamente as amostras, testamos em todas as saídas de gases da rede ao qual se destinam e obtivemos êxito em todos os encaixes.</p>

66	<p>ID - 1002903 - TOMADA POSTO DE AR COMPRIMIDO, PAREDE EXTERNA, CORPO (TARUGO) EM LATÃO PARA SER PARAFUSADO NA PAREDE, BUCHA DE REDUÇÃO DE 15MM PARA 3/8, CANOPLA INJETADA EM ABS, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO NA COR DO GÁS, NIPLE COM PINO DE IMPACTO E PORCA DE ACABAMENTO, CONEXOES PADRÃO ABNT NBR 11906. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO 0045763679	ROMED- ROMED PROCEDÊNCIA: NACIONAL	81284390012	APTO	Ao recebermos fisicamente as amostras, testamos em todas as saídas de gases da rede ao qual se destinam e obtivemos êxito em todos os encaixes.
67	<p>ID - 1002904 - TOMADA POSTO DE OXIGENIO, PAREDE EXTERNA, CORPO (TARUGO) EM LATÃO PARA SER PARAFUSADO NA PAREDE, BUCHA DE REDUÇÃO DE 15MM PARA 3/8, CANOPLA INJETADA EM ABS, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO NA COR DO GÁS, NIPLE COM PINO DE IMPACTO E PORCA DE ACABAMENTO, CONEXOES PADRÃO ABNT 11906. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO 0045763679	ROMED- ROMED PROCEDÊNCIA: NACIONAL	81284390012	APTO	Ao recebermos fisicamente as amostras, testamos em todas as saídas de gases da rede ao qual se destinam e obtivemos êxito em todos os encaixes.

68	<p>ID - 7008 - TOMADA POSTO DE VÁCUO, PAREDE EXTERNA, CORPO (TARUGO) EM LATÃO PARA SER PARAFUSADO NA PAREDE, BUCHA DE REDUÇÃO DE 15 MM PARA 3/8, CANOPLA INJETADA EM ABS, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO NA COR DO GÁS, NIPLE COM PINO DE IMPACTO E PORCA DE ACABAMENTO, CONEXOES PADRÃO ABNT NBR 11906. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	<p>ROMED INDUSTRIA E COMERCIO 0045763679</p>	<p>ROMED- ROMED PROCEDÊNCIA: NACIONAL</p>	81284390012	APTO	<p>Ao recebermos fisicamente as amostras, testamos em todas as saídas de gases da rede ao qual se destinam e obtivemos êxito em todos os encaixes.</p>
75	<p>ID - 1002927- CONJUNTO DO PINO DE IMPACTO DOS BICOS PARA O2 (OXIGÊNIO). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	REMANESCENTE	<p>ROMED INDUSTRIA E COMERCIO 0045763679</p>	<p>ROMED- ROMED PROCEDÊNCIA: NACIONAL</p>	81284390014	APTO	<p>Foram testados e aceitos para manutenção.</p>
76	<p>ID - 1002928- CONJUNTO DO PINO DE IMPACTO DOS BICOS PARA AR COMPRIMIDO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	REMANESCENTE	<p>ROMED INDUSTRIA E COMERCIO 0045763679</p>	<p>ROMED- ROMED PROCEDÊNCIA: NACIONAL</p>	81284390012	APTO	<p>Foram testados e aceitos para manutenção.</p>

77	NID - 1002929 - CONJUNTO DO PINO DE IMPACTO DOS BICOS PARA VÁCUO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO 0045763679	ROMED- ROMED PROCEDÊNCIA: NACIONAL	81284390012	APTO	Foram testados e aceitos para manutenção.
----	---	--------------	---	---	-------------	------	--

Lincoln Gaioffatto Jorge

Farmacêutico/CAF-HRC

2. DA CONCLUSÃO:

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PE Nº. 549/2023/SUPEL/RO**, informo-vos que a proposta ofertada pela empresa/licitante, está DE **ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTA**, a proposta ofertada pela empresa, para os itens:

ITEM	DESCRIPTIVO
64	ID - 7006 - TOMADA GÁS/AR, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO DUPLA ...
65	ID - 5884 - TOMADA GÁS/AR, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO DUPLA ...
66	ID - 1002903 - TOMADA POSTO DE AR COMPRIMIDO, PAREDE EXTERNA, CORPO (TARUGO) EM LATÃO PARA SER PARAFUSADO NA PAREDE ...
67	ID - 1002904 - TOMADA POSTO DE OXIGENIO, PAREDE EXTERNA, CORPO (TARUGO) EM LATÃO PARA SER PARAFUSADO NA PAREDE ...
68	ID - 7008 - TOMADA POSTO DE VÁCUO, PAREDE EXTERNA, CORPO (TARUGO) EM LATÃO PARA SER PARAFUSADO NA PAREDE ...
75	ID - 1002927- CONJUNTO DO PINO DE IMPACTO DOS BICOS PARA O2 (OXIGÊNIO)...
76	ID - 1002928- CONJUNTO DO PINO DE IMPACTO DOS BICOS PARA AR COMPRIMIDO...
77	NID - 1002929 - CONJUNTO DO PINO DE IMPACTO DOS BICOS PARA VÁCUO...

2.3. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.4. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.



Documento assinado eletronicamente por **Lincoln Gaioffatto Jorge, Farmacêutico(a)**, em 08/03/2024, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0046643469** e o código CRC **98EA1EC3**.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0036.022502/2023-89

SEI nº 0046643469