



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 35/2024/SESAU-CGPMNPL

De: SESAU-CGPMNPL  
Para: SUPEL- NP  
Processo Nº: 0036.027672/2023-50  
Assunto: PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-NP (0045950530)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 596/2023/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte **PARECER TÉCNICO**:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
COORDENADORIA DA GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.027672/2023-50							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 596/2023/SUPEL/RO - MATERIAIS PARA AFERIÇÃO.							
Objetivo: Análise técnica dos produtos ofertados pela empresa licitante para que não hajam aquisições e/ou contratações em desacordo com o solicitado no descritivo do instrumento de convocação (Edital) .							
Método: Análise comparativa ao descritivo do Edital e de registro nos órgãos de regulação dos produtos ofertados pela empresa licitante por meio de consulta à Ficha Técnica (folders, catálogos, prospectos, sítios eletrônicos etc) e às instituições de regulamentação.							
ITEM	DESCRIPTIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA

1	<p><b>ID: 3681 - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE NEONATAL, COM ESTETOSCÓPIO AUSCULTADOR DUPLO, MANÔMETRO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA DE ALGODÃO (07 A 13 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO APROXIMADAMENTE). MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VALVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO E IMPERMEÁVEL, FECHO EM VELCRO, RESISTENTE E FLEXIVEL, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 01 ANO. DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE,REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS	<p>PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTDCHINA.REP. POP/ <b>BR-20D</b> NEONATAL/ 80275310022/ 'KINDCARE/ WENZHOU DONG. MED. INSTR. CO., LTD -CHINA, REP. POP/ <b>KT-106/</b> 80901110021</p>	80901110021 80275310022/	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>
---	--	-------------	------------------------	--	-----------------------------	------	---

2	<p><b>ID: 6444 - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE INFANTIL, COM ESTETOSCÓPIO AUSCULTADOR DUPLO, MANÔMETRO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA DE NYLON (10 A 18 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO APROXIMADAMENTE), MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VALVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO E IMPERMEÁVEL, FECHO EM VELCRO, RESISTENTE E FLEXIVEL. COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 01 ANO. DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL	PREMIUM	NÃO INFORMADO (80275310022)	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>
---	---	-------------	---------------------	---------	-----------------------------	------	---

3	<p><b>ID: 692 - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO, COM ESTETOSCÓPIO AUSCULTADOR DUPLO, MANÔMETRO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA DE NYLON, COM BRAÇADEIRA NYLON (18 A 35 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO APROXIMADAMENTE). MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VALVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO E IMPERMEÁVEL, FECHO EM VELCRO, RESISTENTE E FLEXIVEL. COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 01 ANO. DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SOLIDOR	10369460183	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>
---	--	-------------	---------------------------------------	---------	-------------	------	---

4	<p><b>ID: 8102 - ESFIGOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO OBESO, COM ESTETOSCÓPIO AUSCULTADOR DUPLO, MANÔMETRO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA DE NYLON (35 A 51 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO APROXIMADAMENTE). MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VALVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO E IMPERMEÁVEL, FECHO EM VELCRO, RESISTENTE E FLEXIVEL, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 01 ANO. DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada	ACCUMED PRODUTOS MEDICO	BR-20D / ESFH202N_V	80275310022	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
5	<p><b>ID: 13 - BRAÇADEIRA ALGODÃO FECHO VELCRO NEONATAL, COM MANQUITO, COMPATÍVEL COM ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE . COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada	COVAN - COMERCIO VAREJISTA	MISSOURI	NÃO INFORMADO	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>

6	<b>ID: 14 - BRAÇADEIRA NYLON FECHO VELCRO INFANTIL</b> , COM MANQUITO, COMPATÍVEL COM ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	COVAN - COMERCIO VAREJISTA	PREMIUM	NÃO INFORMADO	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
7	<b>ID: 15 - BRAÇADEIRA NYLON FECHO VELCRO ADULTO</b> , COM MANQUITO, COMPATÍVEL COM ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	COVAN - COMERCIO VAREJISTA	PREMIUM	NÃO INFORMADO	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
8	<b>ID: 16 - BRAÇADEIRA NYLON FECHO VELCRO ADULTO OBESO</b> , COM MANQUITO, COMPATÍVEL COM ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	G-TECH	NÃO INFORMADO	INAPTA	A licitante não apresentou folder. Em consulta a sítio eletrônico, foi verificado que a braçadeira só é compatível com aparelhos da marca do fabricante, ou seja, não tem uma aplicação universal. ( <a href="https://www.magazineluiza.com.br/bracadeira-para-aparelho-de-pessao-digital-adulto-obeso-33x43cm-gtech/p/kceh99j07k/cp/apmp/">https://www.magazineluiza.com.br/bracadeira-para-aparelho-de-pessao-digital-adulto-obeso-33x43cm-gtech/p/kceh99j07k/cp/apmp/</a> )
9	<b>ID: 10575 - MANÔMETRO COMPATÍVEL COM ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE</b> , DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO	SOLIDOR	10369460183	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
10	<b>ID: 9 - PÊRA COMPATÍVEL COM ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE</b> . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTDCHINA,REP. POP/ PERA	80275310022	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).

11	<p><b>ID: 1001882 - VALVULA DE DEFLAÇÃO COMPATÍVEL COM ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	PREMIUM	80275310022	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
12	<p><b>ID: 708 - ESTETOSCÓPIO ADULTO COM SISTEMA DIAFRAGMA TIPO RAPPAPORT, COM AUSCULTADOR DUPLO, DESENVOLVIDO COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO DOS MÍNIMOS RUIDOS DA AUSCULTAÇÃO, TUBO DUPLO CONFECCIONADO EM BORRACHA MACIA E ANTI-ALÉRGICA, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. COM REGISTRO NA ANVISA. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA - RDC Nº 59/2000. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE,REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada	STAR COMERCIO LTDA	MULTILASER	81596320040	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
13	<p><b>ID: 710 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL COM SISTEMA DIAFRAGMA, AUSCULTADOR DUPLO, DESENVOLVIDO COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO DOS MÍNIMOS RUIDOS DA AUSCULTAÇÃO, CONFECCIONADO EM BORRACHA MACIA E ANTI-ALÉRGICA, COM DUPLA AUSCULTAÇÃO (DUO SONIC), GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. COM REGISTRO NA ANVISA. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA - RDC Nº 59/2000. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	ADVANTIVE	NÃO INFORMADO	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).

14	<p><b>ID: 8174 - LANCETA INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL (USO ÚNICO) 28G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA INDICADAS PARA OBTER AMOSTRAS PARA TESTES SANGUÍNEOS. COM SISTEMA DE DISPARO E RETRAÇÃO DA LANCETA AUTOMATICAMENTE. ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada	CEPALAB LABORATORIOS S.A	CEPALAB / STERILANCE MEDICAL (SUZHOU) INC (LA013)	82533959018	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
15	<p><b>ID: 10564 - TERMÔMETRO CLINICO INFRA VERMELHO DIGITAL DE TESTA E OUVIDO COM ACURACIDADE COMPROVADA, VISOR DIGITAL COLORIDO QUE MUDA DE COR DE ACORDO COM OS RESULTADOS; DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO A PILHA AAA DE 1,5 V E OU BATERIA TIPO CÉLULA DE LÍTRIO CR2032 (INCLUSA); (SENSOR) RESISTENTE À ÁGUA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada	STAR COMERCIO	MULT ILASER	81596329043	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
16	<p><b>ID: 5485 - TERMÔMETRO DIGITAL PARA INTERIOR DE GELADEIRA, FREEZERS, CAIXA DE VACINAS, SALAS DE ARMAZENAMENTO E AMBIENTES CLIMATIZADOS EM GERAL, DE MÁXIMA E MÍNIMA COM FAIXA DE MEDIÇÃO APROXIMADAMENTE ENTRE: - 50°C A 70°C, VARIANDO PARA + OU - EM 10 GRAUS, À PROVA D'ÁGUA, COM ESCALA EM CELSIUS E FAHRENHEIT, COM FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS ATRAVÉS DE IMÃS E OU PARAFUXO, COM O CABO DO SENSOR EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 1,5 M. ALIMENTAÇÃO: PILHA AAA DE 1,5 V. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	INSMART	NÃO INFORMADO	INAPTA	<p>A licitante não apresentou folder. Em consulta a ficha técnica no sítio eletrônico do fabricante, foi verificado que a alimentação do aparelho é por meio de bateria de relógio 1,5v, quando o solicitado é pilha AAA 1,5v. O cabo do sensor do ofertado é de 3m, porém o solicitado é de 1,5m.</p> <p>(<a href="https://www.insmart.com.br/produto/laboratorio/termometros-portateis/7-termometro-digital-portatil-para-freezer-geladeira-transporte-de-vacina-im-8007b">https://www.insmart.com.br/produto/laboratorio/termometros-portateis/7-termometro-digital-portatil-para-freezer-geladeira-transporte-de-vacina-im-8007b</a>)</p>



17	<p><b>ID: 6434 - TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL PARA TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA, MEDIÇÕES INTERNA: TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA DE CÂMARAS DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE SONDA (SENSOR), BEM COMO UMIDADE RELATIVA; MEDIÇÕES EXTERNA: MEDIÇÕES SIMULTÂNEAS DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA (AMBIENTES); DISPLAY LCD DE 2 LINHAS COM TEMPERATURA E UMIDADE, BOTÃO PARA ZERAR A MEMÓRIA, PERMITE A LEITURA EM °C OU °F, FAIXA DE TEMPERATURA (DUPLA ESCALA): INTERNA -10 °C a +50 °C e EXTERNA: -50 °C a +70 °C; PRECISÃO DE +/- 0,1°C, RESOLUÇÃO DE +/- 0,1°C, FAIXA DE UMIDADE RELATIVA 25% a 90%, DIMENSÕES: 130 X 75 X 18MM; O CONJUNTO É COMPOSTO POR: 01 TERMO-HIGRÔMETRO, 01 PILHA ALCALINA TIPO AAA 1.5 VOLTS (COMPATÍVEL COM O TERMOHIGRÔMETRO), 01 SENSOR DE TEMPERATURA COM CABO DE APROXIMADAMENTE 3 METROS, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada	AUTOMX SOLUCOES	EXBOM/FEPRO	NÃO INFORMADO	APTA	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>
----	---	-------------	-----------------	-------------	---------------	------	---

18	<p><b>ID: 5950 - TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA, QUE NÃO CONTENHAM A QUÍMICA ENZIMÁTICA GDH-PQQ, OU VARIAÇÕES MUTANTES DESTA ENZIMA QUE TAMBÉM APRESENTEM BAIXA SELETIVIDADE PARA AÇÚCARES QUE NÃO A GLICOSE (MUT. Q-GDH), OU QUE UTILIZAM TECNOLOGIA BASEADA EM GLICOSE OXIDASE.</b>  OBS: EMPRESA VENCEDORA DEVE ENTREGAR 01 APARELHO GLICOSÍMETRO EM CONFORMIDADE COM, ISO 15197:2013, SOLUÇÃO DE CONTROLE DE GLICOSE, PARA CADA 500 FITAS. O APARELHO DEVE POSSUIR A ABERTURA PARA A ENTRADA DA TIRA DE TESTE NUMA DAS EXTREMIDADES, ONDE A AMOSTRA DE SANGUE SERÁ COLETADO PELA TIRA, E NÃO DERRAMADO NA MESMA. EVITANDO ASSIM CONTATO DO SANGUE COM O APARELHO, VISANDO A SEGURANÇA, E A DURABILIDADE DO APARELHO, REDUZINDO O RISCO DE TRANSMISSÃO DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO	OK METER	80867150035/ 80867150005	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
19	<p><b>ID: 1775 - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL 32 A 42° C COM PRECISÃO DE +/- 0,2°C - VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, FUNÇÃO DE MEMÓRIA, ACURACIDADE COMPROVADA, BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (INCLUSA) BEEP SONORO INDICADOR DE BATERIA BAIXA, PONTA (SENSOR) RESISTENTE À ÁGUA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, REGISTRO E</b></p>	1ª Colocada	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE	LEMON	NÃO INFORMADO	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>

20	<p><b>ID: 633 -ELETRODO COM PRÉ GEL PARA MONITOR CARDÍACO DESCARTÁVEL ADULTO. DORSO DE ESPUMA, GEL SÓLIDO, ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, PRENDEDOR METÁLICO DE AÇO INOXIDÁVEL E CONTRA-PINO DE CLORETO DE PRATA (AGCL). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDIX	NÃO INFORMADO	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
21	<p><b>ID: 1607 -ELETRODO DE AGULHA MONOPOLAR DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, DE 0,38 X 45MM COM CABO DE 76 CM E CONECTOR DE SEGURANÇA, PARA USO EM ELETRONEUROMIOGRAFIA E POTENCIAL EVOCADO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA	AL IMNTP 37x0,35 PHBR	80786949002	INAPTA	A licitante não apresentou folder. O tamanho da agulha solicitado no Edital é de 0,38mm x 45mm. O tamanho ofertado foi de 0,35mm x 37mm, em desacordo com o descritivo.
22	<p><b>ID: 17 - ELETRODO ADESIVO DE SUPERFÍCIE TAB DESCARTÁVEL PARA USO EM ELETRONEUROMIOGRAFIA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>						Restou DESERTO
23	<p><b>ID: 10570 - ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL PARA ECG ESPUMA COMPACTA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A FLUIDOS, QUE ADERE FACILMENTE À PELE; NÃO IRRITANTE; SENSOR EM AG/AGCL, GARANTINDO EXCELENTE QUALIDADE NO TRAÇADO; REPOSICIONÁVEL E EM FORMATO DE GOTA PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E A RETIRADA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	1ª Colocada	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	MAXICOR	10299800035	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).

24	<p><b>ID: 32949 - ELETRODO PRECORDIAL COM BULBO ADULTO</b> TIPO PERA PARA ECG. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES	DIVISAO LATEX	NÃO INFORMADO	<b>INAPTA</b>	<p><i>A licitante não atendeu diligência, no prazo estabelecido em Edital, a qual fora efetuada e enviada pelo e-mail institucional (cafii.logistica@gmail.com) aos e-mails (nortemedica@nortemedica.com) e (licita@nortemedica.com).</i></p>
25	<p><b>ID: 32950 - ELETRODO PRECORDIAL COM BULBO INFANTIL</b> TIPO PERA PARA ECG. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES	DIVISAO LATEX	NÃO INFORMADO	<b>INAPTA</b>	<p><i>A licitante não atendeu diligência, no prazo estabelecido em Edital, a qual fora efetuada e enviada pelo e-mail institucional (cafii.logistica@gmail.com) aos e-mails (nortemedica@nortemedica.com) e (licita@nortemedica.com).</i></p>
26	<p><b>ID: 1002862 - ELETRODOS AUTOADESIVOS 5x9 CM PARA FISIOTERAPIA USADO EM TENS/ FES,</b> ELETRODOS AUTO ADESIVOS 5X9CM; DISPENSAM O USO DE FITA ADESIVA (ESPARADRAPO) PARA FIXAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DE GEL PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA, INDICADOS PARA ELETROESTIMULAÇÃO DE SUPERFÍCIE, USADO EM TENS/ FES; DIMENSÕES 9,0 CM X 5,0 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA	ARKTUS	80284450007	<b>APTA</b>	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>
27	<p><b>ID: 1002963 - ELETRODOS AUTOADESIVOS 5x5 CM PARA FISIOTERAPIA USADO EM TENS/ FES,</b> ELETRODOS AUTO ADESIVOS 5X5CM; DISPENSAM O USO DE FITA ADESIVA (ESPARADRAPO) PARA FIXAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DE GEL PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA, INDICADOS PARA ELETROESTIMULAÇÃO DE SUPERFÍCIE, USADO EM TENS, FES; DIMENSÕES 5,0 CM X 5,0 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA	ARKTUS	80284450007	<b>APTA</b>	<p><i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i></p>

28	<p><b>ID: 1002964 - ELETRODOS AUTOADESIVOS 3x3 CM PARA FISIOTERAPIA USADO EM TENS/ FES,</b> ELETRODOS AUTO ADESIVOS 3X3 CM ; DISPENSAM O USO DE FITA ADESIVA (ESPARADRAPO) PARA FIXAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DE GEL PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA, INDICADOS PARA ELETROESTIMULAÇÃO DE SUPERFÍCIE, USADO EM TENS, FES; DIMENSÕES 3,0 CM X 3,0 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA	ARKTUS	80284450007	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
29	<p><b>ID: 10587 - PÁS ELETRODO</b> DESCARTÁVEL PARA (DEFIBRILADOR) DEA MARCA CMOS DRAKE, PAS DE CHOQUE ADESIVAS – DEA – <b>CONECTOR 4 VIAS PRETO – F7988/CM.</b> A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	BLUE PAD	NÃO INFORMADO	INAPTA	A licitante solicitou desclassificação
30	<p><b>ID: 1002974 - PÁS ELETRODO</b> DESCARTÁVEL PARA (DEFIBRILADOR) DEA MARCA CMOS DRAKE, PAS DE CHOQUE ADESIVAS – DEA – <b>CONECTOR AZUL/BRANCO F7959.</b> A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	BLUE PAD	NÃO INFORMADO	INAPTA	A licitante solicitou desclassificação.
31	<p><b>ID: 1002970 - PÁS ELETRODO</b> DESCARTÁVEL PARA CARDIOVERSOR (DEFIBRILADOR) DEA MARCA CMOS DRAKE, PAS DE CHOQUE ADESIVAS – DEA – <b>CONECTOR AZUL/BRANCO F7959, TAMANHO INFANTIL.</b> A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA	CMOS DRAKE	80058130008	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).

32	<p><b>ID: 1002971 - PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL PARA CARDIOVERSOR (DEFIBRILADOR), MARCA PHILIPS, MODELO EFFICIA DFM100 – CONECTOR PRETO, TAMANHO INFANTIL.</b> A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS	PHILIPS	989803139261	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
33	<p><b>ID: 1002972 - PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL PARA CARDIOVERSOR (DEFIBRILADOR), MARCA LIFEMED, MODELO LIFESHOCK PRO – CONECTOR AZUL/BRANCO, TAMANHO INFANTIL.</b> A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	Restou DESERTO				
34	<p><b>ID: 1002973 - PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL PARA CARDIOVERSOR (DEFIBRILADOR), MARCA ZOLL, MODELO M SÉRIES – CONECTOR PRETO, TAMANHO INFANTIL.</b> A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS	COMPATÍVEL	NÃO INFORMADO	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
35	<p><b>ID: 10635 - CABO DE PACIENTE DE 4 VIAS PARA GRAVADOR DE HOLTER DA MARCA CARIDOS, MODELO CARDIO LIGHT.</b> A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	Restou DESERTO				
36	<p><b>ID: 18 - MANGUITO ADULTO SEM CONECTOR (CONJUNTO ABRAÇADEIRA DE NYLON - BOLSA DE PVC INFLÁVEL), PARA SER UTILIZADO COM O MAPA MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, TAMANHO M (MÉDIO) PADRÃO</b> CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO ENTRE 24 - 32 CM APROXIMADAMENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	NTL/ WENZHOUS ENJIAN MEDICAL DEVICE CO., LTD - CHINA, REP. POP/ MANGUITO ADULTO/	80056450004	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).

37	<p><b>ID: 1001884 - OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO,</b> MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, QUE DESLIGUE AUTOMATICAMENTE QUANDO NÃO HAJA SINAL. DIMENSÃO APROXIMADA DO LCD DE 1,2"; MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE; VOLTAGEM: 2 PILHAS AAA. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	NEW POWER COMERCIO E IMPORTAÇÃO	PULSE OXIMETER	80117580521	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>
38	<p><b>ID: 1002968 - OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO INFANTIL,</b> MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, QUE DESLIGUE AUTOMATICAMENTE QUANDO NÃO HAJA SINAL. DIMENSÃO APROXIMADA DO LCD DE 1,2"; MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE; VOLTAGEM: 2 PILHAS AAA. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE	JZK	NÃO INFORMADO	INAPTA	<i>Após diligenciada, a empresa licitante não apresentou ficha técnica do material solicitado, a saber, oxímetro digital de dedo INFANTIL, conforme solicitado no descritivo.</i>
39	<p><b>ID: 1002969 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL,</b> RECARREGÁVEL, PC66B, LCD DE 2,2"DE MATRIZ DE PONTOS COLORIDOS, ALARME SONORO E VISUAL, <b>TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O COMPUTADOR</b> PERMITINDO VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE SPO2 VARIAÇÃO DE TELA: 35%-99%. SPO2 ACURACIDADE DE MEDIÇÃO: =3% PARA SPO2, VARIAÇÃO DE 70% A 100%. PR VARIAÇÃO DE TELA: 30-240 BPM. PR ACURACIDADE DE MEDIÇÃO: ±2BPM OU ±2%. ENERGIA: 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL 3.70V/500MAH2. ÍNDICE DE PERFUSÃO (PI): 0,2%~20%. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 10-240 V, 50/60HZ, 0, 5ª. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	LEPU/ LEPU MED. TECH. (BEIJING )	80102519128	APTA	<i>Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).</i>

40	<b>ID: 10571 - BATERIA LR41 DE 1,5 V PARA TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>	1ª Colocada	EMMENA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS	ELGIM	NÃO INFORMADO	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
41	<b>ID: 3678 - BATERIA CR2032 DE 3 V PARA APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>	1ª Colocada	Restou DESERTO				
42	<b>ID: 23 - CUFÔMETRO COM AJUSTE DE PRESSÃO DO CUFF PODE SER REALIZADO ROTINEIRAMENTE EM SEGUNDOS SEM COMPROMETER A TERAPIA DO PACIENTE. POSSUI MONITOR INTEGRADO DE PRESSÃO INDICANDO A FAIXA IDEAL DA PRESSÃO DO CUFF. BOMBA DE CALIBRAÇÃO COM BOTÃO DE ALÍVIO DE PRESSÃO. MANOMETRO ANALÓGICO E INFLADOR PARA MEDIÇÃO DA PRESSÃO DO CUFF DO TUBO ENDOTRAQUEAL COM VARIÇÃO DE ESCALA DE 0 A 120cmH20 COM INDICAÇÃO DE CÓDIGOS DE CORES PARA PRESSÃO IDEAL E BULBO INFLADOR PARA AJUSTE DA PRESSÃO ADEQUADA COM BOTÃO DE ALÍVIO DE PRESSÃO, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>	1ª Colocada	STAR COMERCIO	PORT EX	10150479037	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
43	<b>ID: 10276 - LÂMPADA ROSCA PEQUENA PARA LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO COM 2,4 VOLTS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>	1ª Colocada	MCL COMERCIO	b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING	ISENTO	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	MIKA TOS	ISENTO	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
	<b>ID: 5594 - LÂMPADA ROSCA GRANDE PARA LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO COM 2,4 VOLTS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR</b>	1ª Colocada	MCL COMERCIO	b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING	ISENTO	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).



44	IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	2ª Colocada	STAR COMERCIO	WELD ON	ISENTO	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
45	ID: 1002966 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA CONVENCIONAL Nº 0.0, RECÉM-NASCIDO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MCL COMERCIO	b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING	81725810010	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		2ª Colocada	STAR COMERCIO				SEM PROPOSTA
46	ID: 10638 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA CONVENCIONAL Nº 0. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MCL COMERCIO	b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING	81725810010	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	SAFE R	10150470684	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
47	ID: 10639 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA CONVENCIONAL Nº 1. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MCL COMERCIO	b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING	81725810010	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	SAFE R	10150470684	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
48	ID: 10639 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA CONVENCIONAL Nº 2. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MCL COMERCIO	b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING	81725810010	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	SAFE R	10150470684	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
49	ID: 5561 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA CONVENCIONAL Nº 3. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MCL COMERCIO	b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING	81725810010	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	SAFE R	10150470684	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
50	ID: 10640 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA CONVENCIONAL Nº 4. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MCL COMERCIO	b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING	81725810010	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	SAFE R	10150470684	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).

51	ID: 1002965 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA CONVENCIONAL Nº 5. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MCL COMERCIO	b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING	81725810010	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	SAFE R	10150470684	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
52	ID: 1002967 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO RETA CONVENCIONAL Nº 0.0, RECÉM-NASCIDO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MCL COMERCIO	b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING	81725810010	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	MIKA TOS	80218930005	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
53	ID: 5445 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO RETA CONVENCIONAL Nº 0. , A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MCL COMERCIO	b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING	81725810010	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	SAFE R	10150470684	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
54	ID: 5446 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO RETA CONVENCIONAL Nº 1. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MCL COMERCIO	b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING	81725810010	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	SAFE R	10150470684	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
55	ID: 5447 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO RETA CONVENCIONAL Nº 2. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MCL COMERCIO	b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING	81725810010	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	SAFE R	10150470684	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
56	ID: 8595 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO RETA CONVENCIONAL Nº 3. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MCL COMERCIO	b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING	81725810010	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	WELD ON	10150470475	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
	ID: 8595 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO RETA CONVENCIONAL Nº 4. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO	1ª Colocada	MCL COMERCIO	b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING	81725810010	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).

57	IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	2ª Colocada	STAR COMERCIO	WELDON	10150470475	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
58	ID: 1002975 - CABO PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, RECARILHADOS PARA MELHOR ERGONOMIA E SEGURANÇA, COMPATÍVEL COM LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO CURVA E RETA CONVENCIONAL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MCL COMERCIO	b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING	81725810010	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).
		2ª Colocada	STAR COMERCIO	MIKA TOS	80218930005	APTA	Por atender aos critérios técnicos e normativos estabelecidos no Instrumento Convocatório (Edital).

(assinado eletronicamente)

**MÁRCIO LUÍS CORREIA DUARTE**

Farmacêutico analista - CGPM/SESAU-RO

## 2. DA CONCLUSÃO:

2.1. Após análise da(s) proposta(s) apresentada(s) no **PREGÃO ELETRÔNICO N° 596/2023/SUPEL/RO**, conclui-se que a(s) empresa(s) licitante(s), abaixo relacionada(s) está(ão) **INAPTA(S)** no(s) item(ns), abaixo relacionados, por estar(em) em desacordo com o solicitado por esta administração:

**VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: 8**

**INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS: 16**

**POSTERARI ASSESSORIA TECNICA: 21**

**NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES : 24 e 25**

**JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: 29 e 30**

**SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE: 38**

2.2. Demais empresa(s) licitante(s) está(ão) **APTAS**.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)

**REGINALDA MAIA DE SÁ**

Coordenadora Adjunta  
CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Luis Correia Duarte, Farmacêutico(a)**, em 18/03/2024, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 18/03/2024, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0046931350** e o código CRC **7A5C1017**.